

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 16 de las presentes bases, numeral 1.9 Plazo de entrega, perteneciente al capítulo I. Generalidades, solicitan lo siguiente:

CRONOGRAMA DE ENTREGA

ITEM 1

ITEM 2

Al respecto, indicamos que en el mercado existen diversas marcas que comercializan diferentes presentaciones para los reactivos de bioquímica y por ello, los rendimientos para cada prueba dependen de la presentación que tenga cada marca de reactivo.

Solicitamos a la entidad, aceptar que las entregas se realicen mediante un nuevo cronograma de acuerdo al rendimiento del reactivo del postor ganador ya que en muchos de los casos las cantidades solicitadas son mínimas, lo que ocasionaría un exceso de pruebas que podría generar un sobre stock en el laboratorio y además de repercutir directamente sobre el precio a ofertar. Dicho cronograma estaría validado por el área usuaria y en todos los casos el número de pruebas será igual o mayor al solicitado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: . Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta. El Área usuaria solicita que se respete el cronograma establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 19 de las presentes bases, subíndice i), perteneciente al numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, perteneciente al capítulo II. Del procedimiento de selección, solicitan lo siguiente: Folletos, manual de instrucciones de uso o Inserto, brochure, catálogos (original o copia simple) o cartas del fabricante que permitan demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Al respecto indicamos que teniendo en cuenta la finalidad del presente requerimiento, debe observarse que, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD que aprueba las Bases Estandarizadas, el Comité de Selección debe señalar con precisión, cuáles especificaciones técnicas requieren ser acreditadas con la folletería, catálogos, manual de instrucciones, insertos y/o cartas del fabricante, debiendo contemplar que de acuerdo con reiterados pronunciamientos de OSCE y del Tribunal de Contrataciones, tales como: la Resolución N° 2544-2019-TCE-S1, Resolución N° 2034-2018-TCE-S1 y/o Pronunciamiento N° 370-2019/OSCE-DGR, no es posible solicitar que se acrediten TODAS las especificaciones técnicas.

Por lo que solicitamos a la entidad considerar para la acreditación de las especificaciones técnicas de los reactivos lo siguiente:

- ¿ Presentación
- ¿ Metodología
- ¿ Muestra Biológica

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: General
Numeral: 2.2.1.1
Literal: .
Página: 19

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. Las especificaciones técnicas a acreditar con folletería, manual de instrucciones de uso o Inserto, brochure, catálogos (original o copia simple) o cartas del fabricante son: Presentación, Metodología y Muestra Biológica.

Para el caso de accesorios y equipo, remitirse y presentar el Anexo II de la sección específica (numeral 3.1) donde se requiere deben de cumplir con los accesorios y condiciones del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 19 de las presentes bases, subíndice i), perteneciente al numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, perteneciente al capítulo II. Del procedimiento de selección, solicitan lo siguiente:

Folletos, manual de instrucciones de uso o Inserto, brochure, catálogos (original o copia simple) o cartas del fabricante que permitan demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Al respecto indicamos que teniendo en cuenta la finalidad del presente requerimiento, debe observarse que, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD que aprueba las Bases Estandarizadas, el Comité de Selección debe señalar con precisión, cuáles especificaciones técnicas requieren ser acreditadas con la folletería, catálogos, manual de instrucciones, insertos y/o cartas del fabricante, debiendo contemplar que de acuerdo con reiterados pronunciamientos de OSCE y del Tribunal de Contrataciones, tales como: la Resolución N° 2544-2019-TCE-S1, Resolución N° 2034-2018-TCE-S1 y/o Pronunciamiento N° 370-2019/OSCE-DGR, no es posible solicitar que se acrediten TODAS las especificaciones técnicas.

Por lo que solicitamos a la entidad considerar para la acreditación de las especificaciones técnicas del equipo lo siguiente:

- ¿ Tipo
- ¿ Metodología
- ¿ Performance
- ¿ Características
- ¿ Muestra

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** . **Página:** 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. Las especificaciones técnicas a acreditar con folletería, manual de instrucciones de uso o Inserto, brochure, catálogos (original o copia simple) o cartas del fabricante son:
Tipo, metodología, performance, características y muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 19 de las presentes bases, subíndice I) perteneciente al numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, perteneciente al capítulo II. Del procedimiento de selección, solicitan lo siguiente: Constancia o Declaración Jurada de funcionamiento a una condición climática de 4380 m.s.n.m., para el (los) equipo(s) ofertado(s).
Al respecto, creemos que la emisión de declaraciones juradas que indiquen un buen funcionamiento de los equipos a ofertar a condición climática de 4380 m.s.n.m, no necesariamente asegura un cumplimiento verídico de la información requerida.
Solicitamos a la entidad aceptar que el postor pueda presentar una constancia por parte del fabricante o del área usuaria que acredite el funcionamiento a una condición climática de 4380 m.s.n.m., para el (los) equipo(s) ofertado(s).

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: General
Numeral: 2.2.1.1
Literal: .
Página: 19

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, para mayor participación postores, al amparo del "Principio de Libertad de Concurrencia" que rigen las contrataciones públicas, regulado en el artículo 2 del TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 29 de las presentes bases, subíndice I. del numeral 3.1 Especificaciones técnicas, perteneciente al capítulo III. Requerimiento, solicitan lo siguiente:
Para la evaluación inicial de los reactivos (una vez adjudicado), el proveedor debe obligatoriamente:
¿ Suministrar el número de pruebas necesarios para el control de calidad de los reactivos adjudicados.
¿ Esta evaluación implica la Precisión, la Veracidad, la Linealidad e Intervalo de Referencia (Control de Calidad) para todos los reactivos.
¿ Deberán presentar el inserto de los reactivos y/o documentación de fabricante que indiquen los protocolos empleados donde se validan los parámetros de precisión, veracidad, linealidad e intervalos de referencia.
Al respecto, entendemos que dicho requerimiento solo es aplicable a postores que no hayan adjudicado previamente los procesos de selección correspondientes a la Red Asistencial Pasco y a su vez, no hayan tenido experiencia previa con los equipos y/o reactivos en cesión de uso.
Solicitamos indicar a la entidad si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. Se debe de realizar la evaluación inicial indistintamente de haber sido adjudicado o no en un proceso anterior en la Red Asistencial Pasco - EsSalud.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 49 de las presentes bases, Anexo VI, numeral 3.1 Especificaciones técnicas, perteneciente al capítulo III. Requerimiento, solicitan lo siguiente:
Volumen por prueba efectiva para equipos automatizados
Al respecto, indicamos que los fabricantes de reactivos diseñados para el procesamiento en equipos automatizados consideran el rendimiento de pruebas de acuerdo al modelo de equipo a ofertar y a la presentación de cada reactivo, con determinaciones declaradas por el fabricante.
Solicitamos a la entidad aceptar que para la acreditación de este anexo, se pueda validar mediante documento del fabricante (insertos, aplicativos, cartas aclaratorias, etc.).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. Lo consultado se halla contemplado en el Anexo VI de la sección específica (Numeral 3.1 de las bases).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 50 de las presentes bases, Anexo VII, numeral 3.1 Especificaciones técnicas, perteneciente al capítulo III. Requerimiento, solicitan lo siguiente:
Cantidad de Pruebas solicitadas para realizar calibraciones y controles en equipos automatizados, por establecimiento
Al respecto, entendemos que la cantidad de pruebas a entregar para el proceso de calibraciones y controles en equipos automatizados, se incluirán dentro de cada entrega de reactivos y sumándose al requerimiento trimestral de reactivos para la Red Asistencial Pasco.
Solicitamos a la entidad indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: General
Numeral: 3.1
Literal: .
Página: 50

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. La entrega de pruebas para realizar calibraciones y controles en equipos automatizados, se deben realizar en cada una de las entregas solicitadas y de manera adicional a los requerido en cada entrega trimestral de pruebas efectivas.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 51 de las presentes bases, Anexo VII, numeral 3.1 Especificaciones técnicas, perteneciente al capítulo III. Requerimiento, solicitan lo siguiente:
Cantidad de Pruebas solicitadas para realizar calibraciones y controles en equipos semiautomatizados, por establecimiento
Al respecto, entendemos que la cantidad de pruebas a entregar para el proceso de calibraciones y controles en equipos semiautomatizados, se incluirán dentro de cada entrega de reactivos y sumándose al requerimiento trimestral de reactivos para la Red Asistencial Pasco.
Solicitamos a la entidad indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. La entrega de pruebas para realizar calibraciones y controles en equipos semiautomatizados, se deben realizar en cada una de las entregas solicitadas y de manera adicional a los requerido en cada entrega trimestral de pruebas efectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 53 de las presentes bases, dentro de las especificaciones técnicas de reactivo, perteneciente al capítulo III. Requerimiento, solicitan lo siguiente:
30101157 Reactivo de Colesterol HDL Directo. Presentación: Reactivos para dosaje directo de Colesterol HDL en empaque apropiado. Estabilidad en Uso no menor de 14 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.
METODOLOGIA: Método Enzimático o Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.
Entendemos que para el dosaje directo de Colesterol HDL, no se requiere del empleo de algún precipitante o de algún otro elemento que no forme parte de la composición del reactivo HDL Directo.
Solicitamos a la entidad aclarar si nuestra interpretación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. El reactivo es listo para uso sin ningún paso previo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:55:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
De acuerdo a las páginas 59 y 60 de las presentes bases, dentro de las especificaciones técnicas de equipo, perteneciente al capítulo III. Requerimiento, solicitan lo siguiente:
Accesorios del Equipo
Equipo para el tratamiento de agua, si el equipo lo requiere
Solicitamos a la Entidad en coordinación con el área usuaria, aclarar cual es el consumo de agua máximo requerido, dado que, este recurso natural es escaso y se debe preservar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara. Se determina consumo de 20 litros de agua al día.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-1-2024-ESSALUD/RAPA-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD, PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:53:33

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que los productos (reactivos) correspondan a una sola marca y que se demuestre la compatibilidad al respecto solicitamos se aclare que para acreditación de este extremo sea mediante documentos emitidos por el fabricante de reactivos y/o fabricante del equipo y así permitir una mayor participación de postores,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: M Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación.
Lo requerido por el usuario se halla establecido en las bases, los productos deben de corresponder a una sola marca comercial y deben ser compatibles con el equipo en cesión de uso, cuando se trate de item paquete, debe ser acreditado documentadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null