

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

Ruc/código : 20566216109

Fecha de envío : 07/08/2024

Nombre o Razón social : ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.

Hora de envío : 15:50:54

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan:

MODALIDAD DE EJECUCION :

Llave en mano

Solicitamos respetuosamente al Comité indicarnos acerca de la infraestructura de los ambientes de laboratorio , si disponen del amiente de laboratorio, el mobiliario o mesas de pesaje para las balanzas analíticas, los requisitos electricos apropiados y si disponen de un estabilizador o UPS

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: capitulo1

**Literal:** 1.6

**Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se dispone de ambientes de laboratorio con mesas libre de vibraciones, energía eléctrica estable. No se dispone de UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20566216109                   | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C. | Hora de envío :  | 15:50:54   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1) BALANZA ANALITICA DE CAPACIDAD DE 220 GR.

Calibracion externa

Nuestras repreentadas producen en su gran mayoría balanzas analíticas de calibracion interna ,Ajuste con peso interno (automático) Ajuste con peso interno (manual) locual es de un avance y mejoratecnologica.Solicitamos respetuosamente al Comité incluir y/ o permitir tambien en las bases las balanzas analíticas de calibracion interna indicadas para una mayor participacion de postores en beneficio del proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO3 Literal: 3.6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA, que con el fin de promover la mayor participación de postores también se aceptara propuestas con mejoras tecnológicas, como el caso de calibración interna en la balanza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20566216109                   | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C. | Hora de envío :  | 15:50:54   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

4 ) BALANZA ELECTRONICA COM 0.1 -3 KG

Diversos fabricantes producen capacidades entre 3200 a 4200 gramos

Sollicitamos respetuosamente al Comité permitir y/ o incluir la capacidad indicada para una mayor participacionde postores en beneficio del proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO3 Literal: 3.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que mientras se mantenga las características de sensibilidad, precisión, etc. se aceptará variaciones en los límites de capacidad máxima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20566216109                   | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C. | Hora de envío :  | 15:50:54   |

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

4 ) BALANZA ELECTRONICA COM 0.1 -3 KG

Tamaño del plato 300 x 225 mm

Nuestras representadas y la mayoría de fabricantes producen balanzas de precision de distintas superficies del plato de pesaje

Sugerimos respetuosamente al Comité permitir que esta característica seade acuerdo a las especificaciones o tamaño de cada fabricante para una mayor participacion de postores en beneficio del proceso

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO3      **Literal:** 3.6      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que la superficie del plato indicada en las bases administrativas es el valor mínimo aceptable, por lo que se podrá aceptar superficies con áreas superiores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20566216109                   | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C. | Hora de envío :  | 15:50:54   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

4 ) BALANZA ELECTRONICA COM 0.1 -3 KG

Tiempo de estabilizacion : 1 segundo

Como es de su conocimiento una balanza de precision al tener mayor capacidad y una menor sensibilidad no es posible que tenga un tiempo de estabilizacion menor a una balanza analitica , lacual usualmente posee un tiempo de estabilizacion de 3 segundos

Por lo tanto solicitamos respetuosamnete al comite modifique esta caracteristica permitiendo a los postores participar con un tiempo mayor a 01 segundo señalado en las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO3 Literal: 3.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que esta equivocado en su afirmación, las balanzas analíticas requieren más tiempo para estabilizarse que las balanzas de precisión debido a su mayor sensibilidad y necesidad de condiciones controladas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20566216109                   | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C. | Hora de envío :  | 15:50:54   |

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

5) BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION 6 KG

Capacidad 6000 g

Nuestras representadas producen balanzas con capacidad hasta 6200 g

Sollicitamos respetuosamente al Comité permitir y/ o incluir la capacidad indicada para una mayor participacionde postores en beneficio del proceso

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO3 Literal: 3.6 Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que mientras se mantenga las características técnicas de sensibilidad, precisión, etc. Se aceptará variaciones en los límites de capacidad máxima.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20566216109                   | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C. | Hora de envío :  | 15:50:54   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

5) BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION 6 KG

Tiempo de estabilizacion : 1 segundo

Como es de su conocimiento una balanza de precision al tener mayor capacidad y una menor sensibilidad no es posible que tenga un tiempo de estabilizacion menor a una balanza analitica , lacual usualmente posee un tiempo de estabilizacion de 3 segundos.

Por lo tanto solicitamos respetuosamnete al comite modifique esta caracteristica permitiendo a los postores participar con un tiempo mayor a 01 segundo señalado en las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO3 Literal: 3.6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que esta equivocado en su afirmación, las balanzas analíticas requieren más tiempo para estabilizarse que las balanzas de precisión debido a su mayor sensibilidad y necesidad de condiciones controladas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20566216109                   | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C. | Hora de envío :  | 15:50:54   |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

5) BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION 6 KG  
Tamaño del plato 300 x 225 mm  
Nuestras representadas y la mayoría de fabricantes producen balanzas de precision de distintas superficies del plato de pesaje  
Sugerimos respetuosamente al Comité permitir que esta característica seade acuerdo a las especificaciones o tamaño de cada fabricante para una mayor participacion de postores en beneficio del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO3 Literal: 3.6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que el tamaño del platillo si es importante para la funcionalidad del equipo pues el área usuaria maneja muestra que necesita de superficies amplias por ello se podrán aceptar las propuestas que sean superior a lo mínimo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 18:28:40   |

**Observación: Nro. 9**  
**Consulta/Observación:**  
GENERALIDADES

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de Sesenta (60) días calendario, el plazo incluye la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, considerar ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; a menos que algún proveedor en específico cuente con los productos en STOCK; por tanto, a fin de no dirigir el proceso y se permita la mayor participación de postores potenciales, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.9      Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION. Los equipos solicitados son de alta demanda comercial por lo tanto no hay demoras en fábrica, así mismo los procesos de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación solo requiere como máximo de un periodo de 8 horas por ser equipos de uso simple. Por lo tanto el plazo de entrega solicitado es considerado suficiente para los procesos de importación desaduanaje y traslado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 18:28:40   |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1) Balanza Analítica de capacidad de 220 gr

Sensibilidad (g): 0.0001 (0.1mg)

CONSULTA:

Se solicita al honorable comité indicar si la característica ¿Sensibilidad¿ hace referencia a la ¿Legibilidad¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que la sensibilidad y la legibilidad son términos relacionados pero no son lo mismo. Sensibilidad se refiere a la respuesta de la balanza a un pequeño cambio de peso, mientras que legibilidad es la mínima cantidad de masa que una balanza puede mostrar en su pantalla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 18:28:40   |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2) BALANZA DE PRESICIÓN

Capacidad 300 g

CONSULTA:

Se solicita al honorable comité que, con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores, pueda aceptar una capacidad mínima de 300g

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que mientras se mantenga las características de sensibilidad, precisión, etc. Se aceptará variaciones en los límites de capacidad máxima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 18:28:40   |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3) Balanza de triple plazo

Capacidad 2610 g  
Barra delantera (g) 10 x 0.1  
Barra central (g) 500 x 100  
Barra trasera (g) 100 x 10  
Diámetro del plato 15.2

CONSULTA:

Se solicita al honorable comité que, con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores, indique estos parámetros son los mínimos aceptados, quedando de la siguiente manera:

Capacidad mínima 2610 g  
Barra delantera mínima (g) 10 x 0.1  
Barra central mínima (g) 500 x 100  
Barra trasera mínima (g) 100 x 10  
Diámetro del plato mínimo 15.2  
AS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que mientras se mantenga las características de sensibilidad. Se aceptará variaciones en los límites de capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 18:28:40   |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4) BALANZA ELECTRÓNICA COM 0,1 - 3,0 KG

Capacidad 3000 g

CONSULTA:

Se solicita al honorable comité que, con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores, pueda aceptar una capacidad mínima de 3000g

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que mientras se mantenga las características de sensibilidad. Se aceptará variaciones en los límites de capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600446461  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C.<br>- HASSO GROUP S.A.C. | Hora de envío :  | 19:00:51   |

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

BALANZA ANALITICA DE CAPACIDAD DE 220

Se indica:

Tiempo de estabilización: 3 segundos

Consulta:

Se entiende que se trata de las especificaciones mínimas, y que se aceptaran equipos con mejores características, en este caso, con tiempos de estabilización menores a lo indicado, en consecuencia, se solicita al comité especial considerar: Tiempo de estabilización: ¿ 3 segundos

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se aceptara propuestas con tiempo de estabilización menores a 3 Segundos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600446461  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C.<br>- HASSO GROUP S.A.C. | Hora de envío :  | 19:00:51   |

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

BALANZA ANALITICA DE CAPACIDAD DE 220

Se indica:

Carcasa inferior de metal fundido

Consulta:

Considerando actualmente los equipos de alta gama utilizan materiales poliméricos de última tecnología, resistentes a la corrosión, se solicita al comité especial considerar, para este punto:

¿Carcasa inferior de metal fundido, o material resistente a la corrosión de acuerdo al fabricante¿

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que los equipos a adquirir están dirigidos para el uso de alumnos para lo cual se requiere de balanzas que brinden estabilidad, por ello que el área usuaria requiere que la estructura sea de metal fundido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600446461  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C.<br>- HASSO GROUP S.A.C. | Hora de envío :  | 19:00:51   |

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

BALANZA ANALITICA DE CAPACIDAD DE 220

Se indica:

Tipo de pantalla Display grande y brillante con retroiluminación

Consulta:

Se solicita al comité especial considerar también una pantalla táctil a color como una mejora tecnológica

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se requiere de entornos de iluminación muy variados por ello se requiere que las pantallas sean retroiluminadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600446461  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C.<br>- HASSO GROUP S.A.C. | Hora de envío :  | 19:00:51   |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

BALANZA DE PRECISION

Se indica:

Capacidad 3000 g

Sensibilidad (g): 0.01

Consulta:

Por lo general, para una capacidad de 3000 g, una sensibilidad tan baja como 0.01 gramos, correspondería a una balanza de muy baja calidad, por tanto, se solicita al comité especial aceptar también una balanza de 4000 g, con la sensibilidad requerida de 0.01 g.

Esto sería muy ventajoso pues permitiría una gran versatilidad de pesaje, permitiendo pesar cargas mayores a lo solicitado con la sensibilidad requerida.

Acápíte de las bases : Sección: Específico      Numeral: 3.1      Literal: 1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que mientras se mantenga las características técnicas de sensibilidad. Se aceptará variaciones en los límites de capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100162238  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 21:21:14   |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

1) BALANZA ANALITICA DE CAPACIDAD DE 220 GR.

SOLICITAN:

Linealidad: 0.002

CONSULTA:

Se consulta amablemente al comité de selección, ¿cuál es la unidad de medida de la linealidad que se requiere (g o mg)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que la unidad de medida es g.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100162238  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 21:21:14   |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

1) BALANZA ANALITICA DE CAPACIDAD DE 220 GR.  
SOLICITAN:  
Carcasa inferior de metal fundido, con sub plato y plato de pesaje de acero inoxidable.

CONSULTA:  
Se consulta amablemente al comité de selección, en aras de fomentar la pluralidad de postores, si aceptaría un equipo que cuenta con las siguientes características:  
Base metálica, carcasa superior de plástico, charola de acero inoxidable extraíble, protector de vidrio contra corrientes de aire, gancho para pesaje por debajo integrado, abrazadera de seguridad, bloqueo de calibración y cubierta en uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que el equipo propuesto cumple con lo solicitado carcasa de metal y platillo de acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100162238  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 21:21:14   |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

1) BALANZA ANALITICA DE CAPACIDAD DE 220 GR.

SOLICITAN:

Tipo de pantalla Display grande y brillante con retroiluminación.

CONSULTA:

En aras de fomentar la pluralidad de postores, se consulta amablemente al comité de selección si aceptaría un equipo que cuenta con las siguientes características:

Pantalla de cristal líquido (LCD); Pantalla de segunda línea para información adicional u orientación (matriz de puntos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA requiere de entornos de iluminación muy variados por ello se requiere que las pantallas sean retroiluminadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100162238  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 21:21:14   |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

2) BALANZA DE PRECISION

SOLICITAN:

Capacidad: 300g

Repetibilidad: ± 0.02g

Tiempo de estabilización: 3 segundos

CONSULTA:

Se consulta amablemente al comité de selección, en aras de fomentar la pluralidad de postores, si aceptaría un equipo que cuenta con las siguientes características:

Capacidad: 320g

Repetibilidad ± 0.001g

Tiempo de estabilización: 2 segundos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se aceptara propuestas que mejoren las características técnicas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100162238  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 21:21:14   |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

2) BALANZA DE PRECISION

SOLICITAN:

Tamaño de platillo mínimo: 128 x 128 mm

CONSULTA:

Se consulta amablemente al comité de selección, en aras de fomentar la pluralidad de postores, si aceptaría un equipo que cuenta con las siguientes características:

Tamaño de platillo: 120 mm de diámetro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se requiere que las dimensiones y forma del platillo sean las propuestas en el proceso por el tipo de material que necesita pesar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100162238  | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 21:21:14   |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

2) BALANZA DE PRECISION

SOLICITAN:

Tipo de pantalla LCD con luz de fondo

CONSULTA:

Se consulta amablemente al comité de selección, en aras de fomentar la pluralidad de postores, si aceptaría un equipo que cuenta con las siguientes características:

Pantalla de cristal líquido (LCD); Pantalla de segunda línea para información adicional u orientación (matriz de puntos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se requiere de entornos de iluminación muy variados por ello se requiere que las pantallas sean retroiluminadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602864244                                | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C | Hora de envío :  | 22:35:58   |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se dice:  
BALANZA DE TRIPLE PLAZO

Se solicita al distinguido comité pueda realizar la corrección ya que debe decir BALANZA DE TRIPLE BRAZO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACLARA que hubo un error de digitación, con motivo de la integración de bases administrativas se procederá a corregir en el capítulo III - 3.1 Especificaciones Técnicas y en numeral 1.2 del Capítulo I.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá así:  
  
BALANZA DE TRIPLE BRAZO



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602864244                                | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C | Hora de envío :  | 22:35:58   |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se dice:  
BALANZA ELECTRÓNICA COM 0,1 - 3,0 KG  
-Tiempo de estabilización: 1 segundos

Se solicita al distinguido comité acepte un Rango de estabilización de 1 a 3 segundos

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que Los rangos ofrecidos es para balanzas de alta precisión la cual no se esta solicitando.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602864244                                | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C | Hora de envío :  | 22:35:58   |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se dice:  
BALANZA ELECTRÓNICA COM 0,1 - 3,0 KG  
Pantalla LCD con 40 mm de alto con retroiluminación blanca.  
Se solicita al distinguido comité acepte considerar el tamaño de la pantalla LCD de acuerdo al fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se debe considerar el tamaño solicitado como el mínimo necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602864244                                | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C | Hora de envío :  | 22:35:58   |

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

Se dice:  
BALANZA ELECTRÓNICA COM 0,1 - 3,0 KG  
Funciones de pesaje por debajo para pruebas de gravedad específica.

Se solicita al distinguido comité tome en consideración quitar esta característica, ya que hace referencia a una marca específica, las características para pesaje suspendido no se recomienda en estos equipos ya que deberá utilizar accesorios adicionales para estas funciones.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 4    **Página:** 23  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que teniendo en cuenta que no se incluyó en las especificaciones técnicas el accesorio para determinar la gravedad específica se modificará las especificaciones técnicas, suprimiendo de las características técnicas lo referente a la opción para pruebas de gravedad específica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se suprimirá:

Funciones de pesaje por debajo para pruebas de gravedad específica.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602864244                                | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C | Hora de envío :  | 22:35:58   |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se dice:  
BALANZA ELECTRONICA DE PRECISIÓN 6 KG  
Tiempo de estabilización: 1 segundo  
Se solicita al distinguido comité considerar un rango de estabilización de 1 a 3 segundos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que los rangos ofrecidos por el participante es para balanzas de alta precisión la cual no se esta solicitando.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602864244                                | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C | Hora de envío :  | 22:35:58   |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se dice:  
BALANZA ELECTRONICA DE PRECISIÓN 6 KG  
Pantalla LCD con 40 mm de alto con retroiluminación blanca.  
Se solicita al distinguido comité considerar el tamaño de la pantalla LCD de acuerdo al fabricante .

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 5      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se considerará el tamaño solicitado como el mínimo necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 23:56:18   |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:  
BALANZA DE PRECISION

Solicitan: Tamaño platillo mínimo 128 x 128 mm

Conforme diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben estar referidas a la tecnología del equipo solicitado. Las dimensiones no tienen ninguna ventaja con respecto a la funcionalidad del bien y solo universo de postores. Por ello, CONSULTAMOS amablemente al comite, en pro de una amplia participación de postores, si aceptarían un equipo con tamaño del diámetro de platillo de 120 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que como usuarios requieren que las dimensiones y forma del platillo sean las propuestas en el proceso por el tipo de material que necesita pesar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 23:56:18   |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:  
BALANZA DE PRECISION

Solicitan: Sensibilidad (g): 0.01

Al respecto, teniendo en cuenta que esta especificación de Sensibilidad es interpretada por distintos fabricantes con otros términos (por ejemplo: lectura mínima, resolución, legibilidad, .etc), CONSULTAMOS amablemente al comité, en pro de una mayor participación de postores, poder aceptar la siguiente especificación equivalente: Lectura mínima 0.01 g

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 6    Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que la sensibilidad y la lectura mínima o legibilidad son términos relacionados pero no son lo mismo. Sensibilidad se refiere a la respuesta de la balanza a un pequeño cambio de peso, mientras que legibilidad es la mínima cantidad de masa que una balanza puede mostrar en su pantalla.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 23:56:18   |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

BALANZA ELECTRÓNICA COM 0,1 - 3,0 KG

Solicitan: Pantalla LCD con 40 mm de alto con retroiluminación blanca.

Al respecto CONSULTAMOS amablemente al comite, si aceptarían un equipo con una tecnología similar de: Pantalla gráfica VGA a todo color con pantalla táctil resistiva de 4 hilos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que como beneficiarios requieren de entornos de iluminación muy variados por ello se requiere que las pantallas sean retroiluminadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 23:56:18   |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

BALANZA ELECTRÓNICA COM 0,1 - 3,0 KG

Solicitan: Modos de pesaje: pesaje, pesaje porcentual, acumulación

Al respecto, CONSULTAMOS amablemente al comite si aceptarían un equipo con la siguiente especificacion equivalente:  
Modos de pesaje: Pesaje, pesaje porcentual, recuento de piezas, control de pesaje, pesaje dinámico/de animales, llenado, totalización, formulación, Pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de picos, cálculo de costos de ingredientes, ajuste de pipetas, SQC, variación del peso de llenado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que si se aceptaran propuestas que mejoren a lo solicitado o presenten características técnicas adicionales a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 23:56:18   |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

BALANZA ELECTRÓNICA COM 0,1 - 3,0 KG

Solicitan: Tamaño del plato 300 x 225 mm

Conforme diversos pronunciamientos del OSCE las especificaciones técnicas deben estar referidas a la tecnología del equipo solicitado, dado que las dimensiones no tienen ninguna ventaja con respecto al funcionalidad del bien y solo limitan la libre competencia mediante la restricción del universo de postores, CONSULTAMOS amablemente al comite poder aceptar un equipo con la siguiente especificación: tamaño del platillo de 190 x 200 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que el tamaño del platillo si es importante para la funcionalidad del equipo pues el área usuaria maneja muestra que necesita de superficies amplias por ello se podrán aceptar las propuestas que sean superior a lo mínimo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 23:56:18   |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN 6 kg

Solicitan: Tamaño del plato 300 x 225 mm

Conforme diversos pronunciamientos del OSCE las especificaciones técnicas deben estar referidas a la tecnología del equipo solicitado, dado que las dimensiones no tienen ninguna ventaja con respecto al funcionalidad del bien y solo limitan la libre competencia mediante la restricción del universo de postores CONSULTAMOS amablemente al comite si aceptarían tamaño del platillo de 190 x 200 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que el tamaño del platillo si es importante para la funcionalidad del equipo pues el área usuaria maneja muestra que necesita de superficies amplias por ello se podrán aceptar las propuestas que sean superior a lo mínimo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GRAVIMETRICOS(BALANZAS) Y EQUIPOS MEDICION DE COLOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CON CARGO AL PROYECTO CON CIU N° 2596329.

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 07/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 23:56:18   |

**Observación: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

**PLAZO DE ENTREGA**

Solicitan: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de Sesenta (60) días calendarios, el plazo incluye la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Es necesario que la Entidad tenga en cuenta que un equipo de balanza electrónica requiere de tiempos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado más amplios que otros equipos convencionales.

Por este motivo resulta razonable establecer como tiempo de entrega la totalidad de 90 días calendarios. OBSERVAMOS y solicitamos al comité de selección que, en pro de ampliar el universo de postores, modifique el requerimiento en cuestión y quede como sigue:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de Noventa (90) días calendarios, el plazo incluye la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que los Los equipos solicitados son de alta demanda comercial por lo tanto no hay demoras en fábrica, así mismo los procesos de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación solo requiere como máximo de un periodo de 8 h por ser equipos de uso simple. Por lo tanto el plazo de entrega solicitado es suficiente para los procesos de importación desaduanaje y traslado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.