

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)****1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/09/2024
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA PARA BOLSAS DE SANGRE - CUI: 2574831
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0282 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS (IOARR: 2574831) E0756 0104-5005903-5005903 – ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA C0086 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	233
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2574831 Documento que declaró la viabilidad -

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 064-2024-UFBSMT-DP-DISAD/INEN	Fecha de recepción	02/04/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/05/2024	De oficio	Con motivo de observaciones X
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A	SI		NO	X



CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	Documento de aprobación de la estandarización	Fecha de aprobación
------------------------------------	---	---------------------

2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-------------------	--

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	varias				varias	INFORME N° 2146-2024-UF-ADQ-OL-OGA/INEN	18/04/2024
Proveedores hacen observaciones referentes a las características técnicas del bien solicitado, a los adaptadores para buffy coat. a los certificados de buenas prácticas y a la experiencia del postor en la especialidad.							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	varias				varias	INFORME N° 343-2024-UFBSMT-DP-DISAD/INEN	21/05/2024
El área usuaria tomó en cuenta las observaciones formuladas, remitiendo la actualización de sus Especificaciones Técnicas.								

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se realizaron ajustes al requerimiento motivo a las observaciones formuladas.

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
--


3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/08/2024
---	------------	--	------------

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Indicar si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento: BAIRES S.A.C y AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.			

3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Indicar si existe pluralidad de marcas que cumplen con el requerimiento: HETTICH y THERMO SCIENTIFIC.			

3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.		



3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					
4	 <p>CPC. EDWIN JOSE ARAUJO VALENTIN Jefe de la Unidad de Adquisiciones Logística INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					



