

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 24/04/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 16:24:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Equipo en Cesión de Uso, solicitan 24 o más reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores, se solicita al Comité de Selección permita 20 o más reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1

Literal: -

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección con el área usuaria, aclara que no se puede bajar el requerimiento a menos reactivos a bordo debido a que tenemos campañas de donación de sangre y en algunas ocasiones se utilizan 24 posiciones para reactivos, de igual modo en la etapa de indagación de mercado se obtuvo pluralidad de marcas y postores.

Por lo tanto no se acepta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 24/04/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 16:24:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para la Experiencia del Postor solicitan como bienes similares EQUIPOS POR METODOLOGÍA ELISA O VARIANTES DE METODOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA. Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores, se solicita al Comité de Selección pueda ampliar como bienes similares a permita reactivos y equipos de inmunología, reactivos y equipos de biología molecular y reactivos y equipos de bioquímica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B **Página: 37**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria se acoge parcialmente su consulta, y se considerará como experiencia la venta de reactivos de banco de sangre o REACTIVOS POR METODOLOGÍA ELISA O VARIANTES DE METODOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	24/04/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:14:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 1

Página 37 de las presentes bases. Numeral 3.2 Requisitos de Calificación. Literal B. Experiencia del postor en la especialidad. En la parte de requisitos se menciona lo siguiente :

¿. (). Se consideran bienes similares a los siguientes EQUIPOS POR METODOLOGÍA ELISA O VARIANTES DE METODOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA.

Al respecto es preciso señalar que siendo el objeto de la convocatoria del presente proceso Reactivos de tamizaje para Banco de Sangre ¿ es preciso señalar que la palabra correcta para considerar bienes similares serían REACTIVOS POR METODOLOGÍA ELISA O VARIANTES DE METODOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA Y NO EQUIPOS. En tal sentido solicitamos al comité especial se sirva indicar si nuestra apreciación es correcta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria se acoge su consulta, y se considerará como experiencia la venta de reactivos de banco de sangre , REACTIVOS POR METODOLOGÍA ELISA O VARIANTES DE METODOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 24/04/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:14:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
CONSULTA 2

Página 24 de las presentes bases Capitulo III equipo en cesión en uso ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE en el numeral 4 solicitan

Identificación automática de muestras, reactivos, calibradores y controles que permitan y garanticen la trazabilidad diaria. Considerando que nuestro equipo a ofertar permite la identificación automática de muestras, reactivos y calibradores mientras que para el caso de los controles, vienen por separado cuya fecha de expira va entre los 4 meses respectivamente de tal manera que al ser ingresados en el equipo manualmente sus registros permanecen grabados en la memoria del equipo durante estos meses de vigencia. En tal sentido por lo antes expuesto solicitamos al Comité Especial se sirva considerar como opcional la identificación automática para los controles.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** B **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, se aceptara la consulta y será opcional la identificación automática de controles a fin de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 24/04/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:14:44

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
CONSULTA 3

Pagina 32 de las presentes bases figuran las condiciones para el cumplimiento de la capacitación del equipamiento c.1 Capacitación del Equipamiento

El personal que brinde las charlas o termas de capacitación deberá ser un Licenciado Tecnólogo médico o Patólogo clínico o personal con experiencia capacitando en temas de Banco de sangre mínimo de 2 años. Al respecto hacemos la consulta al Comité Especial para que se acepte como personal que brinde las charlas o capacitación a un Licenciado Tecnólogo Médico y/o Licenciado en Bioanálisis y/o Bacteriologo con experiencia capacitando en temas de Banco de Sangre mínimo 2 años.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con con el área usuaria, se aceptara la consulta y aceptara como personal que brinde las charlas o capacitación a un Licenciado Tecnólogo Médico y/o Licenciado en Bioanálisis y/o Bacteriólogo con experiencia capacitando en temas de Banco de Sangre mínimo 2 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 24/04/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:14:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
CONSULTA 4

Página 33.Numeral 5.6.1 Plazo de entrega .

Plazo de entrega instalación y prueba operativa de los bienes. Se menciona lo siguiente :

El plazo máximo de entrega de los bienes y puesta en operación es de siete (7) días calendarios contados desde recibida la orden de compra así como la instalación, configuración, puesta en operación y las capacitaciones de los bienes objeto de la contratación. Al respecto

agradeceremos al Comité Especial se sirva aclarar que el plazo de entrega es de los bienes y puesta en operación es de 7 días calendarios contados a partir del día siguiente de recibida la orden de compra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.6.1

Literal: C

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que el plazo de 07 días calendarios para entrega de bienes y puesta en operación de equipos y será contabilizado después de emitida la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null