

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	09:25:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la CAPITULO III. REQUERIMIENTO, 3.1 Especificaciones técnicas, indican:

ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL

¿ Tiempo de Medición: IC: aprox. 4 min

Nuestra representada representa a una reconocida marca de equipos de instrumentación analítica de procedencia japonesa. Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, se solicita a la entidad modificar esta especificación técnica a la siguiente:

¿ Tiempo de Medición: IC: aprox. 3 min o mejor valor

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la consulta quedando de la siguiente manera: Tiempo de Medición: IC: aprox. 4 min también se aceptara 3min

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de Medición: IC: aprox. 4 min, también se aceptara 3min

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	09:25:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la CAPITULO III. REQUERIMIENTO, 3.1 Especificaciones técnicas, indican:

ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL

¿ Función de dilución: Automática. Factor de Dilución 1:5-1:100

Nuestra representada representa a una reconocida marca de equipos de instrumentación analítica de procedencia japonesa. Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, se solicita a la entidad modificar esta especificación técnica a la siguiente:

¿ Función de dilución: Automática. Factor de Dilución: Tasa de dilución de 2 x a 50 x (dilución automática de la muestra mediante bomba de jeringa), precisión de dilución: ± 2% máx. (2 x a 20 x), ± 5% máx. (21 x a 50 x) o equivalente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE : El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la consulta quedando de la siguiente manera: Función de dilución: Automática. Factor de Dilución 1:5-1:100 O Tasa de dilución de 2 x a 50 x (dilución automática de la muestra mediante bomba de jeringa), precisión de dilución: ± 2% máx. (2 x a 20 x), ± 5% máx. (21 x a 50 x) o equivalente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Función de dilución: Automática. Factor de Dilución 1:5-1:100 O Tasa de dilución de 2 x a 50 x (dilución automática de la muestra mediante bomba de jeringa), precisión de dilución: ± 2% máx. (2 x a 20 x), ± 5% máx. (21 x a 50 x) o equivalente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	09:25:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la CAPITULO III. REQUERIMIENTO, 3.1 Especificaciones técnicas, indican:

01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN DE MUESTRAS SÓLIDAS (COMPATIBLE TOC)

¿ Metodo de Oxidacion TC: Oxidación catalítica de combustión (Temperatura del horno TC: 1000°C o Superior)

Nuestra representada representa a una reconocida marca de equipos de instrumentación analítica de procedencia japonesa. Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, se solicita a la entidad modificar esta especificación técnica a la siguiente:

¿ Método de Oxidación TC: Oxidación catalítica por combustión (Temperatura del horno TC: 900°C o Superior)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: A temperaturas elevadas se asegura que todos los compuestos de carbono (orgánicos e inorgánicos) se oxiden completamente, lo que es esencial para obtener una medición precisa del carbono total, en ese entender disminuir la temperatura en 100C podría disminuir la capacidad de oxidación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	09:25:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la CAPITULO III. REQUERIMIENTO, 3.1 Especificaciones técnicas, indican:

01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN DE MUESTRAS SÓLIDAS (COMPATIBLE TOC)

¿ Rango de Medición: 500 mg C absoluto

Nuestra representada representa a una reconocida marca de equipos de instrumentación analítica de procedencia japonesa. Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, se solicita a la entidad modificar esta especificación técnica a la siguiente:

¿ Rango de Medición: TC: 0,1 a 30 mg de carbono; IC: 0,1 a 20 mg de carbono o mayor rango

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la consulta quedando de la siguiente manera: Rango de Medición: 500 mg, C absoluto o TC: 0,1 a 30 mg de carbono; IC: 0,1 a 20 mg de carbono o mayor rango

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de Medición: 500 mg, C absoluto o TC: 0,1 a 30 mg de carbono; IC: 0,1 a 20 mg de carbono o mayor rango

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	09:25:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la CAPITULO III. REQUERIMIENTO, 3.1 Especificaciones técnicas, indican:

01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN DE MUESTRAS SÓLIDAS (COMPATIBLE TOC)

¿ Cantidad de Muestras Máxima: Hasta 03 g

Nuestra representada representa a una reconocida marca de equipos de instrumentación analítica de procedencia japonesa. Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, se solicita a la entidad modificar esta especificación técnica a la siguiente:

¿ Cantidad de Muestras Máxima: Hasta 01 g o mayor valor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la observación quedando de la siguiente manera: Cantidad de Muestras Máxima: Hasta 03 g también se aceptara de 01 g o mayor valor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cantidad de Muestras Máxima: Hasta 03 g también se aceptara de 01 g o mayor valor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	09:25:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la CAPITULO III. REQUERIMIENTO, 3.1 Especificaciones técnicas, indican:

01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN DE MUESTRAS SÓLIDAS (COMPATIBLE TOC)

¿ Tiempo de medición: Normalmente de 2 a 3 minutos

Nuestra representada representa a una reconocida marca de equipos de instrumentación analítica de procedencia japonesa. Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, se solicita a la entidad modificar esta especificación técnica a la siguiente:

¿ Tiempo de medición: Normalmente de 5 a 6 minutos o menor valor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la observación quedando de la siguiente manera: Tiempo de medición: Normalmente de 2 a 3 minutos, también se aceptara de 5 a 6 minutos o menor valor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de medición: Normalmente de 2 a 3 minutos, también se aceptara de 5 a 6 minutos o menor valor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	09:25:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la CAPITULO III. REQUERIMIENTO, 3.1 Especificaciones técnicas, indican:

01 UNIDAD CATALIZADORA DE AIRE

Las especificaciones técnicas mencionadas, pertenece a un equipo Generador de Gas Aire para TOC y no a una Unidad Catalizadora de Aire. Por este motivo, solicitamos a la entidad modificar el título de este módulo al siguiente:

¿ 01 UNIDAD GENERADORA DE AIRE PARA EQUIPO TOC

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la consulta quedando de la siguiente manera: 01 UNIDAD CATALIZADORA DE AIRE o 01 UNIDAD GENERADORA DE AIRE PARA EQUIPO TOC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 UNIDAD CATALIZADORA DE AIRE o 01 UNIDAD GENERADORA DE AIRE PARA EQUIPO TOC

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	09:25:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la CAPITULO III. REQUERIMIENTO, 3.1 Especificaciones técnicas, indican:

8. Plazo de Entrega: El proveedor deberá de entregar los bienes requeridos a los 60 días calendarios posteriores después de la firma del contrato, y será en una sola entregable de todos los bienes y/o equipos, este plazo ya incluye el tiempo de instalación

Debido a que éste equipo es un instrumento de alta tecnología que se importa por cada pedido ya que éste equipo se configura por cada aplicación específica. Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, se solicita a la entidad modificar esta especificación técnica a la siguiente:

8. Plazo de Entrega: El proveedor deberá de entregar los bienes requeridos a los 90 días calendarios posteriores después de la firma del contrato, y será en una sola entregable de todos los bienes y/o equipos, este plazo ya incluye el tiempo de instalación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE : El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, amplía el plazo de entrega de los bienes a 120 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 120 días calendarios.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20546357377	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	QSI PERU S.A.	Hora de envío :	18:01:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO

Respecto a esa especificación, nuestra representada cuenta con tiempos de fabricación europeas, siendo equipos fabricados a pedido, adicional al tiempo de control de calidad para la confirmación de cualquier observación del equipo, siendo equipos elementales pasan por un riguroso control. Por lo expuesto, se solicita a la entidad con el fin de permitir mayor congruencia de postores aceptar nuestra especificación de: PLAZO DE ENTREGA 120 DIAS CALENDARIO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: 1 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE : El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, amplía el plazo de entrega de los bienes a 120 días .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 120 días calendarios.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20546357377	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	QSI PERU S.A.	Hora de envío :	18:17:40

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

7. LUGAR DE ENTREGA

La Entidad cuenta con los ambientes debidamente habilitados para la instalación ¿inmediata¿ del equipo y todos sus componentes o si, por el contrario, los ambientes donde se instalará el equipo con sus componentes, se encuentran en proceso de reparación y/o acondicionamiento y/o habilitación y/o reparación.

Si los ambientes no se encuentran habilitados para realizar la instalación inmediata del equipo con sus componentes, por favor, informar el tiempo en que los ambientes estarán disponibles para la instalación.

Por lo expuesto, se solicita a la entidad poder aclarar lo antes mencionado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: el ambiente donde se realizara la instalación del equipo se encuentra culminado y en funcionamiento, por lo cual se detalla en las especificaciones técnicas las actividades mínimas que se deben considerar en la instalación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	19:47:13

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan: Plazo de entrega. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Como es de conocimiento público, debido a la coyuntura actual y factores geopolíticos que afectan gran parte de Europa, las cadenas de suministro, producción y distribución están siendo afectadas. Esto se traduce en una demora tanto en los plazos de fabricación de los equipos como en el envío a los lugares de destino.

Es por ello que OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos amablemente al comité modificar las bases, ampliando el plazo de entrega, quedando de la siguiente manera:

Plazo de entrega. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 100 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE : El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores en este proceso de licitación pública, amplía el plazo de entrega de los bienes a 120 días calendarios .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 120 días calendarios.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	19:47:13

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan: Limite de detección:

-4ug/L (TC)

-4ug/L (IC)

Al respecto, muchos fabricantes solo especifican un único límite de detección, el del carbono en general. Por ello, para evitar ambigüedades en los términos y confusiones, CONSULTAMOS al comité poder aceptar equipos con la siguiente especificación equivalente: Límite de detección: 4ug/L C

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE : El comité de selección en aras de dar mayor pluralidad , ha evaluado la consulta por lo cual se acoge quedando de la siguiente manera: Limite de detección:

-4ug/L (TC)

-4ug/L(IC) o 4ug/L C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Limite de detección:

-4ug/L (TC)

-4ug/L(IC) , o 4ug/o L C

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	19:47:13

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan: Pre-tratamiento IC

Automático mediante acidificación.

Al respecto, en pro de una mayor participación de postores, CONSULTAMOS al comité, poder aceptar un equipo con la siguiente especificación equivalente: Para la determinación del carbono inorgánico (TIC) se dosifica y digiere una alícuota de la muestra en el reactor de TIC y con ácido fosfórico. El CO2 se purga y se detecta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la consulta, quedando de la siguiente manera: Pre-tratamiento IC

Automático mediante acidificación. también se aceptara, Para la determinación del carbono inorgánico (TIC) se dosifica y digiere una alícuota de la muestra en el reactor de TIC y con ácido fosfórico. El CO2 se purga y se detecta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pre-tratamiento IC

Automático mediante acidificación también se aceptara, Para la determinación del carbono inorgánico (TIC) se dosifica y digiere una alícuota de la muestra en el reactor de TIC y con ácido fosfórico. El CO2 se purga y se detecta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	19:47:13

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan: Gas de arrastre
Aire de alta pureza (CO, C02, contenido de HC: Cada 1 ppm máx., Punto de rocío: -500 C máx.) Presión de suministro: 200 ± 10 kPa (Uso adicional del regulador de gas portador opcional: 300 a 600 kPa).

Al respecto, nuestra oferta ofrece un equipo alta tecnología y para ello utiliza oxígeno de alta pureza para su funcionamiento. Por ello, en pro una mayor participación de postores, CONSULTAMOS al comité poder ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera:

Aire de alta pureza (CO, C02, contenido de HC: Cada 1 ppm máx., Punto de rocío: -500 C máx.) Presión de suministro: 200 ± 10 kPa (Uso adicional del regulador de gas portador opcional: 300 a 600 kPa) u oxígeno de alta pureza.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la consulta, quedando de la siguiente manera: Gas de arrastre
Aire de alta pureza (CO, C02, contenido de HC: Cada 1 ppm máx., Punto de rocío: -50 C máx.) Presión de suministro: 200 ± 10 kPa (Uso adicional del regulador de gas portador opcional: 300 a 600 kPa) u oxígeno de alta pureza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Gas de arrastre
Aire de alta pureza (CO, C02, contenido de HC: Cada 1 ppm máx., Punto de rocío: -50 C máx.) Presión de suministro: 200 ± 10 kPa (Uso adicional del regulador de gas portador opcional: 300 a 600 kPa) u oxígeno de alta pureza.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	19:47:13

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan: Gas fuente de ozono: Aire

Al respecto, si bien el aire sintético es opción para la generación de ozono, una forma mas eficiente y que brinda mejores resultados es el uso de oxigeno para la generación de ozono. Por ello, CONSULTAMOS al comité, poder ampliar el alcance de este requerimiento y considerar al gas ozono, quedando la especificación de la siguiente manera: Gas fuente de ozono: Aire u Oxigeno

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la consulta, quedando de la siguiente manera: Gas fuente de ozono: Aire u Oxigeno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Gas fuente de ozono: Aire u Oxigeno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	19:47:13

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan: Unidad catalizador de aire

Al respecto, siendo que existen equipos trabajan solo con oxigeno y logran de determinación de todos los parámetros solicitado, CONSULTAMOS amablemente al comité, poder ampliar el alcance de este requerimiento, en pro de una mayor participación de postores, quedando de la siguiente manera:

Unidad catalizadora de aire (si el equipo lo requiere según fabricante).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El comité de selección, Con el fin de fomentar la pluralidad de postores ACOGE la consulta, quedando de la siguiente manera: Unidad catalizadora de aire (si el equipo lo requiere según fabricante).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Unidad catalizadora de aire (si el equipo lo requiere según fabricante).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	19:47:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Documentos para la admisión de la oferta.

Solicitan: e) Adjuntar ficha técnica que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Al respecto, hacemos notar que algunas de las características técnicas solicitadas no se encuentran solo en las fichas técnicas, sino que se encuentran en manuales y/o brochure y/o documentación técnica emitida por el fabricante. Por ello, CONSULTAMOS al comité, poder aceptar ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera:

Adjuntar ficha técnica y/o manuales de servicio y/o manuales de operación y/o brochure y/o documentación técnica emitida por el fabricante que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE. Al existir aparentemente aspectos no expresados en la ficha técnica es necesario de manera complementaria adjuntar los siguientes documentos: declaración jurada del fabricante del producto emitido por la marca o fabricante y/o declaración jurada del postor para declaración de entrega de accesorios, en la que se evidencie de manera fehaciente el cumplimiento de las especificaciones no expresadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

b) Adjuntar ficha técnica que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.

De acuerdo a este apartado se especifican los documentos para acreditar que el equipo cumple con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección III. como complemento de la ficha técnica se puede adjuntar: cartas o declaraciones juradas del fabricante o postor para complementar aspectos no indicados en la ficha técnica.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL PARA PROYECTO IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CU"

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	19:47:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan: Método de medición: Quimioluminiscencia.

Al respecto, CONSULTAMOS y solicitamos amablemente al comité, en beneficio del área usuaria, poder aceptar un equipo con la siguiente especificación: Método de medición: Detector de Estado Solido Electroquímico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: luego de consultar con el área usuaria es necesario que el equipo utilice el método de Quimioluminiscencia, debido su ventajas frente al electroquímico, en ese entender no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null