

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código : 20100099447

Nombre o Razón social : MERCK PERUANA S A

Fecha de envío : 01/10/2024

Hora de envío : 19:35:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pueden aceptar una declaración jurada de fábrica o del proveedor ,que indique el cumplimiento de una especificación técnica de la ficha que no se encuentre descrita textualmente en ningún folleto o manual del equipo, como un documento válido para demostrar cumplimiento en referencia a las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el caso que alguna característica de las especificaciones técnicas no esté detallado en alguno de los documentos obligatorios solicitados en las bases (inciso e); f) y/o G) , se tomará como válida el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, siempre que dicha característica sea complementaria a la características principales del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	19:35:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Relacionado a la característica : solicitan una incubadora con agitación orbital con temporalizador (incremento de 1 min o menos) y opción de modo continuo, se consulta al comité evaluador si pueden aceptar como equivalente una incubadora con agitación orbital con temporalizador 0,01 ¿ 95,59 h y opción de modo continuo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el rango del temporizador solicitado por el participante ya se encuentra contenido en las especificaciones técnicas, por lo que si se aceptará un equipo con las características descritas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	19:35:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Relacionado a característica : solicitan una incubadora con agitación orbital con dimensiones interiores mínimas: (60 x 84 x 27) cm \pm 1 cm (profundidad, ancho, alto), se consulta al comité evaluador si pueden aceptar como equivalente una incubadora con agitación orbital con dimensiones interiores mínimas: (71.9 x 89.6 x 57.5) cm \pm 1 cm (profundidad, ancho, alto), con la finalidad de promover pluralidad de postores, considerando además que el equipo le brindará mayor capacidad de almacenamiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el rango de las dimensiones solicitadas por el participante ya se encuentra contenido en las especificaciones técnicas, y son las mínimas solicitadas, por lo que si se aceptará un equipo con las características descritas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	19:35:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan una incubadora con agitación orbital con rango de orbita: (2.5 - 5.5) cm +- 0.1 cm, se consulta al comité evaluador si pueden aceptar como equivalente una incubadora con agitación orbital con rango de órbita de 5,1 cm ± 0.1 cm, incubado, promoviendo así pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el rango de orbita solicitado por el participante ya se encuentra contenido en las especificaciones técnicas, por lo que si se aceptará un equipo con las características descritas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	19:35:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan una incubadora con agitación orbital con rango de velocidad: mínima: 25 rpm o menor; máxima = 300 rpm ± 1 rpm, se consulta al comité evaluador si pueden aceptar como equivalente una incubadora con agitación orbital con rango de velocidad: mínima: 20 rpm; máxima ¿ 300 rpm, en incrementos de 1 rpm, promoviendo así pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el rango de velocidad solicitado por el participante ya se encuentra contenido en las especificaciones técnicas y son las mínimas solicitadas, por lo que si se aceptará un equipo con las características descritas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	19:35:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan una incubadora con agitación orbital con rango de temperatura de incubación: mínima 10 °C sobre temperatura ambiente; máxima = 60, se consulta al comité evaluador si pueden aceptar como equivalente una incubadora con agitación orbital con rango de temperatura de incubación: mínima 10°C sobre temperatura ambiente; máxima ¿ 80°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que La característica consultada de temperatura mínima está incluida en las especificaciones técnica del requerimiento. Si se aceptará un equipo con temperatura mayor a 60°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en las bases integradas.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	19:35:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan una incubadora con agitación orbital con capacidad de carga mínima de 25 Kg, se consulta al comité evaluador si pueden aceptar como equivalente una incubadora con agitación orbital con capacidad de carga mínima de 32 Kg.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la capacidad de carga solicitada por el participante ya se encuentra contenido en las especificaciones técnicas y son las mínimas solicitadas, por lo que si se aceptará un equipo con las características descritas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Rango de velocidad: mínima: 25 rpm o menor; máxima = 300 rpm +- 1 rpm

Consulta: Solicitamos cordialmente revisión de la especificación técnica en la velocidad mínima, considerando un rango: 30 rpm o menor y una velocidad máxima de hasta 350 rpm para una mayor cantidad de postores y opciones de equipos de alta tecnología. Así mismo, considerar que nuestra representada es una empresa que comercializa equipos de alta calidad reconocidos a nivel mundial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptará un equipo con velocidad mínima de 30 rpm o MENOR y una velocidad máxima de 300 rpm o MAYOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en las bases integradas.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Rango de temperatura de incubación: mínima 10 °C sobre temperatura ambiente; máxima = 60

Consulta: Solicitamos cordialmente revisión de la especificación técnica en el rango de temperatura de incubación mínima de 4 °C para una mayor cantidad de postores y opciones de equipos de alta tecnología. Así mismo, considerar que nuestra representada es una empresa que comercializa equipos de alta calidad reconocidos a nivel mundial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará un equipo con temperatura de incubación mínima de 10 °C sobre temperatura ambiente o MENOR; por lo tanto equipos con opción de refrigeración a 4°C también serán aceptados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en las bases integradas.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Capacidad de carga mínima de 25 Kg

Consulta: Solicitamos cordialmente revisión de la especificación técnica en capacidad de carga mínima de 20 Kg. para una mayor cantidad de postores y opciones de equipos de alta tecnología. Así mismo, considerar que nuestra representada es una empresa que comercializa equipos de alta calidad reconocidos a nivel mundial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptará un equipo con carga mínima de 20 Kg. o MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en las bases integradas.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de S/. 225,498.00 (Doscientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y ocho con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a incubadoras con agitación en general, agitadores sistema de micro fluidos para cultivos o shakers.

Consulta: Solicitamos puedan ser considerados como bienes similares: digestor microondas, centrífugas, refrigeradores, entre otros. para una mayor oportunidad de postores, considerando que nuestra representada es una empresa que comercializa equipos de alta calidad reconocidos a nivel mundial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que además de los equipos similares como agitadores, sistema de micro fluidos para cultivos o shakers; se aceptarán también como equipos afines de laboratorio: digestor microondas, centrífugas, refrigeradores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en las bases integradas.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan: incubadora con agitación apilable

Consulta: se solicita amablemente al comité aceptar una incubadora con agitación no apilable cuya plataforma tenga la siguiente capacidad:

6 Matraces de 2L

9 Matraces de 1L

16 Matraces de 500mL

10 microplacas

Ya que con un solo equipo podrán trabajar con una mayor cantidad de matraces lo cual representa una mejora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se aceptarán equipos no apilables porque el equipo adquirido no permitirá el acoplamiento con otros equipos similares existentes o que sean adquiridos posteriormente para el laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan: dimensiones interiores minimas (60x64x27)cm +-1cm(profundidad, ancho, alto)

Para fomentar la pluralidad de postores, se solicita amablemente al comite aceptar un equipo con medidas interiores de acuerdo al fabricante ya que incluir dimensiones limita la participacion de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se aceptarán equipos que no se ajusten a las medidas interiores mínimas; porque esto podría afectar la capacidad de carga del equipo y por lo tanto el trabajo y los procesos que son requeridos del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde