

# **ACTA N° 07**

## **ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN**

En, Lima, a los 17 días del mes de julio del año 2024, en la oficina de UCIN del INMP, a las 11:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante REA N° 201-OEA-INMP-2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2023-INMP (2° Convocatoria)**, cuyo objeto de convocatoria es la **"ADQUISICION ANUAL DE EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE CON FILTRO PARA LOS SERVICIOS DE UCIN INTERMEDIOS UCIM Y EMERGENCIA DEL INMP"**, a fin de Evaluar y Calificar las Ofertas.

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

|                 |                                      |          |   |              |                      |
|-----------------|--------------------------------------|----------|---|--------------|----------------------|
| Presidente      | MC ELINA ROSANA MENDOZA IBAÑEZ       | Titular  | X | Dependencia: | UCIN                 |
|                 |                                      | Suplente |   |              |                      |
| Primer Miembro  | Lic. GLORIA CORCUERA SEGURA          | Titular  | X | Dependencia: | UCIN                 |
|                 |                                      | Suplente |   |              |                      |
| Segundo Miembro | Bach. Adm. SANTIAGO FELIX DIAZ YAURI | Titular  | X | Dependencia: | OFICINA DE LOGÍSTICA |
|                 |                                      | Suplente |   |              |                      |

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registró a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

| RUC/Código  | Nombre o Razón Social              |
|-------------|------------------------------------|
| 20155695901 | SISTEMAS ANALITICOS SRL            |
| 20377339461 | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.          |
| 20381450377 | FRESENIUS KABI PERU S.A.           |
| 20420035901 | REPRESENTACIONES MEDICAS M&M S.A.C |

En el día y horario señalado en las bases, el siguiente postor registro su oferta a través del sistema SEACE:

| Nro. | RUC/Código  | Nombre o Razón Social              | Fecha de registro |
|------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 1    | 20377339461 | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.          | 11/07/2024        |
| 2    | 20420035901 | REPRESENTACIONES MEDICAS M&M S.A.C | 11/07/2024        |
| 3    | 20381450377 | FRESENIUS KABI PERU S.A.           | 11/07/2024        |

Acto seguido, se procede a descargar del sistema SEACE, las ofertas registradas, para su revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

### **ADMISION DE OFERTAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, mediante el cuadro de ADMISION DE OFERTAS y el ACTA DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS que se adjuntan a la presente, las siguientes ofertas tienen como resultado lo siguiente:

| Nombre o Razón Social              | RESULTADO DE ADMISIÓN DE OFERTA |
|------------------------------------|---------------------------------|
| B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.         | ADMITIDA                        |
| FRESENIUS KABI PERU S.A.           | ADMITIDA                        |
| REPRESENTACIONES MEDICAS M&M S.A.C | NO ADMITIDA                     |

### **EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA:

| Nombre o razón social del postor | PRECIO DE SU OFERTA S/. |
|----------------------------------|-------------------------|
| BRAUN MEDICAL PERU S.A.          | 78,000.00               |
| FRESENIUS KABI PERU S.A.         | 86,400.00               |

### EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE DE LA OFERTA DEL POSTOR

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR | BRAUN MEDICAL PERU S.A. | FRESENIUS KABI PERU S.A. |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| FACTORES                         | PUNTAJES                |                          |
| PRECIO                           | 100 puntos              | 90.28 puntos             |
| SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES      | <b>100 puntos</b>       | <b>90.28 puntos</b>      |

### RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

| ITEM N° 01: EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE CON FILTRO |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| N° DE ORDEN DE PRELACIÓN                               | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR | PUNTAJE TOTAL |
| 1  | BRAUN MEDICAL PERU S.A.          | 100 puntos    |
| 2  | FRESENIUS KABI PERU S.A.         | 90.28 puntos  |

### CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS


Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección, determinó si el postor, cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases.


| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR: |   | BRAUN MEDICAL PERU S.A. | FRESENIUS KABI PERU S.A. |
|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN        |   |                         |                          |
| A                                 | HABILITACIÓN  |                         |                          |
|                                   | Autorización Sanitaria de Funcionamiento, emitida por DIGEMID | Si cumple               | Si cumple                |
|                                   | Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento             | Si cumple               | Si cumple                |
|                                   | Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte  | Si cumple               | Si cumple                |
| B                                 | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                     | Si cumple               | Si cumple                |
| RESULTADO DE CALIFICACIÓN         |   | <b>CALIFICADA</b>       | <b>CALIFICADA</b>        |


### RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el postor **BRAUN MEDICAL PERU S.A.**, ha cumplido con los requisitos de calificación establecidos en las bases y se le da como GANADOR.

Siendo las 13:00 horas del día 18 de julio del presente, los integrantes del Comité de Selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de la oferta y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado.

  
 MC ELINA ROSANA MENDOZA IBÁÑEZ  
 Presidente Titular

  
 Lic. GLORIA CORCUERA SEGURA  
 Miembro Titular

  
 Bach. Adm. SANTIAGO FELIX DIAZ  
 YAUARI  
 Miembro Titular

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

| N° | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR      | DOCUMENTACION OBLIGATORIA            |                      |  |   |  |   |                    |                    |                                     |                     |                            |  |                                      |                                     | DOCUMENTACION FACULTATIVA  |  |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|--|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|    |                                       | a)                                   | b)                   | c)   | d)  | e)                                     | f)  | g)                 | h)                 | i)                                  | j)                  | k)                         | l)                                       | m)                                   | n)                                  | a)   | b)   |
|    |                                       | D.J.<br>DATOS<br>POSTOR<br>(Anexo 1) | VIGENCIA DE<br>PODER | D.J.<br>LITERAL b)<br>DEL ART. 52<br>R.L.C.E.<br>(Anexo 2) | D.J.<br>CUMPLIMIENTO<br>EE.TT.<br>(Anexo 3) | Registro o<br>certificado<br>Sanitario | Protocolo o<br>Certificado de<br>Análisis | Certificado<br>BPA | Certificado<br>BPM | Carta de<br>Coimpromiso<br>de Canje | Certificado<br>BPDT | Presentacion<br>de Muestra | D.J.<br>PLAZO DE<br>ENTREGA<br>(Anexo 4) | PROMESA DE<br>CONSORCIO<br>(Anexo 5) | PRECIO DE LA<br>OFERTA<br>(Anexo 6) | Registro de<br>Empresas<br>Promocionales<br>para Personas<br>con<br>Discapacidad | Bonificacion<br>de micro y<br>pequeña<br>empresa<br>(Anexo 10) |
| 1  | B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.            | ✓                                    | ✓                    | ✓  | ✓   | ✓                                      | ✓   | ✓                  | ✓                  | ✓                                   | ✓                   | ✓                          | ✓  | —                                    | 78,000.00                           | —  | —  |
| 2  | FRESENIUS KABI PERU S.A.              | ✓                                    | ✓                    | ✓  | ✓   | ✓                                      | ✓   | ✓                  | ✓                  | ✓                                   | ✓                   | ✓                          | ✓  | —                                    | 86,400.00                           | —  | —  |
| 3  | REPRESENTACIONES MEDICAS<br>M&M S.A.C | ✓                                    | ✓                    | ✓  | ✓   | ✓                                      | ✓   | ✓                  | ✓                  | ✓                                   | ✓                   | ✓                          | ✓  | —                                    | 3,360.00<br>**                      | —  | —  |

\*\* De acuerdo a su ANEXO N° 06, PRECIO DE LA OFERTA, el monto es sustancialmente por debajo del Valor estimado.

  
MC ELINA ROSANA MENDOZA IBAÑEZ  
Presidente Titular

  
Lic. GLORIA CORCUERA SEGURA  
Miembro Titular

  
Bach. Adm. SANTIAGO FELIX DIAZ  
YAURI  
Miembro Titular



**MEMORANDUM N°053 -ENF-JEF-UCIN -INMP-2024**

A : DRA. ELINA MENDOZA IBAÑEZ  
Presidente Titular del Comité de Selección

DE : LIC. GLORIA CORCUERA SEGURA  
Enf. Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Neonatal

ASUNTO : REMISIÓN DE ACTA DE EVALUACIÓN DE MUESTRA  
DEL PRODUCTO: EQUIPO DE TRANSFUSIÓN CON  
FILTRO

FECHA : Lima, 20 de Julio del 2024

Mediante la presente me dirijo a Ud. Para saludarla cordialmente y hacerle entrega del acta de evaluación de muestra para la adjudicación simplificada N° 029-2023-INMP: "ADQUISICIÓN ANUAL DE EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE CON FILTRO PARA LOS SERVICIOS DE UCIN INTERMEDIOS UCIM Y EMERGENCIA DEL INMP, suscrita por los representantes de los servicios de Cuidados Intensivos Neonatal, Cuidados Intermedios Neonatal y Cuidados Intensivos Maternos.

Remito Acta de evaluación solicitada.

Sin otro particular.

Atentamente.

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

LIC. GLORIA CORCUERA SEGURA  
ENF. JEFE SERVICIO CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL  
CEP: 19291 REF: 3616

Recibido 17-07-24  
19:30h.  
COMITE

GCS/gcs  
Cc: archivo



PERÚ

Ministerio  
de SaludInstituto Nacional  
Materno Perinatal

## **ACTA DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS**

El 17 de Julio del 2024, siendo las 16:30 pm se realiza la reunión de usuarios del producto:  
**EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE CON FILTRO**

Lic. Gloria Corcuera Segura en representación del servicio de Cuidados Intensivos Neonatal

Lic. Shelah Melgar Montalvo en representación del servicio de Cuidados Intermedios Neonatal

Lic. Ana Garcilazo Lazo en representación del servicio de Cuidados Intensivos Materno

Se verifica que han presentado muestras tres empresas:

1. B BRAUN MEDICAL PERU S.A.
2. FRESENIUS KABI PERU S.A.
3. REPRESENTACIONES MEDICAS M&M S.A.C

Se procede a la evaluación de las muestras mediante una lista de chequeo que permite la verificación del cumplimiento de las características técnicas:

|  | B BRAUN<br>MEDICAL PERU<br>S.A. |    | FRESENIUS<br>KABI PERU<br>S.A. |    | REPRESENTACI<br>ONES MEDICAS<br>M&M S.A.C |    |
|--|---------------------------------|----|--------------------------------|----|---|----|
|  | SÍ                              | NO | SI                             | NO | SI  | NO |
| <b>Características técnicas del producto:</b>  |                                 |    |                                |    |   |    |
| Material PVC libre de DEHP y látex, de material transparente, flexible para ser utilizado con bomba de infusión Continua   | ✓                               |    | ✓                              |    |   | ✓  |
| Condiciones biológicas: estéril, atoxico, no pirógeno, hipoalergénico  | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |
| El perforador o punzón para bolsa de sangre sin filtro de aire y/o con filtro antibacteriano y antiviral que retienen el 99.99% de bacterias y virus.  | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |
| Con cámara de goteo flexible toda la cámara y/o parte de la cámara transparente que permita la visualización continua del goteo  | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |
| Cámara de goteo con un filtro de sangre de 200um   | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |
| Tubo flexible transparente, sin perforaciones de forma lineal para ser usado hasta sin bomba de infusión, con o sin sitio en Y con sistema libre de agujas, extreme distal con conector universal y/o luer lock. | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |
| Con o sin segmento de bombeo de silicona que permita una mejor administración.   | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |
| Llave de regulación de amplio recorrido, para suspensión de goteo o regulador de flujo   | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |
| Con sistema de seguridad que previene flujo libre accidental: Clamp que se cierre automáticamente al retirar la línea de la bomba.   | ✓                               |    | ✓                              |    |   | ✓  |
| Empaque individual   | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |
| Empaque que garantice las propiedades físicas e integridad del producto  | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |
| Resistente a la manipulación transporte y almacenaje   | ✓                               |    | ✓                              |    | ✓   |    |



PERU

Ministerio  
de SaludInstituto Nacional  
Materno Perinatal

|   |   |  |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|---|--|
| Peel Open   | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |
| Exento de partículas extrañas   | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |
| Sin rebabas y/o aristas cortantes                                     | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |
| Rotulado según bases: N° de registro, N° de lote, fecha de expiración | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |

Postor 1: B BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Resultado: Sí cumple con las especificaciones técnicas,

Postor 2: FRESENIUS KABI PERU S.A.

Resultado: Sí cumple con especificaciones técnicas.


Postor 3: REPRESENTACIONES MEDICAS M&M S.A.C

Resultado: NO cumple con las especificaciones técnicas.

En el ítem "Material PVC libre de DEHP y látex, de material transparente, flexible para ser utilizado con bomba de infusión continua" se observa que en su ficha técnica presentada página 12 dice en PRECAUCIONES "Contiene de DEHP (Evitar en lo posible el uso en poblaciones de riesgo (Recién nacidos, prepúberes masculinos y embarazadas o en periodo de lactancia)", la población para la que se adquiere este producto es recién nacidos y embarazadas.

En el ítem "Con sistema de seguridad que previene flujo libre accidental: Clamp que se cierre automáticamente al retirar la línea de la bomba" se observa que NO trae Clamp que se cierre automáticamente al retirar la línea de la bomba, la mayoría de equipos se usan para bomba de infusión debido a que la población que atendemos son recién nacidos (entre ellos prematuros) y gestantes o púrpas con complicaciones que requieren administración de volúmenes exactos y precisos, siendo de mayor seguridad la administración en bombas de infusión.

  
Lic. Gloria Corcuera Segura  
Enf. Jefe del Servicio UCIN

  
Lic. Shelad Melgar Montalvo  
Enf. Jefe del Servicio de Intermedios

  
Lic. Ana Garcilazo Lazo  
Enf. Jefe del Servicio de UCIM