

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código : 20568021267

Fecha de envío : 13/07/2023

Nombre o Razón social : SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 21:40:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS

- 02 DOS KIT FILTRO BACTERIOLOGICO HME

Se entiende que dicha característica KIT se deberá ofertar para cada unidad, un corrugado pequeño extendible para este filtro a fin de facilitar el uso en el paciente y el no acodamiento en el circuito corrugado.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro bacteriológico HME con corrugado extendible el cual no altera la finalidad de la adquisición, ni tampoco perjudica a la entidad, sería un beneficio para cualquier paciente en ventilación mecánica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: .

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(Se requiere que cada unidad ofertada de filtro bacteriológico HME cuente con su propio corrugado entendible para facilitar su uso en el paciente).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS
- 02 DOS KIT FILTRO BACTERIOLOGICO HME

Se entiende que los Filtros Bacteriológicos HME, poseen un retorno de humedad el cual es necesario para humidificar al paciente, por lo cual, los rangos son 30 a 32 mg/L, tener un exceso de humedad condensaría el circuito corrugado, ocasionaría saturación del filtro y exceso de humidificación para el paciente.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro bacteriológico HME con un retorno de humedad de 30 a 32 mg/L, el cual no altera la finalidad de la adquisición, ni tampoco perjudica a la entidad, sería un beneficio para cualquier paciente en ventilación mecánica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los filtros HME deben tener un retorno de humedad un rango desde 30 hasta 32 mg/L.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS
- 02 DOS KIT FILTRO BACTERIOLOGICO HME

Se entiende que los Filtros Bacteriológicos HME, poseen un volumen tidal ideal para los diferentes pesos del paciente (Peso x 10=Volumen Tidal), tener un amplio rango de pesos es ideal para el Hospital, el cual deben ir INDICADOS EN CADA FILTRO, el cual el rango de volumen tidal para estos filtros es 180 ml a 1500 ml.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro bacteriológico HME con un volumen tidal desde 180ml hasta 1500 ml, el cual debe ir INDICADO IMPRESO EL VOLUMEN TIDAL en cada filtro, a fin que el usuario tenga presente dicha característica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . **Página: 27**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El volumen tidal para filtros HME deben estar impresos en la parte frontal de los filtros, indicando claramente el rango del filtro del filtro, se aceptarán filtros con volumen tidal desde 180 ml hasta 1500 ml.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS
- 02 DOS KIT FILTRO BACTERIOLOGICO HME

Se entiende que los Filtros Bacteriológicos HME, poseen puertos para capnografía necesarios para el monitoreo de cada paciente en el ventilador mecánico, dichos puertos resultan ser unidos al filtro, mediante un sistema de sujeción, asegurando la no pérdida dentro del paciente o fugas ventilatoria por poseer puertos (tapas) tipo rosca.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro bacteriológico HME con puerto para capnografía unido al filtro (NO TAPA ROSCA).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . **Página: 27**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Por seguridad e integridad del paciente se necesitan que ambos filtros HME y filtros Antibacteriales posean puerto de canografía con tapa o tapón unido al filtro, el cual asegure la no pérdida de dicha tapa.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS

- 02 DOS KIT FILTRO BACTERIOLOGICO HME

Se entiende que los Filtros Bacteriológicos HME, deben tener una resistencia al flujo mínima y pesos del filtro muy livianos para facilitar la ventilación del paciente. Los flujos más usados en los hospitales 2.7 cm H2O/L a 60 Lt por minuto y los pesos de los filtros menores a 32 gramos.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro bacteriológico HME con resistencia al flujo de 2.7 cm H2O/L a 60 Lt por minuto y el peso del filtro menor a 32 gramos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptan filtros HME con resistencia de 2.7 cm H2O/L a 60 Lt por minuto y filtros con pesos menores a 35 gr.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS

- 02 DOS KIT FILTRO BACTERIOLOGICO HME

Se entiende que los Filtros Bacteriológicos HME, son barreras de protección para el paciente evitando la contaminación de virus y bacterias ya que poseen dicha característica el cual es sustentada con estudios de eficiencia de filtración bacterial y viral mayor al 99.999%.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro bacteriológico HME estudios de eficiencia de filtración bacterial y filtración viral mayor a 99.999%.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá adjuntar y sustentar estudio de eficiencia de filtración bacterial y viral mayore a 99.99%

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS

- UN (01) CIRCUITO CORRUGADO DE 2 LINEAS DE 22MM CON UNA PIEZA EN Y CON CODO DE 90°

Se entiende que los mejores Circuitos Corrugados tienen como característica manejar la longitud y menor espacio muerto, el cual mejora la ventilación del paciente y pueden extenderse o contraerse al mejor manejo del usuario, estos circuitos corrugados extendibles hasta 2 metros.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar el Circuito Corrugado extendible hasta 2 metros, el cual no altera la finalidad de la adquisición, ni tampoco perjudica a la entidad, sería un beneficio para cualquier paciente en ventilación mecánica, para el manejo de espacio muerto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE AGOJE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se requiere circuito corrugado extendible o semirrígido de 22 MM con una pieza em y con codo de 90°

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS

- 02 DOS UNDS FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO

Se entiende que los Filtros Antibacterianos, poseen un volumen tidal ideal para los diferentes pesos del paciente ($Peso \times 10 = VolumenTidal$), tener un amplio rango de pesos es ideal para el Hospital, el cual deben ir INDICADOS EN CADA FILTRO, el cual el rango de volumen tidal para estos filtros es 200 ml a 1500 ml.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro bacteriológico HME con un volumen tidal desde 200ml hasta 1500 ml, el cual debe ir INDICADO IMPRESO EL VOLUMEN TIDAL en cada filtro, a fin que el usuario tenga presente dicha característica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El volumen tidal para filtros antibacteriano deben estar impresos en la parte frontal de los filtros, indicando claramente el rango del filtro se aceptarán filtros con volumen tidal desde 200 ml hasta 1500 ml.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS
- 02 DOS UNDS FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO

Se entiende que los Filtros Antibacterianos, poseen puertos para capnografía necesarios para el monitoreo en el ventilador mecánico, dichos puertos resultan ser unidos al filtro, mediante un sistema de sujeción, asegurando la no pérdida dentro del paciente o fugas ventilatoria por poseer puertos (tapas) tipo rosca.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro Antibacterianos con puerto para capnografía unido al filtro (NO TAPA ROSCA).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por seguridad e integridad del paciente se necesitan que ambos filtros HME y filtros Antibacteriales posean puerto de capnografía con tapa o tapón unido al filtro, el cual asegure la no pérdida de dicha tapa.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS

- 02 DOS UNDS FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO

Se entiende que los Filtros Antibacterianos, deben tener una resistencia al flujo mínima y pesos del filtro muy livianos para facilitar la ventilación del paciente. Los flujos más usados en los hospitales 2.2 cm H2O/L a 60 Lt por minuto y los pesos de los filtros menores a 30 gramos.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro Antibacterianos con resistencia al flujo de 2.2 cm H2O/L a 60 Lt por minuto y el peso del filtro menor a 30 gramos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los filtros Antibacterianos con resistencia de 2.2 cm H2O/L a 60 Lt por minuto y filtros con pesos menores a 30 gr.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS

- 02 DOS UNDS FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO

Se entiende que los Filtros Antibacterianos, son barreras de protección para el paciente evitando la contaminación de virus y bacterias ya que poseen dicha característica el cual es sustentada con estudios de eficiencia de filtración bacterial y viral mayor al 99.99%.

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo a solicitar Filtro Antibacterianos estudios de eficiencia de filtración bacterial y filtración viral mayor a 99.99%.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá adjuntar y sustentar estudio de eficiencia de filtración bacterial y viral mayore a 99.99%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISITICAS

- UN (01) TUBO EN T CON CORRUGADO

Se entiende que el Tubo en T, nos ayuda a brindar un aporte de oxigenoterapia de alto flujo y así mismo el corrugado o extensión, tiene la función de reservorio o circulación parcial, por lo cual debe mantenerse colocada para garantizar un aporte adecuado de oxígeno, según el requerimiento del paciente, evitando así pérdidas de oxígeno y problemas de disminución de la saturación de oxígeno

Por tanto, OBSERVAMOS, en el extremo en solicitar un Tubo en T con Corrugado rígido de 10 cm para el beneficio del paciente y del hospital.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se requiere que el tubo en T cuente con un corrugado rígido de 10 cm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE CORRUGADOS ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:40:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

6.6 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

6.6.2 PLAZO

-Así mismo, las entregas se efectuarán en DOS ENTREGAS, según bases. Sin embargo, se aprecia que hay un cuadro de distribución de entregas (Primera entrega, Segunda entrega, Tercera entrega y Cuarta entrega), calculando 600 unidades por cada una. Por lo que se aprecia una incongruencia.

Por tanto, CONSULTAMOS, en que nos pueda aclarar cuantas entregas se efectuarán para este procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Número de entregas serán de acuerdo al TDR de las Bases Integradas (05 entregas).