


**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	002-2024-CS-LP N° 10-2023-GERESA/LL		
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En la ciudad de Trujillo, a los 18 días del mes de julio del año 2024, en el local de la GERESA-LL, a las 21:00 horas, reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N°010-2023-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"-ITEM 1 (PAQUETE), a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.			
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:			
	Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	Titular <input checked="" type="checkbox"/> Suplente <input type="checkbox"/>	Dependencia: OEC-UTF ABASTECIMIENTO
	Primer Miembro	ING ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/> Suplente <input type="checkbox"/>	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
	Segundo Miembro	ING DAVID LUNA GRANDEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/> Suplente <input type="checkbox"/>	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
<b>4</b>	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:			
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado
	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.			S/. 18,400,000.00
<b>5</b>	<b>BASE LEGAL</b> Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".			
<b>6</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro ITEM 1 (PAQUETE) al postor mencionado en el numeral 4.			
<b>7</b>				
	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	
	PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO	
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

**1 NÚMERO DE ACTA**

001-2024-CS-LP N° 10-2023-GERESA/LL

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En la ciudad de Trujillo, a los 18 días del mes de julio del año 2024, en el local de la GERESA-LL, a las 8:00 horas, reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N°010-2023-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"-ITEM 1 (PAQUETE), a fin de efectuar la EVALUACION DE LA OFERTAS admitidas y CALIFICACION de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	Titular	X	Dependencia:	OEC-UTF ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
		Suplente			
Segundo Miembro	ING DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
		Suplente			

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	CIMATEC SAC	20100042500
2	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
3	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205
4	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	20110133091
5	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	20111876097
6	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
7	CYMED MEDICAL SAC	20263368992
8	MEDISONIC S.A.C.	20376801927
9	BIOIMAGEN S.A.C	20392644556
10	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
11	DBG SOLUCIONES S.A.C	20451829913
12	BAYOMED HEALTH PERU SAC	20480981775
13	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
14	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	20509173801
15	KENDAL IMPORT S.A.C	20509873535
16	CORPORACION MEDICA PERUANA Y SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.C.	20513997818
17	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	20516809524
18	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	20523370201
19	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
20	DELTALAB PERU S.A.C.	20537139120
21	BIODIZ S.A.C.	20543075354
22	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	20543424545
23	MEDICAL ISVIL S.A.C.	20544150104
24	CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.	20545309191



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

25	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	20551306128
26	CONSORCIO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.C.	20554065962
27	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
28	INTECWELD IMPORT S.A.C.	20557041631
29	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	20557788841
30	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
31	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
32	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	20600989988
33	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20601105994
34	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	20601207193
35	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
36	DROGUERIA BIOMED MEDICAL E.I.R.L. - BIOMED MEDICAL E.I.R.L.	20601905184
37	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	20602551963
38	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	20602556175
39	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
40	AMAZON MEDICAL S.A.C.	20602984371
41	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
42	CF DISMED S.A.C.	20603460554
43	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490
44	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	20604404291
45	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
46	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
47	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
48	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	20606152176
49	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	20606300477
50	MEGA-MED E.I.R.L.	20607920363
51	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	20608966405
52	TECNOLOGIA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.	20609110865
53	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	20609854457
54	3S CIENTIFIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20610230424

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	15/07/2024	22:16:32
2	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.	15/07/2024	23:41:57

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	No acredita características técnica del CAPITULO II, numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, literal e): ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D: 1.14, 1.16, 1.17, 1.21, 3.04, 4.04 ECOGRAFO DOPPLER 4D: 1.15, 3.11, 4.02, 4.05 No presenta documento requerido en el CAPITULO II, numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, literal f) y j)
---	--	---

<b>8</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.	ITEM 1 (PAQUETE)-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"

<b>9</b>	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>		
	9.1	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>	
		N°	Nombre o razón social del postor
		1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.
			Precio de su oferta
			S/. 18,400,000.00
			% del valor referencial
			99.67
	9.2	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.	

<b>10</b>	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	100 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

<b>11</b>	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.	100
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

<b>12</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>
-----------	---------------------



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>			
	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>		
		HABILITACIÓN	X	
	<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>		
		FACTURACIÓN	X	
	<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>		
	<b>C.1</b>	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>			<b>CUMPLE</b>	

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro ITEM 1 (PAQUETE), cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

<b>N°</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR</b>
1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.

DE SER EL CASO INCLUIR:




Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:

<b>N°</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>	<b>CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN</b>
1	xxxxxxx	xxxxxxx

**14 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

**15**

		
BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	ING. DAVID LUNA GRANDEZ
PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO

**NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**



EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 10-2024-GERESA/CS-1 / ITEM 1 (PAQUETE)

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU SAC-MEDICA INNOVADORA SAC-CORPORACION DACMAR SAC	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC
	Documentación de presentación obligatoria Documentos para la admisión de la oferta Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
a)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  b) En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de Carta del fabricante, Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:		
ITEM PAQUETE 1			
1.- ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D			
1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:	MARCA: VINNO, MODELO: VINNO R700	MARCA: WINSONIC, MODELO: LOTUS
1.01	EQUIPO RODABLE EN UNA ESTRUCTURA INTEGRADA DE ALTURA REGULABLE ORIGINAL DE FABRICA, CON FRENOS EN LAS 4 RUEDAS Y PANTALLA TACTIL DE 15 PULGADAS O MAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	PANTALLA TACTIL CON ANGULO DE INCLINACION AJUSTABLE SEGUN DISEÑO DE CADA FABRICANTE. CON CAPACIDAD DE EDICION DE IMÁGENES E INSERCIÓN DE COMENTARIOS A MANO ALZADA, SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	MONITOR LCD 6 LED CON PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR DE 1920 X 1080 ó MEJOR, DE 23 PULGADAS O MAYOR. CON BRAZO ARTICULADO DE ALTURA REGULABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	CON SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO QUE MUESTRE COMO REALIZAR ALGUN EXAMEN ECÓGRAFO MEDIANTE VIDEO Y VOZ, SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	CON MOVIMIENTO DEL MONITOR INDEPENDIENTE DE LA CONSOLA DEL OPERADOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



1.06	CON 2'200,000 O MAS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	ESCALA DE GRISES DE 256 NIVELES A MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	ONCE (11) O MÁS POSICIONES 6 ETAPAS FOCALES SELECCIONABLES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09	PROFUNDIDAD DE VISUALIZACION DE 40 cm O MÁYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1	REVISION CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 100,000 CUADROS O 10000 MB O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11	RANGO DINÁMICO DE 280 db O SUPERIOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.12	CUATRO (04) O MAS PUERTOS ACTIVOS PARA LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS, CADA UNO CON SU SOPORTE LATERAL. LOS CONECTORES DEBEN SER INTERCAMBIABLES ENTRE SI Y DE LAS MISMAS DIMENSIONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.13	FORMACIÓN DIGITAL DEL HAZ ULTRASÓNICO NO MENOR DE 12 BITS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.14	TECLADO RETRACTIL ORIGINAL DE FABRICA Y TECLADO ALFANUMERICO EN PANTALLA TÁCTIL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE SEA ORIGINAL DE FABRICA
1.15	CINCO (05) O MAS PUERTOS USB, PARA CONEXIONES AUXILIARES Y OTROS PERIFÉRICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.16	DISCO DURO DE 1 TERABYTE COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. SUSTENTAN QUE TIENES UN DISCO DURO NO MENOR A 1024 MB, NO ES LO MINIMO SOLICITADO
1.17	DOS PARLANTES DE AUDIO CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE SOLICITA DOS PARLANTES DE AUDIO, LO ACREDITAN CON SALIDAS DE AUDIO LO CUAL NO ES LO MISMO.
1.18	BATERÍA DE RESPALDO INCORPORADA, CON AUTONOMÍA DE 90 MINUTOS COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.19	OCHO CONTROLES FÍSICOS DESLIZANTES COMO MINIMO, DE COMPENSACION DE GANANCIA DE PROFUNDIDAD UBICADOS EN EL PANEL DE CONTROL Y OCHO (08) CONTROLES DIGITALES DESLIZANTES DE GANANCIA, CÓMO MINIMO, DE PROFUNDIDAD UBICADOS EN EL PANEL TÁCTIL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.20	OCHO CONTROLES DE GANANCIA DE ESPACIO (SGC), UBICADOS EN LA PANTALLA TÁCTIL CÓMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.21	CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG, BMP, TIFF Y PNG COMO MÍNIMO. EXPORTAR VIDEO EN FORMATO AVI Y MP4 COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA LOS FORMATOS TIFF Y PNG. FORMATO VIDEO EN MP4
1.22	CONECTIVIDAD DICOM 3.0 HABILITADA, MINIMO PARA WORKLIST, PRINT, STORAGE Y MPPS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



1.23	LECTOR/GRABADOR DE CD/DVD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.24	PUERTO DE VIDEO: "S-VIDEO" Y "DVI Y/O HDMI", CÓMO MÍNIMO (NO SE PERMITE EL USO DE ADAPTADORES)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.25	EXPORTACIÓN DE IMÁGENES POR BLUETOOTH Y CORREO ELECTRÓNICO CÓMO MÍNIMO HACIA DISPOSITIVOS MÓVILES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.26	HERRAMIENTA PARA CONTROL Y SOPORTE TÉCNICO DEL ECÓGRAFO MEDIANTE VÍA REMOTA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.00	MODOS DE EXPLORACIÓN:		
2.01	MODO 2D (B)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	MODO M Y B/M	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	MODO B/B Y 4B.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	DOPPLER PULSADO Y DOPPLER DE COLOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.05	MODO TRIPLEX EN TIEMPO REAL (2D, DOPPLER COLOR Y DOPPLER PULSADO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.06	POWER ANGIO O POWER DOPPLER.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES DISPONIBLE EN TODOS LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.08	FLUJO DE ALTA RESOLUCIÓN DIRECCIONAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.09	FUNCION 3D FREE HAND POR LO MENOS PARA UN TRANSDUCTOR COMO MÍNIMO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.10	ACCESO RÁPIDO PARA VISUALIZACIÓN DE PANTALLA COMPLETA (UN SOLO BOTÓN).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.11	CON SOFTWARE PARA DETECCIÓN (DIAGNÓSTICO PORCENTUAL) DE LESIONES EN LA TIROIDES, HÍGADO Y MAMÁ EN TIEMPO REAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.12	ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA MEDIDA EN KILOPASCAL; DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES CONVEXO Y LINEAL CÓMO MÍNIMO. CON TECNOLOGÍA QUE INDIQUE LA ESTABILIDAD DE MOVIMIENTO DURANTE LA EXPLORACIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.00	TRANSDUCTORES: Se aceptarán rangos de frecuencia con ancho de banda mayor a los solicitados y/o dentro de la tolerancia de -0.5 MHz en el límite superior y +0.5 MHz en el límite inferior pero no ambos a la vez.		
3.01	UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO PARA USO GINECO OBSTETRICO, MULTIFRECUENCIAL DE 2.0 A 6.0 MHZ O RANGO DE MAYOR AMPLITUD CON RADIO DE CURVATURA DE 60MM O MAYOR CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR A 100°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



3.02	UN TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 6.0 MHz. A 16.0 MHz O RANGO DE MAYOR AMPLITUD. CON LONGITUD ENTRE 38 mm Y 60 mm, PARA LA APLICACIÓN DE PARTES BLANDAS Y VASCULAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO ENDOCAVITARIO DE 4.0 A 11.0 MHz PARA LA APLICACIÓN GINECO OBSTETRICO, O RANGO DE MAYOR AMPLITUD, CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR DE 180º. CON ELEMENTOS SEGUN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	UN TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO, DE 2.0 MHz A 8.0 MHz, CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR A 85° Y RADIO DE CURVATURA ENTRE 40 MM Y 50 MM.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA UN RADIO DE CURVATURA ENTRE 40 MM Y 50 MM
4.00	PROGRAMAS:		
4.01	PROCESAMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN CON SOLO ACCIONAR UN BOTÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.02	PAQUETE DE MEDIDAS SEGÚN APLICACIONES DE REPORTES, CÁLCULOS AUTOMÁTICOS EN DOPPLER ESPECTRAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.03	CON HERRAMIENTA DE DETECCIÓN INTELIGENTE PARA EXÁMENES OBSTÉTRICOS, DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL PARA MEDICIONES BIOMÉTRICAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.04	SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE LA GRANULARIDAD EN CUATRO NIVELES Ó DE CUATRO PASOS CÓMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA EL SOFTWARE REQUERIDO
4.05	MEDICIÓN DE LONGITUD, CIRCUNFERENCIA, ÁREA, VOLUMEN, FLUJO Y LATIDOS ó FRECUENCIA CARDIACA. QUE MIDA ÍNDICE DE RESISTENCIA, FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ESTENOSIS CON DIÁMETRO Y ÁREA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.06	CÁLCULOS OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.00	ACCESORIOS PERIFÉRICOS, CONSUMIBLES Y OTRAS INSTALACIONES:		
5.01	UNA (01) IMPRESORA GRAFICA EN MONOCROMO, PARA FORMATO A6, CON RESOLUCIÓN NO MENOR DE 325 DPI Y 256 NIVELES DE GRIS O MEJOR TECNOLOGÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.02	SEIS (06) GALONES DE GEL DE 4 LITROS CADA UNO COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.00	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:		
6.02	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220/230 VAC O RANGO QUE CONTENGA ESTOS VALORES, MONOFÁSICO, FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.03	CABLE DE PODER VULCANIZADO CON PUESTA A TIERRA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.- ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D		MARCA: VINNO, MODELO: VINNO R700	MARCA: WINSONIC, MODELO: LOTUS



1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:		
1.01	EQUIPO RODABLE EN UNA ESTRUCTURA INTEGRADA DE ALTURA REGULABLE ORIGINAL DE FABRICA, CON FRENSOS EN LAS 4 RUEDAS Y PANTALLA TÁCTIL MAYOR A 15 PULGADAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	MONITOR LCD 6 LED CON PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR DE 1920 X 1080 6 MEJOR, DE 23 PULGADAS 6 MAS, CON BRAZO ARTICULADO DE ALTURA REGULABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	CON SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO QUE MUESTRE COMO REALIZAR ALGUN EXAMEN ECÓGRÁFICO MEDIANTE VIDEO Y VOZ, SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	CON MOVIMIENTO DEL MONITOR INDEPENDIENTE DE LA CONSOLA DEL OPERADOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	CON 2'500,000 O MAS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

1.06	ESCALA DE GRISES DE 256 NIVELES A MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	TRECE (13) O MÁS POSICIONES 6 ETAPAS FOCALES SELECCIONABLES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	PROFUNDIDAD DE VISUALIZACIÓN DE 42 cm O MÁYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09	REVISION CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 115,000 CUADROS ó 15000 MB O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1	RANGO DINÁMICO DE 280 dB O SUPERIOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11	CINCO (05) O MAS PUERTOS ACTIVOS PARA LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS, CADA UNO CON SU SOPORTE LATERAL, LOS PUERTOS DEBEN SER INTERCAMBIABLES ENTRE SI Y DE LAS MISMAS DIMENSIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.12	FORMACIÓN DIGITAL DEL HAZ ULTRASONICO NO MENOR DE 12 BITS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.13	TECLADO ALFANUMERICO ANALOGICO, INCORPORADO EN LA CONSOLA DEL OPERADOR O RETRACTIL ORIGINAL DE FABRICA O TECLADO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACTIVADO SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.14	SIETE (07) O MAS PUERTOS USB, PARA CONEXIONES AUXILIARES Y OTROS ACCESORIOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.15	DISCO DURO O SSD DE 1TB COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SUSTENTAN QUE TIENES UN DISCO DURO NO MENOR A 1024 MB, NO ES LO MÍNIMO SOLICITADO
1.16	BATERIA DE RESPALDO INCORPORADA, CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.17	OCHO CONTROLES FÍSICOS DESLIZANTES COMO MÍNIMO, DE COMPENSACION DE GANANCIA DE PROFUNDIDAD UBICADOS EN EL PANEL DE CONTROL Y DIEZ CONTROLES DIGITALES DESLIZANTES DE GANANCIA, CÓMO MÍNIMO, DE PROFUNDIDAD UBICADOS EN EL PANEL TÁCTIL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.18	OCHO CONTROLES DE GANANCIA DE ESPACIO (SGC), UBICADOS EN LA PANTALLA TÁCTIL CÓMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.19	CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG ó BMP ó TIFF Y VIDEO EN FORMATO AVI ó MP4 ó WMV.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.20	CONECTIVIDAD DICOM 3.0 HABILITADA, MÍNIMO PARA WORKLIST, PRINT, STORAGE Y MPPS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.21	LECTOR/GRABADOR DE CD/DVD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.22	PUERTO DE VIDEO: "S-VIDEO" Y "DVI Y/O HDMI", CÓMO MÍNIMO (NO SE PERMITE EL USO DE ADAPTADORES)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.23	SOFTWARE 4D PARA VISUALIZACIÓN DE ORGANOS INTERNOS FETALES, SIMILARES A UNA FETOSCOPIA, CON EL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.24	RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR CON MEJORAMIENTO DE IMAGEN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.25	SOFTWARE DE VISUALIZACION DE CORTES TOMOGRAFICOS CON INTERVALOS DE 1 MM COMO MÁXIMO. PERMITA LA VISUALIZACIÓN DE HASTA 24 CORTES COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.26	HERRAMIENTA PARA CONTROL Y SOPORTE TÉCNICO DEL ECÓGRAFO MEDIANTE VÍA REMOTA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



2.00	MODOS DE EXPLORACION:		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.01	B (2D), M, B (2D) / M, B (2D) / B (2D), 4B, 3D Y 4D.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	DOPPLER DE FLUJO EN COLOR		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	DOPPLER PULSADO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	FLUJO DE ALTA RESOLUCIÓN DIRECCIONAL O POWER DOPPLER IMAGE		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.05	DOPPLER DE POTENCIA (POWER ANGIO Ó DOPPLER DE PODER O SIMILAR).		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.06	MODOS DUPLEX Y TRIPLEX (MODO B, DOPPLER COLOR Y DOPPLER PULSADO)		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	IMAGEN ARMONICA TISULAR.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.08	PRESENTACION SIMULTÁNEA DE LA MISMA IMAGEN EN MODO B (2D) Y B (COLOR) EN TIEMPO REAL.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.09	DOPPLER PULSADO DE HASTA CUATRO MUESTRAS COMO MÍNIMO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.10	FUNCION 3D FREE HAND POR LO MENOS PARA UN TRANSDUCTOR COMO MÍNIMO (OPCIONAL)		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.11	DOPPLER ESPECTRAL.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.00	PROGRAMAS:		
3.01	REPORTE O INFORME DE APLICACIÓN: ABDOMINAL, PARTES BLANDAS; MAMA, FUNCION CARDIACA, VASCULAR, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, UROLOGICO E IMT (INTIMA MEDIA CAROTIDEA).		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	SOFTWARE O PAQUETE VASCULAR CON CAPACIDAD DE VER COMO MÍNIMO: VELOCIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA, ÍNDICE DE RESISTENCIA, ÍNDICE DE PULSATILIDAD, ACCELERACION, FRECUENCIA CARDIACA, MEDICION DEL PORCENTAJE DE ESTENOSIS (EN DIÁMETRO Y EN AREA) Y PICO GRADIENTE		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	SOFTWARE O PAQUETE DE MEDIDAS GINECOLOGICAS Y OBSTETRICAS QUE CONTENGAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: MEDIDAS DEL ÚTERO, MEDIDAS DEL ENDOMETRIO, CERVICAL, FOLICULAR, URINARIA, ARTERIA DEL ÚTERO, FUNCION CARDIACA FETAL, AFI (ÍNDICE DE LÍQUIDO AMNIOTICO), EDAD GESTACIONAL, SOPORTE DE MULTIPLE GESTACION, DIÁMETRO DE LA VÁLVULA AORTICA, DIÁMETRO DEL DUCTUS ARTERIOSO COMO MÍNIMO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	SOFTWARE DE VISTA EXTENDIDA O PANORAMICA		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.05	HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA AJUSTAR MÚLTIPLES PARÁMETROS EN IMÁGENES EN TIEMPO REAL Ó ALMACENADAS COMO GANANCIA 2D Y COLOR LINEA DE BASE, AÑADIR COMENTARIOS Y MEDIDAS AUTOMÁTICAS OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS Y MÚSCULO ESQUELÉTICO COMO MÍNIMO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.06	CON SOFTWARE PARA DETECCIÓN (DIAGNÓSTICO PORCENTUAL) DE LESIONES EN LA TIROIDES, HÍGADO Y MAMÁ EN TIEMPO REAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.07	FUNCION DE AUTO OPTIMIZACION DE LA IMAGEN CON UN SOLO BOTON. CÁLCULOS OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

3.08	PROGRAMA DE OPTIMIZACION AUTOMATICA DEL ROSTRO FETAL AL ELIMINAR ESTRUCTURAS A SU ALREDEDOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.09	PROGRAMA DE REPRESENTACION REAL DEL FETO CON POSICIONAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ SEGUN EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO, EN TIEMPO REAL Y CONGELADA, CON HERRAMIENTAS PARA VARIAS LA INTENSIDAD DE LUZ, LAS TONALIDADES Y EL BRILLO DE LA FUENTE DE LUZ COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.10	PROGRAMA DE REPRESENTACION TRASLUCIDA DEL EMBRION / FETO EN TIEMPO REAL Y CONGELADA. CON HERRAMIENTAS PARA VARIAR LAS TONALIDADES, BRILLO E INTENSIDAD DE LA FUENTE DE LUZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.11	ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA MEDIDA EN KILOPASCALES, DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES CONVEXO Y LINEAL COMO MINIMO. CON TECNOLOGIA QUE INDIQUE LA ESTABILIDAD DE MOVIMIENTO DURANTE LA EXPLORACION	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA EL SOFTWARE REQUERIDO.
4.00	TRANSDUCTORES: Se aceptarán rangos de frecuencia con ancho de banda mayor a los solicitados y/o dentro de la tolerancia de -0.5 MHz en el límite superior y +0.5 MHz en el límite inferior pero no ambos a la vez. . En caso el posterior oferte un rango de frecuencia mayor al solicitado, este sera aceptado.		
4.01	UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO PARA USO GINECO OBSTETRICO, MULTIFRECUENCIAL DE 2.0 A 6.0 MHz O RANGO DE MAYOR AMPLITUD CON RADIO DE CURVATURA DE 60MM O MAYOR CON ANGULO DE VISUALIZACION NO MENOR A 100°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.02	UN TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 6.0 MHz. A 16.0 MHz O RANGO DE MAYOR AMPLITUD. CON LONGITUD ENTRE 38 mm Y 60 mm, PARA LA APLICACION DE PARTES BLANDAS Y VASCULAR, Y CUENTE CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE EL TRANSDUCTOR PUEDA TRABAJAR CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
4.03	UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO ENDOCAVITARIO DE 4.0 A 11.0 MHz Ó RANGO DE MAYOR AMPLITUD, PARA LA APLICACIÓN GINECO OBSTETRICO, CON ANGULO DE VISUALIZACION NO MENOR DE 180°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.04	UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO MULTIFRECUENCIAL DE 2.0 A 8.0 MHz CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR DE 85° PARA ESTUDIOS CON IMÁGENES ARMÓNICAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.05	UN (01) TRANSDUCTOR PHASE ARRAY MULTIFRECUENCIAL DE 2.0 A 5.0 MHz CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR DE 90° PARA ESTUDIOS CON IMÁGENES CARDIACAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO PRESENTA ACREDITACION PARA ESTE TRANSDUCTOR
5.00	PERIFERICOS, ACCESORIOS E INSUMOS:		
5.01	UNA (01) IMPRESORA GRAFICA EN MONOCROMO, PARA FORMATO A6, CON RESOLUCIÓN NO MENOR DE 325 DPI Y 256 NIVELES DE GRIS O MEJOR TECNOLOGIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.02	SEIS (06) GALONES DE GEL DE 4 L C/U COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.00	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:		
6.01	EL EQUIPO Y PERIFÉRICOS SE ENERGIZARÁN PRIMERO DESDE UN TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 2.0 KVA ó MAYOR CAPACIDAD, LUEGO EN SERIE CON UN UPS ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN DE 2.0 Kva ó MAYOR CAPACIDAD. ENCHUFE CON TOMA A TIERRA, EXISTIENDO COMPATIBILIDAD DE CONEXIONADOS ENTRE SI.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.02	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220/230 VAC O RANGO QUE CONTENGA ESTOS VALORES, MONOFÁSICO, PARA EL ECÓGRAFO, FRECUENCIA 60 Hz.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO




Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases.				
f	<p>Además, presentaran la siguiente documentación:</p> <p>REGISTRO SANITARIO: Copia Simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) que se encuentren a nombre del postor, según la normativa vigente de la DIGEMID. Para accesorios, periféricos que requieran registro sanitario deberán adjuntarlo. En caso de los equipos, accesorios, periféricos que no requieran registro sanitario podrán demostrarlo con la lista vigente de productos que no requieren registro sanitario de la web de DIGEMID.; los bienes que no lo requieren se deberá adjuntar el (ANEXO N°11) DECLARACIÓN JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO.</p>	Presento documento Sustentatoria	No presento documento Sustentatoria	
g	Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Presento Anexo N° 04	Presento Anexo N° 04	
h	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	Presento documento Sustentatoria	No Aplica, no es Consorcio	
i	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Presento Anexo N° 06	Presento Anexo N° 06	
j AC 3.2 A	Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID	Presento documento Sustentatoria	No presento documento Sustentatoria	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ADMITIDA	NO ADMITIDA	
	CAPACIDAD LEGAL			
	<p>HABILITACION:</p> <p>- Autorización Sanitaria de Funcionamiento</p> <p>Acreditación:</p> <p>- Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.</p>	Presento documento Sustentatoria		
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/15.920.000,00 (Quince millones novecientos veinte mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. S/ 16953,496.95		

2	<p>BIENES SIMILARES:</p> <p>Equipos de ultrasonido, ecocardiografos, ecografo en general en distintas marcas y modelos, equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, equipos biomédicos de uci, equipos biomédicos de emergencia, equipos biomédicos de centro quirúrgico.</p>	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES	
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	<p>Personal profesional 1, con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.</p> <p>Personal profesional 2, 02 años de experiencia como mínimo como especialista de producto o aplicacionista</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>	CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	FACTORES DE EVALUACION		
	<p>Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DE LOS ITEMS I (PAQUETE) y II, se considera lo siguiente:</p>		
	<p>A. PRECIO</p> <p>Evaluación:</p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p>Acreditación:</p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	18400000	
	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $PI = \frac{Om \times PMP}{100 \text{ PUNTOS}}$ <p>Oi</p> <p>i = Oferta</p> <p>PI = Puntaje de la oferta a evaluar</p> <p>Oi = Precio i</p> <p>Om = Precio de la oferta más baja</p> <p>PMP = Puntaje máximo del precio</p>	$PI = \frac{18'400.000,00 \times 100}{18'400,00,00}$ <p>PI= 100 Puntos</p>	



**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	004-2024-CS-LP N° 10-2023-GERESA/LL											
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En la ciudad de Trujillo, a los 18 días del mes de julio del año 2024, en el local de la GERESA-LL, a las 21:00 horas, reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N°010-2023-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"-ITEM 2, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.												
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:												
	Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Suplente		Dependencia:	OEC-UTF ABASTECIMIENTO				
Titular	X												
Suplente													
	Primer Miembro	ING ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Suplente		Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN				
Titular	X												
Suplente													
	Segundo Miembro	ING DAVID LUNA GRANDEZ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Suplente		Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN				
Titular	X												
Suplente													
<b>4</b>	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:												
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado									
	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.			S/. 12,729,600.00									
<b>5</b>	<b>BASE LEGAL</b> <u>Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado</u> : "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".												
<b>6</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro ITEM 2 al postor mencionado en el numeral 4.												
<b>7</b>	 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ING. ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ING. DAVID LUNA GRANDEZ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PRESIDENTE TITULAR</td> <td style="text-align: center;">PRIMER MIEMBRO</td> <td style="text-align: center;">SEGUNDO MIEMBRO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</td> </tr> </table>				BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		
BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	ING. DAVID LUNA GRANDEZ											
PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO											
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES													



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

**1 NÚMERO DE ACTA** 003-2024-CS-LP N° 10-2023-GERESA/LL

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En la ciudad de Trujillo, a los 18 días del mes de julio del año 2024, en el local de la GERESA-LL, a las 8:00 horas, reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N°010-2023-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"-ITEM 2, a fin de efectuar la EVALUACION DE LA OFERTAS admitidas y CALIFICACION de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	Titular	X	Dependencia:	OEC-UTF ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
		Suplente			
Segundo Miembro	ING DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
		Suplente			

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	CIMATEC SAC	20100042500
2	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
3	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205
4	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	20110133091
5	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	20111876097
6	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
7	CYMED MEDICAL SAC	20263368992
8	MEDISONIC S.A.C.	20376801927
9	BIOIMAGEN S.A.C	20392644556
10	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
11	DBG SOLUCIONES S.A.C	20451829913
12	BAYOMED HEALTH PERU SAC	20480981775
13	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
14	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	20509173801
15	KENDAL IMPORT S.A.C	20509873535
16	CORPORACION MEDICA PERUANA Y SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.C.	20513997818
17	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	20516809524
18	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	20523370201
19	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
20	DELTALAB PERU S.A.C.	20537139120
21	BIODIZ S.A.C.	20543075354
22	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	20543424545
23	MEDICAL ISVIL S.A.C.	20544150104
24	CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.	20545309191



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

25	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	20551306128
26	CONSORCIO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.C.	20554065962
27	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
28	INTECWELD IMPORT S.A.C.	20557041631
29	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	20557788841
30	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
31	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
32	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	20600989988
33	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20601105994
34	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	20601207193
35	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
36	DROGUERIA BIOMED MEDICAL E.I.R.L. - BIOMED MEDICAL E.I.R.L.	20601905184
37	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	20602551963
38	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	20602556175
39	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
40	AMAZON MEDICAL S.A.C.	20602984371
41	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
42	CF DISMED S.A.C.	20603460554
43	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490
44	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	20604404291
45	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
46	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
47	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
48	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	20606152176
49	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	20606300477
50	MEGA-MED E.I.R.L.	20607920363
51	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	20608966405
52	TECNOLOGIA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.	20609110865
53	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	20609854457
54	3S CIENTIFIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20610230424

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	15/07/2024	22:16:32
2	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.	15/07/2024	23:41:57

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consigñar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	No acredita características técnica del CAPITULO II, numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, literal e): ECOGRAFO PORTATIL: 1.12, 3.11,5.2,5.3 No presenta documento requerido en el CAPITULO II, numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, literal f) y j))
---	--	---

<b>8</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.	ITEM 2-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"

<b>9</b>	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
	<b>9.1</b>	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>		
	N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.	S/. 12,729,600.00	99.95
	<b>9.2</b>	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>		
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		

<b>10</b>	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	<b>10.1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.	
		<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
		PRECIO		100 puntos
		<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>100 puntos</b>

<b>11</b>	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	<b>N° DE ORDEN DE PRELACIÓN</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>	<b>PUNTAJE TOTAL</b>
	1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.	100
	<b>Nota.-</b> En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

<b>12</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>
-----------	---------------------



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>			
	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>		
		HABILITACIÓN	X	
	<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>		
		FACTURACIÓN	X	
	<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>		
	<b>C.1</b>	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>			<b>CUMPLE</b>	

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro ITEM 2, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.

DE SER EL CASO INCLUIR:




Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	xxxxxxx	xxxxxxx

**14 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

**15**

		
BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	ING. DAVID LUNA GRANDEZ
PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO

**NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 10-2024-GERESA/CS-1 / ITEM 2

CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU SAC-MEDICA INNOVADORA SAC-CORPORACION DACMAR SAC		HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC	
ADMISIÓN DE OFERTA			
Documentación de presentación obligatoria			
Documentos para la admisión de la oferta			
a)		Presento ANEXO N° 01	
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.			
b)		Presento Sustento	
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.			
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.			
c)		Presento ANEXO N° 2	
Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		Presento ANEXO N° 3	
e)			
SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:			
ITEM 2			
3. ECOGRAFIOTATIL		MARCA:VINNO, MODELO: VINNO A6	
MARCA:WINSONIC, MODELO: CLOVER			
1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:		
1.01	EQUIPO PORTATIL DE FÁCIL TRASLADO, CON ASA DE TRANSPORTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	SISTEMA DE ULTRASONIDO CON BATERIA INTERNA CON AUTONOMÍA DE 90 MINUTOS O MÁS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	PANTALLA LCD Ó LED DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR, MAYOR A 15 PULGADAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	PROFUNDIDAD MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN IGUAL O MAYOR DE 40 cm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	TRES (03) O MÁS PUERTOS ACTIVOS EN EL EQUIPO. ESTOS PUERTOS SERVIRÁN PARA LA CONEXIÓN DE LOS TRANSDUCTORES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.06	DOS PUERTOS USB COMO MÍNIMO PARA ALMACENAMIENTO EXTERNO DE IMÁGENES Y/O CONEXIÓN A IMPRESORAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	FORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DIGITAL DEL HAZ ULTRASONICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	DICOM 3.0 ACTIVO (OPCIONES MÍNIMAS: PRINT, STORE, WORKLIST Y MPPS).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09	CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG, BMP, PNG Y TIFF. EXPORTACIÓN DE VIDEO EN FORMATO AVI Y MP4.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1	CON MALETÍN DE TRANSPORTE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11	CON COCHE DE ALTURA REGULABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.12	DISCO DURO INTEGRADO DE 1024 GB O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUSTENTAN QUE TIENEN UN DISCO DURO MAYOR A 1 GB. ESTA INFORMACIÓN NO ES PRECISA A LOS SOLICITADOS.




1.13	UNIDAD DE SEÑALES FISIOLÓGICAS (ECG).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.14	ZOOM DE ALTA DEFINICIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.15	TECLADO ALFANUMÉRICO ANALÓGICO, INCORPORADO EN LA CONSOLA DEL OPERADOR. CONSOLA CON ILUMINACIÓN DE FUNCIONES ACTIVAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.16	REVISIÓN CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 30000 CUADROS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.17	RANGO DINÁMICO DE 280 48 O SUPERIOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.18	EQUIPO QUE CUMPLA COMO MÍNIMO DOS (02) NORMATIVAS INTERNACIONALES APLICADOS A EQUIPOS MÉDICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.19	IDIOMA DEL SISTEMA EN ESPAÑOL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.20	PESO DE LA CONSOLA (INCLUYENDO LA BATERÍA); NO MAYOR A 7 KG	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.00	MODOS DE EXPLORACIÓN:		
2.01	MODO 2D, 3D.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	MODO B, 2B Y MODOS 4B POST PROCESO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	MODOS M, MODOS M ANATÓMICO, CON CUATRO (04) O MÁS CURSORES EN UNA MISMA PANTALLA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	DOPPLER COLOR, DOPPLER ESPECTRAL, DOPPLER PULSADO, CON CAPACIDAD DOPPLER CONTINUO Y DOPPLER TISULAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.06	DOPPLER DE POTENCIA (POWER ANGIO, DOPPLER DE PODER O SIMILAR).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.08	TRIPLE X EN TIEMPO REAL (2D + DOPPLER + DOPPLER PULSADO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.09	PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA DE LA MISMA IMAGEN EN MODOS B(2D) Y B (COLOR) EN TIEMPO REAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.00	PROGRAMAS:		
3.01	MEDIDA DE LA DISTANCIA, PERÍMETRO, CIRCUNFERENCIA, ÁREA, VOLUMEN, ÁNGULO, PROFUNDIDAD, PORCENTAJE DE ESTENOSIS EN DIÁMETRO Y ÁREA COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	SOFTWARE O PAQUETE DE ANÁLISIS CARDIOLÓGICO, VASCULAR, ABDOMINAL, PARTES BLANDAS COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA ESPECTRAL (ESCALA Y LÍNEA BASE).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	SOFTWARE PARA REDUCIR RUIDO EN LA IMAGEN Y MEJORAR DEFINICIÓN TISULAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.05	SOFTWARE DE VISTA EXTENDIDA O IMAGEN PANORÁMICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.06	MEDIDAS AUTOMÁTICAS DE BIOMETRÍA FETAL EN DBP, HC, FL, AC Y HL COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.07	SOFTWARE PARA VISUALIZACIÓN DEL FLUJO COLOR CON PERSPECTIVA 3D	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.08	CÁLCULOS OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.09	REPORTE O INFORME PARA MEDICIONES CARDIOLÓGICAS Y OBSTÉTRICAS COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.10	SOFTWARE DE RECuento DE FÓLÍCULOS DE MANERA AUTOMÁTICA DISPONIBLES EN LOS TRANSDUCTORES CONVEXO Y ENDOCAVITARIO COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

3.11	CON ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA O CUALITATIVA, DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES CONVEXO, ENDOCAVITARIO Y LINEAL		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA EL SOFTWARE SOLICITADO
3.12	SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE LA AGUJA		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.00	TRANSDUCTORES: Se aceptarán rangos de frecuencia con ancho de banda mayor a los solicitados y/o dentro de la tolerancia de -0.5 MHz en el límite superior y +0.5 MHz en el límite inferior pero no ambos a la vez.			
4.01	UN TRANSDUCTOR TRANSVAGINAL DE 5.0 A 11.0 MHz O RANGO MAS AMPLIO, CON RADIO DE 10 mm O MAYOR, CON ANGULO DE VISUALIZACION DE 210° O MAYOR.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.02	UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO, DE 1.0 A 8.0 MHz ó RANGO MAS AMPLIO, CON ANGULO DE VISUALIZACION DE 90° O MAYOR.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.03	UN TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 4.0 MHz A 16.0 MHz O RANGO DE MAYOR AMPLITUD.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.04	UN TRANSDUCTOR PHASE ARRAY MULTIFRECUENCIAL DE 1.0 MHz. A 5.0 MHz. O RANGO DE MAYOR CON ANGULO DE VISUALIZACION NO MENOR A 90°		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.00	PERIFERICOS, ACCESORIOS E INSUMOS:			
5.01	UNA (01) IMPRESORA GRAFICA EN MONOCROMO, PARA FORMATO A6, CON RESOLUCIÓN NO MENOR DE 325 DPI Y 356 NIVELES DE GRIS O MEJOR TECNOLOGIA.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.02	UN (01) UPS ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN, DE 20VA O MAYOR CAPACIDAD, MONOFÁSICA PARA PROTECCIÓN DEL ECOGRAFO, COMPONENTES Y ACCESORIOS.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA EL UPS SOLICITADO
5.03	VEINTE (20) ROLLOS DE PAPEL PRINTER PARA ECOGRAFIA.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA LOS ROLLOS DE PAPEL SOLICITADO
5.04	SEIS (06) FRASCOS DE GEL PARA ULTRASONIDO DE 250 ml O MAS, POR CADA FRASCO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.00	REQUERIMIENTO ELECTRICO:			
6.01	TENSION 220 VAC O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR. FRECUENCIA 60 HZ, CABLE DE PODER VULCANIZADO CON PUESTA A TIERRA Y ENCHUFE COMPATIBLE CON LA SALIDA DEL UPS PARA EL EQUIPO .		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
f	Además, presentaran la siguiente documentación: REGISTRO SANITARIO: Copia Simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) que se encuentren a nombre del postor, según la normativa vigente de la DIGEMID. Para accesorios, periféricos que requieran registro sanitario deberán adjuntarlo. En caso de los equipos, accesorios, periféricos que no requieran registro sanitario podrán demostrarlo con la lista vigente de productos que no requieren registro sanitario de la web de DIGEMID; los bienes que no lo requieren se deberá adjuntar el (ANEXO N°11) DECLARACIÓN JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO.	Presenta Registro Sanitario		No presento documento Sustentatorio
g	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Presento Anexo N° 04		Presento Anexo N° 04



h	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).		Presento documento Sustentatoria	No Aplica, no es Consorcio
i	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.		Presenta Anexo N 06	Presenta Anexo N 06
j	Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID		Presenta documentación	No presenta documento Sustentatoria
3.2	ADMISIÓN DE OFERTAS		ADMITIDA	NO ADMITIDA
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
A	CAPACIDAD LEGAL			
	HABILITACIÓN:			
	- Autorización Sanitaria de Funcionamiento			
	Acreditación:		Presento documento Sustentatoria	
B	- Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.			
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/15.920.000,00 (Quince millones novecientos veinte mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. S/15.953.496,95		
2	BIENES SIMILARES: Equipos de ultrasonido, ecocardiografos, ecografo en general en distintas marcas y modelos, equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, equipos biomédicos de uci, equipos biomédicos de emergencia, equipos biomédicos de centro quirúrgico.	CUMPLE con los bienes similares		
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL			
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			
	Personal profesional 1, con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.			
	Personal profesional 2, 02 años de experiencia como mínimo como especialista de producto o aplicacionista	Cumple con la experiencia del personal clave		
	Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.			
	FACTORES DE EVALUACION			
	Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DE LOS ITEMS I (PAQUETE) y II, se considera lo siguiente:			
	A. PRECIO			
	Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.			
	Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).		12739600	
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = \frac{Om \times PMP}{Om + PMP} = 100 \text{ PUNTOS}$ Oi i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	$Pi = \frac{12729.600.00 \times 100}{12729.000.00}$ $Pi = 100 \text{ Puntos}$		

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	006-2024-CS-LP N° 10-2023-GERESA/LL							
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>								
	En la ciudad de Trujillo, a los 18 días del mes de julio del año 2024, en el local de la GERESA-LL, a las 21:00 horas, reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N°010-2023-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"-ITEM 3 (PAQUETE), a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.								
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b>								
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:								
	Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Suplente		Dependencia:	OEC-UTF ABASTECIMIENTO
Titular	X								
Suplente									
	Primer Miembro	ING ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Suplente		Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Titular	X								
Suplente									
	Segundo Miembro	ING DAVID LUNA GRANDEZ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Suplente		Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Titular	X								
Suplente									
<b>4</b>	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b>								
	De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:								
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado					
	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C.			S/. 610,000.00					
<b>5</b>	<b>BASE LEGAL</b>								
	Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".								
<b>6</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>								
	Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro ITEM 3 (PAQUETE) al postor mencionado en el numeral 4.								
<b>7</b>									
	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	ING. DAVID LUNA GRANDEZ						
	PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO						
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								



**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**BIENES**  
**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	005-2024-CS-LP N° 10-2023-GERESA/LL
---	----------------	-------------------------------------

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En la ciudad de Trujillo, a los 18 días del mes de julio del año 2024, en el local de la GERESA-LL, a las 8:00 horas, reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N°010-2023-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"-ITEM 3 (PAQUETE), a fin de efectuar la EVALUACION DE LA OFERTAS admitidas y CALIFICACION de la oferta correspondiente según orden de prelación.
---	---

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	Titular	X	Dependencia:	OEC-UTF ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	ING ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
			Suplente			
	Segundo Miembro	ING DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Suplente						

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	CIMATEC SAC	20100042500
2	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
3	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205
4	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	20110133091
5	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	20111876097
6	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
7	CYMED MEDICAL SAC	20263368992
8	MEDISONIC S.A.C.	20376801927
9	BIOIMAGEN S.A.C	20392644556
10	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
11	DBG SOLUCIONES S.A.C	20451829913
12	BAYOMED HEALTH PERU SAC	20480981775
13	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
14	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	20509173801
15	KENDAL IMPORT S.A.C	20509873535
16	CORPORACION MEDICA PERUANA Y SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.C.	20513997818
17	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	20516809524
18	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	20523370201
19	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
20	DELTALAB PERU S.A.C.	20537139120
21	BIODIZ S.A.C.	20543075354
22	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	20543424545
23	MEDICAL ISVIL S.A.C.	20544150104
24	CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.	20545309191
25	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	20551306128
26	CONSORCIO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.C.	20554065962



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

27	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
28	INTECWELD IMPORT S.A.C.	20557041631
29	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	20557788841
30	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
31	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
32	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	20600989988
33	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20601105994
34	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	20601207193
35	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
36	DROGUERIA BIOMED MEDICAL E.I.R.L. - BIOMED MEDICAL E.I.R.L.	20601905184
37	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	20602551963
38	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	20602556175
39	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
40	AMAZON MEDICAL S.A.C.	20602984371
41	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
42	CF DISMED S.A.C.	20603460554
43	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490
44	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	20604404291
45	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
46	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
47	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
48	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	20606152176
49	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	20606300477
50	MEGA-MED E.I.R.L.	20607920363
51	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	20608966405
52	TECNOLOGIA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.	20609110865
53	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	20609854457
54	3S CIENTIFIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20610230424

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	DELTALAB PERU S.A.C.	15/07/2024	21:47:03
2	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	15/07/2024	22:16:32
3	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C.	15/07/2024	23:51:20

6 Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---



**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**BIENES**  
**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	No acredita características técnica del CAPITULO II, numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, literal e); ESPECTROFOTOMETRO: 1.02, 1.09, 2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 2.06, 3.04, 5.01, 5.02, 5.03. MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: 1.01, 1.02, 1.04, 1.06, 1.12, 2.06 AL 2.16, 3.01 AL 3.06, 4.01 No presenta documento requerido en el CAPITULO II, numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, literal f) y j))
1	DELTALAB PERU S.A.C.	No acredita características técnica del CAPITULO II, numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, literal e); ESPECTROFOTOMETRO: 1.03. MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05.

<b>8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C.	ITEM 3 (PAQUETE)-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"

<b>9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
<b>9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>			
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C.	S/. 610,000.00	99.67
<b>9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>			
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

<b>10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100 puntos



**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**BIENES**  
**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	5 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	105 puntos

<b>11</b>	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>	
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:	
	<b>N° DE ORDEN DE PRELACIÓN</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>
	1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C.
		105
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.	

<b>12</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar los requisitos de calificación detallados en las bases:	
	<b>12.1</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>
		<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>
	<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>
		HABILITACIÓN
	<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>
		FACTURACIÓN
	<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
	<b>C.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)</b>
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN
		CUMPLE

<b>13</b>	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro ITEM 3 (PAQUETE), cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	<b>N°</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR</b>
	1	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C.
	DE SER EL CASO INCLUIR:	
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:	
	<b>N°</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>
	1	xxxxxxx
		CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
		xxxxxxx

<b>14</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>
	Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

<b>15</b>	  	
	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ
	PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO
		SEGUNDO MIEMBRO
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	



EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 10-2024-GERESA/CS-1 / ITEM 3 (PAQUETE)

ADMISIÓN DE OFERTA		CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC	DELTALAB PERU S.A.C.
Documentación de presentación obligatoria				
Documentos para la admisión de la oferta				
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 01	Presento ANEXO N° 01	Presento ANEXO N° 01
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.				
b)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	Presenta vigencia de poder de poder por cada uno de las empresas dentro del consorcio	Presenta vigencia de poder	Presenta vigencia de poder
	En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.			
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.				
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:				
ITEM PAQUETE 3				
4. ESPECTROFOTOMETRO		MARCA: AGAPPE, MODELO: MISPA PLUS	MARCA: INFITEK, MODELO: BA-SA-100	MARCA: HUMAN, MODELO: HUMALYZER PRIMUS
1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:			
1.01	EQUIPO DE SOBREMESA DISEÑO PARA USO EN LABORATORIO CLÍNICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	METODOLOGÍA: CINÉTICOS, PUNTO FINAL Y BICROMÁTICO CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: MAYOR DE 4500 PRUEBAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (SUSTENTA QUE TIENE 4500 PRUEBAS COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DEBE SER MAYOR A ESA CANTIDAD DEMOSTRADA)
1.04	FUNCIONAMIENTO EN AMBOS SISTEMAS: ASPIRACIÓN Y/O CUBETAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL DE 7 PULGADAS CÓMO MÍNIMO, TIPO LCD, A COLOR, DE FÁCIL LIMPIEZA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.06	TECLADO INCORPORADO EN LA PANTALLA Y CONEXIÓN A TECLADO EXTERNO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	SISTEMA DE ILUMINACIÓN HALÓGENA DE 20 W CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	MÍNIMO DOS (02) PUERTOS TIPO USB CÓMO SALIDA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

1.09	PESO NO MAYOR A 10 kg		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2	CONTROL:				
2.01	CALIBRACIÓN DE CADA REACTIVO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	INCUBADORA INTEGRADO DE 5 POSICIONES CÓMO MÍNIMO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: 25, 30 Y 37°C COMO MÍNIMO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.05	RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA NO MAYOR 0.1 ° C		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.06	TEST DE PRUEBAS PARA LOS REACTIVOS (200 PRUEBAS COMO MÍNIMO)		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	PROGRAMA EN IDIOMA ESPAÑOL Y/O INGLÉS		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3	PARAMETROS:				
3.01	LONGITUDES DE ONDA. DE 340 NM A 630 NM O RANGO DE MAYOR AMPLITUD. SON SEIS O MÁS PASOS. MEDIANTE TECNOLOGÍA PRISMA U OTRA TECNOLOGÍA SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	RANGO DE ABSORBANCIA: DE 0.1 A 3.5 ABS O RANGO MAS AMPLIO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	ASPIRACIÓN DE MUESTRA MÍNIMA: 270 uL O VOLUMEN MENOR		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	TIEMPO DE MEDICIÓN NO MAYOR A 4 SEGUNDOS		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4	COMPONENTES:		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.01	IMPRESORA. TÉCNICA INCORPORADA.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5	ACCESORIOS:		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.01	UN (01) JUEGO MANGUERAS ORIGINALES SEGÚN LA CONFIGURACION DEL EQUIPO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.02	UN (01) DEPÓSITO O BIDON DE DESECHOS.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.03	DOS (02) LÁMPARAS DE REPUESTO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.04	OCHO (08) ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA. (01) EN EL EQUIPO Y (07) DE REPUESTO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:				



6.01	TENSION DE ALIMENTACIÓN 220/230 V/AC. O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR, MONOFÁSICO. FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5. MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR				
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES:		MARCA: MICROPTIK, MODELO: MIOB 500	MARCA: HUMAN, MODELO: HUMASCOPE PREMIUM LED
1.01	SISTEMA ÓPTICO DE CORRECCIÓN INFINITA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	CABEZAL DE OBSERVACIÓN BINOCULAR EL CUAL DEBERÁ POSEER PRISMAS DE REFLEXIÓN INTERNA Y DEMÁS COMPONENTES ÓPTICOS DE CRISTAL DE ALTA CALIDAD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	CABEZAL INCLINADO DE 30° 6 MAYOR Y GIRATORIO DE 360° GRADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	DIÁMETRO DE TUBO OCULAR NO MENOR A 30 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	DISTANCIA INTERRUPIULAR CON AJUSTE VARIABLE DE 48 mm A 75 mm O RANGO MÁS AMPLIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.06	PLATINA MECANICA DE 180 X 140 mm CÓMO MÍNIMO, CON MOVIMIENTO X-Y COMANDADOS POR PERILLAS COAXIALES, ESCALA GRADUADA DE DESPLAZAMIENTO VERNIER, CON DOBLE SOPORTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	SISTEMA DE ENGANCHE Y PRESIÓN DE OBJETO (MUESTRA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	AJUSTE MACRO Y MICROMÉTRICO COMANDADAS POR PERILLAS COAXIALES GRADUADAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09	ESTATIVO ERGONÓMICO FABRICADO DE MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE, CON RECUBRIMIENTO DE AGENTE QUE INHIBA LA REPRODUCCION DE BACTERIAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1	REVOLVER QUÍNTUPLE DE ALTA PRECISIÓN CON OBJETIVOS MIRANDO HACIA LA CARA INTERNA DEL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11	PARA CAMPO CLARO CON LA CAPACIDAD DE PODER TRABAJAR EN CONTRASTE DE FASE, CAMPO OSCURO, POLARIZACIÓN Y FLUORESCENCIA EN CASO SE DESEE SE DESEE TRABAJAR CON ESAS MODALIDADES MÁS ADELANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

1.12	PESO NETO NO MAYOR A 10 kg	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2	COMPONENTES:			
2.01	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR. TIPO 4X CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 12.2 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE EL OBJETIVO TENGA CORRECCION INFINITA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCENTE PARA EL USUARIO FINAL)
2.02	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR. TIPO 10X CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 4.7 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE EL OBJETIVO TENGA CORRECCION INFINITA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCENTE PARA EL USUARIO FINAL)
2.03	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR. TIPO 20X CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 2.5 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE EL OBJETIVO TENGA CORRECCION INFINITA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCENTE PARA EL USUARIO FINAL)
2.04	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR. TIPO 40X CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 0.7 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE EL OBJETIVO TENGA CORRECCION INFINITA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCENTE PARA EL USUARIO FINAL)



2.05	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR. TIPO 100X (SUMERGIDO EN ACEITE) CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 0.12 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCENTE PARA EL USUARIO FINAL)	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCENTE PARA EL USUARIO FINAL)
	OCULARES:			
2.06	UN (01) PAR DE OCULARES DE 10X CAMPO DE VISION DE 22mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	DIAMETRO DE OCULARES NO MENOR A 30 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.08	SISTEMA DE DIOPTRÍA AJUSTABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	CONDENSADOR:			
2.09	TIPO BASCULANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.1	COMPUESTO (ABBE) DE CAMPO CLARO CON DIAFRAGMA DE IRIS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.11	APERTURA NUMÉRICA AN/0.13	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.12	FILTRO DE COLOR AZUL DE 44 mm CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ENFOQUE:			

2.13	ENFOQUE TIPO COAXIAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.14	DIVISIÓN DE ENFOQUE MÍNIMO: 0.003 mm O MENOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.15	ILUMINACIÓN: Sistema de Iluminación halógeno de 30 W o Iluminación LED de 3W cómo mínimo con diafragma de campo para Iluminación kohler	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.16	FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO EN CASO NO SE UTILICE EL EQUIPO POR DETERMINADO TIEMPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3	ACCESORIOS E INSUMOS:			
3.01	FUNDA PARA ALMACENAMIENTO V/O PROTECCION DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	DOS (02) BOTELLA DE ACEITE DE INMERSIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	DOS (02) KIT DE LIMPIEZA DE OPTICOS, EL CUAL ESTÁ COMPUESTO POR: LIQUIDO LIMPIA LENTES, BOMBILLA INSULADORA, DOS PAQUETES DE PAPEL TISU, UN PINCEL FINO Y DOS PACK DE PIEL DE ANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	DOS (02) FOCOS DE REPUESTO COMPATIBLE AL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.05	DOS (02) CAJAS PETRI DE POLIESTIRENO DE 92 mm DE DIAMETRO x 16 mm DE ALTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.06	FUNDA O CAPUCHA PROTECTORA DE POLVO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:			
4.01	TENSION DE ALIMENTACIÓN DE 220 V/AC, FRECUENCIA 60/50 HZ MONOFÁSICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO Nº03: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases.			
f	Además, presentarán la siguiente documentación: REGISTRO SANITARIO: Copia Simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) que se encuentren a nombre del postor, según la normativa vigente de la DIGEMID. Para accesorios, periféricos que requieran registro sanitario deberán adjuntarlo. En caso de los equipos, accesorios, periféricos que no requieran registro sanitario podrán demostrarlo con la lista vigente de productos que no requieren registro sanitario de la web de DIGEMID; los bienes que no lo requieren se deberá adjuntar el (ANEXO N°11) DECLARACIÓN JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO.	Presento documento Sustentatoria	No presento documento Sustentatoria	Presento documento Sustentatoria
g	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Presento Anexo N° 04	Presento Anexo N° 04	Presento Anexo N° 04
h	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	Presento documento Sustentatoria	No se Aplica, no es Consorcio	No se Aplica, no es Consorcio



I	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Presento Anexo N° 06	Presento Anexo N° 06	Presento Anexo N° 06
J	Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID	Presento documento Sustentatoria	No presento documento Sustentatoria	Presento documento Sustentatoria
ADMISIÓN DE OFERTAS				
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA
A	CAPACIDAD LEGAL			
	HABILITACIÓN: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.	Presento documento Sustentatoria		
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 750,000.00 (Setecientos cincuenta mil con 00/100 Soles) , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.		
2	BIENES SIMILARES: Equipos biomédicos de patología clínica, Equipos biomédicos de anatomía patológica, Equipos médicos de laboratorio, Analizador bioquímico semiautomático, Analizador bioquímico automático, Analizador hematológico, Analizador de gases y electrolitos, Analizador de orina, Analizador microbiología, lector Elisa, lavador Elisa, estereoscopio, microscopio trinocular, microscopio digital, microscopio con cámara.	CUMPLE con los bienes similares		
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			
	Personal profesional 1, con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.  Personal profesional 2, 02 años de experiencia como mínimo como especialista de producto o aplicacionista  Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.	Cumple con la experiencia del personal clave		
	FACTORES DE EVALUACION			

	La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM III (PAQUETE), se considera lo siguiente:				
	A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	610,000.00			
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = Om \times PMP = 100 \text{ PUNTOS}$ Oí i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	$Pi = \frac{610,000.00 \times 100}{6100,00.00}$ Pi= 100 Puntos			
	OTROS FACTORES DE EVALUACION				
C	GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR 05 PUNTOS Evaluación: Se evalúa en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las especificaciones técnicas.				
	De 37 hasta 48 meses: [5] puntos  De 25 hasta 36 meses: [2.5] puntos	37 meses			