


**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	002-2024-CS-LP N° 10-2023-GERESA/LL									
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En la ciudad de Trujillo, a los 18 días del mes de julio del año 2024, en el local de la GERESA-LL, a las 21:00 horas, reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N°010-2023-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"-ITEM 1 (PAQUETE), a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.										
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:										
	Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 30%;">Dependencia:</td> <td style="width: 30%;">OEC-UTF ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Dependencia:	OEC-UTF ABASTECIMIENTO	Suplente			
Titular	X	Dependencia:	OEC-UTF ABASTECIMIENTO								
Suplente											
	Primer Miembro	ING ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 30%;">Dependencia:</td> <td style="width: 30%;">Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Suplente			
Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN								
Suplente											
	Segundo Miembro	ING DAVID LUNA GRANDEZ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 30%;">Dependencia:</td> <td style="width: 30%;">Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Suplente			
Titular	X	Dependencia:	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN								
Suplente											
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:										
	Nombre o razón social del postor ganador		Monto adjudicado								
	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.		S/. 18,400,000.00								
5	BASE LEGAL <u>Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado</u> : "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".										
6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro ITEM 1 (PAQUETE) al postor mencionado en el numeral 4.										
7	  										
	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	ING. DAVID LUNA GRANDEZ								
	PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO								
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										

EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 10-2024-GERESA/CS-1 / ITEM 1 (PAQUETE)

A. ADMISIÓN DE OFERTA		CONSORCIO TECNICO IMAGEN PERU SAC-MEDICA INNOVADORA SAC-CORPORACION DACMAR SAC	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC
Documentación de presentación obligatoria			
Documentos para la admisión de la oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.			
b)	En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	Presento Sustento	Presento Sustento
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.			
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	SUSTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de Carta del fabricante, Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:			
ITEM PAQUETE 1			
1.- ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D		MARCA: VINNO, MODELO: VINNO R700	MARCA: WINSONIC, MODELO: LOTUS
1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:		
1.01	EQUIPO RODABLE EN UNA ESTRUCTURA INTEGRADA DE ALTURA REGULABLE ORIGINAL DE FABRICA, CON FRENOS EN LAS 4 RUEDAS Y PANTALLA TACTIL DE 15 PULGADAS O MAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	PANTALLA TACTIL CON ANGULO DE INCLINACION AJUSTABLE SEGUN DISEÑO DE CADA FABRICANTE. CON CAPACIDAD DE EDICION DE IMÁGENES E INSERCIÓN DE COMENTARIOS A MANO ALZADA, SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	MONITOR LCD ó LED CON PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR DE 1920 X 1080 ó MEJOR, DE 23 PULGADAS O MAYOR. CON BRAZO ARTICULADO DE ALTURA REGULABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	CON SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO QUE MUESTRE COMO REALIZAR ALGUN EXAMEN ECÓGRÁFICO MEDIANTE VIDEO Y VOZ, SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	CON MOVIMIENTO DEL MONITOR INDEPENDIENTE DE LA CONSOLA DEL OPERADOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

1.06	CON 2'000,000 O MAS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	ESCALA DE GRISES DE 256 NIVELES A MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	ONCE (11) O MÁS POSICIONES O ETAPAS FOCALES SELECCIONABLES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09	PROFUNDIDAD DE VISUALIZACION DE 40 cm O MÁYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1	REVISION CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 100,000 CUADROS O 10000 MB O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11	RANGO DINÁMICO DE 280 db O SUPERIOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.12	CUATRO (04) O MAS PUERTOS ACTIVOS PARA LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS, CADA UNO CON SU SOPORTE LATERAL. LOS CONECTORES DEBEN SER INTERCAMBIABLES ENTRE SI Y DE LAS MISMAS DIMENSIONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.13	FORMACIÓN DIGITAL DEL HAZ ULTRASÓNICO NO MENOR DE 12 BITS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.14	TECLADO RETRACTIL ORIGINAL DE FABRICA Y TECLADO ALFANUMERICO EN PANTALLA TÁCTIL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE SEA ORIGINAL DE FABRICA
1.15	CINCO (05) O MAS PUERTOS USB, PARA CONEXIONES AUXILIARES Y OTROS PERIFÉRICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.16	DISCO DURO DE 1 TERABYTE COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. SUSTENTAN QUE TIENES UN DISCO DURO NO MENOR A 1024 MB, NO ES LO MINIMO SOLICITADO
1.17	DOS PARLANTES DE AUDIO CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE SOLICITA DOS PARLANTES DE AUDIO, LO ACREDITAN CON SALIDAS DE AUDIO LO CUAL NO ES LO MISMO.
1.18	BATERÍA DE RESPALDO INCORPORADA, CON AUTONOMÍA DE 90 MINUTOS COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.19	OCHO CONTROLES FÍSICOS DESLIZANTES COMO MINIMO, DE COMPENSACION DE GANANCIA DE PROFUNDIDAD UBICADOS EN EL PANEL DE CONTROL Y OCHO (08) CONTROLES DIGITALES DESLIZANTES DE GANANCIA, CÓMO MÍNIMO, DE PROFUNDIDAD UBICADOS EN EL PANEL TÁCTIL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.20	OCHO CONTROLES DE GANANCIA DE ESPACIO (SGC), UBICADOS EN LA PANTALLA TÁCTIL CÓMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.21	CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG, BMP, TIFF Y PNG COMO MÍNIMO. EXPORTAR VIDEO EN FORMATO AVI Y MP4 CÓMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA LOS FORMATOS TIFF Y PNG. FORMATO VIDEO EN MP4
1.22	CONECTIVIDAD DICOM 3.0 HABILITADA, MINIMO PARA WORKLIST, PRINT, STORAGE Y MPPS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

1.23	LECTOR/GRABADOR DE CD/DVD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.24	PUERTO DE VIDEO: "S-VIDEO" Y "DVI Y/O HDMI", CÓMO MÍNIMO (NO SE PERMITE EL USO DE ADAPTADORES)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.25	EXPORTACIÓN DE IMÁGENES POR BLUETOOTH Y CORREO ELECTRÓNICO CÓMO MÍNIMO HACIA DISPOSITIVOS MÓVILES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.26	HERRAMIENTA PARA CONTROL Y SOPORTE TÉCNICO DEL ECÓGRAFO MEDIANTE VÍA REMOTA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.00	MODOS DE EXPLORACIÓN:		
2.01	MODO 2D (B)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	MODO M Y B/M	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	MODO B/B Y 4B.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	DOPPLER PULSADO Y DOPPLER DE COLOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.05	MODO TRIPLEX EN TIEMPO REAL (2D, DOPPLER COLOR Y DOPPLER PULSADO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.06	POWER ANGIO O POWER DOPPLER.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES DISPONIBLE EN TODOS LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.08	FLUJO DE ALTA RESOLUCIÓN DIRECCIONAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.09	FUNCION 3D FREE HAND POR LO MENOS PARA UN TRANSDUCTOR COMO MÍNIMO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.10	ACCESO RÁPIDO PARA VISUALIZACIÓN DE PANTALLA COMPLETA (UN SOLO BOTÓN).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.11	CON SOFTWARE PARA DETECCIÓN (DIAGNÓSTICO PORCENTUAL) DE LESIONES EN LA TIROIDES, HÍGADO Y MAMÁ EN TIEMPO REAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.12	ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA MEDIDA EN KILOPASCAL, DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES CONVEXO Y LINEAL CÓMO MÍNIMO. CON TECNOLOGÍA QUE INDIQUE LA ESTABILIDAD DE MOVIMIENTO DURANTE LA EXPLORACIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.00	TRANSDUCTORES: Se aceptarán rangos de frecuencia con ancho de banda mayor a los solicitados y/o dentro de la tolerancia de -0.5 MHz en el límite superior y +0.5 MHz en el límite inferior pero no ambos a la vez.		
3.01	UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO PARA USO GINECO OBSTETRICO, MULTIFRECUENCIAL DE 2.0 A 6.0 MHZ O RANGO DE MAYOR AMPLITUD CON RADIO DE CURVATURA DE 60MM O MAYOR CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR A 100°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

3.02	UN TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 6.0 MHZ. A 16.0 MHZ O RANGO DE MAYOR AMPLITUD. CON LONGITUD ENTRE 38 mm Y 60 mm, PARA LA APLICACIÓN DE PARTES BLANDAS Y VASCULAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO ENDOCAVITARIO DE 4.0 A 11.0 MHZ PARA LA APLICACIÓN GINECO OBSTETRICO, O RANGO DE MAYOR AMPLITUD, CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR DE 180º. CON ELEMENTOS SEGUN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	UN TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO, DE 2.0 MHZ A 8.0 MHZ, CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR A 85° Y RADIO DE CURVATURA ENTRE 40 MM Y 50 MM.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA UN RADIO DE CURVATURA ENTRE 40 MM Y 50 MM
4.00	PROGRAMAS:		
4.01	PROCESAMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN CON SOLO ACCIONAR UN BOTÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.02	PAQUETE DE MEDIDAS SEGÚN APLICACIONES DE REPORTES, CÁLCULOS AUTOMÁTICOS EN DOPPLER ESPECTRAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.03	CON HERRAMIENTA DE DETECCIÓN INTELIGENTE PARA EXÁMENES OBSTÉTRICOS, DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL PARA MEDICIONES BIOMÉTRICAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.04	SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE LA GRANULARIDAD EN CUATRO NIVELES Ó DE CUATRO PASOS CÓMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA EL SOFTWARE REQUERIDO
4.05	MEDICIÓN DE LONGITUD, CIRCUNFERENCIA, ÁREA, VOLUMEN, FLUJO Y LATIDOS ó FRECUENCIA CARDIACA. QUE MIDA ÍNDICE DE RESISTENCIA, FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ESTENOSIS CON DIÁMETRO Y ÁREA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.06	CÁLCULOS OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.00	ACCESORIOS PERIFÉRICOS, CONSUMIBLES Y OTRAS INSTALACIONES:		
5.01	UNA (01) IMPRESORA GRAFICA EN MONOCROMO, PARA FORMATO A6, CON RESOLUCIÓN NO MENOR DE 325 DPI Y 256 NIVELES DE GRIS O MEJOR TECNOLOGÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.02	SEIS (06) GALONES DE GEL DE 4 LITROS CADA UNO COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.00	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:		
6.02	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220/230 VAC O RANGO QUE CONTENGA ESTOS VALORES, MONOFÁSICO, FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.03	CABLE DE PODER VULCANIZADO CON PUESTA A TIERRA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.- ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D		MARCA: VINNO, MODELO: VINNO R700	MARCA: WINSONIC, MODELO: LOTUS

1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:		
1.01	EQUIPO RODABLE EN UNA ESTRUCTURA INTEGRADA DE ALTURA REGULABLE ORIGINAL DE FABRICA, CON FRENO EN LAS 4 RUEDAS Y PANTALLA TÁCTIL MAYOR A 15 PULGADAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	MONITOR LCD 6 LED CON PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR DE 1920 X 1080 6 MEJOR, DE 23 PULGADAS 6 MAS. CON BRAZO ARTICULADO DE ALTURA REGULABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	CON SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO QUE MUESTRE COMO REALIZAR ALGUN EXAMEN ECÓGRÁFICO MEDIANTE VIDEO Y VOZ, SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	CON MOVIMIENTO DEL MONITOR INDEPENDIENTE DE LA CONSOLA DEL OPERADOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	CON 2'500.000 O MAS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

1.06	ESCALA DE GRISES DE 256 NIVELES A MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	TRECE (13) O MÁS POSICIONES ó ETAPAS FOCALES SELECCIONABLES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	PROFUNDIDAD DE VISUALIZACIÓN DE 42 cm O MÁYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09	REVISION CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 115,000 CUADROS ó 15000 MB O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1	RANGO DINÁMICO DE 280 db O SUPERIOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11	CINCO (05) O MAS PUERTOS ACTIVOS PARA LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS, CADA UNO CON SU SOPORTE LATERAL, LOS PUERTOS DEBEN SER INTERCAMBIABLES ENTRE SI Y DE LAS MISMAS DIMENSIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.12	FORMACIÓN DIGITAL DEL HAZ ULTRASONICO NO MENOR DE 12 BITS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.13	TECLADO ALFANUMERICO ANALOGICO, INCORPORADO EN LA CONSOLA DEL OPERADOR O RETRACTIL ORIGINAL DE FABRICA O TECLADO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACTIVADO SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.14	SIETE (07) O MAS PUERTOS USB, PARA CONEXIONES AUXILIARES Y OTROS ACCESORIOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.15	DISCO DURO O SSD DE 1TB COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SUSTENTAN QUE TIENES UN DISCO DURO NO MENOR A 1024 MB, NO ES LO MÍNIMO SOLICITADO
1.16	BATERIA DE RESPALDO INCORPORADA, CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.17	OCHO CONTROLES FÍSICOS DESLIZANTES COMO MÍNIMO, DE COMPENSACION DE GANANCIA DE PROFUNDIDAD UBICADOS EN EL PANEL DE CONTROL Y DIEZ CONTROLES DIGITALES DESLIZANTES DE GANANCIA, COMO MÍNIMO, DE PROFUNDIDAD UBICADOS EN EL PANEL TÁCTIL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.18	OCHO CONTROLES DE GANANCIA DE ESPACIO (SGC), UBICADOS EN LA PANTALLA TÁCTIL COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.19	CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG ó BMP ó TIFF Y VIDEO EN FORMATO AVI ó MP4 ó WMV.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.20	CONECTIVIDAD DICOM 3.0 HABILITADA, MÍNIMO PARA WORKLIST, PRINT, STORAGE Y MPPS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.21	LECTOR/GRABADOR DE CD/DVD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.22	PUERTO DE VIDEO: "S-VIDEO" Y "DVI Y/O HDMI", COMO MÍNIMO (NO SE PERMITE EL USO DE ADAPTADORES)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.23	SOFTWARE 4D PARA VISUALIZACIÓN DE ORGANOS INTERNOS FETALES, SIMILARES A UNA FETOSCOPIA, CON EL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.24	RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR CON MEJORAMIENTO DE IMAGEN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.25	SOFTWARE DE VISUALIZACION DE CORTES TOMOGRAFICOS CON INTERVALOS DE 1 MM COMO MÁXIMO. PERMITA LA VISUALIZACIÓN DE HASTA 24 CORTES COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.26	HERRAMIENTA PARA CONTROL Y SOPORTE TÉCNICO DEL ECOGRAFO MEDIANTE VÍA REMOTA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO


2.00	MODOS DE EXPLORACION:		
2.01	B (2D), M, B (2D) / M, B (2D) / B (2D), 4B, 3D Y 4D.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	DOPPLER DE FLUJO EN COLOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	DOPPLER PULSADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	FLUJO DE ALTA RESOLUCIÓN DIRECCIONAL O POWER DOPPLER IMAGE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.05	DOPPLER DE POTENCIA (POWER ANGIO Ó DOPPLER DE PODER O SIMILAR).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.06	MODOS DUPLEX Y TRIPLEX (MODO B, DOPPLER COLOR Y DOPPLER PULSADO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	IMAGEN ARMONICA TISULAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.08	PRESENTACION SIMULTÁNEA DE LA MISMA IMAGEN EN MODO B (2D) Y B (COLOR) EN TIEMPO REAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.09	DOPPLER PULSADO DE HASTA CUATRO MUESTRAS CÓMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.10	FUNCION 3D FREE HAND POR LO MENOS PARA UN TRANSDUCTOR COMO MÍNIMO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.11	DOPPLER ESPECTRAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.00	PROGRAMAS:		
3.01	REPORTE O INFORME DE APLICACIÓN: ABDOMINAL, PARTES BLANDAS, MAMA, FUNCION CARDIACA, VASCULAR, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, UROLOGICO E IMT (INTIMA MEDIA CAROTIDEA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	SOFTWARE O PAQUETE VASCULAR CON CAPACIDAD DE VER COMO MÍNIMO: VELOCIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA, ÍNDICE DE RESISTENCIA, ÍNDICE DE PULSATILIDAD, ACCELERACION, FRECUENCIA CARDIACA, MEDICION DEL PORCENTAJE DE ESTENOSIS (EN DIÁMETRO Y EN AREA) Y PICO GRADIENTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	SOFTWARE O PAQUETE DE MEDIDAS GINECOLOGICAS Y OBSTETRICAS QUE CONTENGAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: MEDIDAS DEL ÚTERO, MEDIDAS DEL ENDOMETRIO, CERVICAL, FOLICULAR, URINARIA, ARTERIA DEL ÚTERO, FUNCION CARDIACA FETAL, AFI (ÍNDICE DE LÍQUIDO AMNIOTICO), EDAD GESTACIONAL, SOPORTE DE MÚLTIPLE GESTACION, DIÁMETRO DE LA VÁLVULA AORTICA, DIÁMETRO DEL DUCTUS ARTERIOSO COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	SOFTWARE DE VISTA EXTENDIDA Ó PANORAMICA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.05	HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA AJUSTAR MÚLTIPLES PARÁMETROS EN IMÁGENES EN TIEMPO REAL Ó ALMACENADAS COMO GANANCIA 2D Y COLOR LINEA DE BASE, AÑADIR COMENTARIOS Y MEDIDAS AUTOMÁTICAS OBSTÉTRICAS, GINECOLOGICAS Y MUSCULO ESQUELÉTICO COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.06	CON SOFTWARE PARA DETECCIÓN (DIAGNÓSTICO PORCENTUAL) DE LESIONES EN LA TIROIDES, HÍGADO Y MAMÁ EN TIEMPO REAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.07	FUNCION DE AUTO OPTIMIZACION DE LA IMAGEN CON UN SOLO BOTON. CÁLCULOS OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

3.08	PROGRAMA DE OPTIMIZACION AUTOMATICA DEL ROSTRO FETAL AL ELIMINAR ESTRUCTURAS A SU ALREDEDOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.09	PROGRAMA DE REPRESENTACION REAL DEL FETO CON POSICIONAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ SEGUN EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO, EN TIEMPO REAL Y CONGELADA. CON HERRAMIENTAS PARA VARIAS LA INTENSIDAD DE LUZ, LAS TONALIDADES Y EL BRILLO DE LA FUENTE DE LUZ COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.10	PROGRAMA DE REPRESENTACION TRASLUCIDA DEL EMBRION / FETO EN TIEMPO REAL Y CONGELADA. CON HERRAMIENTAS PARA VARIAR LAS TONALIDADES, BRILLO E INTENSIDAD DE LA FUENTE DE LUZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.11	ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA MEDIDA EN KILOPASCAL, DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES CONVEXO Y LINEAL COMO MINIMO. CON TECNOLOGIA QUE INDIQUE LA ESTABILIDAD DE MOVIMIENTO DURANTE LA EXPLORACION	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA EL SOFTWARE REQUERIDO.
4.00	TRANSDUCTORES: Se aceptarán rangos de frecuencia con ancho de banda mayor a los solicitados y/o dentro de la tolerancia de -0.5 MHz en el límite superior y +0.5 MHz en el límite inferior pero no ambos a la vez. . En caso el posterior oferte un rango de frecuencia mayor al solicitado, este sera aceptado.		
4.01	UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO PARA USO GINECO OBSTETRICO, MULTIFRECUENCIAL DE 2.0 A 6.0 MHz O RANGO DE MAYOR AMPLITUD CON RADIO DE CURVATURA DE 60MM O MAYOR CON ANGULO DE VISUALIZACION NO MENOR A 100°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.02	UN TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 6.0 MHz. A 16.0 MHz O RANGO DE MAYOR AMPLITUD. CON LONGITUD ENTRE 38 mm Y 60 mm, PARA LA APLICACION DE PARTES BLANDAS Y VASCULAR, Y CUENTE CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE EL TRANSDUCTOR PUEDA TRABAJAR CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
4.03	UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO ENDOCAVITARIO DE 4.0 A 11.0 MHz Ó RANGO DE MAYOR AMPLITUD, PARA LA APLICACIÓN GINECO OBSTETRICO, CON ANGULO DE VISUALIZACION NO MENOR DE 180°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.04	UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO MULTIFRECUENCIAL DE 2.0 A 8.0 MHz CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR DE 85° PARA ESTUDIOS CON IMÁGENES ARMÓNICAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.05	UN (01) TRANSDUCTOR PHASE ARRAY MULTIFRECUENCIAL DE 2.0 A 5.0 MHz CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR DE 90° PARA ESTUDIOS CON IMÁGENES CARDIACAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO PRESENTA ACREDITACION PARA ESTE TRANSDUCTOR
5.00	PERIFERICOS, ACCESORIOS E INSUMOS:		
5.01	UNA (01) IMPRESORA GRAFICA EN MONOCROMO, PARA FORMATO A6, CON RESOLUCIÓN NO MENOR DE 325 DPI Y 256 NIVELES DE GRIS O MEJOR TECNOLOGIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.02	SEIS (06) GALONES DE GEL DE 4 L C/U COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.00	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:		
6.01	EL EQUIPO Y PERIFÉRICOS SE ENERGIZARÁN PRIMEROAMENTE DESDE UN TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 2.0 KVA O MAYOR CAPACIDAD, LUEGO EN SERIE CON UN UPS ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN DE 2.0 Kva ó MAYOR CAPACIDAD. ENCHUFE CON TOMA A TIERRA, EXISTIENDO COMPATIBILIDAD DE CONEXIONADOS ENTRE SI.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.02	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220/230 VAC O RANGO QUE CONTENGA ESTOS VALORES, MONOFÁSICO, PARA EL ECÓGRAFO. FRECUENCIA 60 Hz.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

	Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO Nº03: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases.		
f	<p>Además, presentaran la siguiente documentación:</p> <p>REGISTRO SANITARIO: Copia Simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) que se encuentren a nombre del postor, según la normativa vigente de la DIGEMID. Para accesorios, periféricos que requieran registro sanitario deberán adjuntarlo. En caso de los equipos, accesorios, periféricos que no requieran registro sanitario podrán demostrarlo con la lista vigente de productos que no requieren registro sanitario de la web de DIGEMID.; los bienes que no lo requieren se deberá adjuntar el (ANEXO N°11) DECLARACIÓN JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO.</p>	Presento documento Sustentatoria	No presento documento Sustentatoria
g	Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)	Presento Anexo N° 04	Presento Anexo N° 04
h	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5).	Presento documento Sustentatoria	No Aplica, no es Consorcio
i	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Presento Anexo N° 06	Presento Anexo N° 06
j	Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID	Presento documento Sustentatoria	No presento documento Sustentatoria
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ADMITIDA	NO ADMITIDA
A.	CAPACIDAD LEGAL		
	<p>HABILITACION:</p> <p>- Autorización Sanitaria de Funcionamiento</p> <p>Acreditación:</p> <p>- Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.</p>	Presento documento Sustentatoria	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/15.920.000,00 (Quince millones novecientos veinte mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. S/ 16'953,496.95	

2	<p>BIENES SIMILARES:</p> <p>Equipos de ultrasonido, ecocardiografos, ecografo en general en distintas marcas y modelos, equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, equipos biomédicos de uci, equipos biomédicos de emergencia, equipos biomédicos de centro quirúrgico.</p>	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES	
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	<p>Personal profesional 1, con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.</p> <p>Personal profesional 2, 02 años de experiencia como mínimo como especialista de producto o aplicacionista</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>	CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	FACTORES DE EVALUACION		
	<p>Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DE LOS ITEMS I (PAQUETE) y II, se considera lo siguiente:</p>		
	<p>A. PRECIO</p> <p>Evaluación:</p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p>Acreditación:</p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 5).</p>	18400000	
	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $PI = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p> <i>i</i> = Oferta <i>PI</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>Oi</i> = Precio <i>i</i> <i>Om</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p>	$PI = \frac{18'400.000,00 \times 100}{18'400,00,00}$ <p>PI= 100 Puntos</p>	

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	004-2024-CS-LP N° 10-2023-GERESA/LL		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En la ciudad de Trujillo, a los 18 días del mes de julio del año 2024, en el local de la GERESA-LL, a las 21:00 horas, reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N°010-2023-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"-ITEM 2, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.			
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:			
	Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	Titular <input checked="" type="checkbox"/> Suplente <input type="checkbox"/>	Dependencia: OEC-UTF ABASTECIMIENTO
	Primer Miembro	ING ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/> Suplente <input type="checkbox"/>	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
	Segundo Miembro	ING DAVID LUNA GRANDEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/> Suplente <input type="checkbox"/>	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:			
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado
	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C. - CORPORACION DACMAR S.A.C.			S/. 12,729,600.00
5	BASE LEGAL Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".			
6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro ITEM 2 al postor mencionado en el numeral 4.			
7				
	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	
	PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO	
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 10-2024-GERESA/CS-1 / ITEM 2


CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU SAC-MEDICA INNOVADORA SAC-CORPORACION DACMAR SAC		HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC	
ADMISIÓN DE OFERTA			
Documentación de presentación obligatoria			
Documentos para la admisión de la oferta			
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)		Presento ANEXO Nº 01	
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.			
b) En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.		Presento Sustento	
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.			
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)		Presento ANEXO Nº 2	
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)		Presento ANEXO Nº 3	
e) SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:			
ITEM 2			
3. ECOGRAFO PROTATIL		MARCA: VINNO, MODELO: VINNO A6	
MARCA: WINSONIC, MODELO: CLOVER			
1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:		
1.01	EQUIPO PORTATIL DE FÁCIL TRASLADO. CON ASA DE TRANSPORTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	SISTEMA DE ULTRASONIDO CON BATERÍA INTERNA CON AUTONOMÍA DE 90 MINUTOS O MÁS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	PANTALLA LCD O LED DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR, MAYOR A 15 PULGADAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	PROFUNDIDAD MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN IGUAL O MAYOR DE 40 cm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	TRES (03) O MÁS PUERTOS ACTIVOS EN EL EQUIPO. ESTOS PUERTOS SERVIRÁN PARA LA CONEXIÓN DE LOS TRANSDUCTORES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.06	DOS PUERTOS USB COMO MÍNIMO PARA ALMACENAMIENTO EXTERNO DE IMÁGENES Y/O CONEXIÓN A IMPRESORAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	FORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DIGITAL DEL HAZ ULTRASONICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	DICOM 3.0 ACTIVO (OPCIONES MÍNIMAS: PRINT, STORE, WORKLIST Y MPPS).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09	CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG, BMP, PNG Y TIFF. EXPORTACIÓN DE VIDEO EN FORMATO AVI Y MP4.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1	CON MALETÍN DE TRANSPORTE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11	CON COCHE DE ALTURA REGULABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.12	DISCO DURO INTEGRADO DE 1024 GB O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SUSTENTAN QUE TIENEN UN DISCO DURO MAYOR A 1 GB. ESTA INFORMACIÓN NO ES PRECISA A LOS SOLICITADOS.

1.13	UNIDAD DE SEÑALES FISIOLÓGICAS (ECG).		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.14	ZOOM DE ALTA DEFINICIÓN.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.15	TECLADO ALFANUMÉRICO ANALÓGICO, INCORPORADO EN LA CONSOLA DEL OPERADOR. CONSOLA CON ILUMINACIÓN DE FUNCIONES ACTIVAS		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.16	REVISIÓN CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 30000 CUADROS		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.17	RANGO DINÁMICO DE 280 48 O SUPERIOR		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.18	EQUIPO QUE CUMPLA COMO MÍNIMO DOS (02) NORMATIVAS INTERNACIONALES APLICADOS A EQUIPOS MÉDICOS.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.19	IDIOMA DEL SISTEMA EN ESPAÑOL.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.20	PESO DE LA CONSOLA (INCLUYENDO LA BATERÍA); NO MAYOR A 7 KG		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.00	MODOS DE EXPLORACIÓN:			
2.01	MODO 2D, 3D.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	MODO B, 2B Y MODOS 4B POST PROCESO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	MODOS M, MODOS M ANATÓMICO, CON CUATRO (04) O MÁS CURSORES EN UNA MISMA PANTALLA		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	DOPPLER COLOR, DOPPLER ESPECTRAL, DOPPLER PULSADO, CON CAPACIDAD DOPPLER CONTINUO Y DOPPLER TISULAR		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.05	DOPPLER DE POTENCIA (POWER ANGIO, DOPPLER DE PODER O SIMILAR).		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.08	TRIPLE EN TIEMPO REAL (2D + DOPPLER + DOPPLER PULSADO)		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.09	PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA DE LA MISMA IMAGEN EN MODO B(2D) Y B (COLOR) EN TIEMPO REAL.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.00	PROGRAMAS:			
3.01	MEDIDA DE LA DISTANCIA, PERÍMETRO, CIRCUNFERENCIA, ÁREA, VOLUMEN, ÁNGULO, PROFUNDIDAD, PORCENTAJE DE ESTENOSIS EN DIÁMETRO Y ÁREA COMO MÍNIMO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	SOFTWARE O PAQUETE DE ANÁLISIS CARDIOLÓGICO, VASCULAR, ABDOMINAL, PARTES BLANDAS COMO MÍNIMO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA ESPECTRAL (ESCALA Y LÍNEA BASE).		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	SOFTWARE PARA REDUCIR RUIDO EN LA IMAGEN Y MEJORAR DEFINICIÓN TISULAR.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.05	SOFTWARE DE VISTA EXTENDIDA O IMAGEN PANORÁMICA.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.06	MEDIDAS AUTOMÁTICAS DE BIOMETRÍA FETAL EN DBP, HC, FL, AC Y HL COMO MÍNIMO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.07	SOFTWARE PARA VISUALIZACIÓN DEL FLUJO COLOR CON PERSPECTIVA 3D		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.08	CÁLCULOS OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.09	REPORTE O INFORME PARA MEDICIONES CARDIOLÓGICAS Y OBSTÉTRICAS COMO MÍNIMO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.10	SOFTWARE DE RECuento DE FOLÍCULOS DE MANERA AUTOMÁTICA DISPONIBLES EN LOS TRANSDUCTORES CONVEXO Y ENDOCAVITARIO COMO MÍNIMO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

3.11	CON ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA O CUALITATIVA, DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES CONVEXO, ENDOCAVITARIO Y LINEAL		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA EL SOFTWARE SOLICITADO
3.12	SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE LA AGUJA		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.00	TRANSDUCTORES se aceptarán rangos de frecuencia con ancho de banda mayor a los solicitados y/o dentro de la tolerancia de -0.5 MHz en el límite superior y +0.5 MHz en el límite inferior pero no ambos a la vez.			
4.01	UN TRANSDUCTOR TRANSVAGINAL DE 5.0 A 11.0 MHz O RANGO MAS AMPLIO, CON RADIO DE 10 mm O MAYOR, CON ANGULO DE VISUALIZACION DE 220° O MAYOR.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.02	UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO, DE 1.0 A 8.0 MHz 6 RANGO MAS AMPLIO, CON ANGULO DE VISUALIZACION DE 90° O MAYOR.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.03	UN TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 4.0 MHz. A 16.0 MHz O RANGO DE MAYOR AMPLITUD.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.04	UN TRANSDUCTOR PHASE ARRAY MULTIFRECUENCIAL DE 1.0 MHz. A 5.0 MHz O RANGO DE MAYOR CON ANGULO DE VISUALIZACION NO MENOR A 90°		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.00	PERIFERICOS, ACCESORIOS E INSUMOS:			
5.01	UNA (01) IMPRESORA GRAFICA EN MONOCROMO, PARA FORMATO A4, CON RESOLUCIÓN NO MENOR DE 325 DPI Y 256 NIVELES DE GRIS O MEJOR TECNOLOGÍA.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.02	UN (01) UPS ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN, DE 2KVA O MAYOR CAPACIDAD, MONOFÁSICA PARA PROTECCIÓN DEL ECOGRAFO, COMPONENTES Y ACCESORIOS.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA EL UPS SOLICITADO
5.03	VEINTE (20) ROLLOS DE PAPEL PRINTER PARA ECOGRAFIA.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA QUE TENGA LOS ROLLOS DE PAPEL SOLICITADO
5.04	SEIS (06) FRASCOS DE GEL PARA ULTRASONIDO DE 250 ml O MAS, POR CADA FRASCO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.00	REQUERIMIENTO ELECTRICOS:			
6.01	TENSION 220 VAC O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR. FRECUENCIA 60 HZ, CABLE DE PODER VULCANIZADO CON PUESTA A TIERRA Y ENCHUFE COMPATIBLE CON LA SALIDA DEL UPS PARA EL EQUIPO.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
f	Además, presentaran la siguiente documentación: REGISTRO SANITARIO: Copia Simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) que se encuentren a nombre del postor, según la normativa vigente de la DIGEMID. Para accesorios, periféricos que requieran registro sanitario deberán adjuntarlo. En caso de los equipos, accesorios, periféricos que no requieran registro sanitario podrán demostrarlo con la lista vigente de productos que no requieren registro sanitario de la web de DIGEMID; los bienes que no lo requieren se deberá adjuntar el (ANEXO N°11) DECLARACION JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO.	Presenta Registro Sanitario		No presento documento Sustentatorio
g	Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Presento Anexo N° 04		Presento Anexo N° 04

h	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	Presento documento Sustentatoria	No Aplica, no es Consorcio
i	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Presenta Anexo N 06	Presenta Anexo N 06
j	Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID	Presenta documentación	No presento documento Sustentatoria
ADMISIÓN DE OFERTAS			
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ADMITIDA	NO ADMITIDA
A	CAPACIDAD LEGAL		
	HABILITACIÓN:		
	- Autorización Sanitaria de Funcionamiento		
	Acreditación:	Presento documento Sustentatoria	
B	- Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.		
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/15.970.000,00 (Quince millones novecientos veinte mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. S/ 15'953,496.55	
2	BIENES SIMILARES: Equipos de ultrasonido, ecocardiografos, ecografo en general en distintas marcas y modelos, equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, equipos biomédicos de uci, equipos biomédicos de emergencia, equipos biomédicos de centro quirúrgico.	CUMPLE con los bienes similares	
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	Personal profesional 1, con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.		
	Personal profesional 2, 02 años de experiencia como mínimo como especialista de producto o aplicacionista	Cumple con la experiencia del personal clave	
	Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.		
FACTORES DE EVALUACION			
	Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DE LOS ITEMS I (PAQUETE) y II, se considera lo siguiente:		
	A. PRECIO	12779600	
	Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.		
	Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).		
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_i}{O_m \times PMP} = 100 \text{ PUNTOS}$ Oí i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	PI= $\frac{12779600.00 \times 100}{12779600.00}$ = 100 Puntos	

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	006-2024-CS-LP N° 10-2023-GERESA/LL		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En la ciudad de Trujillo, a los 18 días del mes de julio del año 2024, en el local de la GERESA-LL, a las 21:00 horas, reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN desigandos mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N°010-2023-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: ESPECTROFOTOMETRO, MICROSCOPIO BINOCULAR, ECÓGRAFO, PERTENECIENTE A LAS IOARR POR OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD"-ITEM 3 (PAQUETE), a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.			
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:			
	Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	Titular <input checked="" type="checkbox"/> Suplente <input type="checkbox"/>	Dependencia: OEC-UTF ABASTECIMIENTO
	Primer Miembro	ING ALEX FAVIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/> Suplente <input type="checkbox"/>	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
	Segundo Miembro	ING DAVID LUNA GRANDEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/> Suplente <input type="checkbox"/>	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:			
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado
	CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C.			S/. 610,000.00
5	BASE LEGAL Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".			
6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro ITEM 3 (PAQUETE) al postor mencionado en el numeral 4.			
7				
	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	
	PRESIDENTE TITULAR	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO	
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 10-2024-GERESA/CS-1 / ITEM 3 (PAQUETE)

ADMISIÓN DE OFERTA		CONSORCIO TECNO IMAGEN PERU S.A.C. - MEDICA INNOVADORA S.A.C	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC	DELTALAB PERU S.A.C
Documentación de presentación obligatoria				
Documentos para la admisión de la oferta				
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	Presento ANEXO N° 01	Presento ANEXO N° 01	Presento ANEXO N° 01
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.				
b)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presenta vigencia de poder del consorcio, presentadno vigencia de poder por cada uno de las empresas dentro del consorcio	Presenta vigencia de poder	Presenta vigencia de poder
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e)Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:			
ITEM PAQUETE 3				
4. ESPECTROFOTOMETRO		MARCA: AGAPPE, MODELO: MISPA PLUS	MARCA: INFITEK, MODELO: BA-SA-100	MARCA: HUMAN, MODELO: HUMALYZER PRIMUS
1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:			
1.01	EQUIPO DE SOBREMESA DISEÑO PARA USO EN LABORATORIO CLÍNICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	METODOLOGÍA: CINÉTICOS, PUNTO FINAL Y BICROMÁTICO CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: MAYOR DE 4500 PRUEBAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (SUSTENTA QUE TIENE 4500 PRUEBAS COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DEBE SER MAYOR A ESA CANTIDAD DEMOSTRANDO)
1.04	FUNCIONAMIENTO EN AMBOS SISTEMAS: ASPIRACIÓN Y/O CUBETAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL DE 7 PULGADAS CÓMO MÍNIMO, TIPO LCD, A COLOR, DE FÁCIL LIMPIEZA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.06	TECLADO INCORPORADO EN LA PANTALLA Y CONEXIÓN A TECLADO EXTERNO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	SISTEMA DE ILUMINACION HALOGENA DE 20 W CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	MÍNIMO DOS (02) PUERTOS TIPO USB CÓMO SALIDA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

1.09	PESO NO MAYOR A 10 kg	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2	CONTROL:			
2.01	CALIBRACIÓN DE CADA REACTIVO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	INCUBADORA INTEGRADO DE 5 POSICIONES CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: 25, 30 Y 37°C COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.05	RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA NO MAYOR 0.1° C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.06	TEST DE PRUEBAS PARA LOS REACTIVOS (200 PRUEBAS CÓMO MÍNIMO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	PROGRAMA EN IDIOMA ESPAÑOL Y/O INGLÉS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3	PARAMETROS:			
3.01	LONGITUDES DE ONDA, DE 340 NM A 630 NM O RANGO DE MAYOR AMPLITUD, SON SEIS O MÁS PASOS, MEDIANTE TECNOLOGÍA PRISMA U OTRA TECNOLOGÍA SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	RANGO DE ABSORBANCIA: DE 0.1 A 3.5 ABS O RANGO MÁS AMPLIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	ASPIRACIÓN DE MUESTRA MÍNIMA: 270 µL O VOLUMEN MENOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	TIEMPO DE MEDICIÓN NO MAYOR A 4 SEGUNDOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4	COMPONENTES:	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.01	IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5	ACCESORIOS:	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.01	UN (01) JUEGO MANGUERAS ORIGINALES SEGÚN LA CONFIGURACION DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.02	UN (01) DEPÓSITO O BIDON DE DESECHOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.03	DOS (02) LÁMPARAS DE REPUESTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.04	OCHO (08) ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA, (01) EN EL EQUIPO Y (07) DE REPUESTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:			

6.01	TENSION DE ALIMENTACION 220/230 V/AC. O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR, MONOFASICO. FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5. MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR				
1	CARACTERISTICAS GENERALES:			
1.01	SISTEMA OPTICO DE CORRECCION INFINITA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	MARCA: MICROPTIK, MODELO: MIOB 500	MARCA: HUMAN, MODELO: HUMASCOPE PREMIUM LED
1.02	CABEZAL DE OBSERVACION BINOCULAR EL CUAL DEBERA POSEER PRISMAS DE REFLEXION INTERNA Y DEMAS COMPONENTES OPTICOS DE CRISTAL DE ALTA CALIDAD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	CABEZAL INCLINADO DE 30°-6 MAYOR Y GIRATORIO DE 360° GRADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	DIAMETRO DE TUBO OCULAR NO MENOR A 30 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	DISTANCIA INTERPUPILAR CON AJUSTE VARIABLE DE 48 mm A 75 mm O RANGO MÁS AMPLIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.06	PLATINA MECANICA DE 180 X 140 mm COMO MÍNIMO. CON MOVIMIENTO X-Y COMANDOS POR PERILLAS COAXIALES, ESCALA GRADUADA DE DESPLAZAMIENTO VERNIER, CON DOBLE SOPORTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	SISTEMA DE ENGANCHE Y PRESIÓN DE OBJETO (MUESTRA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	AJUSTE MACRO Y MICROMÉTRICO COMANDADAS POR PERILLAS COAXIALES GRADUADAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09	ESTATIVO ERGONÓMICO FABRICADO DE MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE, CON RECUBRIMIENTO DE AGENTE QUE INHIBA LA REPRODUCCION DE BACTERIAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1	REVOLVER QUÍNTUPLE DE ALTA PRECISIÓN CON OBJETIVOS MIRANDO HACIA LA CARA INTERNA DEL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11	PARA CAMPO CLARO CON LA CAPACIDAD DE PODER TRABAJAR EN CONTRASTE DE FASE. CAMPO OSCURO. POLARIZACIÓN Y FLUORESCENCIA EN CASO SE DESEE SE DESEE TRABAJAR CON ESAS MODALIDADES MÁS ADELANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

1.12	PESO NETO NO MAYOR A 10 kg	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2	COMPONENTES:			
2.01	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR. TIPO 4X CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 12.2 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE EL OBJETIVO TENGA CORRECCION INFINITA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCTIVO PARA EL USUARIO FINAL)
2.02	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR. TIPO 10X CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 4.7 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE EL OBJETIVO TENGA CORRECCION INFINITA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCTIVO PARA EL USUARIO FINAL)
2.03	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR. TIPO 20X CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 2.5 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE EL OBJETIVO TENGA CORRECCION INFINITA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCTIVO PARA EL USUARIO FINAL)
2.04	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR. TIPO 40X CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 0.7 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA QUE EL OBJETIVO TENGA CORRECCION INFINITA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APRECIAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y AL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCTIVO PARA EL USUARIO FINAL)

2.05	UN (01) OBJETIVO PLANO INFINITO O SUPERIOR, TIPO 100X (SUMERGIDO EN ACEITE) CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 0.12 mm CÓMO MÁXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (NO SUSTENTA O ACREDITA QUE EL OBJETIVO SEA DE TIPO PLANO, YA QUE EN EL MERCADO EXISTE OTROS TIPOS DE OBJETIVOS. LA INFORMACION PRESENTADA NO LO ACREDITA. ESTE REQUERIMIENTO ES IMPORTANTE YA QUE CON UNA OBJETIVO PLANO SE PUEDE APROXIMAR LA IMAGEN AL 100% PLANA Y TAL NO ACREDITARLA ES CONTRAPRODUCENTE PARA EL USUARIO FINAL)
2.06	OCULARES: UN (01) PAR DE OCULARES DE 10X CAMPO DE VISION DE 22mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	DIAMETRO DE OCULARES NO MENOR A 30 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.08	SISTEMA DE DIOPTRIA AJUSTABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.09	CONDENSADOR: TIPO BASCULANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.1	COMPUESTO (ABBE) DE CAMPO CLARO CON DIAFRAGMA DE IRIS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.11	APERTURA NUMÉRICA AN/0.13	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.12	FILTRO DE COLOR AZUL DE 44 mm CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ENFOQUE:		

2.13	ENFOQUE TIPO COAXIAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.14	DIVISIÓN DE ENFOQUE MÍNIMO: 0.003 mm O MENOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.15	ILUMINACIÓN: Sistema de iluminación halógeno de 30 W o iluminación LED de 3W como mínimo con diafragma de campo para iluminación kohler	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.16	FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO EN CASO NO SE UTILICE EL EQUIPO POR DETERMINADO TIEMPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3	ACCESORIOS E INSUMOS:				
3.01	FUNDA PARA ALMACENAMIENTO Y/O PROTECCIÓN DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	DOS (02) BOTELLA DE ACEITE DE INMERSIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	DOS (02) KIT DE LIMPIEZA DE ÓPTICOS, EL CUAL ESTÁ COMPUESTO POR: LÍQUIDO LIMPIA LENTES, BOMBILLA INSULADORA, DOS PAQUETES DE PAPEL TISU, UN PINCEL FINO Y DOS PACK DE PIEL DE ANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	DOS (02) FOCOS DE REPUESTO DE REPUESTO COMPATIBLE AL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.05	DOS (02) CAJAS PETRI DE POLIESTIRENO DE 92 mm DE DIÁMETRO x 16 mm DE ALTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.06	FUNDA O CAPUCHA PROTECTORA DE POLVO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:				
4.01	TENSION DE ALIMENTACIÓN DE 220 V/AC, FRECUENCIA 60/50 Hz MONOFÁSICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases.				
f	Además, presentarán la siguiente documentación: REGISTRO SANITARIO: Copia Simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) que se encuentren a nombre del postor, según la normativa vigente de la DIGEMID. Para accesorios, periféricos que requieran registro sanitario deberán adjuntarlo. En caso de los equipos, accesorios, periféricos que no requieran registro sanitario podrán demostrarlo con la lista vigente de productos que no requieren registro sanitario de la web de DIGEMID; los bienes que no lo requieren se deberá adjuntar el (ANEXO N°11) DECLARACIÓN JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO.	Presento documento Sustentatoria	No presento documento Sustentatoria	Presento documento Sustentatoria	Presento documento Sustentatoria
g	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Presento Anexo N° 04	Presento Anexo N° 04	Presento Anexo N° 04	Presento Anexo N° 04
h	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	Presento documento Sustentatoria	No se aplica, no es Consorcio	No se aplica, no es Consorcio	No se aplica, no es Consorcio

i	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Presento Anexo N° 06	Presento Anexo N° 06	Presento Anexo N° 06
1	Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID	Presento documento Sustentatoria	No presento documento Sustentatoria	Presento documento Sustentatoria
		ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
A	CAPACIDAD LEGAL			
	HABILITACIÓN: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.	Presento documento Sustentatoria		
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 750,000.00 (Setecientos cincuenta mil con 00/100 Soles) , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.		
2	BIENES SIMILARES: Equipos biomédicos de patología clínica, Equipos biomédicos de anatomía patológica, Equipos médicos de laboratorio, Analizador bioquímico semiautomático, Analizador bioquímico automático, Analizador hematológico, Analizador de gases y electrolitos, Analizador de orina, Analizador microbiología, lector Elisa, lavador Elisa, estereoscopio, microscopio trinocular, microscopio digital, microscopio con cámara.	CUMPLE con los bienes similares		
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			
	Personal profesional 1, con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.			
	Personal profesional 2, 02 años de experiencia como mínimo como especialista de producto o aplicacionista			
	Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.	Cumple con la experiencia del personal clave		
	FACTORES DE EVALUACIÓN			

	La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM III (PAQUETE), se considera lo siguiente:				
	<p>A. PRECIO</p> <p>Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	610,000.00			
	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $PI = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p> <i>PI</i> = Oferta <i>PI</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>Oi</i> = Precio <i>i</i> <i>Om</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p>	$PI = \frac{610,000.00 \times 100}{6100,00.00}$ <p><i>PI</i> = 100 Puntos</p>			
	OTROS FACTORES DE EVALUACION				
C	GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR 05 PUNTOS				
	<p>Evaluación:</p> <p>Se evalúa en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las especificaciones técnicas.</p>				
	<p>De 37 hasta 48 meses: [5] puntos</p>	37 meses			
	<p>De 25 hasta 36 meses: [2.5] puntos</p>				