

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20393025868

Nombre o Razón social : CORPORACION DISE EIRL

Fecha de envío : 24/05/2023

Hora de envío : 14:34:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que en las Muestras están pidiendo que el contenedor cuente con un "soporte". Ante ello, solicitamos a la Entidad, si para la entrega de los contenedores estos tienen que contar un "soporte" o detallar la cantidad de soportes en cesión de uso o como data están solicitando por el total del requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** j) **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,

Se solicita para la oferta una muestra con soporte de acero inoxidable y para el internamiento se solicitara la cantidad de 40 unidades como Data.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

Se solicita para la oferta una muestra con soporte de acero inoxidable y para el internamiento se solicitara la cantidad de 40 unidades como Data.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20393025868	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DISE EIRL	Hora de envío :	14:34:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que en la muestra del contenedor están requiriendo que este cuente con un "soporte". Ante ello, solicitamos a la Entidad acepte que los soportes sean de material de "acero inoxidable", dado que este material garantiza que el soporte cuente con una mayor resistencia, durabilidad, de fácil limpieza y desinfección (no se deteriora al momento de la desinfección con cualquier agente desinfectante) y una mejor estabilidad para el contenedor. De ser el caso que requieran soporte, indicarnos también la cantidad que están requiriendo y que estos sean del material declarado anteriormente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.1.1.1 Literal: i) Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL, El contenedor tiene que contar con soporte de acero inoxidable como Data.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

- Se solicita muestra donde el contenedor tiene que contar con soporte de acero inoxidable como data.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20393025868	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DISE EIRL	Hora de envío :	14:34:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que en la descripción de las características técnicas del bien, están requiriendo que el contenedor cuente con:

- PROVISTO DE DOS ANCLAJES CERCA A LOS EXTREMOS DEL CILINDRO GIRATORIO QUE PERMITEN EL CIERRE FINAL

Notamos que dicha característica solo es exclusiva para muy pocas marcas y estaría limitando la participación de los postores. Por tanto, solicitamos se modifique dicha característica y sea reemplazada por lo siguiente:

- TAPA CON CIERRE TEMPORAL Y DEFINITIVO, TOTALMENTE HERMÉTICO

Con el fin de tener una mayor pluralidad de postores en el procedimiento

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL, la presentacion sera :

-Tapa con Cierre Temporal y definitivo, totalmente hermetico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

- Tapa con Cierre Temporal y definitivo, totalmente hermetico

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20393025868

Fecha de envío : 24/05/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION DISE EIRL

Hora de envío : 14:34:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores el Comité, en las características técnicas del bien, no se hace mención de la forma del contenedor que están requiriendo, por tanto, consultamos si se puede presentar el contenedor en forma de galonera o valde, con el fin de evitar confusiones al momento de ofertar los productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: V

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta , Ceñorse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20393025868

Fecha de envío : 24/05/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION DISE EIRL

Hora de envío : 14:43:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que están solicitando unicamente la presentación del Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM), cabe aclarar que existen documentos equivalentes a este certificado, como lo es el CERTIFICADO ISO 13485, CERTIFICADO CE o el CERTIFICADO FDA. Por tanto, solicitamos se pueda presentar los certificados mencionados como documentos equivalente al BPM, ademas que dichos certificados tienen que estar figurado el nombre del fabricante del producto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.1.1. **Literal:** h) **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,

No se acepta la consulta ,ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20393025868	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DISE EIRL	Hora de envío :	14:51:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que están solicitando el REGISTRO SANITARIO del producto. Cabe aclarar que los CONTENEDORES DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD no cuentan con R.S. Por tanto, solicitamos a la entidad, acepte la presentación de una CONSULTA DIGEMID donde se indique dicho producto no cuenta con R.S., dicha consulta debe estar a nombre del postor y debe de tener una antigüedad no mayor a 1 año.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h) Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,

En las bases se coloca de "corresponder" , no se requiere

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20393025868

Fecha de envío : 24/05/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION DISE EIRL

Hora de envío : 14:56:28

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que en la Experiencia del Postor, están solicitando como bienes similares: DISPOSITIVOS MÉDICOS UTILIZADOS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA.

Dado que el bien ofertado no guarda ninguna relación con lo pedido como sustento en la Experiencia del Postor, intuimos que se trata de un error por parte de la Entidad, ante ello, solicitamos acepte como bienes similares:

- TODO TIPO DE CONTENEDORES DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS FORMAS Y PRESENTACIONES

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,

se corregira a lo siguiente:

-TODO TIPO DE CONTENEDORES DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS FORMAS Y PRESENTACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , pagina 25 ,

- Tapa con Cierre Temporal y definitivo, totalmente hermetico

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20546950396

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Hora de envío : 17:34:26

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Señores comité de selección se puede ver que en las bases del procedimiento de selección solicitan en el Capítulo II ¿
2.2 Contenido de las Ofertas:

e.3) Certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) del fabricante (Copia Simple).

Solicitamos al comité de selección ampliar lo anterior mencionado, ya que exigentes documentos similares e iguales a lo solicitado que son para productos nacionales e importados, solicitamos ampliar de la siguiente manera:

e.3) Certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) del fabricante y/o documentos similares tales como ISO, CE, FDA o CLV.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2

Literal: 2.2

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, en referencia al MEMORANDUM N° 180-2023-EST-HSJLL,

Ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:34:26

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Señores comité de selección se puede ver que en las bases del procedimiento de selección solicitan en el Capítulo II ¿ 2.2 Contenido de las Ofertas:

e6) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (Copia Simple)

solicitamos al comité de selección incluir que se adjunte la copia de la consulta técnica emitida por DIGEMID a nombre del postor donde indica que los contenedores de bioseguridad son productos que no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,

En las bases se coloca de "corresponder" , no se requiere

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20546950396

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Hora de envío : 17:34:26

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Señores comité de selección se puede ver que en las bases del procedimiento de selección solicitan en el Capítulo II ¿ 3.1 especificaciones técnicas:

v. Especificaciones y/o características técnicas del bien: CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 LITROS. Mas no indican la forma del contenedor.

Sugerimos al comité de selección en coordinación con el área usuaria incluir dentro de las características que el contenedor tenga forma POLIEDRICA con una base cuadrara o rectangular a fin de que tenga una buena estabilidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,se solicita con diseño forma poliedrica con angulos ovalados con base cuadrangular o forma rectangular con tapa vaiven , ya que esta presentacion es adaptable a la instalacion y la galonera o valde no son adaptables a la instalacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

- se solicita con diseño forma poliedrica con angulos ovalados con base cuadrangular o forma rectangular con tapa vaiven , ya que esta presentacion es adaptable a la instalacion y la galonera o valde no son adaptables a la instalacion.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20546950396

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 17:34:26

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Señores comité de selección se puede ver que en las bases del procedimiento de selección solicitan la contratación de CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 LITROS, consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria si van a solicitar soportes en sesión de uso y donde serán instalados, ya que están solicitando muestra con soporte.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJL, El contenedor tiene que contar con soporte de acero inoxidable como Data.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

- Se solicita muestra donde el contenedor tiene que contar con soporte de acero inoxidable como data.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20546950396

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 17:34:26

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Señores comité de selección se puede ver que en las bases del procedimiento de selección solicitan la contratación de CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 LITROS, consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria si van a solicitar soportes para los contenedores estos sean en material de acero quirúrgico inoxidable.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUM N° 180-2023-EST-HSJL, El contenedor tiene que contar con soporte de acero inoxidable como Data.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

- Se solicita muestra donde el contenedor tiene que contar con soporte de acero inoxidable como data.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:34:26

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Señores comité de selección se puede ver que en las bases del procedimiento de selección solicitan en el Capítulo III ¿ 3.2 Requisitos de Calificación: B. Experiencia del postor en la especialidad: se acreditara con BIENES SIMILARES: DISPOSITIVOS MEDICOS UTILIZADOS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.

Solicitamos al comité de selección revisar la acreditación de los bienes similares ya que no guarda relación con el objeto de la contratación, lo correcto sería solicitar de la siguiente manera:

B. Experiencia del postor en la especialidad: se acreditará con BIENES SIMILARES: CONTENEDORES, RECIPIENTES, TACHOS DE PLASTICO EN TODAS SUS PRESENTACIONES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,

se corregira a lo siguiente:

-TODO TIPO DE CONTENEDORES DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS FORMAS Y PRESENTACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , pagina 25 ,

se corregira a lo siguiente:

-TODO TIPO DE CONTENEDORES DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS FORMAS Y PRESENTACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20506231656	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SAC	Hora de envío :	18:12:37

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DEBIDO A QUE SOLICITAN MUESTRAS CON SU RESPECTIVO SOPORTE, PEDIMOS AL COMITÉ INDICAR A QUE SE REFIERE CON SOPORTE Y SI CORRESPONDE A LA MISMA CANTIDAD DE CONTENEDORES, YA QUE ESTO VA AUMENTAR DE MANERA CONSIDERABLE EL PRECIO DEL CONTENEDOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,

Se solicita para la oferta una muestra con soporte de acero inoxidable y para el internamiento se solicitara la cantidad de 40 unidades como Data.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

Se solicita para la oferta una muestra con soporte de acero inoxidable y para el internamiento se solicitara la cantidad de 40 unidades como Data.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20506231656	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SAC	Hora de envío :	18:12:37

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS LAS BASES PARA SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTAR LA PRESENTACIÓN DE CONTENEDOR EN FORMA DE BALDE, YA QUE NO LO INDICA EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta , Ceñorse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20506231656	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SAC	Hora de envío :	18:12:37

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS LAS BASES PARA SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTAR LA PRESENTACIÓN DE LA TAPA DEL CONTENEDOR SEA CON UN SISTEMA DE CIERRE TEMPORAL Y CIERRE DEFINITIVO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE DISCO GIRATORIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUM N° 180-2023-EST-HSJLL, la presentación será :

-Tapa con Cierre Temporal y definitivo, totalmente hermetico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadirá a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones técnicas:

- Tapa con Cierre Temporal y definitivo, totalmente hermetico

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20506231656	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SAC	Hora de envío :	18:14:49

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DEBIDO A QUE SOLICITAN COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR DISPOSITIVOS MEDICOS UTILIZADOS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA, PEDIMOS AL COMITÉ INCLUIR TODO TIPO DE CONTENEDOR Y RECIPIENTE DE PLASTICO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,

se corregira a lo siguiente:

-TODO TIPO DE CONTENEDORES DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS FORMAS Y PRESENTACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , pagina 25 ,

se corregira a lo siguiente:

-TODO TIPO DE CONTENEDORES DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS FORMAS Y PRESENTACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	18:58:09

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CAP III

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

21

Señores comité de selección se puede ver que en las bases del procedimiento de selección solicitan en el Capítulo II ¿ 3.1 especificaciones técnicas:

v. Especificaciones y/o características técnicas del bien: PROVISTO DE DOS ANCLAJES CERCA A LOS EXTREMOS DEL CILINDRO GIRATORIO QUE PERMITEN EL CIERRE FINAL.

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria ampliar lo indicado corresponde a un solo modelo de tapa, lo ideal sería solicitar tapa con cierre hermético que a su vez cuente este con cierre temporal y cierre definitivo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL, la presentacion sera :

-Tapa con Cierre Temporal y definitivo, totalmente hermetico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

- Tapa con Cierre Temporal y definitivo, totalmente hermetico

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20609364565

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : SCIENT-WARE COMMERCE E.I.R.L.

Hora de envío : 22:14:48

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

EN LAS BASES MANIFIESTAN QUE LOS CONTENEDORES PUNZOCORTANTES PLASTICO DEBEN CONTAR CON REGISTRO SANITARIO ,BPM ,BPA Y B PDT LA CONSULTA ES QUE SEGUN LA ANM DIGEMID EXIME EL PRODUCTO OFERTADO DE ESA DOCUMENTACION YA QUE ES UN PRODUCTO QUE NO ESTA SUJETO A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO, ANTE ESTO, SOLICITAMOS AL COMITÉ EXONERAR LA PRESENTACION DE ESTOS DOCUMENTOS COMO PRESENTACION OBLIGATORIA. Y SUSTENTAR CON LA PRESENTACION DE LA CONSTANCIA EMITIDA POR DIGEMID DE NO REQUERIR LAS BUENAS PRACTICAS POR NO ESTAR SUJETO A REGISTRO SANITARIO.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2

Literal: 2.2

Página: 16-

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NOS AMPARAMOS EN BASE AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA ESTABLECIDO EN LA LEY DE

CONTRATACIÓN
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL,

En las bases se coloca de "corresponder" , no se requiere

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código : 20609364565

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : SCIENT-WARE COMMERCE E.I.R.L.

Hora de envío : 22:14:48

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

EN LAS BASES MANIFIESTAN COMO DOCUMENTO LA RESOLUCION DE FUNCIONAMIENTO COMO ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO EXPEDIDO POR DIGEMID, EN MENCIÓN UNA EMPRESA QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE IMPORTACION, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR DIGEMID NO ESTA SUJETA A LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION SANITARIA COMO ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO SEGÚN ART 21 DE LA LEY N° 29459 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ANTE ESTO, SOLICITAMOS AL COMITÉ EXONERAR LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO COMO PRESENTACION OBLIGATORIA. Y SUSTENTAR CON LA PRESENTACION DE LA CONSTANCIA EMITIDA POR DIGEMID DE NO REQUERIR AUTORIZACION SANITARIA POR COMERCIALIZAR PRODUCTOS QUE NO ESTAN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2

Literal: H

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NOS AMPARAMOS EN BASE AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA ESTABLECIDO EN LA LEY DE

ANÁLISIS RESPECTO DE LA CONSULTA U OBSERVACIÓN:

No se acepta la consulta, en referencia al MEMORANDUM N° 180-2023-EST-HSJLL,

En las bases se coloca de "corresponder" , no se requiere

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L

Ruc/código :	20609364565	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	SCIENT-WARE COMMERCE E.I.R.L.	Hora de envío :	22:14:48

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
-DISEÑADO CON ASAS LATERALES QUE AYUDAN A SU TRANSPORTE
-PROVISTO DE 2 ANCLAJES CERCA A LOS EXTREMOS DEL CILINDRO GIRATORIO QUE PERMITEN EL CIERRE FINAL

CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POSTORES Y SE EJERZA UNA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES, SOLICITAMOS AL COMITÉ AMPLIAR O MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- DISEÑADO CON ASA QUE AYUDE SU TRANSPORTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NOS AMPARAMOS EN BASE AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA ESTABLECIDO EN LEY DE

CONTRATACIÓN

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 180-2023-EST-HSJLL, la presentacion sera :

-Tapa con Cierre Temporal y definitivo, totalmente hermetico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

- Tapa con Cierre Temporal y definitivo, totalmente hermetico