

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUDREDTACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA LOCAL DE LÍNEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA EL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:05:59

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En el punto e.3) El Certificado de Análisis del producto terminado.

En relación al Certificado de Análisis, se solicita considerar la fecha de emisión como equivalente a la fecha de análisis, considerar que los diferentes análisis tienen diferentes tiempos de análisis

**Acápito de las bases :** Sección: Específico      Numeral: Cap II

**Literal:** 2.2.1.1

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la consulta. En el Certificado de Análisis se requiere la información de la fecha de análisis o fecha de emisión.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se está procediendo a su modificación en la integración de bases

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUDREDTACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA LOCAL DE LÍNEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA EL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:05:59

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el Anexo N° 01, Cuadro de requerimiento del ítem o ítems

En referencia a la cantidad de bombas solicitadas, se visualiza que en las EETT de los equipos en Cesión de Uso, solicitan la características de DOS CANALES, siendo dirigido el requerimiento a UN SOLO POSTOR por lo cual no se permitiría la pluralidad de postores en la participación del proceso. Se solicita poder considerar bombas MONOCANALES o bombas compatibles a las líneas de infusión licitadas; circunstancia que contradice el estudio de mercado efectuado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: Cap III

**Literal:** 3.1

**Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

D.S.082-2019-EF:ART.2 INC. A) y B)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta la observación. Se presentaron las especificaciones técnicas según IETSI para hacer efectiva la licitación con libre acceso y participación de proveedores según las necesidades institucionales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUDREDTACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA LOCAL DE LÍNEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA EL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:05:59

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

En el Anexo N° 01, Cuadro de requerimiento del ítem o ítems

En referencia a la cantidad de bombas solicitadas para el proceso los cuales son 170 equipos de DOBLE CANAL, se realiza la consulta al comité si se puede participar con 340 equipos Monocales, lo cual no incide de manera negativa en el cumplimiento de la finalidad pública del proceso de selección.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: Cap III

**Literal:** 3.1

**Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta la consulta. Se requiere las bombas de doble canal para optimizar espacios y minimizar riesgos, ya que en las unidades críticas se requieren hasta 8 bombas de doble canal por cada paciente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUDREDTACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA LOCAL DE LÍNEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA EL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:05:59

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

PLAZO PARA LA PRIMERA ENTREGA: Solciitamos se precise que el plazo de entrega se contabilizan desde el día siguiente de notificada la primera orden de compra; Toda vez, que la finalidad de toda notificación aun siendo esta electrónica, es "garantizar que el contratista tenga conocimiento del contenido de las decisiones de la Entidad"; en ese sentido, se pronuncia la normativa de contrataciones, opiniones del OSCE (OPINIÓN N° 106-2018/DTN) la ley 27444, la normativa del gobierno Digital.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: Cap I

**Literal:** 1.9

**Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

D.S.082-2019-EF:ART.2 INC. F)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la observación. El plazo de entrega de las órdenes de compra será contabilizada 7 días calendarios contados a partir del día siguiente de su notificación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se está procediendo a su modificación en la integración de bases

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUDREDTACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA LOCAL DE LÍNEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA EL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

---

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:05:59

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De la conformidad y recepción: Solicitamos al comité precise al encargado (unidad, área, jefatura, etc) de recepcionar los equipos entregados en cesión; toda vez, que la ficha técnica y bases hacen referencia a la entrega de los dispositivos médicos; es decir, a la entrega de las LÍNEAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap III    **Literal:** 3.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se comunica que la Jefatura de Enfermería recepcionará los equipos en cesión de uso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUDREDTACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA LOCAL DE LÍNEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA EL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

Ruc/código : 20537758377

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 21:30:38

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

e.3) El Certificado de Análisis del producto terminado (Protocolo de Análisis)

El Certificado de análisis debe corresponder al lote de la muestra presentada.

Solicitamos al Comité de Selección retirar dicha frase pues el procedimiento de selección no incluye la presentación de muestra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 2                      **Literal:** 2.2.1.1                      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la consulta. El certificado de análisis debidamente refrendado por el área de calidad de su Institución debe corresponder al lote del dispositivo medico a entregar a fin de brindar seguridad y transparencia, lo cual se evidenciara en el momento de la conformidad de recepcion del producto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se está procediendo a su modificación en la integración de bases

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUDREDTACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA LOCAL DE LÍNEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA EL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

Ruc/código : 20537758377

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 21:30:38

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En las bases se menciona que la antigüedad de los equipos de acuerdo a la normativa vigente la cual detalla que la misma no debe ser mayor a 5 años. En esta coyuntura de pandemia, existe una gran demanda de equipos en cesión de uso a nivel nacional, la misma que impide a los proveedores cumplir en su totalidad, con este parámetro de antigüedad de fabricación solicitado. Además, los equipos de bombas de infusión, con un buen mantenimiento preventivo pueden tener una vida útil de hasta 10 años o más.

CONSULTA: En aras del cumplimiento del principio de pluralidad de postores; solicitamos al Comité de Selección, confirmar si se puede cumplir con una parte de equipos de fabricación 2018-2019 y el restante, con una media de 7 años de uso. Esto, con la garantía de un servicio de mantenimiento preventivo y cambio de bombas en caso de correctivos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 10    **Literal:** 10    **Página:** 67

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta la consulta. Nos mantenemos con la norma vigente que es una antigüedad no mayor de 5 años a fin de asegurar una adecuada atención de calidad al paciente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUDREDTACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA LOCAL DE LÍNEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA EL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

Ruc/código : 20537758377

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 21:30:38

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Los postores que entregan equipos de bomba de infusión en cesión de uso, solamente sobreviven con una productividad resultante del abastecimiento de las líneas de infusión, pues asumen la totalidad de los costos de reparación, mantenimiento, repuestos, etc. La cantidad de equipos en cesión de uso resulta excesiva para la cantidad de líneas de infusión a adquirir para este proceso.

Se solicita consultar a la parte usuaria si con 150 equipos bombas de infusión es posible satisfacer la necesidad existente en la presente contratación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta la consulta. La cantidad de bombas solicitadas es la cantidad de uso frecuente de manejo hospitalario que actualmente requerimos para satisfacer la demanda de pacientes en los diferentes servicios hospitalarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null