

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 27/03/2023

Hora de envío : 17:38:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

01 equipo: ANALIZADOR HEMATOLOGICO DIFERENCIAL GRANDE DE 5 ESTIPES ¿ LABORATORIO CENTRAL (PROCESO DE HAMATOLOGIA).

4. Características: DICE volumen de aspiración máximo de 40 ul de muestra.

Tomando en cuenta que en los pacientes adultos la cantidad de muestra obtenido son 3000 microlitros y en pediátricos 500 microlitros, un requerimiento único de 40microlitros direcciona el proceso de selección a una marca específica, y violenta el principio de libertad de concurrencia que rige las contrataciones con el estado.

Consultamos respetuosamente al comité de selección en coordinación con el área usuaria tenga a bien AMPLIAR el requerimiento, a volumen de muestra de 20 a 88 microlitros, de acuerdo a las características del fabricante, para así contar con más pluralidad de postores, y no limitar la participación de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En consulta con el área usuaria no se acepta aumentar el volumen de muestra debido a que muchas veces se necesitan hacer re-procesos o se necesitan para otras pruebas sanguíneas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 27/03/2023

Hora de envío : 17:38:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

01 equipo: ANALIZADOR HEMATOLOGICO DIFERENCIAL GRANDE DE 5 ESTIPES ¿ LABORATORIO CENTRAL (PROCESO DE HAMATOLOGIA).

4. Características: DICE pantalla táctil incorporada:

No todos los analizadores vienen con pantalla incorporada, los analizadores de alta gama requieren de un pc externo para el funcionamiento, debido a que el funcionamiento es mas complejo, y un pc externo permite la adaptación de un sistema operativo de mejor calidad y mas sofisticado, por ello, amparándonos en el principio de vigencia tecnológica de la ley de contrataciones con el estado consultamos lo siguiente:

Se solicita respetuosamente al comité de selección en coordinación con el área usuaria se pueda considerar como opcional la pantalla táctil incorporada del equipo ya que la mayoría de los equipos automatizados trabajan con una PC externa, ello para garantizar la participación de los postores y asegurar una tecnología actual y vigente.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge la Consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En consulta con el área usuaria no se acepta cambiar especificaciones técnicas, debido a que es necesidad del área usuaria contar con analizador que tenga pantalla táctil incorporada

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 27/03/2023

Hora de envío : 17:38:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem 4,10 y 12

En los reactivos de dosaje de tiempo de tromboplastina parcial activada, dosaje de tiempo de protombina y fibrinógeno, no se describen las características del equipo en cesión en uso:

Solicitamos respetuosamente al comité de selección nos pueda brindar las especificaciones técnicas para el equipo como data que están solicitando para cada ítem.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo que se aclara que para los reactivos de Coagulación se solicita analizador coagulometro semiautomático.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20481492433

Fecha de envío : 27/03/2023

Nombre o Razón social : UNILAP SAC

Hora de envío : 22:36:59

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el 1.2 Objeto de la convocatoria, pág. 14-15, indican que el paquete de Reactivos para el área de Hematología está conformado por 13 productos.

El agrupamiento realizado resulta contraproducente, ya que restringe la pluralidad de postores, y da la impresión de un direccionamiento, como sucedió el año pasado en el cual con el mismo criterio se convocó el proceso de Hematología donde solo presentó oferta UN solo postor, privando a la entidad convocante de tener más alternativas para escoger la mejor opción para satisfacer el requerimiento del área usuaria

Observamos el criterio utilizado para que todos los productos sean agrupados en un solo paquete, ya que todos NO comparten las mismas características, no son de la misma especialidad, como detallamos:

¿ HEMATOLOGÍA: hemograma automatizado diferencia de 5 estirpes

¿ HEMOSTASIA (Coagulación): Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado, Dosaje de Tiempo de Protombina, Fibrinógeno

¿ REACTIVOS DE BANCO DE SANGRE Y/O MATERIALES SIN EQUIPO EN CESIÓN DE USO: Grupo sanguíneo (Anti A-B-D Factor RH) x 10 ml (Kit); Grupo Sanguíneo Anti "D" factor Rh x 10 ml; Albumina Bovina 22% x 10 ml; Antiglobulina Humana Coombs Poliespecifica x 10 ml; Antilectina A: Tarjeta Coombs Anti globulina; Colorante Azul Brillante de Cresil x 250 ml; Colorante Wright x 1 l; Aceite de Inmersión para Microscopia x 100 ml

La clasificación sugerida está basada, en los abundantes procesos que convocan las diferentes entidades del Estado por el SEACE, las mismas que son separadas por especialidad en procura de fomentar la pluralidad de postores.

Por lo expuesto, en aras de la libre competencia, transparencia e igualdad de trato, SOLICITAMOS respetuosamente tengan a bien clasificar su requerimiento en 3 ítems:

HEMATOLOGÍA, HEMOSTASIA (coagulación), REACTIVOS DE BANCO DE SANGRE Y/O MATERIALES SIN EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: i Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge la Observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que las especificaciones técnicas y el requerimiento es facultad de la parte usuaria según la necesidad del servicio

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20481492433

Fecha de envío : 27/03/2023

Nombre o Razón social : UNILAP SAC

Hora de envío : 22:36:59

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el 1.2 Objeto de la convocatoria, pág. 14-15, indican que el paquete de Reactivos para el área de Hematología está conformado por 13 productos.

Pero en el Capítulo III, numeral 3.1, desarrollan las especificaciones técnicas de 12 productos, faltando especificaciones del Hemograma Automatizado Diferencial de 5 estirpes.

Por lo expuesto, al amparo del principio de Transparencia establecido en el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, que indica que las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, SOLICITO gentilmente, que se indiquen las especificaciones técnicas del Hemograma Automatizado Diferencial de 5 estirpes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.2

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la Observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por un error no se incluyó: Hemograma de 5 estirpes, reactivos libres de cianuro y de la misma marca del equipo en el cuál funcionarán.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20481492433

Fecha de envío : 27/03/2023

Nombre o Razón social : UNILAP SAC

Hora de envío : 22:36:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Las Bases NO indican con precisión cuales son las especificaciones técnicas que requieren ser acreditadas, por lo que teniendo en cuenta los reiterados pronunciamientos del OSCE que indican que NO es posible solicitar que se acrediten TODAS las especificaciones técnicas, entendemos que las características técnicas se encontrarán acreditadas con la presentación del Anexo N° 3 Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Por lo cual solicitamos confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que se deberá acreditar con catálogos, brouchures o carta del fabricante todas las especificaciones técnicas de los analizadores requeridos, así como los reactivos que estos usan.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20481492433

Fecha de envío : 27/03/2023

Nombre o Razón social : UNILAP SAC

Hora de envío : 22:36:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En capítulo III, en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, solicitan: Tiempo de expiración: No menor de 2 años o más a partir de la fecha de entrega.

Por lo cual, SOLICITAMOS gentilmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepten para todos los reactivos 12 meses a más incluyendo una carta de compromiso de canje por vencimiento prolongado del uso del Reactivo hasta por 2 años

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la Consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En consulta con el área usuaria se aceptará reactivos con una fecha de caducidad mínima de 6 meses a más incluyendo carta de compromiso de canje

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20481492433

Fecha de envío : 27/03/2023

Nombre o Razón social : UNILAP SAC

Hora de envío : 22:36:59

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases, Capitulo III, página 25, describen que el performance para el equipo Analizador Hematológico Diferencial Grande de 5 estirpes para el Laboratorio Central, debe ser de 80 o más hemogramas por hora.

Así mismo, en página 27, describen que el performance para el equipo Analizador Hematológico Diferencial Grande de 5 estirpes para el Laboratorio Emergencia, debe ser de 60 o más hemogramas por hora.

Por lo expuesto, en aras de la libre competencia e igualdad de trato, SOLICITAMOS cordialmente aceptar un performance de 60 o más hemogramas por hora para el equipo Analizador Hematológico Diferencial Grande de 5 estirpes para el Laboratorio Central

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que para el Laboratorio Central se está solicitando un equipo de mayor performance, por lo que mínimo debe hacer 80 test/h

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 27/03/2023

Hora de envío : 22:38:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que se presente el anexo 3 para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, al respecto consultamos que la sola presentación de este anexo sirve para acreditar todas las especificaciones técnicas o sera necesario acreditar con algún otro documento como insertos, catálogos o manuales emitidos por el fabricante, solicitamos se nos aclare para presentar una propuesta clara

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que se deberá acreditar con catálogos, brouchures o carta del fabricante todas las especificaciones técnicas de los analizadores requeridos, así como los reactivos que estos usan.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 27/03/2023

Hora de envío : 22:38:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases solicitan especificaciones técnicas de equipos solicitamos se nos aclare que características deberán ser acreditadas, y bajo que documentos pueden ser acreditados

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que TODAS especificaciones técnicas serán acreditadas con brouchures, insertos y/o cartas de fabricante