

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:41:01

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD LOS POSTORES QUE TIENE LA CONDICIÓN DE MYPE INDICAN QUE DEBEN ACREDITAR EL 25% DEL VALOR ESTIMADO.

SE SOLICITA EN ARAS DE LOS PRINCIPIO DE CONTRATACIONES Y EN APLICACIÓN AL NUMERAL 49.6 DEL RLCE. INDICAR EL MONTO. YA QUE EL COMITE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR ESTIAMDO ES RESERVADO, POR LO QUE LOS POSTORES NO CONOCEN CUAL ES EL VALOR ESTIMADO. Y ELLO NO SE PUEDE ADIVINAR.

AL MENOS QUE YA ESTE DISECCIONADO EL PROCESO, PARA ELLO YA NO SERÍA NECESARIO QUE EL COMITE SE ESFUERCE EN SUSTENTAR QUE O SEA POSIBLE. Y ESA ACCIÓN DESANIMA A LOS POSTORES PERDER SU TIEMPO EN PRESENTAR PROPUESTAS.

SE ESPERA QUE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN SEA LA EXCEPCIÓN Y NO ESTÉ DESDE YA DIRECCIONADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA Y/O TECNICA ACOGE LA OBSERVACION MODIFICANDOSE EN LAS BASES, A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1, tener la condición de micro y pequeña empresa se acredita la experiencia de S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles) DEL VALOR ESTIMADO, por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1, tener la condición de micro y pequeña empresa se acredita la experiencia de S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles) DEL VALOR ESTIMADO, por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:41:01

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE LOS SERVICIOS CONSIDERADOS COMO SIMILARES SEAN EN ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS.

TENGAN EN CUENTA QUE LOS SCENTROS DE SALUD, CLINICAS HOSPITALES NO SOLO SON PUBLICA TAMBIEN SON PRIVADAS. Y EL PRESENTE SERVICIO Y NO ESPECIFICAMNETE SOLO DE HOSIPTALES O ENTIDADES PUBLICAS. POR LO QUE LA EXPERIENCIA DEBEN AMPLIARASE Y CONSIDERAR COMO SIMILARES MANTENIMIENTO Y/O acondicionamiento DE INFARESTRUCTURA EN ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS Y/O CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITALES Y/O CLINICAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS.

AL MENOS QUE ESTE YA CONVERSADO O YA TENGAS LA EMPRESA Y/O POSTOR QUE VA HACER EL SERVICIO. VULNERANDO TOTALMENTE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, YA QUE NO SE NECESITA QUE OTRSO POSTORES PRESENTEN SUS PROPUESTAS O SIMPLEMENTE BUSQUEN LA SIN RAZON PARA DESCALIFICARLAS Y POR LO TANTO OTORGAR LA BUENA PRO A LA EMPRESA QUE YA STA CONVERSADA. COMETIENDO EL DELITO DE COLUSIÓN Y SIN INTERESAR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA Y/O TECNICA ACOGE LA OBSERVACION MODIFICANDOSE EN LAS BASES, A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de Mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento y/o reparación de infraestructura y/o construcción establecimientos de salud que por la complejidad de su Arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas e instalaciones a fines sean semejantes al servicio objeto de la presente convocatoria y que incluyan uno o varios de los trabajos siguientes: Trabajos en instalaciones, remociones, colocación y adherencia de materiales en piso, pared, cielo raso, etc. El servicio deberá cumplir como mínimo algunas de las características antes descritas, el cual pueden ser entidades publicas y/o privadas debidamente sustentadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de Mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento y/o reparación de infraestructura y/o construcción establecimientos de salud que por la complejidad de su Arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas e instalaciones a fines sean semejantes al servicio objeto de la presente convocatoria y que incluyan uno o varios de los trabajos siguientes: Trabajos en instalaciones, remociones, colocación y adherencia de materiales en piso, pared, cielo raso, etc. El servicio deberá cumplir como mínimo algunas de las características antes descritas, el cual pueden ser entidades publicas y/o privadas debidamente sustentadas.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:41:01

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES LA COLEGIATURA SE PRESENTA AL INICIO DE UN SERVICIO Y/U OBRA.

POR LO QUE DEBERÍA ACLARASE RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DE COLEGIATURA Y HABILIDAD DEL PERSONA CLAVE.

AL MENOS QUE EL COMITÉ VAYA CONTRA LA LEY DE CONTARARCIONES DEL ESTADO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 111

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA Y/O TECNICA ACOGE LA OBSERVACION, SUPRIMIRA Y MODIFICARA DE LAS BASES: COLEGIADO Y HABILITADO, TAMBIEN SE SUPRIMIRA
La COLEGIATURA, será verificada por el comité de selección en el registro de colegiados del portal web del Colegio De Ingenieros del Perú.
A SU VEZ SE SUPRIMIRA EN REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:
A. CAPACIDAD LEGAL, POR LO QUE ES UN REQUISITO DE ADMISIBILIDAD.
SE INCORPORA LO SIGUIENTE:
PRESENTAR LA COLEGIATURA PARA CONTABILIZAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PRESENTAR LA COLEGIATURA PARA CONTABILIZAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:41:01

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
RESPECTO A AL EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE. NO INDICA LOS AÑOS DE EXERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE .

POR EL CONTRARIO HACE MENCION AL CIP 174271.
AL PARECER YA TIENE EL NOMBRE DEL POSTOR GANADOR.

ACLARAR POR FAVOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 111
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN VIGENTE ACLARA QUE EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS , LA APRECIACION DEL PARTICIPANTE ES ERRADA Y MALICIOSA, PUES EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION SE RIGE EN ERICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY .
NO HABIENDO FAVORECIMIENTO ALGUNO HACIA NINGUN PARTICPANTE O POSTOR.
ACLARADO ELLO INDICAR QUE POR ERROR INVOLUNTARIO CONSIGNARON EL CIP 174271 EL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE ESTABA PRESIDIDO CON R. D. Nº 284-2023-HMA-DG.
EL PRESENTE COMITE DE SELECCION RECONFORMADO CON R.A. Nº 086-2023-HMA-OEA, ACOGE LA OBSERVACION RETIRANDO DE LAS PRESENTES BASES EL Reg. del Colegio de Ingenieros Nº 174271, QUE NO SE EVIDENCIA DICHA INFORMACION EN EL CAPITULO III DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:41:01

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

EL REGISTRO QUE EL COMITE HA CONSIDERADO EN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL 174271 CORRESPONDE AL ING CIVIL ZAMBRANO GUEVARA CRISTIAN FERNANDO.

QUE PASO CON EL COMITE . TIENE MARCA REGISTRADA ESTE PROCESO.

NO MALOGREN SU CARRERA PROFESIONAL POR UNOS CUANTOS SOLES. COMETIENDO DELITO COHECHO Y COLUSIÓN.

ACLARAR POR FAVOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 111

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN VIGENTE ACLARA QUE EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS , LA APRECIACION DEL PARTICIPANTE ES ERRADA Y MALICIOSA, PUES EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION SE RIGE EN Estricto CUMPLIMIENTO DE LA LEY .

NO HABIENDO FAVORECIMIENTO ALGUNO HACIA NINGUN PARTICPANTE O POSTOR.

ACLARADO ELLO INDICAR QUE POR ERROR INVOLUNTARIO CONSIGNARON EL CIP 174271 EL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE ESTABA PRESIDIDO CON R. D. Nº 284-2023-HMA-DG.

EL PRESENTE COMITE DE SELECCION RECONFORMADO CON R.A. Nº 086-2023-HMA-OEA, ACOGE LA OBSERVACION RETIRANDO DE LAS PRESENTES BASES EL Reg. del Colegio de Ingenieros Nº 174271, QUE NO SE EVIDENCIA DICHA INFORMACION EN EL CAPITULO III DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:41:01

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SRES DEL COMITE TRATEN DE HACER QUE ESTE PROCESO ES TRANSPARENTE. HAGAN UN ESFUERZO QUE LOS POSTORES NO TRABAJEN ENVANO AL PRESENTAR SUS PROPUESTAS.

POR LO QUE SE SOLCITA QUE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO SEAN TANTO EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO.

Y ASIMISMO ACLARAR QUE EN EL CASO DE LOS TECNICOS CUAL SERÍA EL ESTADO O FECHA PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.

NO SEAN ROCHOSOS. ACLAREN AL MENOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 111

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA Y/O TECNICA ACLARA RESPECTO AL PERSONAL PROFESIONAL INDICA QUE "SEAN EN ENTIDADES DE SALUD TANTO PUBLICAS Y/O PRIVADAS"

A SU VEZ SE MODIFICARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARA EL PERSONAL PROFESIONAL
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO DEBE TENER COMO MINIMO DOS (02) AÑOS CONTADOS DESDE LA COLEGIATURA,
PARA EL PERSONAL TECNICO
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO SE ACREDITARA COMO MINIMO UN (01) AÑOS DESDE LA FECHA DE TITULO DE TECNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO DEBE TENER COMO MINIMO DOS (02) AÑOS CONTADOS DESDE LA COLEGIATURA,
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO SE ACREDITARA COMO MINIMO UN (01) AÑOS DESDE LA FECHA DE TITULO DE TECNICO

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:41:01

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN LA PAG 111 DICE :
TECNICO EN EDIFICACIONES Y/O MAESTRO DE OBRA.

SIN EMBARGO EN LA PAG. 112
EXIGE:
TECNICO EN EDIFICACIONES Y/O TECNICO EN MAESTRO DE ALBAÑIL

ACLARAR POR
SE SOLCITA MAYOR DILIGENCIA AL COMITE AL ELABOAR LAS BASES. SON MUY CONFUSAS, SEGURO QUE ELLO SE DEBE QUE DESEAN CONFUNDIR A LOS POSTORES Y HACER GANAR A LA EMPRESA QUE YA DE ANTEMANO TIENEN DIRECCIONADO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 111

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARUA Y/O TECNICA ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, YA QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE DEBE CONSIDERAR:Y SE MODIFICARA:
Profesional Técnico en Edificaciones y/o Técnico en Construcción Civil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Profesional Técnico en Edificaciones y/o Técnico en Construcción Civil

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:41:01

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONSIDERAR DENTRO DE LOS SIMILARES DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y TECNICO INCLUYENDO LA PALABRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN PUBLICO Y/O

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 111

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA Y/O TECNICA ACOGE LA OBSERVACIONY SE INCORPORARA Y MODIFICARA EN LAS BASES LO SIGUIENTE PARA EL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN GENERAL PUBLICO Y/O PRIVADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN GENERAL PUBLICO Y/O PRIVADO.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20608283219	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:33:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

LA PRESENTACION DE LA HABILIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO EN QUE ETAPA DEBE PRESENTARSE?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 **Página:** 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA Y/O TECNICA ACLARA LA CONSULTA DEBE DEBE ESTAR HABILITADO Y COLEGIADO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20608283219	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:33:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSIDERAR PARA EL TECNICO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERSONAL CON TITULO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARUA Y/O TECNICA ACOGE LA CONSULTA, YA QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE DEBE CONSIDERAR:Y SE MODIFICARA:

Profesional Técnico en Edificaciones y/o Técnico en Construcción Civil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Profesional Técnico en Edificaciones y/o Técnico en Construcción Civil

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20608283219	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:33:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSIDERAR PARA EL TECNICO EN CONSTRUCCIONES METALICAS AL PERSONAL CON TITULO TECNICO EN MECANICO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 114

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARUA Y/O TECNICA ACOGE LA CONSULTA, YA QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE DEBE CONSIDERAR:Y SE MODIFICARA:

Profesional Técnico en Construcciones Metalicas y/o Tecnico en Mecanico de Construcciones Metalicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Profesional Técnico en Construcciones Metalicas y/o Tecnico en Mecanico de Construcciones Metalicas

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Ruc/código :	20608283219	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:33:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONSIDERAR EN EL PROFESIONAL TECNICO EN ELECTRICIDAD Y/O ELECTRONICA EL PERSONAL CON TITULO TECNICO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 **Página:** 114

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARUA Y/O TECNICA ACOGE LA CONSULTA, YA QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE DEBE CONSIDERAR:Y SE MODIFICARA:

Profesional Técnico en electricidad y/o electronica y/o Técnico en Electricidad Industrial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Profesional Técnico en electricidad y/o electronica y/o Técnico en Electricidad Industrial