

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20556514004

Fecha de envío : 29/04/2024

Nombre o Razón social : R & M ELECTROMEDICA S.R.L.

Hora de envío : 22:15:18

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL PUNTO A03 SE SOLICITA UNA PERILLA REGULADORA EN PANEL DE CONTROL, PERO EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSOS ASPIRADORES CON PERILLAS REGULADORAS UBICADAS YA SEA EN EL PANEL DE CONTROL O A LOS LADOS DEL EQUIPO. POR TANTO AMPLIAR ESTE PUNTO PERMITIRA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, QUEDANDO LA ESPECIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: "NIVEL DE SUCCIÓN REGULABLE MEDIANTE UNA PERILLA".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-86

Literal: A03

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN, por lo tanto, se precisa que no existe una ventaja clínica en cuanto a la ubicación de la perilla. Debido a que seguirá cumpliendo la misma función indiferente de su ubicación. Se pedirá modificar la especificación A03. "Nivel de succión regulable mediante una perilla".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aspirador de secreciones portátil

A03 Nivel de succión regulable mediante perilla.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL PUNTO D02 QUE SE SOLICITA UN CABLE DE PODER, PERO NO SE ESPECIFICA CUAL. POR TANTO EL SOLICITAR UN CABLE CON PUNTO A TIERRA SERIA LO IDEAL. SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARA ESTE PUNTO A MANERA DE QUE SE PUEDA REALIZAR UNA OFERTA ADECUADA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-86 Literal: D02 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN, a fin de fomentar una mayor pluralidad de postores y realizar ofertas claras. Se pedirá modificar la especificación D02. "Cable de poder con toma a tierra"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aspirador de secreciones portátil
D02. Cable de poder con toma a tierra

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se visualiza que el detalle de las especificaciones técnicas no tienen relación o concordancia por motivos de que no están correctamente ubicados u ordenados, por lo tanto se solicita al comité evaluador revisar las bases y ordenar dichas hojas para evitar así una posible confusión al momento de realizar la oferta. El orden a seguir por lo revisado y siguiente la numeracion del pdf sería el siguiente: pag 22-23-25-29-28-24-26-27-30-31-32-33-34-35-36

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la Integración de bases se corregirá el orden de los documentos con el fin de evitar confusiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL PUNTO A02 SE SOLICITA CANULAS. SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR A QUE SE REFIEREN CON CANULAS, YA SEA EL JUEGO DE TUBOS SILICONADOS O LAS CANULAS DE SUCCION, A FIN DE PRESENTAR UNA OFERTA ADECUADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-88 Literal: A02 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las canulas solicitadas en el punto A02 hace referencia al juego de tubos silicionados entre el equipo y el frasco, sabiendo que canulas o también llamado sondas, son la parte final del circuito de succión, siendo estas descartables; por lo cual, se solicitara un juego de tubos como mínimo por equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE PUEDE OBSERVAR EN EL PUNTO A05 QUE EXISTE UN ERROR TIPOGRAFICO. SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD CORREGIRLO A FIN DE PODER HACER UNA OFERTA ADECUADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** D-106 **Literal:** A05 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN, por lo que en la integración de bases se corregirá el error tipográfico, con el fin de evitar confusiones. Se pedirá corregir la especificación A05. "Mecanismo de bombeo peristáltico"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bomba de infusión de 2 canales

A05. Mecanismo de bombeo peristáltico

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE PUEDE OBSERVAR QUE EN EL PUNTO B06 SE SOLICITA EXACTITUD DE PRECISION, PERO ESTOS SON TERMINOS DISTINTOS. POR TANTO SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACLARAR SI SE ESTA SOLICITANDO EXACTITUD O PRECISION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-106 Literal: B06 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, se aclara, que ambos términos son distintos. Indicando que lo solicitado es la exactitud. Se pedirá modificar la especificación B06. "Exactitud no mayor a +/- 5%"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bomba de infusión de 2 canales
B06. Exactitud no mayor a +/- 5%

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR SI LA MEDIDA MAXIMA SE TOMA DE EL PUNTO MAS AMPLIO O EL MAS BAJO DEBIDO A QUE EN EL MERCADO EXISTEN EQUIPOS CON FORMA TRAPEZODIALES EN SU DISEÑO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B13 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las medidas se deben tomar desde el punto más amplio, a fin de permitir la libre movilidad en el establecimiento de salud y no impida su ingreso normal por las puertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR SI LA MEDIDA MAXIMA SE TOMA DE EL PUNTO MAS AMPLIO O EL MAS BAJO DEBIDO A QUE EN EL MERCADO EXISTEN EQUIPOS CON FORMA TRAPEZODIALES EN SU DISEÑO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B14 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las medidas se deben tomar desde el punto más amplio, a fin de permitir la libre movilidad en el establecimiento de salud y no impida su ingreso normal por las puertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL PUNTO B20 QUE SE SOLICITA UN RESERVORIO RESUABLE Y AUTOCALVABLE, PERO EN EL MERCADO EXISTEN RESERVORIOS DESECHABLES, LOS CUALES TIENEN LA MISMA FUNCIÓN. POR TANTO, SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR CONSIDERAR TAMBIEN RESERVORIOS DESECHABLES A FIN DE TENER UNA MAYOR VARIEDAD DE OFERTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B20 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide NO ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo tanto, se precisa que un reservorio de oxígeno reutilizable representa una ventaja y cubre la necesidad del establecimiento de salud, a diferencia de los reservorios desechables que además de ser de un solo uso, representa el solicitar de manera constante reposición de los mismos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL PUNTO B26 QUE SE SOLICITA UN RESERVORIO RESUABLE Y AUTOCALVABLE, PERO EN EL MERCADO EXISTEN RESERVORIOS DESECHABLES, LOS CUALES TIENEN LA MISMA FUNCIÓN. POR TANTO, SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR CONSIDERAR TAMBIEN RESERVORIOS DESECHABLES A FIN DE TENER UNA MAYOR VARIEDAD DE OFERTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B26 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide NO ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo tanto, se precisa que un reservorio de oxígeno reutilizable representa una ventaja y cubre la necesidad del establecimiento de salud, a diferencia de los reservorios desechables que además de ser de un solo uso, representa el solicitar de manera constante reposición de los mismos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR A QUE SE REFIERE CON TIEMPOS DE RECUPERACIÓN CORTOS, YA SEA USAR EL EQUIPO INMEDIATAMENTE DESPUES DE APAGARLO O DE USO CONTINUO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B30 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el punto B30, ítem coche de paro, puede ser sustentado con una bomba de vacío de uso continuo el cual hace referencia a una succión ininterrumpida o de uso constante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL PUNTO B34 SE SOLICITA LO SIGUIENTE : " CAPACIDAD DE SUCCION: 52 LPM O MAYOR", PERO UNA CAPACIDAD DE SUCCIÓN TAN GRANDE IMPLICA UNA BOMBA DE VACIO DE MAYOR DIMENSIÓN, DE MANERA QUE EL EQUIPO PORTATIL SE VOLVERIA MÁS TEDIOSO DE TRANSPORTAR, ADEMAS QUE UNA CAPACIDAD TAN GRANDE ES PROPIO DE CIERTAS MARCAS IMPIDIENDO LA PARTICIPACIÓN DE UNA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES. POR TANTO, SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD AMPLIAR ESTE PUNTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 39LPM O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B34 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo tanto, se indica que, a fin de promover una participación masiva de postores, se aceptarán aspiradores de secreciones con capacidad de succión de 39 LPM o mayor, con el fin de mantener la practicidad tanto en el transporte como en dimensiones. Se pedirá modificar la especificación B34. "Capacidad de succión de 39 LPM o mayor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Coche de paro equipado
B34. Capacidad de succión de 39 LPM o mayor.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL PUNTO B48 QUE SE SOLICITA 05 ONDAS COMO MÍNIMO, PERO EN EL MERCADO LA AMPLIA GAMA DE DESFRIBILADORES TIENEN UN MAXIMO DE 03 ONDAS A VISUALIZAR , DEBIDO AL TAMAÑO DE LA PANTALLA, ADEMAS QUE PARTE DEL ESPACIO EN PANTALLA ES USADO PARA LOS DISTINTOS VALORES A VISUALIZAR. POR TANTO, SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD MODIFICAR EL PUNTO A FIN DE OBTENER UNA MAYOR CANTIDAD DE OFERTAS, QUEDANDO EL ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE MANERA: " VISUALIZACIÓN DE 3 ONDAS COMO MÍNIMO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B48 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo tanto, se indica que a fin de promover una mayor participación de postores se aceptaran equipos con visualización de 3 ondas como mínimo, entendiendo que el espacio para visualización de ondas es reducido. Se pedirá modificar la especificación B48. " Visualización de 3 ondas como mínimo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Coche de paro equipado
B48. Visualización de 3 ondas como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR SI LAS MASCARILLAS SOLICITADAS SON REUSABLES O DESECHABLES, LAS CUALES INCLUIRAN TODOS LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU USO O SOLO LA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B-68 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las mascarillas serán desechables, las cuales deben tener todos los implementos para ser usadas: manguera de conexión, mascarilla y elástico sujetador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	22:15:18

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE LAS BASES NO ESTAN SOLICITANDO LA HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO, EN LA CUAL SE DEBE INDICAR MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACION DEL PRODUCTO OFERTADOS. AHÍ SE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO , SUSTENTANDO CON CATALOGOS, MANUALES, BROCHURE, DATA SHEET O CUALQUIER DOCUMENTO DEL FABRICANTE, CON LO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS ESPECIFICACIONES.POR LO TANTO SOLICITAMOS SE INCLUYA DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA ADMISION DE OFERTA LA HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO CON SU RESPECTIVO SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (CATALOGO, MANUAL, DATASHEET, BROCHURE, O OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN; por lo que , se precisa que la observación hecha por el participante es errónea debido a que en la página 16 de las bases, precisamente en el ítem e) de los documentos para la admisión de la oferta se precisa lo establecido por el participante. Sin embargo, se añadirá que se precise en la hoja de presentación el año de fabricación de los bienes ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:46

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE PUEDE OBSERVAR QUE EN EL PUNTO C03 TIENE DIGITOS QUE NO CORRESPONDEN AL MISMO, SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD CORREGIR ESTE ERROR TIPOGRAFICO A FIN DE BRINDAR UNA CORRECTA OFERTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-447 Literal: C03 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo que en la integración de bases se corregirá el error tipográfico, con el fin de evitar confusiones. Se pedirá corregir el punto C03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:46

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITE EVALUADOR AMPLIAR EL PUNTO B13, DEBIDO A QUE EN EL MERCADO EXISTEN EQUIPOS LOS CUALES PUEDEN VISUALIZAR DISTINTOS TIPOS DE FORMAS DE ONDA Y NO SOLO LA I,II,III. POR TANTO AMPLIAR ESTE PUNTO PERMITIRA A LA ENTIDAD OBTENER UN EQUIPO CON UNA MEJORA TECNOLÓGICA, QUEDANDO EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA " VISUALIZACIÓN DE 3 ONDAS COMO MÍNIMO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-447 Literal: B13 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide NO ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo que, se precisa que la visualización de la I-II- III derivada pueden ser visualizadas de manera individual o de manera simultánea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:46

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE PUEDE OBSERVAR EN EL PUNTO A07 QUE SE SOLICITA ALARMA DE IMPRESORA SIN PAPEL Y BATERIA BAJA, SIN EMBARGO EN EL MERCADO EXISTEN DISTINTAS FORMAS DE ALERTAR SOBRE ESTAS ANOMALIAS YA SEA MEDIANTE UN MENSAJE EN PANTALLA O MEDIANTE UN INDICADOR GRAFICO. POR TANTO SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR SI ES VALIDO CONSIDERAR EL INDICADOR GRAFICO Y/O MENSAJE EN PANTALLA COMO UNA MANERA DE INFORMAR AL USUARIO .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-1 Literal: A07 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, se aclara , que a fin de promover una mayor participación de postores el punto A07, puede ser sustentado tanto con un mensaje y/o de manera grafica visualizado en pantalla, las cuales tienen la finalidad de informar al usuario cuando el equipo no tenga papel y/o la batería se esté agotando, poniendo de sobre aviso al usuario y se tomen las medidas correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:46

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE PUEDE OBSERVAR EN EL PUNTO C08 QUE SE SOLICITA UNA CUBIERTA PROTECTORA, PERO UNA MEJORA A ESTE PUNTO SERIA SOLICITAR UN MALETIN PARA SU TRANSPORTE Y ADEMAS DE PROTEGERLO DEL MEDIO EXTERNO, COMO EL POLVO Y/O SALPICADURAS. POR TANTO AMPLIAR ESTE PUNTO PERMITIRA A LA ENTIDAD OBTENER UNA MANERA DE PROTECCIÓN OPTIMA, QUEDANDO EL ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE MANERA : "UNA (01) CUBIERTA PROTECTORA Y/O MALETIN"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-1 Literal: C08 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo que, se considera tanto con una cubierta protectora o un maletín, presentando este último una ventaja significativa; ya que podrá albergar al equipo y podrá ser transportado de un área a otra de manera segura. Se pedirá modificar la especificación C08. "Una (01) cubierta protectora y/o maletín de transporte"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Electrocardiógrafo
C08. Una (01) cubierta protectora y/o maletín de transporte

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:46

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR SI EN EL RANGO SOLICITADO SE PUEDEN TOMAR VALORES DISTINTOS AL MINIMO Y MAXIMO QUE SE PUEDE OBSERVAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-219 Literal: A03 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los valores deben estar comprendidos dentro del rango solicitado, pudiendo o no tomar el valor máximo y/o mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:46

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR SI EN EL PUNTO B02 ENTRE "60°C RANGO MAYOR" VA UNA "O" A FIN DE PODER HACER UNA OFERTA ADECUADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-219 Literal: B02 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la integración de bases se agregara la "o", con el fin de evitar confusiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:46

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR SI LA RESOLUCIÓN QUE INDICA EL PUNTO B03 " RESOLUCION: MINIMO 768 X 1024 PÍXELES O RANGO MAYOR" ES IGUAL A LA RESOLUCION DE 1024 X 768 PÍXELES. POR TANTO ACLARA ESTE PUNTO PERMITIRA DAR UNA OFERTA ADECUADA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11. Literal: B03 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la resolución puede ser tomada: 768 x 1024 pixeles o 1024 x 768 pixeles según cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:46

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL PUNTO B04 QUE SE SOLICITA VISUALIZAR 13 ONDAS EN SIMULTANEO, PERO EN EL MERCADO EXISTEN EQUIPOS LOS CUALES PERMITEN VISUALIZAR HASTA 12 ONDAS, POR TANTO EL SOLICITAR UNA CANTIDAD MAYOR IMPIDE LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES. POR TANTO, SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD CONSIDERAR ESTE PUNTO OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11. Literal: B04 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo que, se indica que, a fin de promover una mayor participación de postores, se aceptaran monitores con un mínimo de visualización de 12 ondas, sabiendo que esta modificación no afecta el buen funcionamiento del mismo, ni ofrece una ventaja funcional. Se pedirá modificar la especificación B04. "Visualización de 12 ondas simultaneas como mínimo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Monitor de funciones vitales de 5 parámetros
B04. Visualización de 12 ondas simultaneas como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:46

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

De la revision de las bases, identificamos que estan solicitando las BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA), al respecto mi representada es una drogueria que se encuentra inscrita en DIGEMID y tiene su autorizacion sanitaria de funcionamiento. Sin embargo, no contamos con un almacen propio, sino tenemos un almacen tercerizado, dicho almacen si cuenta con BPA. Por tanto solicitamos sirvase indicar si para acreditar dicho punto puedo presentar el BPA de mi almacen tercerizado.?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** G **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo que para empresas que tercericen su almacén especializado serán aceptados los certificados de BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA) de sus arrendatarios siempre y cuando adjunte el contrato respectivo entre las partes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:36:48

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL PUNTO B13 QUE SE SOLICITA UN ANCHO MAXIMO CON UNA MEDIDA MUY BAJA. POR TANTO, SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD AMPLIAR ESTE PUNTO, LO CUAL PERMITIRA OBTENER UN EQUIPO CON MAYOR CAPACIDAD PARA PODER ALBERGAR LOS DISTINTOS ACCESORIOS A UTILIZAR, QUEDANDO LA ESPECIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: "ANCHO 80CM"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B13 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo que, se indica que, a fin de obtener un equipo más robusto, se ampliara el ancho máximo, sabiendo que la medida mínima estándar de una puerta en los establecimientos de salud es de 1m, además que el equipo podrá ser ingresado tanto de ancho como de fondo Se pedirá modificar la especificación B13. "Ancho 80 CM"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Coche de paro equipado
B13. Ancho 80 CM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-113-2022-OEC-MDM/LC-6

Nro. de convocatoria : 6

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO: (0238) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEN CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:36:48

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL PUNTO B14 QUE SE SOLICITA UN FONDO MAXIMO CON UNA MEDIDA MUY BAJA. POR TANTO, SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD AMPLIAR ESTE PUNTO, LO CUAL PERMITIRA OBTENER UN EQUIPO CON MAYOR CAPACIDAD PARA PODER ALBERGAR LOS DISTINTOS ACCESORIOS A UTILIZAR, QUEDANDO LA ESPECIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: "FONDO 60CM"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-109 Literal: B-14 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión se decide ACOGER LA OBSERVACIÓN; por lo que, se indica que, a fin de obtener un equipo más robusto, se ampliara el Fondo máximo, sabiendo que la medida mínima estándar de una puerta en los establecimientos de salud es de 1m, además que el equipo podrá ser ingresado tanto de ancho como de fondo. Se modifica la especificación B14. "Fondo 60 CM"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Coche de paro equipado
B14. Fondo 60 CM