

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSR II-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:33:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

e). Copia simple de la folletería, manual y/o catalogo del fabricante que contenga el sustento técnico del bien solicitado. Al respecto, conforme lo que señala el Pronunciamiento 995-2015/DSU: ¿no resulta congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en folletos, catálogos, instructivos o similares, siendo razonable que tales documentos puedan ser complementados por una comunicación del fabricante, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

Por ello, solicitamos al Comité precise en las bases que como documentos válidos también se podrá adjuntar una FICHA DE DATOS TECNICOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE, pues, entendemos que, en caso los folletos, catálogos, Instructivos y/o manuales o insertos, no detallasen el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas, se podrá presentar una comunicación directa del fabricante mediante una FICHA DE DATOS TECNICOS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo se aceptará carta del fabricante para demostrar como maximo 03 características no encontrados en catalogos, manuales o instructivos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aceptará carta del fabricante para demostrar como maximo 03 características no encontrados en catalogos, manuales o instructivos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSR II-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:34:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

7. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL

- Soporte técnico para las fallas que se presenten durante su uso.
- Mantenimiento de los equipos (cada (06) meses).

Al respecto, visualizamos que están solicitando PRESTACIONES ACCESORIAS.

Por ello, solicitamos al comité de selección aclarar si en el ANEXO N° 6 (PRECIO DE LA OFERTA), debemos consignar el PRECIO DE LA PRESTACION PRINCIPAL y el PRECIO DE LA PRESTACION ACCESORIA por separado?

¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciacion. Se debe consignar el precio de la prestacion principal y el precio de la prestacion accesoria por separado y totalizarlo luego en un solo valor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:35:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

9. CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO
PLAZO DE EJECUCION DE CAPACITACION: Dentro de los 10 días siguientes de instalación y puesta en funcionamiento del bien.
Al respecto, entendemos que la capacitación se puede realizar desde el día 1 hasta el día 10 después del día siguiente de realizado la instalación y puesta en funcionamiento.
¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación. La capacitacion deberá realizarse tras la instalacion y con un tiempo máximo de 10 dias desde la instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSR II-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:36:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
REQUISITOS DE CALIFICACION
A. CAPACIDA LEGAL
HABILITACION

2. Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, emitido por la entidad competente.
Al respecto, entendemos que para el caso que los postores contraten el servicio de almacenamiento con un tercero, se aceptará además del CBPA, el CBPA vigente del almacén que contrata, acompañado de la documentación que acredita el vínculo contractual entre ambas partes.
¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta parcialmente su respuesta. Si el postor contrata el servicio de almacenamiento debe presentar igual el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento emitido a nombre de su empresa donde se muestra la direccion y nombre del almacen contratado
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Si el postor contrata el servicio de almacenamiento debe presentar igual el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento emitido a nombre de su empresa donde se muestra la direccion y nombre del almacen contratado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:37:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION

A. CAPACIDA LEGAL

HABILITACION

2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Al respecto, como es de conocimiento dentro de la normativa nacional, este requisito (Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura) no es obligatorio para los productos de fabricación nacional que no requieran de registro sanitario en el país, ya que los mismos no se encuentran bajo control y supervisión de la DIGEMID, que es la que debe expedirlos. Por lo que, si los bienes ofertados son de fabricación nacional y no requieren de registro sanitario según DIGEMID, el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura pierde la condición de obligatorio. Solicitamos, modificar esta característica en función a lo señalado líneas arriba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciacion. Solo para los equipos de fabricacion nacional que no requieran Registro Sanitario no deberan presentar Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:38:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE EN GENERAL.
Con el fin de NO limitar la pluralidad postores, solicitamos ampliar a: EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE EN GENERAL Y/O REFRIGERADORAS, CONGELADORAS e INCUBADORES PARA LABORATORIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, para fomentar la pluralidad de postores se considerarán como bienes similares EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE EN GENERAL Y/O REFRIGERADORAS, CONGELADORAS e INCUBADORES PARA LABORATORIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:39:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPITULO IV
OTROS FACTORES DE EVALUACION
B. PLAZO DE ENTREGA

De 10 hasta 15 días calendario: 10 PUNTOS
De 16 hasta 20 días calendario: 15 PUNTOS
De 21 hasta 29 días calendario: 20 PUNTOS

Al respecto, creemos que existe un error involuntario, pues entendemos que se otorga mayor puntaje al menor plazo de entrega. Por lo que, solicitamos reformular a:

B. PLAZO DE ENTREGA
De 10 hasta 15 días calendario: 20 PUNTOS
De 16 hasta 20 días calendario: 15 PUNTOS
De 21 hasta 29 días calendario: 10 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se esta reformulando el tiempo de entrega para todos los ítems, POR LO TANTO EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 60 DÍAS CALENDARIOS PARA TODOS LOS ÍTEMS, SIENDO ASÍ QUE, EL PUNTAJE DE FACTOR DE EVALUACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA, QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

B. PLAZO DE ENTREGA De 01 hasta
25 días calendario: 20 PUNTOS
De 26 hasta 40 días calendario: 15 PUNTOS
De 41 hasta 59 días calendario: 10 PUNTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIOS PARA TODOS LOS ÍTEMS, SIENDO ASÍ QUE, EL PUNTAJE DE FACTOR DE EVALUACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA, QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

B. PLAZO DE ENTREGA De 01
hasta 25 días calendario: 20 PUNTOS
De 26 hasta 40 días calendario: 15 PUNTOS
De 41 hasta 59 días calendario: 10 PUNTOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSR II-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:39:59

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE SANGRE

Capacidad

-20 pies cubicos (572 litros).

Al respecto, al solicitar una capacidad especifica (20 pies cubicos (572 litros)), claramente limita la participación de postores y vulnera el principio de libertad de concurrencia (Art. N° 2).

Por lo que solicitamos al comité de selección ampliar a:

-20 pies cúbicos (572 litros) COMO MINIMO.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de libertad de concurrencia (Art. N° 2).

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara un rango de capacidad de 572 a 650 litros. Se modifica el requerimiento a capacidad 572 a 650 litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

capacidad 572 a 650 litros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:41:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE SANGRE

- Grafico de temperatura interactivo.

Al respecto, por esta característica entendemos que se refiere a que en la pantalla táctil del equipo se muestre un gráfico de temperatura en tiempo real.

¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere a que debe incluir un Registrador Grafico de Temperatura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:41:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE SANGRE
- Registro de temperatura con descarga a través de USB.
- Registro de acceso con descarga a través de USB.

Al respecto, por estas características entendemos que se refiere a que el equipo tenga una MEMORIA O DATALOGGER donde se pueda registrar y/o guardar los datos de temperatura para luego ser descargados por un puerto USB.
¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?, y de ser así, solicitamos al comité unificar ambas características en uno solo ya que entendemos que se refieren a lo mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcta su apreciacion. No se aceptará un DATALOGGER. El equipo debe contar con un puerto USB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:42:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE SANGRE
- Alarma prueba alta / baja ajustable.

Al respecto, por esta característica entendemos que se refiere a la prueba de alarma de temperatura alta / baja, y que sea ajustable para la comprobación de la existencia de la alarma.
¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta. El equipo debe contar con prueba automática de alarma de temperatura alta/baja y esto debe mostrarse en la pantalla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:43:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE SANGRE

- Alarma de temperatura del condensador ajustable.

Al respecto, creemos que no está bien formulado este requisito y lo correcto sería:

- Alarma de temperatura alta del condensador.

¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se está solicitando Alarma de temperatura del condensador. Esto para detectar para problemas en el sistema de refrigeracion. No se modifica lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REFRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:43:46

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE SANGRE

- Puerto de acceso superior y lateral para el manejo de sondas.

Al respecto, comúnmente el puerto de acceso de sondas se encuentra en las paredes de los equipos y al solicitar PUERTO DE ACCESO SUPERIOR Y LATERAL, entendemos que hay un error involuntario. Por lo que, solicitamos al comité de selección reformular este requisito para evitar confusiones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente su consulta. Se requiere al menos un puerto de acceso superior para monitoreo externo con sonda. El puerto lateral puede ser opcional. Se modifica a Puerto de acceso superior al menos, puerto lateral opcional para el manejo de sondas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Puerto de acceso superior(OBLIGATORIO) , puerto lateral opcional para el manejo de sondas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:44:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE SANGRE
- 04 estantes ventilados.

Al respecto, entendemos que existe un error involuntario puesto que no existen estantes VENTILADOS, lo correcto sería establecer:

- 04 estantes con espacios entre ellas para una correcta ventilación y por lo tanto una mejor uniformidad de temperatura de todo el gabinete interior del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se están requiriendo al menos 04 cajones de acero inoxidable ajustables en lugar de estantes, puesto que almacenaremos Bolsas de Sangre. Se modifica el requerimiento a 04 cajones al menos de acero inoxidable ajustables para bolsas de sangre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

04 cajones como mínimo de acero inoxidable ajustables para bolsas de sangre

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSR II-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:45:30

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE SANGRE

- Compresor hermético de capacidad variable (VCC) y refrigerantes de hidrocarburos naturales (HC) para garantizar una uniformidad, recuperación y estabilidad óptimas de la temperatura.

Al respecto, debemos aclarar que el tipo de compresor no garantiza la uniformidad, recuperación ni estabilidad de temperatura; sino, es el sistema de refrigeración forzada.

Por ello, con la finalidad de no limitar la participación de postores, solicitamos al comité de selección aceptar UN COMPRESOR DE SELLO HERMETICO CON REFRIGERANTE ECOLOGICO LIBRE DE CFC Y HCFC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta. Un compresor de capacidad variable administra eficientemente el consumo de energía. Favor ceñirse a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:46:13

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
CONGELADORA -15 A -35 °C

- Controlador inclinado para ayudar a prevenir la tensión en el cuello.

Al respecto, debemos manifestar que cada fabricante cuenta con su propio diseño y dimensiones por lo que considerar que el controlador sea de un modelo inclinado estaría favoreciendo a una marca en específico y limitando la participación de postores, habiendo equipos con capacidades similares y/o superiores a lo requerido; por lo que, en base al principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores; en ese sentido, y en función de lo señalado. solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos:

- Controlador inclinado para ayudar a prevenir la tensión en el cuello y/o controlador según el diseño del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo solicitado es una característica mínima.
característica que supere lo solicitado. No se modifica lo solicitado

Se aceptará cualquier

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSR II-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:47:49

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONGELADORA -15 A -35 °C

- Circulación de aire forzado para uniformidad de temperatura y rápida recuperación de temperatura.

Al respecto, debemos manifestar que cada fabricante cuenta con su propio diseño y tecnologías de fabricación por lo que solicitar que el sistema de refrigeración sea solo de aire forzado y existiendo en el mercado equipos con sistema de refrigeración DIRECTA que también garantizan una uniformidad de temperatura óptima, consideramos que se está vulnerando el principio de libertad de concurrencia; en ese sentido, y en función de lo señalado.

solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos:

- Circulación de aire forzado para uniformidad de temperatura y rápida recuperación de temperatura y/o sistema de refrigeración DIRECTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acepta su consulta. La circulacion de aire forzado supera la refrigeracion directa.No se modifica la especificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:48:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
CONGELADORA -15 A -35 °C

- Termómetro gráfico para temperatura normal, alta o baja temperatura, barra superior intermitente para exceso de temperatura, temperatura baja.

Al respecto, por esta característica entendemos que se refiere a que en la pantalla táctil del equipo se muestre un gráfico de temperatura en tiempo real.

¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se está solicitando pantalla táctil. Pero podría presentar cualquier característica que supere a lo solicitado. No se modifica la especificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:49:10

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONGELADORA -15 A -35 °C

- Backup batería, alarma para baja batería.

Al solicitar batería de respaldo, solicitamos al comité de selección que también precise el tiempo de batería de respaldo ante un corte de energía eléctrica?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará el tiempo de bateria segun el diseño de cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:50:04

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONGELADORA -15 A -35 °C

- Descongelamiento automático.

Al respecto, debemos manifestar que cada fabricante cuenta con su propio diseño y tecnologías de fabricación por lo que solicitar que el descongelamiento sea solo automático y comúnmente los congeladores vienen con un sistema de descongelamiento manual, consideramos que se está vulnerando el principio de libertad de concurrencia; en ese sentido, y en función de lo señalado.

solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos:

- Descongelamiento automático y/o descongelamiento manual.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Requerimos descongelamiento automatico no manual. No se modifica la especificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:50:46

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
CARACTERISTICAS TECNICAS
CONGELADORA -15 A -35 °C
- 04 estantes revestidos con epoxi fáciles de limpiar y ajustar.
Con la finalidad de no limitar la participación de postores, solicitamos aceptar también ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE FACILES DE LIMPIAR Y AJUSTAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta parcialmente su consulta. Se aceptará 04 estantes metalicos o de acero inoxidable pero revestidos con epoxi para proteccion y durabilidad. Se modifica a 04 estantes metalicos o de acero inoxidable revestidos con epoxi fáciles de limpiar y ajustar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
04 estantes metalicos o de acero inoxidable revestidos con epoxi fáciles de limpiar y ajustar.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:51:18

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
CONGELADORA -15 A -35 °C

Al respecto, dentro de las características técnicas no definen el rango de temperatura configurable, ni tampoco la temperatura promedio de trabajo preconfigurado, siendo estas 2 características fundamentales en un congelador. Solicitamos, integrar estas características ya mencionadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipo debe permitir trabajar en el rango de -15 a -35°C con seteo en -30°C. Se incluye en la especificacion temperatura de trabajo de -15 a -35°C con seteo en -30°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:52:27

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
CONGELADORA -15 A -35 °C
- Certificación NSF / ANSI 456, CE.

En cuanto a la presentación de certificaciones internacionales, los diversos pronunciamientos y directivas del OSCE, no está permitido la restricción de participación de pluralidad de marcas y postores mediante la solicitud de certificaciones; por tanto, en atención a los Principios de Transparencia y libertad de Concurrencia e igualdad de trato Resolución N° 551-2013-TC-S1, ha precisado lo siguiente: ¿Las normas NSF / ANSI, CE no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; sin embargo, sí sería razonable otorgar determinado puntaje a aquellos postores que cuenten con dichas certificaciones y su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna.

Asimismo, estas Certificaciones NSF / ANSI 456, CE se refieren al sistema de calidad de una organización, lo que permite establecer pautas organizativas entre sus diferentes departamentos o servicios; razón por la cual, en el caso de los procesos para la adquisición de bienes, no garantizarían, por sí solos, la calidad de los productos.

El OSCE establece que las certificaciones internacionales deben ser consideradas como factores de evaluación mas no como requerimiento técnico mínimo, no puede formar parte de las especificaciones técnicas.

Artículo 2 de la Ley: c) Principio de Transparencia - Artículo 16 de la Ley: Requerimiento - Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento - Opinión N° 130-2009/DTN - Resolución N° 551-2013-TC-S1

Observamos las bases y solicitamos respetuosamente retirar esta Certificación NSF / ANSI 456, CE. de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley: c) Principio de Transparencia - Artículo 16 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se exijan estas certificaciones Certificación NSF / ANSI 456, solo como opcional. Sin embargo si se requiere que se presente Certificaciones de Seguridad Electrica CE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 03/07/2023

Hora de envío : 18:43:15

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

CONGELADORA -15 A -35 °C

Capacidad: 659 L:

Se solicita amablemente al comité de selección, poder agregar un rango de capacidad aceptable, y no unificar dicha cantidad, de manera que haya pluralidad de postores y obtener ofertas ventajosas para el proceso. Por lo que se solicita pueda considerar el siguiente rango para la especificación técnica de la siguiente manera:

Capacidad: 660 L+/-30 L

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara un rango de capacidad de 659 a 690 litros. Se modifica el requerimiento a capacidad 659 a 690 litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:43:15

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

CONGELADORA -15 A -35 °C

Refrigerante: R290

Se solicita amablemente al comité de selección, que nos permitan a considerar refrigerantes que no contaminen la capa de ozono, es decir que no contengan CFCS, dado que son pocas marcas de postores que usan ese refrigerante. Por lo que se solicita pueda considerar una mejora superior a lo requerido, quedando especificación técnica lo siguiente:

Refrigerante: R290 ó Refrigerante sin CFCS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara refrigerante R290 o con proteccion al medio ambiente libre de CFCS o que cumpla las regulaciones SNAP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

refrigerante R290 o con proteccion al medio ambiente libre de CFCS o que cumpla las regulaciones SNAP

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:43:15

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA/ CONSERVADORA DE SANGRE

Compresor hermético de capacidad variable y refrigerante de hidrocarburos naturales (HC).

Se solicita amablemente al comité de selección, que las particularidades de los compresores y refrigerantes expuestas en esta especificación no son la única manera de garantizar la uniformidad, recuperación y estabilidad optimas de la temperatura, por lo que se solicita lograr ampliar la especificación, para que se permita mayor otros equipos que cumplan con las necesidades del área usuaria Por lo que se solicita pueda considerar para la especificación técnica lo siguiente:

Compresor hermético de capacidad variable o sistema similar y refrigerante de hidrocarburos naturales (HC) o refrigerantes sin CFCS para garantizar una uniformidad, recuperación y estabilidad optimas de la temperatura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta. Un compresor de capacidad variable administra eficientemente el consumo de energía. Favor ceñirse a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 03/07/2023

Hora de envío : 18:43:15

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA/ CONSERVADORA DE SANGRE

Rango de velocidad nominal compensor: 1300-4000 rpm

Notamos que, la información brindada no suele estar disponible, ya que dichos datos son reservados por los fabricantes (confidencial). Por lo que se solicita pueda considerar para la especificación técnica como opcional lo siguiente:

Rango de velocidad nominal compensor: 1300-4000 rpm (Opcional).

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existen otras marcas que cumplen con lo solicitado. No se acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:43:15

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

PLAZO: Los bienes materiales de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 DIAS CALENDARIOS. Se solicita amablemente al comité de selección, que, para mayor pluralidad de postores y marcas, pueda ampliar el tiempo de entrega, siendo este de 70 días calendarios, tiempo que calzaría para la fabricación e importación, transporte y desaduanajes. Por lo tanto, se solicita puedan considerar ampliar el plazo de entrega, quedando de la siguiente manera. PLAZO: Los bienes materiales de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 70 DIAS CALENDARIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se esta reformulando el tiempo de entrega para todos los ítems, POR LO TANTO EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 60 DÍAS CALENDARIOS PARA TODOS LOS ÍTEMS, SIENDO ASÍ QUE, EL PUNTAJE DE FACTOR DE EVALUACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA, QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: B.

PLAZO DE ENTREGA De 01 hasta

25 días calendario: 20 PUNTOS

De 26 hasta 40 días calendario: 15 PUNTOS

De 41 hasta 59 días calendario: 10 PUNTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:60 DÍAS CALENDARIOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 03/07/2023

Hora de envío : 18:43:15

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

DURACIÓN DE CAPACITACIÓN: 10 HORAS

Se solicita amablemente al comité de selección, aclarar la cantidad de horas que se destinara en la capacitación al personal asistencial y la cantidad de horas al personal de mantenimiento (técnico), ya que solo se menciona el total de horas para ambos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART. A Y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se entregará 05 horas como maximo para cada grupo: personal aistencial y personal de mantenimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REFRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 03/07/2023

Hora de envío : 18:43:15

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se considera bienes similares a los siguientes: EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE EN GENERAL.

Se solicita amablemente al comité, para una mayor pluralidad de postores que sea considerado en la experiencia del postor equipos biomédicos en general.

Por lo tanto, se solicita puedan considerar un ampliar el plazo de entrega, quedando de la siguiente manera.

Se considera bienes similares a los siguientes: EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para fomentar la pluralidad de postores se considerarán como bienes similares EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE EN GENERAL Y/O REFRIGERADORAS, CONGELADORAS e INCUBADORES PARA LABORATORIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considerarán como bienes similares EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE EN GENERAL Y/O REFRIGERADORAS, CONGELADORAS e INCUBADORES PARA LABORATORIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:43:15

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

CONGELADORA -15 A -35°C

Se consulta amablemente al comité, sobre las especificaciones técnicas del equipo en mención, en caso algún ítem mencionado no se pueda sustentar mediante catálogos, brochure y/o especificación técnica, se considere la sustentación de una o más características mediante DECLARACIONES JURADAS acreditadas por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo se aceptará carta del fabricante para demostrar como maximo 03 características no encontrados en catalogos, manuales o instructivos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 03/07/2023

Hora de envío : 18:43:15

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

CONGELADORA -15 A -35°C

Se consulta amablemente al comité, sobre la hoja de presentación del equipo en mención, si tiene un modelo propio de la entidad o puede ser un formato libre a elección del postor, de la misma manera si puede enumerar cada característica para mantener un orden al momento de que pueda ser revisado por el comité.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El formato de presentación del equipo debe mostrar la data del equipo con su marca, listar todas las especificaciones presentado en un cuadro que permita mostrar si cumple o no cumple las especificaciones y en que folio se encuentra, de los modelos de anexos que el osce no detalla en las bases, el postor puede adecuar el propio, incluyendo todo lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:43:15

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA/CONSERVADORA DE SANGRE

Se consulta amablemente al comité, sobre las especificaciones técnicas del equipo en mención, en caso algún ítem mencionado no se pueda sustentar mediante catálogos, brochure y/o especificación técnica, se considere la sustentación de una o más características mediante DECLARACIONES JURADAS acreditadas por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo se aceptará carta del fabricante para demostrar como maximo 03 características no encontrados en catalogos, manuales o instructivos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:43:15

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA/CONSERVADORA DE SANGRE

Se consulta amablemente al comité, sobre la hoja de presentación del equipo en mención, si tiene un modelo propio o puede ser un formato libre a elección del postor, de la misma manera si puede ser enumerado cada característica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El formato de presentacion del equipo debe mostrar la data del equipo y marca,además el postor debe listar todas las especificaciones presentado en un cuadro que permita mostrar si cumple o no cumple las especificaciones y en que folio se encuentra, de los modelos de anexos que el osce no detalla en las bases, el postor puede adecuar el propio, incluyendo todo lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:43:15

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

CONDICIONES DE LA GARANTIA:

Se consulta amablemente al comité, si el mantenimiento preventivo está incluido dentro de las condiciones de la garantía o serán contados como una prestación accesorio aparte, asimismo indicar si dentro de la oferta se presentara el programa de mantenimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si el mantenimiento preventivo debe estar incluido dentro de la garantía. El programa de mantenimiento preventivo deberá ser presentado a la entrega del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 03/07/2023

Hora de envío : 18:43:15

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL:

Se consulta amablemente al comité, conforme al a consulta anterior, de si la prestación accesoria no está considerada dentro de la prestación principal (garantía), aclarar las condiciones como el servicio de mantenimiento el tiempo de duración y los periodos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe consignar el precio de la prestacion principal y el precio de la prestacion accesoria por separado y totalizarlo luego en un solo valor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:43:15

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

C.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR CLAVE
Con experiencia de 02 años en instalación, puesta en marcha y capacitación de equipos.
Se consulta amablemente al comité, aclarar si los 02 años que solicita del personal clave se contabiliza desde que es COLEGIADO, EGRESADO O BACHILLER.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara un profesional titulado tecnico electronico o ingeniero electronico con experiencia de 02 años en la instalación, puesta en marcha y capacitación de los equipos desde que tiene su titulo. Esto se incluirá en la especificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: Profesional titulado tecnico electronico o ingeniero electronico con experiencia de 02 años en la instalación, puesta en marcha y capacitación de los equipos dicha experiencia computará desde la fecha de emisión del titulo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSR II-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días.

Al respecto, es importante recalcar que, para poder ofertar los productos con las características solicitadas, se deben tener en consideración dentro de dicho plazo de entrega, los plazos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado de los productos, por lo que no resulta razonable establecer como plazo de entrega en 5 días calendario.

En ese orden de ideas, establecer los plazos de entrega antes señalados, supondría que los postores ya cuenten con los bienes pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, lo que resultaría excesivo y oneroso para la etapa de presentación de ofertas. Además, que puntualmente, se estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia en razón de que dicho plazo limita la participación de los postores, debido a que solo aquellos que tengan los equipos en stock podrán ofertar dicho plazo.

Por lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección establecer el plazo de entrega de los bienes materia de la presente convocatoria en SETENTA Y CINCO (75) DAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el numeral 9 de la página 25 de las BASES)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se esta reformulando el tiempo de entrega para todos los ítems, POR LO TANTO EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 60 DÍAS CALENDARIOS PARA TODOS LOS ÍTEMS, SIENDO ASÍ QUE, EL PUNTAJE DE FACTOR DE EVALUACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA, QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

PLAZO DE ENTREGA B.
De 01 hasta
25 días calendario: 20 PUNTOS
De 26 hasta 40 días calendario: 15 PUNTOS
De 41 hasta 59 días calendario: 10 PUNTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En la página 27 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Se solicita al comité de selección que precise en este punto, que se aceptará como documentos equivalentes al CBPM (otros certificados que cumplan la misma finalidad del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura emitido por Autoridad competente del País de Origen), lo siguiente:

1. El Certificado de Libre Venta o el Certificado de Libre Comercialización.
2. Certificado CE de conformidad
3. NORMA ISO / EN 13845
4. Certificado expedido por la FDA.

El sustento de nuestro pedido es conforme al marco normativo del sector Salud: Oficio N° 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA - Resolución Directoral N°102-2017- DIGEMID-DG-MINSA (Listado de Documentos Considerados Equivalentes al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura), recogido en diversos pronunciamientos del OSCE. PRONUNCIAMIENTO N° 612 -2019/OSCE-DGR.

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara en lugar de Buenas Practicas de Manufactura, Certificado ISO 13485 o CE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En la página 27 de las Bases se indica que se debe acreditar lo siguiente:

-Las acreditaciones se realiza mediante copias simples por cada uno de los requisitos solicitados. Declaración jurada por parte del proveedor gerente general o representante legal que indica que todos los documentos entregados adjunto a los productos son copias u originales de los bienes adquiridos.

Al respecto, entendemos que se refieren que los requisitos de calificación deberán estar debidamente firmados por el apoderado encargado de la elaboración de la oferta, debidamente acreditado por Registros Públicos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** -- **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Su entender es correcto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección SUPRIMIR todo lo indicado desde el extremo donde se indica: ¿En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio (¿) hasta donde se indica: (¿) la base de datos del registro para el control de bienes fiscalizados publicado en la página. (Solicitamos que se suprima a fin de evitar ambigüedades y equivocaciones)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se suprimirá dicho párrafo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

(ITEM 1: CONGELADORA DE PLASMA)

De la revisión de los documentos para la admisión, la entidad ha previsto que se acrediten las especificaciones técnicas con folletería, manuales y/o catálogos del fabricante, sin embargo no ha detallado qué especificaciones técnicas deberán ser acreditadas, pues la Entidad DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En ese sentido solicitamos al Comité de Selección que establezca que las especificaciones técnicas a acreditar documentalmente sean las siguientes:

PARA EL EQUIPO: CONTROL POR MICROPROCESADOR, CONTROLADOR INCLINADO PARA AYUDAR A PREVENIR LA TENSIÓN EN EL CUELLO, CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA Y RÁPIDA, TECLADO TÁCTIL, CAPACIDAD: 659 L (Descritas en las páginas 21 de las Bases)

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 3).

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: D Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todas las características deberán estar sustentadas en catálogos, manuales, y folletería; y las características no encontradas en los mencionados arriba deberán ser sustentados con Carta del Fabricante (máximo 03 características). Esto adicionalmente a la presentación del anexo 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

(ITEM 2: REFRIGERADORA PARA BOLSA DE SANGRE)

De la revisión de los documentos para la admisión, la entidad ha previsto que se acrediten las especificaciones técnicas con folletería, manuales y/o catálogos del fabricante, sin embargo no ha detallado qué especificaciones técnicas deberán ser acreditadas, pues la Entidad DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En ese sentido solicitamos al Comité de Selección que establezca que las especificaciones técnicas a acreditar documentalmente sean las siguientes:

PARA EL EQUIPO: COMPRESOR HERMETICO DE CAPACIDAD VARIABLE (VCC) Y REFRIGERANTES DE HIDROCARBUROS NATURALES (HC) PARA GARANTIZAR UNA UNIFORMIDAD, RECUPERACION Y ESTABILIDAD OPTIMAS DE LA TEMPERATURA, RECUBRIMIENTO RESISTENTE A LAS BACTERIAS, RANGO DE VELOCIDAD NOMINAL COMPRESOR: 1300-4000RPM, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO NO MAYOR A 49 db CREA MENOS DISTRACCIONES Y UN MEJOR ENTORNO DE TRABAJO (Descritas en las páginas 22 de las Bases)

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 3).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: D Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todas las características deberán estar sustentadas en catálogos, manuales, y folletería; y las características no encontradas en los mencionados arriba deberán ser sustentados con Carta del Fabricante (máximo 03 características). Esto adicionalmente a la presentación del anexo 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/07/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:01:35

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

(I T E M 3 : R O T A D O R D E P L A Q U E T A S)

De la revisión de los documentos para la admisión, la entidad ha previsto que se acrediten las especificaciones técnicas con folletería, manuales y/o catálogos del fabricante, sin embargo, no ha detallado qué especificaciones técnicas deberán ser acreditadas, pues la Entidad DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En ese sentido solicitamos al Comité de Selección que establezca que las especificaciones técnicas a acreditar documentalmente sean las siguientes:

PARA EL EQUIPO: PROPORCIONAN CONDICIONES DE AGITACION SUAVE Y CONTINUA NECESARIA PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE PRODUCTOS PLAQUETARIOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 15 BOLSAS DE UNIDADES PLAQUETARIAS / BOLSAS DE AFERESIS O MAS, TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO DE 18 A 22° (Descritas en las páginas 23 de las Bases)

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 3).

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1

Literal: d

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todas las características deberán estar sustentadas en catálogos, manuales, y folletería; y las características no encontradas en los mencionados arriba deberán ser sustentados con Carta del Fabricante (máximo 03 características). Esto adicionalmente a la presentación del anexo 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan CAPACIDAD 659L.

Al respecto es importante señalar que solicitar una capacidad tan exacta limita la participación de postores por ello y a fin de fomentar la libre participación es que solicitamos ampliar la característica a: CAPACIDAD 659 LITROS COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara un rango de capacidad de 659 a 690 litros. Se modifica el requerimiento a capacidad 659 a 690 litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

capacidad 659 a 690 litros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan CONTROLADOR INCLINADO PARA AYUDAR A PREVENIR LA TENSION EN EL CUELLO.

Al respecto es importante precisar que conforme han solicitado en la característica precedente el equipo debe tener un control por microprocesador y este se encuentra de manera interna y en ningún catálogo de fabricante se encuentra la descripción ¿controlador inclinado para ayudar a prevenir la tensión en el cuello?. Por ello entendemos que a lo que se ha querido hacer referencia es a la pantalla táctil digital y que esta debe estar en una ubicación adecuada para una fácil visualización.

Solicitamos amablemente confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo solicitado es una característica mínima. Se aceptará cualquier característica que supere lo solicitado. No se modifica la especificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSR II-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA Y RAPIDA RECUPERACIÓN DE TEMPERATURA.

Al respecto es importante precisar que las congeladoras de plasma pueden tener un tipo de refrigeracion por aire forzado o directo y en ambos casos se garantiza una excelente uniformidad y rápida recuperación de la temperatura.

Por lo expuesto, solicitamos amablemente ampliar la característica a: TIPO DE REFRIGERACION DE AIRE FORZADO O DIRECTO PARA UNA CORRECTA UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA Y RAPIDA RECUPERACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acepta su consulta. La circulacion de aire forzado supera la refrigeracion directa.No se modifica lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan Llave de seguridad de 3 posiciones para encendido principal, apagado y seteo de alarmas.

Al respecto es importante señalar que las congeladoras de plasma de última generación cuentan con una pantalla táctil con botón de desbloqueo de puerta y/o apertura mediante tarjeta NFC y/o contraseña digital. Asimismo, para acceder al apagado y/o seteo de temperatura se debe hacer mediante contraseña digital y/o tarjeta NFC.

Estas tecnologías son las modernas y una llave de seguridad de 3 posiciones representa una tecnología anterior a la actual. Por ello y a fin de no limitar la participación de postores que deseen ofrecer equipos con mejoras tecnológicas es que solicitamos ampliar la característica a: LLAVE DE SEGURIDAD DE 3 POSICIONES PARA ENCENDIDO, APAGADO Y SETEO DE ALARMAS O MEDIANTE CONTRASEÑA DIGITAL Y/O LLAVE NFC.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo solicitado es una característica mínima. Se aceptará cualquier característica que supere lo solicitado. No se modifica la especificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan TERMOMETRO GRAFICO PARA TEMPERATURA NORMAL, ALTA O BAJA TEMPERATURA, BARRA SUPERIOR INTERMITENTE PARA EXCESO DE TEMPERATURA, TEMPERATURA BAJA.

Al respecto es importante precisar que las congeladoras de ultima generación cuentan con pantalla táctil que muestra una gráfica de la evolución de la temperatura y los limites de temperatura alta y baja por lo que tendemos que esta tecnología es igual o superior a lo solicitado en la presente característica y será aceptada.

Solicitamos amablemente confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo solicitado es una caracteristica minima. Se aceptará cualquier característica que supere lo solicitado. No se modifica la especificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan DISPLAY ILUMINADO CUANDO SE INTERRUMPE LA ENERGÍA Y PUERTA ESTA ABIERTA.

Al respecto entendemos que la entidad requiere de un equipo que cuente con una alarma visual en la pantalla cuando existe una falla de energía eléctrica y de puerta abierta.

Solicitamos amablemente confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciacion. La pantalla debe mostrar indicador iluminado cuando exista falla de energia electrica y puerta entreabierta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/07/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:01:35

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan COMPATIBLE CON GMP CLEAN ROOM CLASS A / ISO 6 (ISO EN 14644-1).

Al respecto solicitamos amablemente ampliar la característica a: COMPATIBLE CON CLASE DE SALA LIMPIA 6 O 4 (ISO 14644-1).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria No acepta consulta. Ceñirse a las especificaciones técnicas .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/07/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:01:35

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan CUATRO (04) RUEDAS DE 2'' PARA FACILITAR LA MOVILIDAD, LAS DOS DELANTERAS SE PUEDE BLOQUEAR.

Al respecto es importante precisar que el tipo de ruedas y bloqueo depende de cada fabricante solicitar exactamente que tenga 2'' limita la participación de postores y resultaría incongruente que un equipo no se aceptado porque sus ruedas son mas grandes a las solicitadas. Por ello, solicitamos ampliar la característica a: CUATRO (04) RUEDAS Y FRENOS SEGÚN FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta y se adecaurá la especificaciín técnica y quedará así: Se acepta y se adecaurá la especificaciín técnica y quedará así: CUATRO (04) RUEDAS CON FRENOS SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CUATRO (04) RUEDAS CON FRENOS SEGÚN FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan PUERTA METALICA DE CIERRE AUTOMATICO CON TOPE DE 90° PARA AYUDAR CON LAS CARGAS DE INVENTARIO.

Al respecto es importante señalar que precisar que la puerta cuente con un cierre automático con tope de 90° resulta restrictivo para otras congeladoras de ultima generación que no cuentan con esta función. Por ello, solicitamos considerar como OPCIONAL la presente característica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta característica facilita el trabajo del personal que labora en banco de sangre. No se acepta su consulta. Ceñirse a las especificaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan 04 estantes revestidos con epoxi faciles de limpiar y ajustar.

Las congeladoras de plasma de ultima generación cuentan con bandejas de acero inoxidable que son superiores a aquellas revestidas con epoxi.

Por ello, solicitamos amablemente ampliar la característica a: CON 04 O MAS BANDEJAS DE ACERO REVESTIDO CON EPOXI O ACERO INOXIDABLE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará 04 estantes metalicos o de acero inoxidable pero revestidos con epoxi para proteccion y durabilidad. Se modifica a 04 estantes metalicos o de acero inoxidable revestidos con epoxi fáciles de limpiar y ajustar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO.

Dado que el tipo de descongelamiento varía según cada fabricante es que solicitamos amablemente ampliar la característica a: DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO O MANUAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Requerimos descongelamiento automatico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE.

Dado que el tipo de compresor varía según cada fabricante solicitamos ampliar la característica a: COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE O COMPRESOR DE FRECUENCIA CONSTANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta. Un compresor de capacidad variable administra eficientemente el consumo de energía. Favor ceñirse a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 solicitan CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 456, CE.

Entendemos que la entidad requiere que el equipo ofertado cuente con una certificación internacional. No obstante, la NSF/ANSI es estadounidense y solo aplica a los países fabricados en dicho país. Por ello solicitamos ampliar la característica a CERTIFICACION NSF/ANSI 456 o cCSAus o CE o MDR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se exijan estas certificaciones Certificación NSF / ANSI 456, solo como opcional. Sin embargo si se requiere que se presente Certificaciones de Seguridad Electrica CE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 Solicitan requerimiento eléctrico 220-230V/60HZ.

Al respecto entendemos que se aceptaran equipos que hayan sido fabricados para trabajar directamente en 220V-60Hz que es la tensión y frecuencia utilizada en el Perú y también serán aceptados equipos que hayan sido fabricados con un rango de voltaje y frecuencia mas amplio pero que abarque 220V-60Hz.

Solicitamos amablemente confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara 220-230V 60Hz. Cuanto mayor rango de proteccion tenga mejor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Para el ítem N°01 CONGELADORA DE PLASMA A MENOS 20 visualizamos que el titulo hace mención a una congeladora de -15 a -35°C. No obstante, en el detalle de las características no se ha precisado el rango. Ante ello, es pertinente mencionar que existe fabricantes que a fin de cumplir la normativa estadounidense diseñan sus equipos para trabajar en un rango de -20°C a -40°C y otros que para cumplir con la normativa europea fabrican sus equipos para trabajar en un rango de -32°C a -41°C.

Por lo expuesto y a fin de no limitar la participación de postores es que solicitamos ampliar la característica a: RANGO DE TEMPERATURA CONFIGURABLE DE -15°C A -35°C o -20°C a -40°C o -32°C a -41°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado. Ceñirse a las especificaciones ya solicitadas en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita COMPRESOR HERMETICO DE CAPACIDAD VARIABLE VCC Y REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO NATURALES HC PARA GARANTIZAR UNA UNIFORMIDAD, RECUPERACION Y ESTABILIDAD OPTIMA DE LA TEMPERATURA.

Al respecto es importante precisar que los compresores herméticos de capacidad variable VCC son equivalentes a los compresores de variación de frecuencia ya que ambos ajustan su funcionamiento según la demanda a fin de garantizar un ahorro de energía.

A fin de no limitar la participación de postores que ofrezcan equipos con tecnologías similares o mejores es que solicitamos amablemente ampliar la característica a: COMPRESOR HERMETIDO DE CAPACIDAD VARIABLE VCC O COMPRESOR HEMERTICO DE CONVERSION DE FRECUENCIA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta. Un compresor de capacidad variable administra eficientemente el consumo de energía. Favor ceñirse a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita RECUBRIMIENTO RESISTENTE A BACTERIAS.

Dado que algunos fabricantes diseñan sus equipos con un recubrimiento resistente a la corrosión y otros a bacterias es que solicitamos amablemente ampliar la característica a: RECUBRIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSION O BACTERIAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará cualquier característica que supere lo solicitado. No se modifica la especificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REFRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita RANGO DE VELOCIDAD NOMINAL COMPRESOR: 1300-4000 RPM.

OBSERVAMOS que la presente característica solo la cumplen las refrigeradoras de bolsas de la marca HELMER y limita la participación de aquellos postores que deseamos ofrecer otras marcas.

Por lo expuesto solicitamos establecer la presente característica como OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existen otras marcas que cumplen con lo solicitado. No se acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita 04 ESTANTES VENTILADOS.

Al respecto es importante precisar que el tipo y cantidad de bandejas varia según cada fabricante, por ello solicitamos ampliar la característica a: 04 BANDEJAS COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se están requiriendo al menos 04 cajones de acero inoxidable ajustables en lugar de estantes, puesto que almacenaremos Bolsas de Sangre. Se modifca el requerimiento a 04 cajones como mínimo de acero inoxidable ajustables para bolsas de sangre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSR II-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita PUERTO DE ACCESO SUPERIOR Y LATERAL PARA EL MANEJO DE SONDAS.

Al respecto es importante señalar que la ubicación del puerto de acceso depende del diseño de cada fabricante, señalar una ubicación exacta limita la participación de postores, siendo lo fundamental que los equipos ofertados cuenten con este puerto.

Por lo expuesto solicitamos ampliar la característica a: CON PUERTO DE ACCESO PARA SONDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere al menos un puerto de acceso superior para monitoreo externo con sonda. El puerto lateral puede ser opcional. Se modifica a Puerto de acceso superior al menos, puerto lateral opcional para el manejo de sondas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita SENSOR DE CONTROL RTD, ACERO INOXIDABLE.

Al respecto es importante señalar que el tipo y material del sensor varía según cada fabricante. Por ello, Solicitamos ampliar la característica a CON SENSOR DE CONTROL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado. Ceñirse a las especificaciones ya solicitadas en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita PUERTO DE COMUNICACIÓN USB, CONTACTO DE ALARMA REMOTA, RJ45 (ETHERNET), API PARA ETHERNET.

A fin de fomentar una mayor participación de postores solicitamos amablemente ampliar la característica a: PUERTO USB y TERMIANLES PARA CONEXIÓN DE ALARMA REMOTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará cualquier característica que supere lo solicitado. No se modifica el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita ALARMA PRUEBA ALTA/BAJA AJUSTABLE.

Al respecto entendemos que la entidad requiere de un equipo que cuente con un sistema de prueba de alarma de temperatura y que con esta descripción se podrá acreditar la presente característica.

Solicitamos amablemente confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta. El equipo debe contar con prueba automática de alarma de temperatura alta/baja y esto debe mostrarse en la pantalla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REFRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita REGISTRO DE ACCESO CON DESCARGA A TRAVES DE USB.

Al respecto entendemos que por acceso se hace referencia al registro de puerta abierta.

Solicitamos confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado. Ceñirse a las especificaciones ya solicitadas en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita RESPALDO DE BATERIA 20 HORAS DE RESPALDO DE PANTALLA Y ALARMAS EN PANTALLA TACTIL.

Al respecto es importante señalar que en caso de corte de energía la temperatura no se mantendrá de +2°C a +6°C durante mas de 2 horas por lo que solicitar que la batería tenga una duración de 20 horas no resulta congruente.

Por lo expuesto solicitamos ampliar la característica a: CON BATERIA DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALARMAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La batería de respaldo registra la temperatura en ausencia de luz y debe tener un tiempo de duracion como minimo de 20 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicita RESPALDO DE BATERIA 20 HORAS DE RESPALDO DE PANTALLA Y ALARMAS EN PANTALLA TACTIL.

Al respecto es importante señalar que en caso de corte de energía la temperatura no se mantendrá de +2°C a +6°C durante mas de 2 horas por lo que solicitar que la batería tenga una duración de 20 horas no resulta congruente.

Por lo expuesto solicitamos ampliar la característica a: CON BATERIA DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE ALARMAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La batería de respaldo registra la temperatura en ausencia de luz y debe tener un tiempo de duracion como minimo de 20 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:35

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 REFRIGERADORA / CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE solicitan TEMPERATURA DE TRABAJO DE +2°C A +10°C.

Al respecto es pertinente señalar que el rango de temperatura de trabajo que requieren las bolsas de sangre es de +2°C a +6°C solicitar que la temperatura pueda llegar a +10°C es un error y pone en riesgo las bolsas. Por lo expuesto solicitamos reformular el requerimiento acorde a las directivas internacionales y se establezca como rango de temperatura de trabajo de +2°C a +6°C.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado. Ceñirse a las especificaciones ya solicitadas en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:41:31

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

"En las bases solicitan para los items las entregas se den en 30 dias contados a partir de emitrida la Orden de Compra. ANTECEDENTE Los equipos de refrigeracion demandan transportarse por sus dimensiones y refrigerantes utilizados via maritima y no aerea. Esto exige un tiempo de entrega mayor a los 30 dias indicados. CONSULTA , Considerando que estos equipos deben venir por barco, reconsiderará el Comite el tiempo de entrega como sigue: 21 a 29 dias (20 puntos), 29 a 69 dias (15 dias), 70 -90 dias (10 dias). Solicitamos al comite pueda acceder a nuestro pedido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1,9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se esta reformulando el tiempo de entrega para todos los ítems, POR LO TANTO EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 60 DÍAS CALENDARIOS PARA TODOS LOS ÍTEMS, SIENDO ASÍ QUE, EL PUNTAJE DE FACTOR DE EVALUACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA, QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: B.
PLAZO DE ENTREGA De 01 hasta
25 días calendario: 20 PUNTOS
De 26 hasta 40 días calendario: 15 PUNTOS
De 41 hasta 59 días calendario: 10 PUNTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:41:31

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

En las bases solicitan para el ítem 1 CONGELADORA -15 A -35°C ANTECENTES Mientras

que los refrigeradores y congeladores antiguos utilizan compresores de alta velocidad que se encienden y apagan continuamente, las congeladoras modernas funcionan a velocidades variables para ajustar el rendimiento de enfriamiento a las condiciones internas y externas del congelador. Actualmente cuando se combina con el control de sintonización automatizado, este variador de velocidad optimiza la velocidad de funcionamiento del compresor a las condiciones actuales. Incluso cuando se abren puertas con frecuencia o se agregan muestras al congelador, el sistema de control detecta la actividad y aumenta la velocidad de la unidad para que las temperaturas vuelvan al punto de referencia rápidamente. Esta tecnología actual ofrece excelente velocidad de recuperación de apertura de puerta y más tranquilidad para laboratorios donde entran y salen muestras. Cuando las condiciones son estables, y cuando la unidad funciona durante la noche o fines de semana, la unidad funciona a baja velocidad, lo que reduce el consumo de energía mientras mantener una temperatura estable para sus muestras. CONSULTA Solicitamos al Comité Especial confirmar si la congeladora deberá incluir un compresor de velocidad variable para sistema de ahorro de energía permitiendo aumentar la velocidad del compresor para restaurar rápidamente la temperatura después de abrir la puerta

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta . La congeladora deberá incluir un compresor de velocidad variable para sistema de ahorro de energía . Se incluye esta característica al requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:41:31

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

En las bases solicitan para el ítem 2 REFRIGERADORA/CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE 04 estantes ventilados. ANTECEDENTE. Las refrigeradoras/conservadoras de Banco de Sangre utilizan cajones extraíbles de acero inoxidable para el almacenaje de las Bolsas de Sangre. Solo las Refrigeradoras de Laboratorio utilizan estantes para el almacenaje de reactivos CONSULTA , Considerando que es una Refrigeradora/Conservadora de Banco de Sangre para el almacenaje de Bolsas de Sangre solicitamos confirmar al Comité Especial si requerirá 7 cajones, herméticos, de acero inoxidable, ajustables en lugar de estantes ventilados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se están requiriendo al menos 04 cajones de acero inoxidable ajustables en lugar de estantes, puesto que almacenaremos Bolsas de Sangre. Se modifica el requerimiento a 04 cajones como mínimo de acero inoxidable ajustables para bolsas de sangre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:41:31

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

En las bases solicitan para el ítem 2 REFRIGERADORA/CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE Sensor de control RTD de acero inoxidable ANTECEDENTE. Las refrigeradoras/conservadoras de Banco de Sangre utilizan sondas para el control de temperatura al interior de la cámara de trabajo CONSULTA , Considerando que es una Refrigeradora/Conservadora de Banco de Sangre para el almacenaje de Bolsas de Sangre solicitamos confirmar al Comité Especial si requerirá por la capacidad solicitada de 572 litros el almacenamiento de 364 Bolsa de Sangre al menos

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere capacidad de 572 a 650 litros con una capacidad mínima de 360 Bolsas de sangre. Se incorpora esto al requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:41:31

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

En las bases solicitan para el ítem 2 REFRIGERADORA/CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE funcionamiento silencioso pero no menciona si debe manejar ahorro de energía para bajar los costos operativos de energía eléctrica. CONSULTA: Deberá la REFRIGERADORA/CONSERVADORA DE BANCO DE SANGRE manejar un ahorro de energía con un consumo no mayor a 3,01 kWh/día considerando que estará las 24 horas operativa.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE requiere una Refrigeradora/Conservadora con ahorro de energía. Se incorpora esto al requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:41:31

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

En las bases solicitan para el ítem 3 ROTADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADOR. CONSULTA El Rotador y el Incubador de plaquetas deberán ser de la misma marca para evitar incompatibilidades?

Acápiteme de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE confirma que el Rotador de plaquetas y la Incubadora deben de ser de la misma marca para evitar incompatibilidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROTADOR DE PLAQUETAS, REGRIGERADORA /CONSERVADORA Y CONGELADORA DE PLASMA PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HAPCSRII-2-SEGÚN IOARR N°25941692

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:41:31

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

En los requisitos del personal clave CONSULTA: Se aceptara Tecnico Electronico Industrial como profesional para realizar instalacion, puesta en marcha y capacitacion considerando que haya sido capacitado por fabrica y tenga experiencia de 02 años al menos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara un profesional titulado tecnico electronico o ingeniero electronico con experiencia de 02 años en la instalación, puesta en marcha y capacitación de los equipos dicha experiencia se computará desde la fecha de emisión del titulo. Esto se incluirá en la especificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null