

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el nombre del producto indica placa de osteosíntesis de cabeza de humero con sistema para tornillos de bloqueo 2.7 / 3.5.

Aceptarán que el diámetro de los tornillos sean de 3.5 mm y 4.5 mm.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Material:

Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptarán que el material sea titanio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 4 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dimensiones:

- 1) Aceptarán que el número de agujeros distales sean 3 - 4 - 5 con la finalidad de dar mejor fijación al epicóndilo.
- 2) Aceptarán que el número de agujeros proximales sean 5-9-13.
- 3) Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptaran que las longitudes de las placas sean de 84 - 88-95-96-130 y 175 mm.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 4 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Material:

Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptarán que el material sea titanio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dimensiones:

- 1) Aceptarán que los agujeros proximales sean de 3 agujeros ya que se adaptan perfectamente a huesos pequeños y de 5 agujeros para fracturas distal del cuello quirúrgico.
- 2) Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptarán que las longitudes sean de 93 mm y 144 mm.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: Item 1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptarán que el material sea de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 5 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dimensiones:

- 1) Aceptarán que el número de agujeros proximales sea de 4.
- 2) Aceptarán que el numero de agujeros distales sean de 5-7-11-15.
- 3) Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptarán que las longitudes sean de 78-103-152-203 mm.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: Item 5 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptarán que el material de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 6 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dimensiones:

Dirección acodada a la izquierda / derecha.

Con el termino acodado se entiende que la forma de la parte proximal de la placa debe de estar inclinada hacia el lado derecho o izquierdo, de no ser el caso se solicita especificar a que hace referencia el termino acodado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 6 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones tecnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dimensiones:

1) Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptaran que el número de agujeros sean de 3-4-5-8.

2) Longitudes:

Aceptaran que las longitudes de las placas sean de 4.9 mm - 54.8 mm - 62 mm y 94 mm.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 6 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Material: Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptaran que el material sea titanio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 7 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dimensiones:

- 1) Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptaran que el numero de agujeros proximales sean de 3-4-5-8.
- 2) Aceptaran que el numero de agujeros distales sea de 7-8-9.
- 3) Aceptaran que las longitudes de las placas sena de 49.5 - 54.8- 62- 94 mm.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 7 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones tecnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (PLACA DE OSTEOSINTESIS, OSTEOMIA, PLACA DE RECONSTRUCCION, SOSTEN Y PLACA T 4.5)

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:25

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores aceptaran que el material sea de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** Item 13 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ceñirse a las EETT IETSI, que son especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null