

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-H.R.M.N.B.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL (MENTIS Y ATLAS) DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:23:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicito puedan colocar la foto de la placa del compresor GA55VSD+ al que se hace mención en TDR atlas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii.1 Literal: 5 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta la consulta y se añadirá a las bases integradas las fotos de la planta de oxígeno Atlas como referencia de acuerdo a los Terminos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-H.R.M.N.B.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL (MENTIS Y ATLAS) DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:23:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos se indique si al culminar el servicio y proceder con el pago se deberá presentar un acta indicando la devolución de todos los repuestos antiguos reemplazados, indicados en TDR. O, si en alguno de los compresores se ve que no amerita reemplazo, podrá no realizarse esa actividad, ya que el referencial es bastante bajo para cumplir con todos los repuestos de plantas de oxígeno con 3 compresores de aire y 4 compresores de oxígeno.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que las actividades descritas en los términos de referencia son de cumplimiento obligatorio, por lo que no puede omitirse ninguna actividad, en ese sentido al momento de realizar el informe del contratista la entidad verificará mediante acta la devolución de los repuestos reemplazados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-H.R.M.N.B.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL (MENTIS Y ATLAS) DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Ruc/código :	20606396181	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL TEAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de VEINTE (20) días calendarios; (10 días por la planta ATLAS y 10 días por la planta MENTIS), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Estimados comité de selección, consideramos que el plazo es muy corto, por lo que se tiene que conseguir los repuestos debido a que son poco comerciales, en algunos casos se tendría que importar, en tal sentido solicitamos como plazo de ejecución 15 días calendarios para cada planta, siendo un total de treinta días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta la consulta y señala que para una mayor pluralidad de postores el plazo de prestación de servicio será de 15 días calendarios por cada planta sienta un total de 30 días calendarios, con la finalidad de garantizar la originalidad de los repuestos a utilizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará a las bases integradas