

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código : 20505110651

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 15:34:27

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

#### **1.9. PLAZO DE ENTREGA**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 DIAS CALENDARIO, POSTERIOR A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SUSCRIPCION DE CONTRATO (lo que se de primero), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Observamos este extremo de las bases y solicitamos que ACALREN exactamente cual es el plazo de entrega y que se contabiliza el plazo a partir del día siguiente de notificación de la orden de compra, y así evitar inconvenientes al momento de la entrega de los insumos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 1.9

**Literal:** SE

**Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara la consulta, Con respecto a la consulta se precisa que el plazo de entrega : es a los 05 DIAS CALENDARIO, POSTERIOR A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	15:34:27

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Performance:

- Igual o menor a 75 segundos por prueba.
- Capacidad de muestras igual o mayor a 200 muestras

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la siguiente especificación técnica:

- Igual o menor a 75 segundos por prueba O 1.6 MINUTOS POR MUESTRA
- Capacidad de muestras igual o mayor a 90 muestras

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, con respecto a la consulta se precisa que la performance: igual o menor a 75 segundos por prueba o 1.6 minutos por muestra. Capacidad de muestra: igual o mayor a 90 muestras

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	15:34:27

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Linealidad de 3.8 a 18.5%

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la siguiente especificación técnica:

Linealidad de 3.2 a 18.4%

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, con respecto a la Linealidad el cual se amplian los intervalos los cuales deben estar dentro de estos rangos; desde 3.0 hasta 3.8 y desde 18 hasta 18.4%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	15:34:27

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

3 tipos de racks

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la siguiente especificación técnica:

1 ó 3 tipos de racks

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, con respecto a la consulta del ítem se aceptara 1 o 3 tipos de racks

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	15:34:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consideran como bienes similares para acreditar experiencia del postor a :

Venta de material médico de uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas y centros de salud especializados.

Como se puede observar los bienes considerados similares son muy diferentes al objeto de convocatoria, por lo que solicitamos que considerar los siguientes:

Reactivos de laboratorio con equipo en cesión de uso o Reactivo para hemoglobina glicosilada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, con respecto a su consulta de la experiencia del postor, se considera bienes similares a lo siguiente: Venta de material médico de uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas y centros de salud especializados, y/o los reactivos de Laboratorio en general de uso en equipos automatizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	15:34:27

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

d.- Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1

Consultamos al comité de selección si los postores debemos acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas mediante la presentación de folletera, manula o documento emitido por el fabricante.

En caso de ser afirmativo, solicitamos que indiquen cual o cuales especificaciones técnicas debemos acreditar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** d      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, Con respecto a la consulta sera parte de los documentos de admision adjunto al ANEXO 3: la carta de fabricante que consigne: Presentacion, Caracteristicas, Metodologia, Muestra Biologica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:49:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
DICE:

Performance: Igual o menor a 75 segundos por prueba.  
Teniendo en cuenta que, el requerimiento actual implica que la demanda de procesamiento de muestras equivale a unas 10 muestras diarias, el requerimiento de que se realicen en 75 segundos es innecesario, puesto que los equipos actuales son autónomos y pueden cargarse varias muestras a la vez, además de ello en el mercado los equipos de HPLC, tardan en el procesamiento en su mayoría alrededor de 4 minutos, insistir en esta característica innecesaria, lleva a la violación de dos principios fundamentales de la ley de contrataciones con el estado, equidad y libertad de concurrencia, al solicitar características innecesarias además de impedir la participación de los postores.  
Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el usuario AMPLIAR el requerimiento y aceptar equipos que procesen la muestra hasta en 3 minutos, para no impedir la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara la consulta, con respecto a la consulta se precisa que la performance: igual o menor a 75 segundos por prueba o 1.6 minutos por muestra.  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:49:25

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
DICE:

Requerimiento mínimo de muestra 10 microlitros de sangre total.  
Teniendo en cuenta que, los equipos modernos y actuales, están a miras de cada vez realizar más análisis con menos cantidad de muestra, y que la cantidad total de muestra tomada es entre 1.5 a 3mL en los tubos con EDTA, que son la muestra ideal para esta prueba, solicitamos en base al principio de vigencia tecnológica, lo siguiente:  
Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el usuario AMPLIAR el requerimiento y aceptar equipos que procesen con un requerimiento mínimo de muestra de 5microlitros a más, para no impedir la participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara la consulta, con respecto al requerimiento minimo de muestra: 5 microlitros a mas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:49:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
DICE:

Con certificado NGSP, IFCC, FDA, también se solicita estándares/ trazabilidad IFCC, NGSP, certificados ISO 13485, FDA USA.

Solo los equipos que son comercializados dentro de los Estados Unidos de América, pueden obtener la certificación de FDA, este no es un requisito para comercializar en otras partes del mundo, y es por eso que la mayoría de las marcas presentes en el estado peruano no poseen dicha certificación, conservar esta característica IMPIDE la participación de nuestra marca y de la mayoría de las marcas presentes en el mercado, y viola el principio de equidad y libertad de concurrencia de la ley de contrataciones con el estado.

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el usuario AMPLIAR el requerimiento y solicitar el certificado de FDA como opcional, para no impedir la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, con respecto al ítem se solicita el certificado de FDA como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:49:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
DICE:

Linealidad: de 3.8-18.5%  
Esta característica es limitada a una sola marca presente en el mercado, la mayoría de las marcas presentan linealidad para esta prueba de hasta 16%, Teniendo en cuenta que, esta característica puede ser empleada, para direccionar el procedimiento de selección, y que se estaría violando el principio de libertad de concurrencia,  
Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el usuario AMPLIAR el requerimiento y aceptar equipos que procesan linealidad de 3.0 a 18%, para no impedir la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara la consulta, con respecto a la Linealidad el cual se amplian los intervalos los cuales deben estar dentro de estos rangos; desde 3.0 hasta 3.8 y desde 18 hasta 18.4%.  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:49:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
DICE:

Tipo de muestras: Sangre total, hemolizado a partir de sangre total o paquete globular.  
En líneas anteriores (punto 5) se solicitó, que la muestra no requiera tratamiento previo, pero el lisado es un tratamiento previo de la muestra, además innecesario en los equipos modernos.  
Solicitamos amablemente al comité ACLARAR si es correcta nuestra apreciación y lo solicitado es un equipo moderno que no requiera tratamiento previo de la muestra, cuya muestra ideal sea sangre total anticoagulada con EDTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
se aclara la consulta, la muestra no requiere tratamiento previo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null