

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO EXCLUSIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ

Ruc/código :	20609542005	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION TECNOMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:28:53

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice las especificaciones técnicas:

Tubo de extensión de 30 cm

Señores miembros de la área usuaria, al respecto a la extensión del tubo, las BOLSAS COLECTORA DE ORINA deben ser confortables y adaptables al muslo, como el nombre del bien lo menciona BOLSAS DE CORINA PARA MUSLO, con una extensión de largo de 10 a 15 cm de longitud ANTIACODABLE y adaptable a cualquier tipo de colector, ya que el tubo de extensión teniendo de 30 cm a mas sería para uso en la pantorrilla del paciente.

SOLICITAMOS AL COMITÉ QUE MODIFIQUE EN LAS BASES INTEGRADAS LAAS SESPECIFICACIONES DE ESTA MANERA:

Tubo de extensión de 10 a 15 cm de largo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** cap III **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion planteada, a fin de que exista pluralidad de postores y marcas se amplía de la siguiente manera: Tubo de extensión de 8 cm de largo a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tubo de extensión de 8 cm de largo a más.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura : AS-SM-32-2023-DIRSAPOL-UE 020-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO EXCLUSIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ

Ruc/código : 20547343442	Fecha de envío : 27/10/2023
Nombre o Razón social : LW SCIENTIFIC PERU S.A.C.	Hora de envío : 19:12:27

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA BOLSA COLECTORA DE ORINA CON MUSLERA ADULTO, solicitan en las especificaciones técnicas: Tubo corrugado resistente a la torsión, reduciendo el riesgo de reflujo y prevención de escapes accidentalmente.

Hacemos una Observación a las Bases, respecto a esta característica técnica ya que en el mercado NO EXISTE BOLSA DE ORINA CON MUSLERA CON TUBO CORRUGADO.

EL TUBO DE EXTENSION DE LA BOLSA DE ORINA SEGÚN STANDARES MUNDIALES DE LA SALUD DEBE TENER RESISTENCIA A LA FLEXION, NO TORCERSE Y TENER RESISTENCIA DE SUSPENSION Y DEBE SER FIRME

Por lo tanto:

SOLICITAMOS AL COMITÉ SE MODIFIQUE EN LAS BASES INTEGRADAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA:

TUBO RESISTENTE A LA TORCION, NO TORCERCE Y TENER RESISTENCIA DE SUSPENSIÓN Y SER FIRME reduciendo el riesgo de reflujo y prevención de escapes accidentales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ITEM 1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion planteada, a fin de que exista mayor pluralidad de postores y marcas, se acepta que el tubo cumpla con las características de resistente a la torsión, reduciendo el riesgo de reflujo y prevención de escapes accidentalmente; no siendo determinate el corrugado siempre y cuando cumpla con las características previamente mencionadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tambien se acepta que el tubo cumpla con las características de resistente a la torsión, reduciendo el riesgo de reflujo y prevención de escapes accidentalmente; no siendo determinate el corrugado siempre y cuando cumpla con las características previamente mencionadas.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura : AS-SM-32-2023-DIRSAPOL-UE 020-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO EXCLUSIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ

Ruc/código :	20547343442	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	LW SCIENTIFIC PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:12:27

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA BOLSA COLECTORA DE ORINA CON MUSLERA ADULTO, solicitan en las especificaciones técnicas: TUBO DE EXTENSION DE 30 cm.

RESPECTO A LA EXTENSION DEL TUBO, LAS BOLSA DE ORINA, deben ser confortables y adaptables al MUSLO, como el nombre del bien lo menciona BOLSA DE ORINA PARA MUSLO con una extensión de largo de 8cm a 15 cm de Longitud Antiacodable y adaptable a cualquier tipo de colector, ya que el tubo de extensión teniendo de 30cm a más sería para uso en la pantorrilla del paciente.

Por lo tanto:

SOLICITAMOS AL COMITÉ SE MODIFIQUE EN LAS BASES INTEGRADAS LAS DOS ESPECIFICACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA:

Tubo de extensión de 8cm a 15cm de largo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ITEM 1 **Página: 36**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion planteada, a fin de que exista pluralidad de postores y marcas se amplía de la siguiente manera: Tubo de extensión de 8 cm de largo a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tubo de extensión de 8 cm de largo a más.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura : AS-SM-32-2023-DIRSAPOL-UE 020-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO EXCLUSIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ

Ruc/código :	20601595436	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CHEMICALS S.A.C.	Hora de envío :	19:32:18

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de Bolsa Colectora de orina con muslera adulto solicitan tubo corrugado resistente a la torsión, en el mercado nacional no se comercializa para este tipo bolsa el tubo corrugado, solo debe ser resistente y no se doble, que sea funcional para el objetivo del producto que es la recolección de orina.

Esta especificación debe ser modificada según el estándar de productos que se comercializan en territorio nacional, por ende debe anularse "CORRUGADO" debiendo solo quedar como: Tubo resistente a la torsión.....

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.1 **Literal:** ITEM 1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion planteada, a fin de que exista mayor pluralidad de postores y marcas, se acepta que el tubo cumpla con las características de resistente a la torsión, reduciendo el riesgo de reflujo y prevención de escapes accidentalmente; no siendo determinate el corrugado siempre y cuando cumpla con las características previamente mencionadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tambien se acepta que el tubo cumpla con las características de resistente a la torsión, reduciendo el riesgo de reflujo y prevención de escapes accidentalmente; no siendo determinate el corrugado siempre y cuando cumpla con las características previamente mencionadas.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura : AS-SM-32-2023-DIRSAPOL-UE 020-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO EXCLUSIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ

Ruc/código :	20608303635	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	A & P DROGUERIA S.A.C.	Hora de envío :	20:31:35

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice las características técnicas
TUBOS DE GEL ANTIMICROBIANO CON PLATA IÓNICA X 45 G

Existen en el mercado el producto medico solicitado en las bases, pero con diferente presentación conteniendo las mismas especificaciones técnicas como la principal que es PLATA IONICA, que ayuda a los pacientes con tratamiento de heridas de la piel con un riesgo de infección.

La presentación que nuestra empresa oferta para esta presente adquisición es APÓSITO DE SILICONA ABSORBENTE CON PLATA IÓNICA DE 10 X 10 CM, cuya efectividad para el tratamiento de heridas (según evaluación médica) tienen las mismas bondades como sustancias hidro activas de condición absorbente y adherente evitando fricción en la zona de lesión y teniendo el beneficio de un tiempo duración (2 a 3 días según evaluación médica) mayor que el mismo producto en GEL.

Por lo Tanto:

Solicitamos al comité que se tenga en cuenta nuestra observación y también se considere APÓSITO DE SILICONA ABSORBENTE CON PLATA IÓNICA DE 10 X 10 CM, en las bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación planteada en vista que mantiene el mismo principio activo que se solicitó en las especificaciones técnicas; no teniendo un impacto negativo en el tratamiento para los pacientes. Por ello, a fin que exista una mayor concurrencia de postores, se acepta también que la presentación del producto pueda darse en forma de apósito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tambien se acepta que la presentación del producto pueda darse en forma de apósito.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura : AS-SM-32-2023-DIRSAPOL-UE 020-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO EXCLUSIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ

Ruc/código :	20610809015	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	MEDCO SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:37:24

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 07 TUBOS DE GEL ANTIMICROBIANO CON PLATA IÓNICA X 45 G

Observación:

Señores miembros del área usuaria con la finalidad de fomentar la más amplia participación de postores solicitamos la ampliación de la presentación del producto, que contienen la misma composición como APÓSITOS DE PLATA IONICA de 7.5 x 7.5, Película superior: Poliuretano. Almohadilla de absorción (zona central): Espuma de Poliuretano con Ag+ (fosfato de plata). Adhesivo de silicona (bicapa): que contienen mejores resultados en las fases inflamatoria desbridando el tejido necrótico y esfacelado y cicatrización de heridas, además con el apósito protege con sus sustancias hidro activas y dura más tiempo en las heridas del paciente a comparación al gel y de esta manera el producto tendría mayor duración en su uso. El cambio de características y presentación, no alteran los efectos médicos y/o la finalidad de la adquisición del producto farmacéutico; toda vez que, el producto contiene el mismo compuesto activo que requieren las especificaciones técnicas

Señores de este digno comité, solicitamos que se nos considere nuestra observación que indicamos y tome en cuenta; de esta manera permitir la más amplia participación de postores para el presente proceso atendiendo a los principios de libre concurrencia, igualdad de trato que rigen dentro de la ley de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación planteada en vista que mantiene el mismo principio activo que se solicitó en las especificaciones técnicas; no teniendo un impacto negativo en el tratamiento para los pacientes. Por ello, a fin que exista una mayor concurrencia de postores, se acepta también que la presentación del producto pueda darse en forma de apósito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tambien se acepta que la presentación del producto pueda darse en forma de apósito.