

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL MEDICO CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION EN USO-JERINGA PERFUSORA DE 50CC RAAR-2024

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	14:50:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En referencia a los años de antigüedad respecto a las bombas de difusión solicitadas Se observa que requieren no mayor a 3 años por lo cual se solicita el comité poder considerar una ampliación hasta de 5 años ya que nuestros equipos cuenta con un sistema actualizado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: F Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se indica que lo solicitado en referencia a los años de antigüedad se encuentra en relación al avance tecnológico, razón por la cual no se acepta lo propuesto por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No amerita modificación de bases

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL MEDICO CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION EN USO-JERINGA PERFUSORA DE 50CC RAAR-2024

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	14:50:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita el comité poder considerar el punto B02 como opcional ya que los accesorios solicitados son parte de la infraestructura hospitalaria por el cual los equipos en sesión de uso no asocia su condición de COMODATO a los pedestales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo C Literal: B02 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se indica que para el correcto funcionamiento de las bombas de infusión se requiere contar con pedestales, que no necesariamente son parte de la infraestructura, por lo tanto no se acepta lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No amerita modificación

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL MEDICO CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION EN USO-JERINGA PERFUSORA DE 50CC RAAR-2024

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	14:50:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En referencia al punto A01, se solicita al comité considerar hasta 2,100kg. con la finalidad de considerar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo C Literal: A01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, ésta última considera que se aceptará lo propuesto por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptará la presentación del dispositivo con un peso de hasta 2,1 kg.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL MEDICO CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION EN USO-JERINGA PERFUSORA DE 50CC RAAR-2024

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	15:26:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En relación al Certificado de Análisis, se solicita considerar la fecha de emisión como equivalente a la fecha de análisis, considerar que los diferentes análisis tienen diferentes tiempos de análisis

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: B Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el área usuaria, se precisa que el certificado de análisis debe cumplir con lo establecido por la DIGEMID, en virtud a ello, no es posible aceptar lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifican las bases.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL MEDICO CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION EN USO-JERINGA PERFUSORA DE 50CC RAAR-2024

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	15:26:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a la presentación facultativa u opcional del ISO 13485 se recomienda modificar a un requisito obligatorio de lo contrario se incumpliría uno de los requisitos para la inscripción y/o reinscripción de los dispositivos médicos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ficha tec Literal: normativid Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.125 Numeral 3 del D.S.016-2011-SA y modificatorias

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Órgano Encargado de las Contrataciones, en coordinación con el área usuaria, no acoge la observación, precisando que la presentación facultativa u opcional del ISO se solicita para evaluación técnica y no como parte de la inscripción y/o reinscripción ante la DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En vista de que no se acoge la observación, las bases no se modifican.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL MEDICO CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION EN USO-JERINGA PERFUSORA DE 50CC RAAR-2024

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	16:22:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En referencia al material, se solicita poder considerar : Polipropileno o cloruro de polivinil o fibra de vidrio, de uso hospitalario... con la finalidad de obtener una pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo C Literal: material Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se precisa que el aceptar la modificatoria del material, implica una modificación a las especificaciones técnicas, lo cual no ha sido solicitado por el usuario, por lo tanto no es posible aceptar la propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En vista de que la consulta no es aceptada, las bases no se modifican

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL MEDICO CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION EN USO-JERINGA PERFUSORA DE 50CC RAAR-2024

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	16:22:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En referencia a las características, se solicita: Con cono de acoplamiento CON/SIN protector, adaptable a la línea de perfusion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo C Literal: caracteris Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se puede dar respuesta en vista de que la consulta no es comprendida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null