

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RSSCVRAEM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI.

Ruc/código : 20495193030

Fecha de envío : 09/10/2023

Nombre o Razón social : ILLARI INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.

Hora de envío : 11:43:18

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

SE OBSERVA EL REQUERIMIENTO QUE EL POSTOR ACREDITE ACTA DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE LA RSSC VRAEM, QUE LIMITA LA PARTICIPACION DE OTROS POSTORES, POR QUE SE SOLICITA SE SUPRIMA CON OCASION DE INTEGRACION DE BASES, DICHA EXIGENCIA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: a

Página: 26

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Con motivo de a integración de bases se retirará lo siguiente: solicitud de acta de conformidad firmado por el responsable de la RSSC VRAEM (cuarto punto de la acreditación de la capacidad legal en el TdR) y, sexto punto de la capacidad técnica en el TdR ( El proveedor debe realizar por lo menos una visita a las instalaciones a la planta de oxígeno medicinal y presentar en su propuesta un informe técnico que sustente el estado situacional con recomendaciones para extender la garantía, adjuntando evidencias fotográficas) - página 24 de bases administrativas.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá en los extremo que corresponde da

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RSSCVRAEM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI.

Ruc/código :	20495193030	Fecha de envío :	09/10/2023
Nombre o Razón social :	ILLARI INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.	Hora de envío :	11:43:18

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA AMPLIAR EL RANGO DE SERVICIOS SIMILARES, TAMBIEN A EQUIPOS ELECTRICOS Y NO SOLO A ELECTROMECHANICOS, A FIN DE PROMOVER LA MAYOR PARTICIPACION DE POTENCIALES POSTORES A DICHO PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SIENDO BENEFICIOSA PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE. El postor debe ser especialista en reparacion y mantenimiento de plantas de oxigeno, ya que corre el riesgo de que su falta de experiencia perjudique la reparacion y mantenimiento de la planta de oxigeno  
SEÑIRSE A LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No corresponde

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RSSCVRAEM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI.

Ruc/código : 20608573128

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.

Hora de envío : 19:55:49

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

ESTIMADO COMITÉ DE SELECCIÓN, RESPECTO A LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE, DEBERÍA AMPLIARSE EL REQUISITO A: INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: 3.2      Literal: B.3.1      **Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE. El profesional debe tener la especialidad de Ing. Mecánico electricista, ya que un Ing. Electrónico no cumple con los requerimientos(requisitos) necesarios para dar mantenimientos mecánicos a un equipo complejo como la planta de oxígeno

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de la integración de bases se modifica la página 26, literal B.3.1, debe decir (...) Profesional titulado en la carrera profesional de Ing. Mecánico electricista, , titulado, habilitado y colegiado(...).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RSSCVRAEM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI.

---

Ruc/código : 20602142206

Nombre o Razón social : BIO ALMEDIC E.I.R.L.

Fecha de envío : 11/10/2023

Hora de envío : 23:53:40

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se consulta si la entidad cuenta con mesa de partes virtual, en caso que si favor de incluir la pagina web y el horario de envío.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.4    **Literal:** 2.4    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que la entidad no cuenta con mesa de partes digital ni pagina web actualmente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ceñirse a las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RSSCVRAEM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI.

Ruc/código :	20602142206	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	BIO ALMEDIC E.I.R.L.	Hora de envío :	23:53:40

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se puede apreciar que en el equipo de se esta solicitando el certificado de calibracion, pero en caso que el equipo sea nuevo dentro del año, no debe ser necesario el certificado de calibracion sino el certificado de fabrica o factura u orden de compra que justifique que el equipo sea nuevo; en tal sentifo se solicita que tambien se incluya lo solicitado.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de transparencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, sea equipo nuevo o antiguo es necesario que este operativo y su certificado de calibracion sea vigente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ceñirse a las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RSSCVRAEM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI.

---

Ruc/código : 20602142206

Nombre o Razón social : BIO ALMEDIC E.I.R.L.

Fecha de envío : 11/10/2023

Hora de envío : 23:53:40

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que tambien se considere como capacitacion en operatividad y mantenimiento en planta de oxigeno y curso en voaching para intervencion en seguridad y gestion del mantenimiento con ERP SAP PM y curso estandar prevencion contagio covid 19.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3.2    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, no es necesario para el servicio a contratar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ceñirse a las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RSSCVRAEM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI.

Ruc/código :	20602142206	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	BIO ALMEDIC E.I.R.L.	Hora de envío :	23:53:40

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

A fin de que haya mayor pluralidad de postores se solicita que vomo servicios similares tambien se considere mantenimiento de planta de oxigeno medicinal o industrial.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, debido a que la planta de oxigeno industrial se usa en el rubro industrial, mientras que el una planta de oxigeno medicinal es para suministro directo de las personas, por tanto esta última cuenta con especificaciones y estándares diferentes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ceñirse a las bases