



ACTA DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 0023-2024-HNSLMP-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

ADQUISICION DE UN ECÓGRAFO ULTRASONIDO PARA LA UPSS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE APOYO II-1 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA EN EL MARCO DE LA IOARR N.º 2658048

En el distrito de Paita, Provincia de Paita y Departamento de Piura, a las 17:05 horas del día 28 de mayo del 2025, en las instalaciones de la Oficina de Administración del Hospital de Apoyo I – Nuestra Señora de las Mercedes, con la presencia de los miembros del comité de selección reconformados mediante Memorando N.º 1288-2025-HNSLMP-43002014266, de fecha 02 de abril del 2025, mismos que a continuación detallo:

1. Presidente Suplente: Lic. Tec. Méd. Cinthia Lourdes Flores Sernaqué
2. Primer Miembro titular: Ing. Junior Armando Clavijo Correa
3. Segundo Miembro titular: Lic. Adm. Eder Alexander Martínez Mena

Por lo que, existiendo el quórum establecido por ley, se procede a dar inicio a la etapa de admisión, evaluación, calificación de ofertas y de corresponder el otorgamiento de la buena pro.

- a) El Comité de selección, luego de proceder con la revisión en la Plataforma del SEACE V 3.0., se pudo constatar que se registraron los siguientes participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20110133091	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	14/04/2025	Válido
2	20111876097	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	08/04/2025	Válido
3	20263368992	CYMED MEDICAL SAC	07/04/2025	Válido
4	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	19/04/2025	Válido
5	20509997340	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	08/04/2025	Válido
6	20512709088	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	08/04/2025	Válido
7	20540726788	STEFANO & MASA S.A.C.	08/04/2025	Válido
8	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	09/04/2025	Válido
9	20551306128	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	05/04/2025	Válido
10	20553332975	SELLER MEDIC S.A.C.	09/04/2025	Válido
11	20601105994	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	13/04/2025	Válido
12	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	19/04/2025	Válido
13	20602734413	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	07/04/2025	Válido
14	20604458944	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	08/04/2025	Válido
15	20606823976	EROSMEDIC S.A.C.	15/04/2025	Válido
16	20608966405	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	08/04/2025	Válido
17	20610751505	CORPORACION IMPORTADORA DEL PERU BALPROJ S.A.C.	14/04/2025	Válido
18	20610815341	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	08/04/2025	Válido
19	20610826700	RALPER IMPORT PERU S.A.C.	14/04/2025	Válido
20	20611300701	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/04/2025	Válido
21	20612214949	MEDISONICPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	08/04/2025	Válido

- b) Acto seguido, se verificó que con fecha 15 de mayo del 2025, se registraron tres (03) ofertas de manera electrónica, mediante la plataforma del SEACE V 3.0., como detallo a continuación:



Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20551306128	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	15/05/2025	21:19:32	Enviado	Válido
2	20509997340	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	15/05/2025	22:14:24	Enviado	Válido
3	20601105994	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/05/2025	15:41:24	Enviado	Válido

- c) Acto seguido, se procedió a descargar de la plataforma del SEACE V 3.0., las ofertas registradas, y actuando de acuerdo a lo establecido en el numeral 73.2. del Artículo 73° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, donde se establece que: **"Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52° y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida."**; proceden a verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señalada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, por lo que se encontraron los resultados que yacen en el **ANEXO N° 01**.

DECLARATORIA DE DESIERTO

El Comité de Selección declara desierto el presente procedimiento de selección por no quedar ninguna oferta válida, mismas que no cumplen con lo establecido por las especificaciones técnicas plasmadas en el requerimiento.

Siendo las 19:13 horas del día 28 de mayo del 2025, se suscribe la presente acta en señal de conformidad.

Presidente Suplente: **Lic. TM. Cinthia Flores Sernaqué**

Primer Miembro titular: **Ing. Junior Armando Clavijo Correa**

Segundo Miembro titular: **Lic. Adm. Eder Alexander Martínez Mena**



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
HOSPITAL DE APOYO II-1 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



ANEXO N° 01

N°	POSTORES	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA						Ficha técnica o catálogo	ADMITIDA/NO ADMITIDA
		ANEXO N° 01	VIGENCIA DE PODER / DNI	ANEXO N° 02	ANEXO N° 03	ANEXO N° 04	ANEXO N° 05	ANEXO N° 06	
01	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta (23 d.c.)	No aplica	S/ 249,900.00	NO ADMITIDA
02	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta (24 d.c.)	No aplica	S/ 307,249.00	NO ADMITIDA
03	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta (24 d.c.)	No aplica	S/ 299,000.00	NO ADMITIDA

El postor **DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.**, no se admite su oferta, ya que en el ítem A15, no da cumplimiento a lo solicitado: "LÍNEA GUÍA DE BIOPSIA EN PANTALLA CON REALCE DE AGUJA Y AJUSTE AUTOMÁTICO", sin embargo, el bien ofertado cuenta con: KIT DE BIOPSIA: PARA SONDA CONVEXA/LINEALTV/MICROCONVEXA RESPECTIVAMENTE, por otro lado en la página 41 señala: Biopsia, Nivel de biopsia, super aguja y ángulo de la aguja; por lo que, no se da cumplimiento a lo establecido para lo consignado como: AJUSTE AUTOMÁTICO".

El postor **INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC**, no se admite su oferta, debido a que no establece en la hoja de presentación del producto el año de fabricación del bien ofertado, tal cual estableció en la **primera convocatoria** (año 2024) del procedimiento de selección como se detalla a continuación:



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
HOSPITAL DE APOYO II-1 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



idisac

000010

HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR		Nº ÍTEM
INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC		1
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	ECOGRAFO ULTRASONIDO	
MARCA	MINDRAY	RESONA I9
AÑO DE FABRICACIÓN	2024	PAIS DE ORIGEN
CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR:	01	CHINA
VIGENCIA DE LA GARANTÍA	36 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN
		24 DIAS
		CALENDARIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (según esta indicado en la hoja de las especificaciones técnicas).		
A GENERALES		El sustento se encuentra en la folletera en el folio número:
A01 UNIDAD MOVIL EN UNA ESTRUCTURA		

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
HOSPITAL DE APOYO II-1 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



Mientras en la presente segunda convocatoria (año 2025) señala lo siguiente:

idisac

00000010

HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR			
INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING			
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ECOGRAFO ULTRASONIDO		
MARCA	MINDRAY	MODELO	RESONA I9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	Bien ofrecido cumple con el Requerimiento Técnico Mínimo.		El sustento se encuentra en la folletería en el folio número:
	SI	NO	
A GENERALES			
A01 UNIDAD MOVIL EN UNA ESTRUCTURA			

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
HOSPITAL DE APOYO II-1 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



No acredita de forma fehaciente lo establecido en el Capítulo III de las Bases Integradas para lo establecido:

- El (los) equipo(s), componentes y sus periféricos ofertados por los Contratistas deberán ser nuevos (sin uso), cumpliendo con las Características Técnicas descritas en las especificaciones técnicas. Los equipos, componentes y sus periféricos propuestos no serán un prototipo, ni tampoco serán repotenciados (refurbished). El año de fabricación del (los) equipo(s) deberán ser de doce (12) meses o menor, anterior a la fecha de presentación de la(s) propuesta(s).

Ahora bien, dentro de su oferta los únicos años que figuran dentro del cumplimiento de lo solicitado son 2023 (folios 29 al 34) lo cual contiene información para el equipo y 2024 (folio 35) dentro de la ficha de los transductores, como detalle a continuación:

RESONA I9

INFORMACIÓN AL PACIENTE
Rosa Elena Pineda
(Firma)



IMÁGENES 3D EN RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR



IMÁGENES 3D EN RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR CON ACTIVACIÓN DE SOFTWARE QUE PERMITE EVALUAR EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL AUTOMÁTICO



IMÁGENES 3D/ 4D EN TIEMPO REAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO DE 80 VOLUMENES POR SEGUNDO

Confidencial de Mindray 2023



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
HOSPITAL DE APOYO II-1 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



REGIONAL DIAGNOSTIC IMAGES S.A.C.
Renato Gómez Estrada
Gerente General

PD B01

Transductor arreglo
Convexo SC6-1s
Banda Ancha: 1.2-6.0
MHz
Radio de Curvatura:
60mm
Angulo de
visualización: 72°

PD B04

Transductor Arreglo
Lineal: L14-3Ws
Banda Ancha: 3.0-
18.0 MHz
Longitud de Arreglo:
50.8mm

PD B02

Transductor intracavitario
volumétrico DE11-3Ws
Banda Ancha: 2.0-9.0 MHz
Campo de Visión: 187°
Exámenes Gineco
Obstétricos y Urológicos

PD B03

Transductor Arreglo Convexo
volumétrico SD8-1s
Banda Ancha: 1.8-8.2 MHz
Campo de Visión : 91°

Confidencial de Mindray 2024



El postor **MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, no se admite su oferta, ya que en el ítem A06, no da cumplimiento a lo solicitado: "4 000 000 o MÁS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.", sin embargo, el bien ofertado cuenta con 3 504 310 canales no llegando a cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

ch / 8