

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetálicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El pozo a tierra (puesta a tierra) lo hará el BCR?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que las instalaciones eléctricas de la zona del laboratorio cuentan con conexión a pozo tierra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hará la precisión en las bases

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetálicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La máquina viene de fábrica con un certificado acreditado de calibración, según las bases se pide una ¿verificación¿ del equipo una vez instalado.

PREGUNTA 1: Se está solicitando una verificación o una calibración de la máquina?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que sí se esta solicitando una verificación cuando el equipo este instalado, según lo señalado en el numeral 4.1 del capitulo III de la sección específica de las bases que indica lo siguiente " Debe incluir el certificado de calibración de fábrica. El contratista deberá realizar y/o coordinar la verificación del equipo instalado en la Casa Nacional de Moneda (CNM), el cual debe realizarse por un laboratorio de materiales adscrito a International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o similar, quien debe emitir certificado, constancia y/o reporte de verificación del equipo de laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PREGUNTA: existe una mesa, soporte o lugar elevado dónde colocar la máquina?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo señalado por el participante. Sí se cuenta con una mesa fija de cemento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hará la precisión en las bases

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetálicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El motor de la máquina debe ser DC o AC que es libre de mantenimiento?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se ha solicitado un tipo de motor con alimentación específica. Sin embargo, el tipo de motor que oferte el postor debe ser compatible con el ensayo de fuerza de desprendimiento, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 2 del capítulo III de la sección específica de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sobre el sistema motriz, cuál es la precisión requerida para el posicionamiento?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se ha señalado una precisión de posicionamiento en específico. Sin embargo, esta debe asegurar el correcto funcionamiento del herramental en el ensayo de fuerza de desprendimiento en los cospeles bimetalicos (extracción del núcleo de aleación de cobre del anillo de acero); en cumplimiento a lo señalado en el numeral 4.4 del capítulo III de la sección específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Sobre la medición de fuerza o carga, la celda de carga debe ser clase 0.5 o clase 1? Según DIN EN ISO 7500/1 o ASTM A4

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se ha señalado un valor de sobrecarga. Sin embargo, debe cumplir la capacidad del marco de ensayo: 5kN; en cumplimiento a lo señalado en el numeral 4.1 del capítulo III de la sección específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Sobre la medición de fuerza o carga, hasta que sobrecarga requiere el BCR que opere la máquina sin daño de la celda de carga?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se ha señalado un tipo de celda de carga. Sin embargo, debe cumplir la capacidad del marco de ensayo: 5kN; en cumplimiento a lo señalado en el 4.1 del capítulo III de la sección específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetálicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Cuál es la velocidad de adquisición de datos que se requiere en la electrónica de control?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se ha señalado una velocidad en específico. Sin embargo, debe cumplir con el ensayo mecánico de fuerza de desprendimiento, en cumplimiento a lo señalado en el 2 del capítulo III de la sección específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetálicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Cuál es la velocidad de transición de datos desde la electrónica de control hacia la PC?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se ha señalado una velocidad de transición de datos en específico. Sin embargo, el numeral 4.2 del capítulo III de la sección específica de las bases, señala que el software debe permitir la visualización de los datos en pantalla en tiempo real.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La interface entre la PC y la máquina puede ser con cable ETHERNET? Que es lo internacionalmente recomendable para máquinas industriales y PC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La interface entre PC y Maquina podrá ser con cable ethernet u otros, siempre y cuando sea compatible con el ensayo mecánico de fuerza de desprendimiento, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 2 del capítulo III de la sección específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Cuál es el máximo nivel de ruido expresado en dB (decibeles) que aceptará el BCR?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es deseable que el máximo nivel de ruido expresado en dB (decibeles) sea de hasta 65 db.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hará la precisión en las bases

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Cuál es el peso máximo permitido por la mesa o soporte del laboratorio en el BCR?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la mesa es fija y de cemento, la cual puede soportar las dimensiones máximas del equipo especificadas en numeral 4.1 del capítulo III de la sección específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Una velocidad de desplazamiento entre 0.0005 y 1,500 será aceptada por el área usuaria?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El rango indicado en las bases en el capítulo III numeral 4.1 es "Velocidad de desplazamiento 0,5-500 mm/min", el rango ofertado debe contener al rango especificado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetálicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Una velocidad de desplazamiento entre 0.0005 y 1,500 será evaluada en la evaluación técnica?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se califica el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el capítulo III de las bases "Especificaciones de equipo para medir fuerza desprendimiento"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se puntuará igual una versión de software en castellano que una versión en un idioma extranjero?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se califica el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el capítulo III de las bases "Especificaciones de equipo para medir fuerza desprendimiento"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetálicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

NO se menciona, pero cuál es la mínima versión del sistema operativo que requiere el BCR?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la versión del sistema operativo se describe en el Capítulo III numeral 4.3 de las bases que indica lo siguiente "Sistema operativo de 64 bits o superior para uso profesional, compatible con software de equipo para medir fuerza de desprendimiento".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetalicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Por el principio de vigencia tecnológica, ofreceremos la versión de Windows 11, es esta versión aceptada o se requiere una versión mayor o actual?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Windows 11 es un sistema operativo de 64 bit, por lo tanto cumple con lo especificado en el capitulo III numeral 4.3, que señala que el sistema operativo podrá ser de 64 bits o superior para uso profesional, compatible con software de equipo para medir fuerza de desprendimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipo de laboratorio para medir la fuerza de desprendimiento en cospeles bimetálicos

Ruc/código :	20426843502	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:10

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

No se menciona, PERO , el software debe permitir exportar los resultados a EXCEL, WORD, SAP, ORACLE o similares y formato PDF o solamente en PDF?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el software debe permitir exportar los resultados a otra PC u otro periférico, el cual debe realizarse en formatos compatibles como CSV, TXT o PDF. Deseable que la exportación se realice en formatos XLS o XLSX. Se integrara en el numeral 4.2 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hará la precisión en las bases