

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS E INSUMOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS POR PERIODO DE 12 MESES. CON ENTREGAS TRIMESTRALES.

Ruc/código :	20600956222	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA MUNDOMED E.I.R.L.	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DICE: COLORANTE EOSINA Y (AMARILLENTO) X 200 G, 2. PRESENTACION Frasco de 200 g. SE CONSULTA, ¿PODEMOS PRESENTAR OFERTA EN UNA PRESENTACIÓN Frasco de 100 g, EL CUAL SUMARIAN POR 2 PARA ALCANZAR EL EQUIVALENTE A 200 g?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO A Literal: 4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTE CONSULTA ES CONSIDERADA COMO OBSERVACION Y EL AREA USUARIA ABSUELVE COMO TAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, LOS POSTORES DEBERA CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS E INSUMOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS POR PERIODO DE 12 MESES. CON ENTREGAS TRIMESTRALES.

Ruc/código :	20600956222	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA MUNDOMED E.I.R.L.	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 18.- FORMALDEHIDO - 37% P.A. X 1 L, dice en las características que debe tener una Concentración 37%. Se consulta ¿Podemos presentar oferta en el rango de concentración de 37% a 40%?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO A Literal: 18 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTE CONSULTA ES CONSIDERADA COMO OBSERVACION Y EL AREA USUARIA ABSUELVE COMO TAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION EN LA BASES INTEGRADAS SE INCLUIRA CONCENTRACION 37% A 40%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS E INSUMOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS POR PERIODO DE 12 MESES. CON ENTREGAS TRIMESTRALES.

Ruc/código :	20600956222	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA MUNDOMED E.I.R.L.	Hora de envío :	20:40:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: Ficha Técnica del bien ofertado, acompañado de folletos, o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o brochures o cartas EMITIDAS por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o filial sucursal o subsidiaria de manera indistinta.

El Ministerio de Salud indica que, para determinar si los productos requieren de registro sanitario, es necesario contar con la información del fabricante (INSERTO, especificaciones técnicas, uso previsto, forma de presentación, ROTULADO, etc.), en idioma español.

Siendo asi, consultamos si ¿Seguira siendo necesario la presentacion de Ficha Técnica del bien ofertado, [...], si este cuenta con el Análisis de Calidad? El mismo que para su emisión requiere de la información antes mencionada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: d Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTE CONSULTA ES CONSIDERADA COMO OBSERVACION Y EL AREA USUARIA ABSUELVE COMO TAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y EN LAS BASES INTEGRADAS SERA DE LA ISGUIENTE MANERA: : FICHA TÉCNICA DEL BIEN OFERTADO, ACOMPAÑADO DE FOLLETOS, O INSERTOS O INSTRUCTIVOS O CATÁLOGOS, O MANUALES O BROCHURES O CARTAS O ANALISIS DE CALIDAD, EMITIDAS POR EL FABRICANTE O FABRICANTE LEGAL O DUEÑO DE LA MARCA O FILIAL SUCURSAL O SUBSIDIARIA DE MANERA INDISTINTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS E INSUMOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS POR PERIODO DE 12 MESES. CON ENTREGAS TRIMESTRALES.

Ruc/código :	20528443983	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE INNOVACIONES APLICADAS A LA MEDICINA Y A LA INVESTIGACION CIENTIFICA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PAUQTE NRO 9 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA

1. CARBONATO DE LITIO X 250 G, Solicitamos se agregue equivalencia según presentación ofertada x 500 G,

3. COLORANTE HEMATOXILINA DE HARRIS X 1 L, Solicitamos se incluya pH de 2,5 - 3,0

4. COLORANTE EOSINA Y AMARILLENTO X 200 G, Solicitamos se modifique a 100 G o se agregue equivalencia según presentación ofertada.

POR EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO POR LO CUAL SE EXORTA AL COMITE DE SELECCION AGREGAR LA EQUIVALENCIA SEGUN PRESENTACION

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP 3 **Literal:** anexo A **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTE CONSULTA ES CONSIDERADA OBSERVACION Y EL AREA USUARIA ABSUELVE COMO TAL:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIAL 1. CARBONATO DE LITIO X 250 G, NO SE ACOGE DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES, ITEM 3. COLORANTE HEMATOXILINA DE HARRIS X 1 L, SOLICITAMOS SE INCLUYE PH DE 2,5 - 3,0 Y ITEM 4. COLORANTE EOSINA Y AMARILLENTO X 200 G, NO SE ACOGE, DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS E INSUMOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS POR PERIODO DE 12 MESES. CON ENTREGAS TRIMESTRALES.

Ruc/código :	20528443983	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE INNOVACIONES APLICADAS A LA MEDICINA Y A LA INVESTIGACION CIENTIFICA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

anexo A, ITEM 7. POLIMERO DE ACRILATOS EN XILENO X 500 ML, Solicitamos se incluya la grado de viscosidad de 250 a 600 mPa*S

anexo A, ITEM 8. DESPARAFINIZANTE Y ACLARANTE PARA HISTOPATOLOGÍA, Solicitamos se incluya la concentración de pureza: >= 99.8%.

POR EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO POR LO CUAL SE EXORTA AL COMITE DE SELECCION AGREGAR LO SOLICITADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP 3 **Literal:** anexo A **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULA 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTE CONSULTA ES CONSIDERADA COMO OBSERVACION POR LO QUE EL AREA USUARIA ABOSUELVE COMO TAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIAL , ITEM 7. POLIMERO DE ACRILATOS EN XILENO X 500 ML, SE INCLUYE LA GRADO DE VISCOSIDAD DE 250 A 600 MPA*S Y ITEM 8. DESPARAFINIZANTE Y ACLARANTE PARA HISTOPATOLOGÍA, SOLICITAMOS SE INCLUYE LA CONCENTRACIÓN DE PUREZA: >= 99.8%

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS E INSUMOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS POR PERIODO DE 12 MESES. CON ENTREGAS TRIMESTRALES.

Ruc/código :	20528443983	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE INNOVACIONES APLICADAS A LA MEDICINA Y A LA INVESTIGACION CIENTIFICA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

anexo A, ITEM 11. ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 99.7 % P.A. X 1 L, Solicitamos se incluya la concentración de pureza: >= 99.9%

anexo A, ITEM 13. LAMINA CON CARGA PARA INMUNOHISTOQUIMICA X 100, Solicitamos se modifique a 72 unidades

POR EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO POR LO CUAL SE EXORTA AL COMITE DE SELECCION AGREGAR LO SOLICITADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP 3 **Literal:** anexo A **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTE CONSULTA ES CONSIDERADA COMO OBSERVACION Y EL AREA USUARIA ABSUELVE COMO TAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIAL: ITEM 11. ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 99.7 % P.A. X 1 L, SE INCLUYE LA CONCENTRACIÓN DE PUREZA: >= 99.9%. Y ITEM 13. LAMINA CON CARGA PARA INMUNOHISTOQUIMICA X 100, SE MODIFICA A 72 UNIDADES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS E INSUMOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS POR PERIODO DE 12 MESES. CON ENTREGAS TRIMESTRALES.

Ruc/código :	20528443983	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE INNOVACIONES APLICADAS A LA MEDICINA Y A LA INVESTIGACION CIENTIFICA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

anexo A, ITEM 18. FORMALDEHIDO 37 % P.A. X 1 L, Solicitamos se incluya la concentración de Metanol 9.0 - 11.00 %.

anexo A, ITEM 20. CUCHILLA DESCARTABL DE PERFIL ALTO PARA MICROTOMO DE ROTACION , Solicitamos se incluya las medidas longitud 80.00 mm , perfil 14.16 mm y espesor 0.356 mm

POR EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO POR LO CUAL SE EXORTA AL COMITE DE SELECCION AGREGAR LO SOLICITADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP 3 **Literal:** anexo A **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTE CONSULTA ES CONSIDERADA COMO OBSERVACION Y EL AREA USUARIA ABSUELVE COMO TAL:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE POR LO QUE EN LAS BASES SE INCLUIRA ITEM 18 CONCENTRACION DE METANOL 9.0-11.00% y el ITEM 20. CUCHILLA DESCARTABL DE PERFIL ALTO PARA MICROTOMO DE ROTACION, SE INCLUYE LAS MEDIDAS LONGITUD 80.00 MM, PERFIL 14.16 MM Y ESPESOR 0.356 MM.