

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-36-2024-GOB.REG.TACNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE HOMODIALISIS, EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACN

Ruc/código :	20517003337	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	PRIMEDIC COMPANY S.A.	Hora de envío :	18:03:35

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONSIDERAR EL FACTOR TIEMPO DE ENTREGA COMO FACTOR DE EVALUACION DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 036-2024-GOB.RED.TACNA. SEGUN LO SIGUIENTE:
1 A 10 DIAS DE ENTREGA - 15 PUNTOS
11 A 20 DIAS DE ENTREGA - 5 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, señalar que los factores se han determinado en función al resultado de la indagacion de mercado, en el cual no se ha observado que existen proveedores que han mejorado el plazo de entrega establecido en el Requerimiento.
Por tanto, en atención al principio de eficiencia y eficacia consagradas en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones, y a fin de garantizar la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos, este Comité de Selección NO ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-GOB.REG.TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE HOMODIALISIS, EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACN

Ruc/código :	20605335803	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	PORTUGAL & ASOCIADOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL "IMPEDANCIOMETRO BCM" SE OBSERVA QUE EL PUNTO A03: RANGO DE FRECUENCIA: 5KHZ - 1MHZ O MÁS..." ES UNA CARACTERISTICA ESPECÍFICA DE UNA MARCA EN EL MERCADO, LO CUAL LIMITA LA PLURALIDAD DE LAS OFERTAS. EN ESE SENTIDO SE SOLICITA CONSIDERAR QUE SEA : " RANGO DE FRECUENCIA: 1khz - 500 khz o más."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: XVI Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría aclara y precisa parcialmente la consulta realizada por el postor, por lo cual modifica el rango de frecuencia de 5KHZ a 500KHZ o mas amplio, precision de 0.05% aprox., con la finalidad de cumplir con una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realiza modificación en las especificaciones técnicas de lo siguiente:

- A. CARACTERISTICAS GENERALES:
- A01 EQUIPO PARA ESTABLECER EL ESTADO DE HIDRATACION Y COMPOSICION PORTATIL
 - A02 CON PANTALLA EN EL PANEL DE EQUIPO PARA VISUALIZAR PARAMETROS SEGÚN SOFTWARE
 - A03 RANGO DE FRECUENCIA DE MEDICION 5KHZ A 500HKZ O MAS AMPLIO PRESICION DE 0.05 % APROX.
 - A04 CORRIENTE DE MEDICIONDE ENTE 50¿800 ua, SIN SALTOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-GOB.REG.TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE HOMODIALISIS, EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACN

Ruc/código :	20605335803	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	PORTUGAL & ASOCIADOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:36:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO"IMPEDANCIOMETRO BCM" SE OBSERVA QUE EL PUNTO "A03 RANGO DE FRECUENCIA: 5KHZ -1 MHZ O MÁS" ES UNA CARACTERÍSTICA DE UNA MARCA ESPECÍFICA DEL MERCADO, POR LO QUE SE VULNERA LA PLURALIDAD DE LAS OFERTAS. EN ESE SENTIDO SE SOLICITA CONSIDERAR EN EL PUNTO "A03 RANGO DE FRECUENCIA: 1KHZ - 500 KHZ O MÁS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: XVI Literal: A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría aclara y precisa parcialmente la consulta realizada por el postor, por lo cual modifica el rango de frecuencia de 5KHZ a 500KHZ o mas amplio, precisión de 0.05% aprox., con la finalidad de cumplir con una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realiza modificación en las especificaciones técnicas de lo siguiente:

A. CARACTERISTICAS GENERALES:

- A01 EQUIPO PARA ESTABLECER EL ESTADO DE HIDRATACION Y COMPOSICION PORTATIL
- A02 CON PANTALLA EN EL PANEL DE EQUIPO PARA VISUALIZAR PARAMETROS SEGÚN SOFTWARE
- A03 RANGO DE FRECUENCIA DE MEDICION 5KHZ A 500HKZ O MAS AMPLIO PRESICION DE 0.05 % APROX.
- A04 CORRIENTE DE MEDICIONDE ENTE 50¿800 ua, SIN SALTOS.