

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09/08/2023
1.2 ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE BOLSA COLECTORA PARA CONTROL DE DIURESIS X 2 L
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0011 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	125
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE COMPRA N° 579-2023	Fecha de recepción	30/01/2023		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	09/05/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones	Fecha de remisión de la comunicación
------------------------------------	---------	---------------------------------	---	---	--------------------------------------	--	---	--------------------------------------



			al requerimiento			al requerimiento	
1	1	-	-	-	1	Informe N° 131-2023-UF- ADQ-OL- OGA/INEN	14/03/2023
<p>Evaluar las siguientes observaciones:</p> <p><b>Observación N° 01:</b>  <b>Se solicita:</b>            - Catéter conector libre de LATEX + PVC + DEHP            - Dos (02) válvulas antirreflejo: * Una integrada al conector y tapa protectora (poliuretano, polietileno). * Entre bolsa colectora y contenedor de medición.            - Bolsa fija drenaje libre de LATEX + PVC + DEHP  <b>Se requiere:</b> revisar las características técnicas ya que las características que solicitan corresponden a la bolsa de diuresis de la marca CONVATEC y no habría pluralidad de marca ni de postores y sería bueno tomar en cuenta los procesos de selección del año 2021 donde las características técnicas estaban abiertas y si había pluralidad de marca y postores as-sm-35-2021- inen-1</p>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuario	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuario	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	-	-	-	1	Memo N° 2892-2023- DF- DISAD/INEN	09/05/2023
Según especificaciones técnicas en su 2da Versión							

2.1 0		AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento	
	Según especificación técnicas en su 2da Versión	

### 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/06/2023
-----	---	------------	--	------------

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	INSUMOS MEDICOS F&J S.A.C. y GRUPO DYS S.R.L.			

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	CONOD y URO-FLEX			

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				



4

**Don. RAUL VASQUEZ MATA LLANA**  
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones Logística  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

