

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TEST DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON ECU PARA SERVICIOS DE LABORATORIO DE LAS IPRESS RPL

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/10/2024

Hora de envío : 18:36:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para el plazo de la primera entrega de reactivos y equipo en cesión de uso solicitan 10 días a partor de la emisión de la orden de compra, considerando la cantidad de analizadores a entregar e instalar y, considerando también las diferentes localidades para dichas entregas, solicitamos amablemente al comité de selección tengan a bien aceptar un plazo de entrega de 30 días a partir de la emisión de la primera orden de compra, para garantizar una entrega e instalación oportuna y adecuada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** A **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se acepta la consulta la primera entrega del producto como del equipo en cesión en uso debe realizarse como máximo a los diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación vía correo electrónico de la orden de compra respectiva

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-17-2024-ESSALUD/RPL-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE TEST DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON ECU PARA SERVICIOS DE LABORATORIO DE LAS IPRESS RPL

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro de la medición de la Hemoglobina glicosilada se pueden detectar diferentes variantes de gran utilidad para un diagnóstico preciso y exacto, siempre y cuando ninguna de ellas interfiera con los resultados de la HbA1c, es por ello que sería beneficioso para el área usuaria que cuente con una tecnología que permita esa diferenciación, por lo cual consultamos amablemente al área usuaria pueda considerar la siguiente mejora:
- Determinación de HbF con un porcentaje de tolerancia de 30%, lo cual permitiría un mayor rango de detección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se acepta las mejoras tecnológicas para permitir la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null