

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAFAP

Ruc/código : 20468787360

Fecha de envío : 24/04/2023

Nombre o Razón social : ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C

Hora de envío : 17:00:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como documentación de admisión el comité solicita lo siguiente:

h) Copia simple de los catálogos, folletos o documentos emitidos por el fabricante que acredite el cumplimiento de las características técnicas del equipo biomédico ofertado en cesión de uso.

De acuerdo a lo señalado en la Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha establecido lo siguiente: ¿(...) no es posible acreditar la totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad¿.

En ese sentido, solicitamos gentilmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria especificar que EETT del equipo en cesión de uso se acreditarán con Copia simple de los catálogos, folletos o documentos emitidos por el fabricante

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: h) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que las especificaciones técnicas mínimas del equipo en cesión de uso, que se debe acreditar con la documentación establecida en el literal h) de la documentación de presentación obligatoria; y que se deberán consignar en el Anexo 3-B, son las siguientes:

- Equipo con automatización
- Calibración y diluciones automáticas
- Código de barras para muestras y reactivos
- Posición para muestras urgentes (Stat).
- Que se pueda utilizar tubo primario y/o copas simultáneamente.
- Reactivos listos para usar
- Metodologías: Inmunoensayo - quimioluminiscencia

Asimismo, se precisa que de manera opcional los postores podrán acreditar otras EETT que estimen ser de relevancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especificaciones técnicas que se debe acreditar en el Anexo 3-B.

- Equipo con automatización
- Calibración y diluciones automáticas
- Código de barras para muestras y reactivos
- Posición para muestras urgentes (Stat).
- Que se pueda utilizar tubo primario y/o copas simultáneamente.
- Reactivos listos para usar
- Metodologías: Inmunoensayo - quimioluminiscencia.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	24/04/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:00:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases observamos que solicitan una fecha de expiración de seis (6) meses como mínimo, expiración imposible de cumplir por los protocolos de fabricación, procesos de importación y nacionalización de los mismos. Solicitamos amablemente al comité en conjunto con el área usuaria considerar como fecha de expiración de cuatro (4) meses y con carta de compromiso de canje si la vigencia fuera menor esto sin perjuicio a afectar a la institución.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.3.12 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que con la finalidad de pluralidad de postores, la fecha de expiración de los bienes será de cuatro (4) meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fecha de expiración cuatro (4) meses.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	24/04/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:27:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité aceptar la presentación de cada fabricante, 50 y/o 100 determinaciones, con la finalidad de fomentar los principios de la Ley de contrataciones como el de Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad, Vigencia Tecnológica y Trato Justo e Igualitario y de Equidad, comprometiendonos a cumplir con la cantidad de pruebas solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.3.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que con la finalidad del menor gasto de consumo de reactivos para realizar calibraciones por cambio de lotes, se requiere que la prestación sea igual o mayor a 100 Determinaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	24/04/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:27:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

GARANTÍA Y FECHA DE EXPIRACIÓN

Solicitamos al comité aclarar si la garantía mínima con dieciocho (18) meses o doce (12) meses, contabilizados a partir de la recepción, al parecer a habido un error de tipeo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.3.12 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que la garantía será de doce (12) meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Garantía de los bienes doce (12) meses.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	24/04/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:27:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aclarar que los puntos a sustentar del equipo en cesión de uso con:

- Equipo con automatización total con mínima manipulación del personal en el proceso analítico.
- Gran capacidad para ingreso de muestras: más de 72 muestras con tubo primario como mínimo.
- Calibración y diluciones automáticas. Se precisa que este punto se refiere a la dilución automática, la calibración es decidido por el Operador.

- Código de barras para muestras y reactivos; opcionalmente se aceptará también reactivos identificados por código de barras o RFID (Que incluya sistema Housequering).

Se precisa que si los reactivos son identificados por código de barras o RFID, el Sistema Housequering será considerado de manera opcional.

- Posición para muestras urgentes (Stat).
- Que se pueda utilizar tubo primario y/o copas simultáneamente.
- Reactivos listos para usar con carrusel de más de 20 (20 pruebas) en simultaneo a bordo
- Emisión de resultados a los 20 a 30 minutos.
- Metodologías: Inmunoensayo enzimático con macropartículas ó quimioluminiscencia ó electroquimioluminiscencia ó Inmunoensayo de polarización de la Fluorescencia
- Año de fabricación 2014, como mínimo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1. **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica y aclara que las especificaciones técnicas generales del equipo en cesión de uso, son las que se encuentran detalladas en el numeral 3.1.3.3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	24/04/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:27:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar que las demás especificaciones que no se haya solicitado acreditar con respecto al equipo en cesión de uso, sean sustentadas con declaración jurada emitida por el postor o con el ANEXO N° 3 de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.3.3. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que las especificaciones técnicas mínimas del equipo en cesión de uso, que se debe acreditar con la documentación establecida en el literal h) de la documentación de presentación obligatoria; y que se deberán consignar en el Anexo 3-B, son las siguientes:

- Equipo con automatización
- Calibración y diluciones automáticas
- Código de barras para muestras y reactivos
- Posición para muestras urgentes (Stat).
- Que se pueda utilizar tubo primario y/o copas simultáneamente.
- Reactivos listos para usar
- Metodologías: Inmunoensayo - quimioluminiscencia

Asimismo, se precisa que de manera opcional los postores podrán acreditar otras EETT que estimen ser de relevancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especificaciones técnicas que se debe acreditar en el Anexo 3-B.

- Equipo con automatización
- Calibración y diluciones automáticas
- Código de barras para muestras y reactivos
- Posición para muestras urgentes (Stat).
- Que se pueda utilizar tubo primario y/o copas simultáneamente.
- Reactivos listos para usar
- Metodologías: Inmunoensayo - quimioluminiscencia.