

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE OSMOSIS AUTOMATIZADA A TODO COSTO PARA EL IOARR:
ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20411703950	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CHEM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿El Equipo de osmosis que se requiere es de doble paso (un agua mas pura) o de doble etapa (mas caudal de agua)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 01 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según respuesta del Area Usuaría. Se aclara el equipo osmosis que se requiere será suministrada por agua blanda y su procesamiento brindará agua osmotizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE OSMOSIS AUTOMATIZADA A TODO COSTO PARA EL IOARR:
ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20411703950	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CHEM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
¿El filtro ablandador y filtro de carbón activado tienen algún dimensionamiento? ó nos guiamos en base al caudal de producción del equipo de osmosis (2880 a 3168 GPD)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según respuesta del Area Usuaría. Se aclara el filtro ablandador y filtro de carbón activado serán acordes en dimensionamiento al caudal de producción del equipo osmosis solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE OSMOSIS AUTOMATIZADA A TODO COSTO PARA EL IOARR:
ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20411703950	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CHEM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Se realizará trabajos civiles?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 03 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun respuesta del Area Usuaría.Se aclara si se realizará trabajos civiles concernientes a la instalación de tuberías de cobre conforme a las condiciones establecidas, el fin es el suministro de agua osmotizada a la central de esterilización del Hospital Regional Moquegua, por ende, se realizaran instalaciones de tuberías de cobre del segundo nivel hacia la planta de tratamiento del sistema osmosis ubicado en el techo de dicho nivel para el suministros de agua blanda después del tratamiento se tendrá agua osmotizada que debe bajar al segundo nivel hacia las autoclaves de la central de esterilización mediante tuberías de cobre por ende el funcionamiento cerrado del sistema osmosis segun planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE OSMOSIS AUTOMATIZADA A TODO COSTO PARA EL IOARR:
ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20411703950	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CHEM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
¿Que tipo de agua es la que se desea tratar (agua de pozo, agua potable, etc.)?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 04 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según respuesta del area usuaria. Se aclara se tratará agua blanda suministrada por el Hospital Regional de Moquegua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE OSMOSIS AUTOMATIZADA A TODO COSTO PARA EL IOARR:
ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:44:44

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Observamos en el Requisitos de calificación, hacen referencia en CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: Profesional Encargado del Proceso de Instalación y puesta en Marcha del Equipo Objeto del contrato: Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Eléctrico. Se tomará en cuenta después de la colegiatura. En ese sentido, solicitamos al comité, en considerar la siguiente profesional de carrera con mención de: ¿ INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO

Para mayor concurrencia de postores y no exista imparcialidad en participación de postores, solicitamos que, se consideren en las bases lo antes mencionado, según el Artículo 2, de la Ley de Contrataciones con el Estado. Con el fin de no perjudica la libre competencia de postores, y con ello no observa el ¿Principio de Libertad de concurrencia¿

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: c.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley Nº 30225, Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun respuesta del area usuaria. No se acoge la observación, en razón que en experiencia del personal clave ya se establece lo solicitado Ingeniero Sanitario, a su vez se precisa que para la evaluación se debe adjuntar copia del título, colegiatura y documentos que acrediten la experiencia después de la colegiatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE OSMOSIS AUTOMATIZADA A TODO COSTO PARA EL IOARR:
ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:44:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité, aclarar o indicar a calidad del agua fuente a tratar. Análisis de parámetros físico-químicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun respuesta del Area Usuaria. Se aclara, Teniendo en cuenta que el agua a tratar es agua blanda, después del tratamiento en el equipo a adquirir e instalar se obtendrá agua osmotizada cada postor dimensiona lo necesario para el mejor funcionamiento del equipo propuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE OSMOSIS AUTOMATIZADA A TODO COSTO PARA EL IOARR:
ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:44:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité, aclarar o especificar la cantidad de baterías de filtros e indicar que tipo de material filtrante ira.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun Respuesta DEL AREA USUARIA. Se aclara, cada postor oferta según su sistema deberá ofrecer lo necesario para su equipo teniendo en cuenta que el agua a tratar es agua blanda y resultado del tratamiento se debe obtener agua osmotizada en base a las especificaciones técnicas descritas. Para mejor apreciación se podría visitar las instalaciones del Hospital Regional de Moquegua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE OSMOSIS AUTOMATIZADA A TODO COSTO PARA EL IOARR:
ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:44:44

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité, aclarar o Indicar las características del ablandador y filtro de carbón activado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según respuesta del area usuaria, se aclara teniendo en cuenta que el agua a tratar es agua blanda y resultado del tratamiento se debe obtener agua osmotizada cada postor oferta según su diseño necesario para su equipo en base a las especificaciones técnicas descritas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null