

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 18/06/2024

Hora de envío : 14:47:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la pág. 21, en en características del analizador hematológico automatizado, en METODOLOGÍA solicitan citometría de flujo con dispersión de luz led azul. Con respecto al término "DISPERSIÓN DE LUZ LED AZUL". Se sabe que en el mercado existen diferentes analizadores de hematología que utilizan diferentes terminologías para su metodología. En este aspecto, entendemos que también aceptarán la terminología "DISPERSIÓN DE LUZ LÁSER". Solicitamos amablemente al comité de selección ACLARAR si nuestro entender es correcto con el fin de evitar ambigüedades en la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptaran las metodologías: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptaran las metodologías: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la pág. 22, literal 4, en características del analizador hematológico automatizado, solicitan que contenga alarma para eritrocitos anormales, leucocitos y plaquetas. En el mercado existen diversos fabricantes donde usan otro tipo de terminología para presentar las alarmas de anomalías hematológicas pero que cumplen con el mismo propósito ya sea a través de íconos, textos, etc. En este sentido, solicitamos amablemente al comité de elección considerar aceptar la terminología de alarma de anomalías para eritrocitos anormales, leucocitos y plaquetas de acuerdo a la presentación y terminología de cada fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se incorporara la terminologia de alarma de anomalias para eritrocitos anormales, leucocitos y plaquetas de acuerdo a la presentacion y terminologia de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara la terminologia de alarma de anomalias para eritrocitos anormales, leucocitos y plaquetas de acuerdo a la presentacion y terminologia de cada fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la pág. 21, en en características del analizador hematológico automatizado, en METODOLOGÍA solicitan citometría de flujo con dispersión de luz led azul. Se sabe que actualmente en el mercado existen difrentes analizadores hematológicos que presentan diferentes metodologías que garantizan un resultado óptimo. En este aspecto, solicitamos amablemente al comite de selección evaluar aceptar ampliar las opciones de metodología del analizador agregando condicionales "y/o " a la nomenclatura. Quedando de la siguiente manera: Citometría de flujo y/o dispersión de luz, con el fin de garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptaran las metodologias: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptaran las metodologias: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la pág. 22, literal 4, en características del analizador hematológico automatizado, solicitan reactivos: bajo consumo y gestión ergonómica de los reactivos. Se sabe que el tipo de consumo de los reactivos varia de acuerdo al fabricante. En este sentido, solicitamos amablemente al comité de selección que evalúe aceptar que el tipo de consumo sea de acuerdo a la metodología de cada fabricante con el fin de pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se tiene espacio en el laboratorio , por lo que se solicita equipo con reactivos: bajo consumo y gestion ergonomica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la pág. 22, literal 4, en características del analizador hematológico automatizado, en CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES Y ACCESORIOS solicitan PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO incorporado en el sistema resumen de estadísticas y gráficas de Levy-Jennings, medias móviles (incluyendo el análisis X-B). Sabemos que en el mercado existen diferentes tipos de analizadores que utilizan diferentes formas de presentar el control de calidad en su software. En este aspecto, solicitamos amablemente al comite de selección evalúe aceptar que la presentación en el sistema del control de calidad sea de acuerdo a cada fabricante con el fin de garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por auditorías que solicitan los controles internos es que se solicita el sistema resumen de estadísticas y gráficas de Levy-Jennings, medias móviles (incluyendo el análisis X-B)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la pág. 22, literal 4, en características del analizador hematológico automatizado, en CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES Y ACCESORIOS solicitan PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO incorporado en el sistema resumen de estadísticas y gráficas de Levy-Jennings, medias móviles (incluyendo el análisis X-B). Sabemos que en el mercado existen diferentes tipos de analizadores que utilizan diferentes formas de presentar el control de calidad en su software. En este aspecto, solicitamos amablemente al comite de selección evalúe junto al área usuaria agregar condicionales "y/o" en la nomenclatura de la presentación del sistema del control de calidad considerando de la siguiente manera: Gráficas de Levy-Jennings y/o medias móviles (incluyendo el análisis X-E) con el fin de garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por auditorías que solicitan los controles internos es que se solicita el sistema resumen de estadísticas y gráficas de Levy-Jennings, medias móviles (incluyendo el análisis X-B)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la pág. 22, literal 4, en características del analizador hematológico automatizado, en MUESTRA solicitan un volumen de muestra menor o igual de 25 ul en tubos primarios con tapa, sin tapa y tubos pediatricos. En este sentido, solicitamos amablemente al comite de selección evalúe junto al área usuaria ampliar el rango del volúmen de muestra aspirada a "no menor de 38 ul" con el fin de garantizar la pluralidad de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

se solicita un volumen de muestra menor o igual de 25ul, ya que en el mercado exixten equipos de hasta 15ul de volumen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la pág. 22, literal 4, en características del analizador hematológico automatizado, en MUESTRA solicitan un volumen de muestra menor o igual de 25 ul en tubos primarios con tapa, sin tapa y tubos pediaticos. En este sentido, se entiende que el equipo pueda procesar en modalida tubos primarios con tapa y/o sin tapa y tubos pediátricos. Solicitamos amablemente al comite de selección aclarar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipo debe procesar tubos primarios con tapa, sin tapa y tubos pediaticos, las 3 opciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la pág. 22, literal 5 en PLAZA DE ENTREGA, solicitan 5 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, solicitamos amablemente al comité de selección ampliar dicho plazo a 7 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra con el fin de garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

se extiende a 10 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se extiende a 10 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la pág. 22, literal 4, en características del analizador hematológico automatizado, en CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES Y ACCESORIOS solicitan programa de control de calidad INTERLABORATORIAL en línea que permite la compración de datos del instrumento con otros del mismo modelo y mismo lote de control en el país. En este sentido, entendemos que se refieren por CONTROL DE CALIDAD INTERLABORATORIAL AL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. Solicitamos amablemente al comite de selección ACLARE si nuestro entender es correcto con el fin de evitar ambigüedades en la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere que el equipo entre en comparacion con sus equivalentes a nivel regional, nacional e internacional del mismo modelo, por lo que se requiere el control de calidad interlaboratorial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la pág. 14 en el numeral 1.2 objeto de convocatoria solicitan una cantidad de 20000 de determinaciones. En este aspecto, solicitamos amablemente al comite de selección en coordinación con el área usuaria pueda agregar un cronograma de entrega y/o aceptar que el cronograma se ajuste a la presentación y metodología del reactivo según cada fabricante y que las pruebas restantes se consideren como pruebas no efectivas por concepto de calibración y control, asimismo la reposición faltante se pueda ajustar al final de la última entrega para una mejor gestión del inventario de reactivos con el fin de garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 14

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acepta cronograma de entregas PRIMERA ENTREGA : Julio

SEGUNDA ENTREGA : Septiembre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acepta cronograma de entregas PRIMERA ENTREGA : Julio

SEGUNDA ENTREGA : Septiembre

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la página 15 de las bases señalan:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 5 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que cuando el último día del plazo de entrega sea inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal se considere como el último día del plazo de entrega al primer día hábil siguiente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9. Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS		
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-HCM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO		

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la página 16 de las bases solicitan:
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3)

Asimismo en dicho anexo precisa lo siguiente ""Adicionalmente puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.""

Por lo que, solicitamos al comite indique si requerirá documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de ser así, precisar que características y/o especificaciones técnicas deberán acreditarse para los equipos en cesión de uso y para cada uno de los reactivos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se solicita se acrediten documentalmente REACTIVOS: presentacion (descrita en la página 21 de las Bases) EQUIPOS: Tipo, Metodología, Performance, Características, Muestra, Reporte de Control Intenro Interlaboratorial de cliente de territorio nacional (Descritas en las páginas 21 y 22 de las Bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la página 16 de las bases solicitan:
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3)

Asimismo en dicho anexo precisa lo siguiente ""Adicionalmente puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases"".

En caso la entidad requiera documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Solicitamos al comite de selección acepte como documentos para la acreditación del cumplimiento a los catálogos y/o folletos y/o manuales y/o cartas y/o documentos técnicos emitidos por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o distribuidor autorizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1. Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se solicita se acrediten documentalmente REACTIVOS: presentacion (descrita en la página 21 de las Bases) EQUIPOS: Tipo, Metodología, Performance, Características, Muestra, Reporte de Control Intenro Interlaboratorial de cliente de territorio nacional (Descritas en las páginas 21 y 22 de las Bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la página 17 de las bases solicitan:

e) Presentar para el equipo en cesion de uso, informacion tecnica donde se acredite que cumple con las características técnicas requeridas.

Solicitamos al comité de selección precisar que características y/o especificaciones técnicas deberán acreditarse para el equipo en cesion de uso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: e. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se solicita se acrediten documentalmente EQUIPOS: Tipo, Metodología, Performance, Características, Muestra, Reporte de Control Intenro Interlaboratorial de cliente de territorio nacional (Descritas en las páginas 21 y 22 de las Bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas (Pag 17) se observa lo siguiente:

e) Presentar para el equipo en cesion de uso, informacion tecnica donde se acredite que cumple con las características técnicas requeridas.

Solicitamos al comite de selección acepte como documentos para la acreditación del cumplimiento a los catálogos y/o folletos y/o manuales y/o cartas y/o documentos técnicos emitidos por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o distribuidor autorizado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: e. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera que la informacion que se presente respecto a este punto deba ser emitido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la página 18 de las bases precisan:
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Al respecto, el artículo 148 del reglamento de la ley de contrataciones del estado indica ""Los documentos del procedimiento de selección establecen el tipo de garantía que corresponde sea otorgada por el postor y/o contratista, pudiendo ser carta fianza y/o póliza de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.

Por lo que, entendemos que para acreditar la ""Garantía de fiel cumplimiento del contrato"" se podrá presentar carta fianza o póliza de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.

Solicitamos al Comité de Selección indique si nuestra entender el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Artículo 152. Excepciones No se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los siguientes casos:
¿a) En los contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoría de obra, cuyos montos sean iguales o menores a Doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases administrativas (PAG. 19) con respecto al perfeccionamiento del contrato se indica:

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida a través de mesa de partes del Hospital Central de Majes Ing. Ángel Gabriel Chura Gallegos sito en Nro B-1 C.P El Pedregal sector (costado Fac. Agronomía de la UNSA y UCSM) Arequipa ¿ Caylloma ¿ Majes, en el horario de 7:30 a 3:30pm de lunes a viernes, atención a Oficina de Logística.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Comité de Selección nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona o área debe ir dirigida la carta con los requisitos para la suscripción del contrato?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.5. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBERA DIRIGIRSE A LA OFICINA DE LOGISTICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases administrativas (PAG. 25) se indica:

15.CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION Y ACREDITACION

[¿]

- Manual de Uso.

Sin embargo en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFIACION no se menciona la presentacion de dicho MANUAL DE USO, por lo que entendemos que la presentacion de este se realizara en la etapa ad e ejecucion contractual, especificamente en el ingreso de los equipos a la entidad.

Solicitamos a la entidad que precise si nuestra apreciacion es correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 25

Análisis respecto de la consulta u observación:

no corresponde usuario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases indican: (pag. 25 y 26)

- Registro sanitario o certificado sanitario vigente otorgado por la Autoridad nacional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (ANM). No se aceptaran productos cuyo registro sanitario este suspendido o cancelado. En caso aquellos productos por su naturaleza no requieran registro sanitario se aceptara el listado oficial actual publicado en la pagina web de DIGEMID de los bienes que no requieren de registro sanitario. [...]

Entendemos que la presentacion del Registro Sanitario solicitado corresponde SOLO al reactivo y NO es necesaria la presenteación del mismo para otros consumibles (Calibradores y/o soluciones de limpieza y/o controles, etc).

Solicitamos al OEC indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Solicita Registro Sanitario del Reactivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la Bases Administrativas solicitan lo siguiente: (PAG 25 y 26)

- Registro sanitario o certificado sanitario vigente otorgado por la Autoridad nacional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (ANM). No se aceptaran productos cuyo registro sanitario este suspendido o cancelado. En caso aquellos productos por su naturaleza no requieran registro sanitario se aceptara el listado oficial actual publicado en la pagina web de DIGEMID de los bienes que no requieren de registro sanitario. [...]

Solicitamos al comite de selección se acepte tambien el documento que acredite la Reinscripción del Registro sanitario (VUCE) para la presentacion de la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acepta reinscripcion del registro sanitario (VUCE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases indican: (pag. 25 y 26)

[...]
Certificado de análisis o protocolo de Analiisis del bien ofertado declarado en el Registro Sanitario.
[...]

Entendemos que el certificado de análisis solicitado corresponde SOLO al reactivo y NO es necesaria la presenteación de los certificados de analisis de otros consumibles (Calibradores y/o soluciones de limpieza y/o controles, etc).

Solicitamos al Comite de Selección indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la copia del certificado de analisis del producto o protocolo de analisis emitido por el fabricante de los reactivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las páginas 25 y 26 de las bases solicitan:

[...]
Certificado de análisis o protocolo de Analiisis del bien ofertado declarado en el Registro Sanitario.
[...]

Entendemos que el Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) del producto ofertado que se presentará en el oferta es referencial y NO acredita la vigencia solicitada en las especificaciones técnicas de los reactivos NI corresponde al LOTE que se ingresará al almacén en caso seamos adjudicados.
Solicitamos al Comite de Selección indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita certificado de analisis o protocolo de analisis del producto ofertado entendiendo que un protocolo de analisis no varia si cambia el lote, o vigencia del reactivo. // Se solicita certificado de analisis o protocolo de analisis de todo el material que usa el equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	14:47:04

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En la página 25 y 26 de las bases solicitan:

[...]
Certificado de análisis o protocolo de Analiisis del bien ofertado declarado en el Registro Sanitario.
[...]

Al respecto, los fabricantes internacionales en sus certificados de análisis DECLARAN DIVERSOS DATOS Y/O INFORMACIÓN LOS MISMOS Y/O DENOMINACIÓN Y/O NOMBRE DEL DOCUMENTO y son firmados por diferentes responsables del fabricante, bajo sus normas locales y según su regulación nacional, por tal motivo la solicitud de información y el nombre del documento puede variar en cada fabricante ,ya que, no es requisito obligatorio en otros países.

Por lo que, solicitamos al Comité de Selección que se acepte el Certificado de Análisis o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD según lo autorizado en el Registro Sanitario y/o cada fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acepta CERTIFICADO DE CONFORMIDAD según lo autorizado en el Registro Sanitario y/o cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547899475	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIEGO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:00:29

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Dice: Metodología: Citometría de flujo con dispersión de luz azul.

Las características del color de la luz depende del diseño de cada fabricante, por tal motivo solicitamos al comité de selección suprimir AZUL, porque esto estaría direccionando a un fabricante en particular y excluyendo a participación de los demás postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: b) Igualdad de trato e) Competencia f) Eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN FORMA PARCIALMENTE Se aceptaran las metodologias: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE EN FORMA PARCIALMENTE Se aceptaran las metodologias: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547899475	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIEGO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:00:29

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita, Metodología : Citometría de flujo con dispersión de luz led Azul.

Se solicita al comité de selección suprimir la palabra Azul para evitar la exclusión y fomentar la participación de mas postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: literal b, e y f

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, Se aceptaran las metodologias: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE, Se aceptaran las metodologias: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547899475	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIEGO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:00:29

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Dice: En especificaciones técnicas: Carga y registro de reactivos y/o soluciones con código de barras
El registro de carga de reactivos para su respectivo control en el analizador se realiza por códigos de barras, tarjetas RF, reseteo de niveles en el software del analizador, pero la forma depende del fabricante. Se solicita al comité de selección INCLUIR el uso de tarjeta RF (Radiofrecuencia). El propósito de este requerimiento es tener control del stock del reactivo en el analizador y puede realizarse por código de barra o por tarjeta RF.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones literal b, e,f.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el servicio se utilizara el equipo tanto para las areas de emergecia, consultorio externo y hospitalizacion, por lo que la optimizacion de los tiempos en los procedimientos es parte importante, la carga de reactivos con codigo de barras, asegura la optimizacion.en el mercado existen una variedad de marcas que hacen uso de codigo de barras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547899475	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIEGO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:00:29

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita Bajo consumo y gestión ergonómica de los reactivos.

Se solicita al comité SUPRIMIR este requerimiento porque genera confusión y no es claro en lo solicitado, además se solicita pruebas efectivas y sería incoherente solicitar bajo consumo.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP IIILiteral: 3.1Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se tiene espacio en el laboratorio , por lo que se solicita equipo con reactivos: bajo consumo y gestion ergonomica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20547899475	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIEGO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:00:29

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicita: Carga de reactivo con código de barra que contenga información de lote , fecha de expiración, e identificación de contenedor, (caja/botella) como mínimo y que registre automático en el inventario del equipo.

Se solicita al comité de selección ACEPTAR el uso de tarjetas RF el cual realiza la misma función es decir registra automáticamente al inventario del equipo con la respectiva información de lote, fecha de expiración, volumen, e identificación del contenedor y así permitir la participación de más postores .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el servicio se utilizara el equipo tanto para las areas de emergecia, consultorio externo y hospitalizacion, por lo que la optimizacion de los tiempos en los procedimientos es parte importante, la carga de reactivos con codigo de barras, asegura la optimizacion.en el mercado existen una variedad de marcas que hacen uso de codigo de barras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	18:58:10

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

En cuanto a las características técnicas del equipo en cesión en uso dice:

Carga de reactivos con codigo de barras

Se entiende que la identificacion con codigo de barras no es la unica manera de cargar o identifica un reactivo dentro del analizador, tambien se puede realiza mediante otras tecnologias como la implementacion de tarjetas de radiofrecuencia. Aceptar solo codigo de barras dirige el procedimiento a ciertas marcas e implica una violacion de los principios de equidad y libertad de concurrencia que rigen las contrataciones con el estado

Solicitamos amablemente al comite de seleccion en coordinacion con el usuario AMPLIE el requerimiento y acepte analizadores que trabajen con el sistema de radiofrecuencia para NO IMPEDIR la participacion de los postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a y g principio de libertad de concurrencia y equi

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, En el servicio se utilizara el equipo tanto para las areas de emergecia, consultorio externo y hospitalizacion, por lo que la optimizacion de los tiempos en los procedimientos es parte importante, la carga de reactivos con codigo de barras, asegura la optimizacion.en el mercado existen una variedad de marcas que hacen uso de codigo de barras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	18:58:10

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

En cuanto a las características del equipo en cesion en uso dice:

No mayor a tres reactivos

Los reactivos seran suministrados por la empresa proveedora, y no implican un costo adicional para la institucion si el reactivo emplea 3 o mas reactivos, exigir solo tres reactivos diecciona el procedimiento y viola los principios de equidad y libertad de concurrencia

Solicitamos amablemente al comite de seleccion en coordinacion con el usuario AMPLIE el requerimiento al aceptar analizadores que usen 4 reactivos y una solucion de limpieza externa para no impedir la participacion de los postores

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3Literal: 1Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a y g principio de libertad de concurrencia y equi

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, el servicio no cuenta con ambiente amplio para la ubicación del equipo, por lo que el minimo de reactivos que se utilicen para el procedimiento son esenciales para poder tener un ambiente ordenado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	18:58:10

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

En cuanto a las características técnicas del equipo en cesión en uso dice:
Programa de control de calidad interlaboratorial en linea que permita la comparacion de resultados del instrumento con otros del mismo modelo y mismo lote de control en el pais
Ello implica que el postor debe poseer otros equipos instalados de las mismas características que el ofertado, y que ademas deben estar inscritos en un programa de control interlaboratorial (no tan comun) y ademas que esten dentro del territorio nacional.
Esta característica es cerrada e impide la participacion de la mayoría de postores
Solicitamos amablemente al comite considere colocar esta característica como opcional o considerar reemplazarla por un programa de control de calidad externo

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a y g principio de libertad de concurrencia y equi

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, el servicio esta sujeto a las auditorias por SUSALUD, evaluan en cada equipo el control interno, control interlaboratorial o control externo. Por lo que la implementacion del programa mencionado es esencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:15:35

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 5 días calendarios.

Al respecto, cabe señalar que para la presente convocatoria se debe tomar en cuenta los plazos de importación, desaduanaje y traslado de los productos y equipo en cesión de uso, por lo que el plazo señalado resulta insuficiente.

En ese sentido, a fin de poder efectuar la entrega de los bienes de la presente convocatoria de manera efectiva, solicitamos que se establezca el plazo de entrega en DIEZ (10) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el numeral 5 de la página 23 de las Bases)

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: ILiteral: 1.9Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se amplía a 10 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se amplía a 10 días

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:15:35

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

De la revisión de los documentos para la admisión, la entidad ha previsto que solo con el anexo d) Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1. del Capítulo III se acrediten las especificaciones técnicas; no obstante, siendo que, se podría afianzar la acreditación de algunas especificaciones técnicas del requerimiento a través de la presentación adicional de folletos, catálogos o cartas de fabricante, para lo cual la Entidad DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que adicionalmente a la presentación del ANEXO N° 3, se acrediten documentalmente las siguientes especificaciones técnicas:

REACTIVOS: Presentación (descrita en la página 21 de las Bases)
PARA LOS EQUIPOS: Tipo, Metodología, Performance, Características, Control interno (Reporte de Control Interro Interlaboratorial de cliente de territorio nacional) (Descritas en las páginas 21 y 22 de las Bases)

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 3).

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1.1Literal: d)Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se solicita se acrediten documentalmente REACTIVOS: presentacion (descrita en la página 21 de las Bases) EQUIPOS: Tipo, Metodología, Performance, Características, Muestra, Reporte de Control Interro Interlaboratorial de cliente de territorio nacional (Descritas en las páginas 21 y 22 de las Bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:15:35

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Entendemos que todo se llevará acabo en una sola entrega.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la entrega sera por cronograma de entregas PRIMERA ENTREGA : Julio SEGUNDA ENTREGA :
Septiembre los reactivos deberan tener una fecha expiracion no menor de 6 meses y/o presentar carta de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la entrega sera por cronograma de entregas PRIMERA ENTREGA : Julio SEGUNDA ENTREGA :
Septiembre los reactivos deberan tener una fecha expiracion no menor de 6 meses y/o presentar carta de canje.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:15:35

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En la página 25 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Copia simple de Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis del bien ofertado declarado en el Registro Sanitario.

Entendemos que se aceptará copia simple del COPIA DE CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO (PROTOCOLO DE ANÁLISIS) emitidos por el fabricante (extranjero) CON LA INFORMACIÓN Y CONTENIDO QUE ÉSTOS DECLAREN EN EL MISMO (EN SUS PROPIOS FORMATOS), pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas. Es oportuno indicar que los documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen, aplicables para DISPOSITIVOS MÉDICOS NORMAS específicas de calidad de reconocimiento internacional.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: -- Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la copia del certificado de analisis del producto o protocolo de analisis emitido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:15:35

Consulta: Nro. 37
Consulta/Observación:
En la página 24 y 25, en la sección documentos se visualizan una serie de documentos que se deben adjuntar.

- Copia simple de registro sanitario (¿)
- Copia simple de certificado de análisis (¿)
- Certificado BPM norma ISO 13485 (¿)
- Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (¿)
- Copia del CBPDT (¿)
- Manual de Uso.

Al respecto, solicitamos que todo lo indicado sea trasladado al capítulo II, como documentos de admisión de la oferta.

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: III Literal: --- Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE ESTA OBSERVACION
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:15:35

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En la página 25 de las Bases se indica lo siguiente:

-Manual de Uso.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que se refieren a que se deberá adjuntar Manual de Instrucciones de Uso o Inserto. (Reactivos)

Solicitamos Aclarar la presente consulta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: -- Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se solicita el manual de instrucciones de uso inserto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:15:35

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas en CARACTERISTICAS indican que el analizador deberá contar con Hemograma con determinación de 5 estirpes leucocitarias, al respecto consultamos si de acuerdo a ello el analizador deberá contar con dispersograma de 5 estirpes que permita identificar y diferenciar cada una de las estirpes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el analizador debera contar con dispersograma de 5 estirpes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:15:35

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En relación a Control de Calidad Interlaboratorial de CONTROLES INTERNOS, entendemos que el objetivo es disponer DE LA INFORMACIÓN de reportes de Control Interno interlaboratorial producto de la comparación de un grupo par, al respecto consultamos que con el fin que el área usuaria cuente con la certeza que se hará cumplimiento funcional SE DEBERÁ ACREDITAR EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTA del Control Interno con la presentación de Reporte de Control Interno interlaboratorial de un cliente de territorio nacional, COMO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el proveedor debera acreditar el control interlaboratorial con un reporte de control interno interlaboratorial de algun cliente de territorio nacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:15:35

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Consultamos al Comité, si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, tanto los reactivos y los analizadores deberán de ser de la misma marca del fabricante. Esto con el fin de asegurar que el fabricante de los reactivos haya validado los insumos en los analizadores. Así mismo para la realización de la verificación del equipo en el área usuaria requieren información de la obtenida por un fabricante, para verificar que los valores de error se encuentren dentro de los límites aceptables.

(ver pagina 21 y 22)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

los reactivos y analizadores deberan ser compatibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:00

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En las especificaciones del reactivo indican que el kit del hemograma no debe ser mayor de 3 reactivos. Los Fabricantes emplean metodologías patentadas por la misma casa matriz y ello conlleva a que los analizadores emplean mas de 3 reactivos para obtener un resultado de hemograma completo con más beneficios y mayor precisión. Las nuevas tecnologías emplean soluciones colorantes o fluorescentes que permiten mejorar la identificación y clasificación celular. Teniendo en consideración lo antes mencionado, solicitamos puedan aceptar kit de reactivos para hemograma menor igual a 4 reactivos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el servicio no cuenta con ambiente amplio para la ubicación del equipo, por lo que el minimo de reactivos que se utilicen para el procedimiento son esenciales para poder tener un ambiente ordenado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:00

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del analizador solicitan que el equipo emplee citometría de flujo de laser con led azul. Cada fabricante emplea piezas diferentes para la construcción de sus analizadores biométricos y estos pasan por un proceso de validación antes ser distribuidos en el mercado. Dichas piezas no son iguales en todos los analizadores presente en el mercado, por ello solicitamos que para una mayor pluralidad de postores acepten: citometría de flujo de laser.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptaran las metodologías: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptaran las metodologías: Citometria de flujo y/o dispersion de luz laser led

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HCM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:00

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se observa que no han considerado ninguna mejora técnica, lo que permitiría a los postores ofertar analizadores de última generación en virtud al principio de vigencia tecnológica, por lo que consultamos si aceptarían la siguiente mejora técnica:
Linealidad de Leucocitos mayor ó igual a 500 x10^9/L para evitar repeticiones y/o diluciones de las muestras con valores altos de leucocitos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge esta observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null