

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2024-MINSA-1
ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4
PIES PARA CITOTÓXICOS

En Jesús María, siendo el 19 de agosto de 2024, en la Unidad de Adquisiciones y Programación, ubicada en la Av. Salaverry N° 801 — piso 2, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 N° 036-2024-OGA-MINSA de fecha 26 de junio de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2024-MINSA, a fin de culminar las etapas de admisión, evaluación y calificación de las ofertas.

MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN

Presidente titular: JOSÉ LUIS CABRERA REÁTEGUI

Miembro titular: DONATILDA QUISPE CHUMBES

Miembro titular: AYSÉN MANUEL MENDOZA AMES

Contando con el quórum correspondiente, tal como lo establece el Artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección inicia la sesión, señalando la agenda a tratar:

- Admisión de Ofertas.
- Evaluación de Ofertas.
- Calificación de Ofertas

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Registro de participantes

El registro de participantes en el presente procedimiento de selección se realizó hasta el 11 de agosto de 2024, conforme al calendario del procedimiento de selección, a través del cual se verificó el registro de treinta y un (31) participantes, según el siguiente detalle:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento
1	Proveedor con RUC	20100329205	H.W.KESSEL S.A.C.	27/06/2024
2	Proveedor con RUC	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	27/06/2024
3	Proveedor con RUC	20543306771	CORPORACION CIHMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIHMSA S.A.	27/06/2024
4	Proveedor con RUC	20606384409	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.	27/06/2024
5	Proveedor con RUC	20549591176	SOLUCIONES MEDICAS NACI E.I.R.L.	27/06/2024
6	Proveedor con RUC	20516809524	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	27/06/2024
7	Proveedor con RUC	20557571869	PROCESS AUTOHATION & DRIVE S.A.C.	27/06/2024
8	Proveedor con RUC	20100042500	CIMATEC SAC	27/06/2024
9	Proveedor con RUC	20600989988	CONSORCIO JEH BIOS E.I.R.L.	27/06/2024
10	Proveedor con RUC	20557788841	CORPORACION JEH BIOS E.I.R.L.	27/06/2024

31 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10 Página 1 / 4.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	20438351825	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	28/06/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20600852059	DROGUERIA DISTRIBUIDORA CENTA PHARMA S.A.C. - CENTA PHARMA S.A.C.	28/06/2024	Válido
13	Proveedor con RUC	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	28/06/2024	Válido
14	Proveedor con RUC	20800930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/06/2024	Válido
15	Proveedor con RUC	20501257691	BIOSYN E.I.R.L.	30/06/2024	Válido
16	Proveedor con RUC	20604328418	IMPROVE MEDICAL S.A.C.	01/07/2024	Válido
17	Proveedor con RUC	20531282865	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	01/07/2024	Válido
18	Proveedor con RUC	20606206992	SCIENTIFIC SUPPLIES LAB E.I.R.L.	01/07/2024	Válido
19	Proveedor con RUC	20601622549	CH & S HEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S HEDILAB S.A.C.	01/07/2024	Válido
20	Proveedor con RUC	10078370151	VIDAL DORINGUEZ EDWIN TULLIO	02/07/2024	Válido

21 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20 Página 2 / 4.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento
21	Proveedor con RUC	20607920363	MEGA-MED E.I.R.L.	02/07/2024
22	Proveedor con RUC	20312900896	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/07/2024
23	Proveedor con RUC	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	03/07/2024
24	Proveedor con RUC	20448321891	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	03/07/2024
25	Proveedor con RUC	20602972608	KERY-LAB-MEDIC E.I.R.L.	09/07/2024
26	Proveedor con RUC	20803046127	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	09/07/2024
27	Proveedor con RUC	20317977871	SCIENTIFIC SUPPLIES & SERVICES E.I.R.L.	10/07/2024
28	Proveedor con RUC	20318676700	CUPRUM METAL TRADING SAC	16/07/2024
29	Proveedor con RUC	20609841878	SYSTEM MED S.A.C.	22/07/2024
30	Proveedor con RUC	20523370201	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	30/07/2024

31 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 21 a 30. Página 3 / 4

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
31	Proveedor con RUC	20556602887	ALYTECH MEDIC S.A.C.	01/08/2024	Válida

31 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 31 a 31. Página 4 / 4

Presentación de ofertas

El 12 de agosto de 2024, conforme al calendario establecido en el SEACE, se realizó la presentación de ofertas electrónica, registrándose cuatro (4) postores, conforme al siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación
1	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	12/08/2024	19:58:53	20100162238	12/08/2024
2	20557571869	PROCESS AUTOMATION & DRIVE S.A.C.	12/08/2024	23:38:32	20557571869	12/08/2024
3	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/08/2024	17:00:10	20600930801	12/08/2024
4	20607920363	MEGA-MED E.I.R.L.	12/08/2024	19:08:15	20607920363	12/08/2024

4 registros encontrados, mostrando 4 registro(s), de 1 a 4. Página 1 / 1.

En vista a las consideraciones expuestas, sobre el registro de participantes y las ofertas presentadas en el procedimiento de selección, se inicia la verificación de las mismas en los numerales subsiguientes.

2. ADMISIÓN DE OFERTAS

Para la admisión de ofertas se procedió a verificar el cumplimiento de la documentación exigida en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas, teniendo los siguientes resultados:

Nº	POSTOR	ESTADO
1	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUC 20600930801	NO ADMITIDA
2	MEGA-MED E.I.R.L. - RUC 20607920363	NO ADMITIDA
3	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. - RUC 20100162238	ADMITIDA
4	PROCESS AUTOMATION & DRIVE S.A.C. - RUC 20557571869	NO ADMITIDA

Ver detalle de la admisión en el Anexo N° 1.

Sobre la no admisión de las ofertas presentadas se tiene que:

- **MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUC 20600930801**
No cumple con acreditar las características técnicas exigidas en las bases integradas - literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica.

i) B02: DOS (02) TOMACORRIENTE INTERNO PARA 220V / 60 HZ Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS

No se evidencia que los 02 tomacorrientes cuenten con un sistema de protección contra salpicaduras, ya que no se acredita dicha característica con documentos técnicos o declaración del fabricante.

ii) ACCESORIOS / ADITAMENTOS - C01, C02, C03 Y C04

El postor pretende acreditar dichas características mediante declaración jurada del postor. Sin embargo, las bases integradas exigen que la acreditación sea mediante manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, así como la posibilidad de acreditar características técnicas mediante carta del fabricante del equipo ofertado y no una declaración del postor.

No cumple con acreditar el plazo de entrega exigido en las bases integradas - literal f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica.

iii) DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE ENTREGA

La declaración jurada del plazo de entrega no describe la condición de su inicio, conforme a lo descrito en las bases integradas. El mismo que no es sujeto de subsanación, según lo señalado en el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento.

Por lo tanto, el postor no cumple con presentar correctamente la declaración jurada del plazo de entrega, ya que no se tiene certeza del momento en que se entregaran los bienes y se realizará su instalación, conforme a la Resolución N° 00127-2024-TCE-S4, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- MEGA-MED E.I.R.L. - RUC 20607920363

No cumple con acreditar las características técnicas exigidas en las bases integradas - literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica.

i) A21: CERTIFICACIÓN SEGÚN NSF 49 O EN 12469

No acredita la certificación exigida en la característica técnica A21. Solo declara que cumple con las normas NSF 49 o EN 12469, mas no que cuenta con la certificación como tal, asimismo no adjunta la certificación correspondiente.

- PROCESS AUTOMATION & DRIVE S.A.C. - RUC 20557571869

No cumple con acreditar las características técnicas exigidas en las bases integradas - literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica.

i) COMPONENTES – B03, B04, B05 Y B06 / ACCESORIOS – C01, C02, C03 Y C04

El postor pretende acreditar dichas características mediante declaración jurada del postor. Sin embargo, las bases integradas exigen que la acreditación sea mediante manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, así como la posibilidad de acreditar características técnicas mediante carta del fabricante del equipo ofertado y no una declaración del postor.

No cumple con acreditar el plazo de entrega exigido en las bases integradas - literal f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica.

ii) DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE ENTREGA

La declaración jurada del plazo de entrega no describe la condición de su inicio, conforme a lo descrito en las bases integradas. El mismo que no es sujeto de subsanación, según lo señalado en el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento.

Por lo tanto, el postor no cumple con presentar correctamente la declaración jurada del plazo de entrega, ya que no se tiene certeza del momento en que se entregaran los bienes y se realizará su instalación, conforme a la Resolución N° 00127-2024-TCE-S4, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Luego de la revisión de la documentación obligatoria exigida en las bases integradas, resulta que la oferta del postor AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. - RUC 20100162238, es la única oferta admitida.

3. EVALUACIÓN DE OFERTAS

El comité de selección, procedió a determinar el puntaje, según los factores de evaluación enunciados en el capítulo IV de las bases, obteniéndose los siguientes resultados:

POSTOR	EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA	FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE EVALUACIÓN PRECIO 100 Ptos	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
	PRECIO OFERTADO S/			
AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. - RUC 20100162238	1,844,700.00	100	100	1

Ver detalle de la evaluación en el Anexo N° 2.

4. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III – punto 3.2 "Calificación de Ofertas", el Comité de Selección realiza la calificación de las ofertas conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.

El Comité de Selección revisó la única oferta admitida, encontrándose que cumple con los requisitos de calificación exigidos en las bases integradas, según el siguiente detalle:

ORDEN DE PRELACIÓN	POSTOR	ESTADO
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. - RUC 20100162238	CALIFICADA

Ver detalle de la calificación en el Anexo N° 3.

5. SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo a la normativa, previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento.

En ese sentido, el comité de selección advierte que nos encontramos dentro de uno de los supuestos de rechazo de oferta, siendo que el precio de la única oferta que cumple los requisitos de calificación supera el valor estimado determinado por la Entidad, conforme al siguiente detalle:

Orden de prelación	Postor	Precio ofertado	Valor estimado	Incremento respecto al valor estimado
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. - RUC 20100162238	S/ 1,844,700.00	S/ 1,500,000.00	S/ 344,700.00

Por lo tanto, aplica las disposiciones establecidas en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones para el caso particular, que a la letra establece lo siguiente:

"Artículo 68. Rechazo de ofertas

(...)

68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor."

(...)"

En tal sentido, corresponde solicitar la reducción de su oferta económica al postor que cumple los requisitos de calificación, para lo cual debe otorgársele el plazo establecido en la normativa de contrataciones.

6. ACUERDOS

- i) En conformidad a los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, el Comité de Selección, unánimemente, acuerda solicitar, a través del presidente del comité de selección, la reducción de su oferta económica al postor que cumple los requisitos de calificación.
- ii) Postergar la etapa de otorgamiento de la buena pro en el calendario del procedimiento de selección hasta que se obtenga la respuesta a la solicitud de reducción de oferta económica o se cumpla el plazo de ley establecido.

Finalmente, culminada la sesión, los miembros del Comité de Selección suscriben la presente acta en señal de conformidad.


José Luis Cabrera Reategui
Presidente Titular del Comité de Selección


Donatilda Quispe Chumbes
Primer Miembro Titular del Comité de Selección


Aysen Manuel Mendoza Ames
Segundo Miembro Titular del Comité de Selección

ANEXO N° 02
 CUADRO DE EVALUACIÓN - ECONOMICO
 LP-SM-009-2024-MINSA-1
 ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTÓXICOS

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	N°	POSTOR	EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA		FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				PRECIO OFERTADO S/		PUNTAJE EVALUACION PRECIO	100 Ptos		
ÚNICO	ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTÓXICOS	1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. - RUC 20100162238	1,844,700.00		100.00	100.00	100.00	1







ANEXO N° 1
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS
LP-SM-009-2024-MINSA-1
ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTÓXICOS

Literal	DOCUMENTO	POSTORES			
		1	2	3	4
		MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUC 2080930861	MEGA-MED EL R.L. - RUC 2080732043	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. - RUC 2010916235	PROCESS AUTOMATION & DRIVE S.A.C. - RUC 20557571869
a)	Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) Documento que acredita la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. b)	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE
	En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE
c)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE
d)	Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo II de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE
e)	Anexo N° 02.- Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas. El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para lo cual deberá presentar el Anexo N° 02.- Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas. Asimismo, el postor adjuntará copia de catálogos y/o manual de uso y operación y/o manual de servicio técnico y/o folletos y/o data sheets y/o brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondiente al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas y suscritas por el representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. Para el número de folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales. Las características técnicas que deberán colocarse rangos de números, sino números individuales. Las características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o folletos y/o data sheets y/o brochure, el postor deberá adjuntar la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar las características técnicas. Excepcionalmente, para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o folletos y/o data sheets y/o brochure, el postor deberá adjuntar la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar las características técnicas. En el caso de persona natural, por esta o su apoderado.	NO CUMPLE I) B2: NO SE EVIDENCIA QUE LOS 02 TOMACORRIENTES CUENTEN CON UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS II) ACREDITA LAS CARACTERÍSTICAS C01, C02, C03 Y C04 MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR, SIN EVIDENCIAR LA CERTIFICACIÓN EXIGIDA EN LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA A21. SOLO DECLARA QUE CUMPLE CON LAS NORMAS NSF 49 O EN 12469, MAS NO QUE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN COMO TAL NO CUMPLE	NO CUMPLE NO ACREDITA LA CERTIFICACIÓN EXIGIDA EN LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA A21. SOLO DECLARA QUE CUMPLE CON LAS NORMAS NSF 49 O EN 12469, MAS NO QUE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN COMO TAL NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE ACREDITA LAS CARACTERÍSTICAS B03, B04, B05, B06, C01, C02, C03 Y C04, MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR, SIN EVIDENCIAR LA CERTIFICACIÓN EXIGIDA EN LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA A21. SOLO DECLARA QUE CUMPLE CON LAS NORMAS NSF 49 O EN 12469, MAS NO QUE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN COMO TAL NO CUMPLE
f)	Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE La declaración jurada del plazo de entrega no describe la condición de su inicio, conforme a lo descrito en las bases integradas. El mismo que no es sujeto de subasta, según lo señalado en el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento. Por lo tanto, el postor no cumple con presentar correctamente la declaración jurada del plazo de entrega, ya que no se tiene certeza del momento en que se entregaran los bienes y se realizará su instalación.	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	NO CUMPLE La declaración jurada del plazo de entrega no describe la condición de su inicio, conforme a lo descrito en las bases integradas. El mismo que no es sujeto de subasta, según lo señalado en el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento. Por lo tanto, el postor no cumple con presentar correctamente la declaración jurada del plazo de entrega, ya que no se tiene certeza del momento en que se entregaran los bienes y se realizará su instalación.
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se comprometen cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales.	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE	PRESENTA SI CUMPLE
SITUACIÓN		NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

ANEXO N° 3

CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS

LP-SM-009-2024-MINSA-1

ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTÓXICOS

DESCRIPCION DE CALIFICACION		ORDEN DE PRELACION: 1°
		AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. - RUC 20100162238
HABILITACION LEGAL		Cumple/No cumple
<p>Requisitos: El postor debe contar con Autorización Sanitaria de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos D.S. N° 014-2011-SA, los participantes deberán contar con el citado documento emitido por la DIGEMID.</p> <p>Acreditación: Copia simple de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento emitido por la DIGEMID vigente o adjuntar una documento emitido por DIGEMID confirmando que el producto no requiere Registro Sanitario y copia simple del listado de productos de la clasificación de insumos, instrumental y equipo de uso médico, quirúrgico u odontológico. Si la empresa que oferta el equipo se encuentra registrada como establecimiento farmacéutico, este necesariamente deberá presentar dicha resolución de autorización sanitaria de funcionamiento de establecimiento farmacéutico</p>		SI CUMPLE
<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p>Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (trescientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Procesador de tejidos• Dispensador de parafina• Microtomo• Coloreador automático• Estación de inclusión• Criostato• Cabina de flujo laminar• Cabina de bioseguridad biológica y equipos de laboratorio <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>		SI CUMPLE
<p>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</p> <p>Responsable de la instalación, protocolo de pruebas y capacitación del equipo. Dos (02) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de equipos de laboratorio.</p> <p>Responsable del mantenimiento y soporte técnico. Dos (02) años de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de los equipos de laboratorio.</p>		SI CUMPLE
RESULTADO DE LA VERIFICACION		CALIFICADA

