

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-3-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	02/04/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	17:54:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

GARANTIA COMERCIAL:

Respecto a los 27 reactivos solicitados en el presente proceso, indican que se solicita tiempo de expiración bastante amplio, respecto a este punto, solicitamos amablemente al comité evaluador, tome en consideración que el plazo mínimo de vigencia sea de 12 meses con carta de canje, en lugar de 18 meses a partir de la fecha de entrega, para permitir la pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, no se acoge la observación formulada, puesto que se aceptará un plazo mínimo de vigencia de 18 meses, si el plazo es menor, se aceptará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es de aclaración.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : LP-SM-3-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	02/04/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	17:54:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

4. características (ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA PARA LABORATORIO CENTRAL)

Con relación a la solicitud de 80 posiciones para reactivo, solicitamos amablemente al comité organizador si sería factible aceptar a partir de 48 posiciones a más, considerando que requieren 27 reactivos. Esta propuesta tiene como objetivo optimizar el proceso y asegurar que se cumplan los requerimientos específicos del proyecto. Asimismo, se busca ajustar los parámetros de operación para lograr una distribución equitativa y eficiente de los reactivos, minimizando inconvenientes logísticos y operativos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, puesto que el requerimiento es de 80 posiciones como mínimo para reactivos, teniendo en cuenta que en el mercado actual existen diversos fabricantes que cuentan con presentaciones que ocupan dos o más espacios en el equipo por reactivo por lo cual el área usuaria tiene que cerciorarse que el equipo tenga la capacidad de contener todos los reactivos de las pruebas solicitadas en el presente requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : LP-SM-3-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	02/04/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	17:54:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

4. características (ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA PARA LABORATORIO CENTRAL)

Estimados miembros del comité organizador, con el objetivo de optimizar el avance del trabajo, solicito atentamente que se considere establecer, a partir de 95 posiciones de muestras a más. Dado que se trata de una carga continua, contar con el numero propuesto también facilitara significativamente el proceso operativo, permitiendo un desarrollo más eficaz y eficiente de las actividades programadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, no se acoge la observación, el requerimiento solicitado de acuerdo al trabajo del área usuaria y a la cantidad del flujo de pacientes diarios es de 120 posiciones para muestras como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : LP-SM-3-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	02/04/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	17:54:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4. Características (ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA PARA LABORATORIO DE INDEPENDENCIA)

Estimados miembros del comité organizador, con el objetivo de optimizar el avance del trabajo, solicito atentamente que se considere establecer, a partir de 60 posiciones de muestra a más.
Esta propuesta busca contribuir a un flujo de trabajo más ágil y a la consecución de los objetivos establecidos, beneficiando a todas las áreas involucradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, el requerimiento solicitado de acuerdo al trabajo del área usuaria y a la cantidad del flujo de pacientes diarios es de 50 posiciones para muestras como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : LP-SM-3-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20505110651	Fecha de envío : 02/04/2025
Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío : 21:10:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan para TODOS LOS REACTIVOS:

Fecha de Vencimiento: No menor de 18 meses

Numeral 6: Garantía Comercial.

Considerando su producción el requerimiento es para menor o igual a un año, por lo que solicitamos que la fecha de vencimiento a considerar sea no menor a 12 meses.

Y por tal la carta de compromiso de canje sea para productos entregados con tiempo de expiración menor a 12 meses.

Solicitamos al comité de selección acoger nuestra consulta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, no se acoge la observación formulada, puesto que se aceptará un plazo mínimo de vigencia de 18 meses, si el plazo es menor, se aceptará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es de aclaración.