

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPO EN CESION DE USO-AREA INMUNOLOGÍA (AUTOANTICUERPO ANTI ENA INMUNOBLOT) PARA LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 19:01:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA 1:

De acuerdo a la página 28, del presente proceso, dentro del Capítulo III ,3.1. especificaciones

técnicas, ANEXO C. Características técnicas de dispositivos médicos

,accesorios solicitan lo siguiente:

Calibradores dentro del kit de inmunoblot, considerando la metodología del kit

al ser una prueba cualitativa no requiere calibración. Por lo mencionado se solicita que no sea necesario el accesorio solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: a

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aceptan la consulta planteada, por lo cual no se requiere de calibradores para este tipo de pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sección Específica, Capítulo III ¿ Requerimiento, Anexo C - Características técnicas de los dispositivos; se suprime el requerimiento de calibradores para este tipo de pruebas.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPO EN CESION DE USO-AREA INMUNOLOGÍA (AUTOANTICUERPO ANTI ENA INMUNOBLOT) PARA LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 19:01:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA 2 :

De acuerdo a la página 28, del presente proceso, dentro del Capítulo III ,3.1.

Especificaciones técnicas, ANEXO C. Características técnicas de dispositivos

médicos ,presentación solicitan lo siguiente:

Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Antígenos Nucleares Extractables

específicos los que se indicarán en una tabla adicional confeccionada por el usuario

final ,el cual no fue adjunto .

Se Solicita que se adjunte la tabla para la observación de antígenos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: a

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que, considerando que cada marca tiene su propia metodología del fabricante, no se ha incluido una tabla adicional, en consecuencia se suprime dicha indicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sección Específica, Capítulo III ¿ Requerimiento, anexo C ¿ Características técnicas de los dispositivos: se suprime dicha indicación de una tabla adicional.