

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante :     | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA   |
| Nomenclatura :           | AS-SM-36-2024-RPSA-1  |
| Nro. de convocatoria :   | 1   |
| Objeto de contratación : | Bien  |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICRORESDS DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA |

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600896777       | Fecha de envío : | 01/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | LATIN DENT S.A.C. | Hora de envío :  | 18:22:32   |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pag 44  
DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN

SISTEMA AGUA SPRAY QUATTRO es una característica propia y exclusiva de la marca NSK  
Considerando lo expuesto, sírvase suprimir SISTEMA AGUA QUATTRO afín de no vulnerar LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA, CONCURRENCIA, EFICIENCIA, EFICACIA, TRATO JUSTO E IGUALITARIO, CONSAGRADOS EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 6    Literal: -    Página: 44  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada. Qedando: DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: SISTEMA AGUA SPRAY QUATTRO Y/O SISTEMA AGUA SPRAY TRES "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: SISTEMA AGUA SPRAY QUATTRO Y/O SISTEMA AGUA SPRAY TRES

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICRORESDS DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600896777       | Fecha de envío : | 01/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | LATIN DENT S.A.C. | Hora de envío :  | 18:22:32   |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Pag 44

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

SISTEMA DUAL DEFENCE es una característica propia y exclusiva de la marca NSK

Considerando lo expuesto, sírvase suprimir SISTEMA DUAL DEFENCE afín de no vulnerar LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA, CONCURRENCIA, EFICIENCIA, EFICACIA, TRATO JUSTO E IGUALITARIO, CONSAGRADOS EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada. Qedando: DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: Con y/o sin SISTEMA DUAL DEFENCE

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: Con y/o sin SISTEMA DUAL DEFENCE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICRORESDS DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600896777       | Fecha de envío : | 01/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | LATIN DENT S.A.C. | Hora de envío :  | 18:22:32   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Pag 44

DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN

ESTÁN SOLICITANDO IRRIGACION DE CUATRO PUNTOS,  
PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS QUE SIRVA AMPLIAR LA EETT . QUEDANDO  
DE LA SIGUIENTE MANERA: IRRIGACIÓN DE CUATRO PUNTOS I/O IRRIGACIÓN DE TRES PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada. Qedando: DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: Irrigacion de cuatro puntos y/o irrigacion de tres puntos

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: Irrigacion de cuatro puntos y/o irrigacion de tres puntos

"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICRORESDS DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600896777       | Fecha de envío : | 01/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | LATIN DENT S.A.C. | Hora de envío :  | 18:22:32   |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pag 44

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN

ESTAN SOLICITANDO CONEXIÓN MIDWEST(M4)

SOLICITAMOS SUPRIMIR CONEXIÓN MIDWEST(M4) YA QUE EN EL MERCADO ODONTOLÓGICO PERUANO LAS CONEXIONES SON CONEXIONES BORDEN (B2)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada. Qedando: DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: Conexión Midwest (M4) y/o Conexión Borden (B2)

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: Conexión Midwest (M4) y/o Conexión Borden (B2)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICRORESDS DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600896777       | Fecha de envío : | 01/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | LATIN DENT S.A.C. | Hora de envío :  | 18:22:32   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pag 44

DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

TAMAÑO DE CABEZAL Ø12.1 x AL 13.3MM

Solicitamos para una mayor participación postores sirva aceptar también tamaño de cabezal Ø10.4 x AL 14.8MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada. Qedando: DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: TAMAÑO DE CABEZAL Ø12.1 x AL 13.3MM y/o Ø10.4 x AL 14.8MM."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISITCAS DEL BIEN: TAMAÑO DE CABEZAL Ø12.1 x AL 13.3MM y/o Ø10.4 x AL 14.8MM.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICRORESDS DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600896777       | Fecha de envío : | 01/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | LATIN DENT S.A.C. | Hora de envío :  | 18:22:32   |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

PAG 44-46

Requisito de calificación:

Están solicitando copia simple del certificado o protocolo de análisis , cabe resaltar que las piezas de mano son dispositivos médicos de la clase II, por lo que no llevan certificado de análisis o protocolo de análisis en su lugar es la FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO por lo que solicitamos al comité suprimir de los requisitos de calificación , copia simple del certificado o protocolo de análisis ; ya que la ficha técnica del producto ya lo están solicitando requisitos de admisibilidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: - Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada. Quedando: REQUISITOS DE CALIFICACION: Se suprime copia simple del certificado o protocolo de análisis"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REQUISITOS DE CALIFICACION: Se suprime copia simple del certificado o protocolo de análisis