

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	17:31:56

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos mínimos no se está solicitando muestras del instrumental quirúrgico, siendo estas muy importantes ya que la visualización de estas, garantiza el total cumplimiento de las especificaciones técnicas, puesto que podrían ser analizadas de manera organoléptica lo solicitado en el requerimiento (calidad del acero, acabados, procedencia, medidas, códigos, etc). Cabe señalar, que la finalidad de las muestras, es también para que estas puedan pasar por un proceso de esterilización y lavado con detergentes enzimáticos, y comprobar la calidad y resistencia del acero ante estos procesos.

Para una mejor verificación del cumplimiento de las especificaciones Técnicas del Instrumental ¿Podría el comité de Selección solicitar muestras representativas y así constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Se precisa que las características técnicas que los resultados de la indagación de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado y debido a los tiempos justos, propios del proceso NO SE ACOGE su consulta .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20601571065

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Fecha de envío : 31/07/2023

Hora de envío : 17:31:56

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

En la actualidad existen fabricantes de instrumental laparoscópico de ultima tecnología, con diversas funciones siendo la más importante el mango de fibra de carbono tanto para las pinzas como para las tijeras, con el mango de fibra de carbono garantizaríamos la resistencia, peso ligero y ergonomía facilitando con eso el trabajo de los especialistas en sala de operaciones.

Por tanto, a fin de dar una mayor prestación de los instrumentos y en aras de la vigencia tecnológicas que rigen la ley de las contrataciones del estado y contribuir con tecnologías y métodos médicos de actualidad ¿aceptara el comité especial en coordinación con la parte usuaria como requerimiento técnico mínimo lo siguiente

Para una mejor verificación del cumplimiento de las especificaciones Técnicas del Instrumental ¿Podría el comité de Selección solicitar muestras representativas y así constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas Mango de Fibra de carbono tanto para las pinzas como para las tijeras

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Se precisa que las características técnicas que los resultados de la indagación de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado y debido a los tiempos justos, propios del proceso NO SE ACOGE su consulta .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20608973771	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	RUMIMED S.A.C.	Hora de envío :	21:42:51

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

\_A CAPACIDAD LEGAL : Carta de distribución a nombre del postor, SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION A FIN DE QUE HAYA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y UNA MEJORA TECNOLOGICA AGREGAR " CARTA DE DISTRIBUCION A NOMBRE DEL POSTOR EMITIDA POR LA MARCA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** A      **Literal:** A      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART.2 LIBERTAD DE CONCURRENCIA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. El comité de selección decide ACOGER PARCIALMENTE su consulta,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modificará en las bases:

- Carta de distribución a nombre del postor emitida por la marca. y/o fabricante

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20608973771	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	RUMIMED S.A.C.	Hora de envío :	21:51:15

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**  
C CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION UN CURSO DIPLOMADO DE 80 HRS DE DIPLOMADO NORMA ISO 9001:2015,A FIN DE QUE EL PERSONAL ESTE MAS CAPACITADO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** C    **Literal:** C.1    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.  
El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. El comité de selección decide NO ACOGER su observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Fecha de envío : 31/07/2023

Hora de envío : 23:35:23

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

ESTIMADO COMITÉ, COMO POSTOR SUGERIMOS QUE LAS BASES EXIJAN OFERTAR TODO EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LAPAROSCOPIA EN UNA SOLA MARCA PARA FACILITAR EL SOPORTE TÉCNICO Y LOS ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.4 **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. El comité de selección decide NO ACOGER su consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Fecha de envío : 31/07/2023

Hora de envío : 23:35:23

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

EN LOS ITEMS B07, B08, B09, B10

DICE:

- \* EJE GIRATORIO 360°
- \* VASTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE ELECTRICO OSCURO HASTA LA ARTICULACION DE LAS MANDIBULAS
- \* CON CONEXIÓN A MONOPOLAR (TIPO PIN MACHO)
- \* VÁSTAGO CON O SIN ACODAMIENTO MANGO ERGONÓMICO, CON SISTEMA DE FIJACIÓN (CREMALLERA)
- \* DESMONTABLE EN 2 A MAS PARTES QUE PERMITA SU LIMPIEZA Y CAMBIO DE INSERTOS
- \* AUTOCLAVABLE
- \* COMPATIBLE CON PROCESOS DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION
- \* TIPO: METZENBAUM CURVA
- \* DIAMETRO: 5 MM
- LONGITUD: 30 ¿ 40 CM

CONSULTA: EN BENEFICIO DEL AREA USUARIA, PARA LA MANIPULACION DURANTE LA INTERVENCION QUIRURGICA DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUGERIMOS AL COMITÉ ACEPTAR ESTE CAMBIO

- \* EJE GIRATORIO 360°
- \* VASTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE ELECTRICO OSCURO HASTA LA ARTICULACION DE LAS MANDIBULAS
- \* CON CONEXIÓN A MONOPOLAR (TIPO PIN MACHO)
- \* CON DISEÑO ERGONOMICO DE LA PARTE MAS CRITICA ¿EL ANILLO¿ CON SISTEMA DE FIJACION (CREMALLERA)
- \* MANGOS CON MAYOR AREA DE CONTACTO
- \* MAS SUPERFICIE MENOR PRESION
- \* DESMONTABLE EN 2 A MAS PARTES DISEÑO MODULAR QUE PERMITA UNA MAXIMA HIGIENE O SU LIMPIEZA Y CAMBIO DE INSERTOS O VARIABILIDAD PARA LA AMPLIA GAMA.
- \* AUTOCLAVABLE
- \* COMPATIBLE CON PROCESOS DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION
- \* TIPO: METZENBAUM CURVA
- \* DIAMETRO: 5 MM

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. El comité de selección decide ACOGER su consulta, En coordinación con el Area usuaria se precisa que las características técnicas obedecen estrictamente a la necesidad del Area usuaria, a su vez los resultados de la indagación de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado tal como la normativa exige. Sin embargo, para una mayor pluralidad de postores el comité de selección decide ACOGER PARCIALMENTE la consulta, quedando como requerimiento obligatorio lo siguiente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modificará en las bases:

B07, B08:

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

**Nomenclatura :** AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Bien

**Descripción del objeto :** CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

---

- EJE GIRATORIO 360°
- VASTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE ELECTRICO OSCURO HASTA LA ARTICULACION DE LAS MANDIBULAS
- CON CONEXIÓN A MONOPOLAR (TIPO PIN MACHO)
- VÁSTAGO CON O SIN ACODAMIENTO MANGO ERGONÓMICO DE FIBRA DE CARBONO, CON SISTEMA DE FIJACIÓN (CREMALLERA)
- DESMONTABLE EN 2 A MAS PARTES QUE PERMITA SU LIMPIEZA Y CAMBIO DE INSERTOS
- AUTOCLAVABLE
- COMPATIBLE CON PROCESOS DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION
- TIPO: METZENBAUM CURVA
- DIAMETRO: 5 MM
- LONGITUD: 30 - 40 CM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Fecha de envío : 31/07/2023

Hora de envío : 23:35:23

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

EN EL ITEM B12 DICE:

- \* ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE
- \* COMPATIBLE PARA DESINFECCION DE DAN
- \* SISTEMA DE AMPLIA VISION
- \* OPTICA DE 10 MM DE DIAMETRO
- \* OPTICA DE 30°
- \* COMPATIBLE CON PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION.

Notamos que estas características las cumplen los equipos de deterioro rápido y por su importancia deberían de cumplir como mínimo las siguientes características, en beneficio del área Usuaría dando mayor vida útil al equipo que se oferta. Debiéndose ampliar las especificaciones técnicas mínimas a la óptica. De la siguiente manera:

- \* ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE
- \* COMPATIBLE PARA DESINFECCION DE DAN
- \* SISTEMA DE AMPLIA VISION FOROBLICUA PANORAMICA HOPKINS 30°
- \* CON REVESTIMIENTO ANTIREFLEJO PARA UNA VISIBILIDAD BRILLANTE
- \* CON VIDRIO DE ZAFIRO QUE PROTEGE EL OCULAR CONTRA RAYADURAS
- \* CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO.
- \* OPTICA DE 10 MM DE DIAMETRO
- \* OPTICA DE 30°
- \* COMPATIBLE CON PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. El comité de selección decide NO ACOGER su consulta,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Fecha de envío : 31/07/2023

Hora de envío : 23:35:23

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En A. CAPACIDAD LEGAL - HABILITACIÓN EN EL último punto de Requisitos y Acreditación dice:  
CARTA DE DISTRIBUCION A NOMBRE DEL POSTOR

Al respecto No está claro quién debe emitir dicha Carta, para ello solicitamos aclarar o detallar de la manera siguiente, si el distinguido comité lo ve por conveniente:

CARTA DE DISTRIBUCION A NOMBRE DEL POSTOR EMITIDO POR EL IMPORTADOR y/o DISTRIBUIDOR DE LA MARCA A OFERTAR.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.2

**Literal:** A

**Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. El comité de selección decide ACOGER PARCIALMENTE su consulta,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modificará en las bases:

- Carta de distribución a nombre del postor emitida por la marca. y/o fabricante

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Fecha de envío : 31/07/2023

Hora de envío : 23:35:23

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

EN EL LITERAL E DE LA PÁGINA 40 (FACTORES DE EVALUACIÓN) dice:

MEJORA 1: el postor oferta las pinzas y trocares desmontable en tres partes como mínimo.

MEJORA 2: el postor oferta bandeja de la misma marca que las pinzas y la óptica, asimismo oferta óptica compatible con otros accesorios. (cable de fibre).

SUGERIMOS CORREGIR O DETALLAR LA MEJORA 2 DE LA SIGUIENTE MANERA:

MEJORA 1: el postor oferta las pinzas y trocares desmontable en tres partes como mínimo.

MEJORA 2: el postor oferta bandeja de la óptica de la misma marca que las pinzas y la óptica, asimismo oferta óptica compatible a adaptadores para diferentes marcas de cable de fibra óptica

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP. IV

**Literal:** E

**Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE :

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. El comité de selección decide ACOGER su consulta,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modificará en las bases:

MEJORA 2: el postor oferta bandeja de la óptica de la misma marca que las pinzas y la óptica, asimismo oferta óptica compatible a adaptadores para diferentes marcas de cable de fibra óptica.