

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UTES N°6 S.P.T.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de reactivos para analizador automatizado de quimioluminiscencia

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:32:52

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité aceptar documentos emitidos por el fabricante para acreditar especificaciones técnicas tanto del reactivo como del equipo en cesión de uso.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, la convocatoria hace referencia a la adquisición de reactivos mas no se solicita equipos con cesión en uso.

Sin embargo, en mérito a la consulta, se agregará en las bases integradas lo siguiente:

Además del anexo N°03, se solicitará Ficha Técnica y/o inserto y/o folletos, instructivos, catálogos y/o similares, que permitirán corroborar lo siguiente: la metodología, marca y modelos compatibles de equipos en los que puede ser utilizado los kits de reactivos, el número de determinaciones del kit y los componentes del kit así como los consumibles del mismo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se agregará en las bases integradas lo siguiente:

Además del anexo N°03, se solicitará Ficha Técnica y/o inserto y/o folletos, instructivos, catálogos y/o similares, que permitirán corroborar lo siguiente: la metodología, marca y modelos compatibles de equipos en los que puede ser utilizado los kits de reactivos, el número de determinaciones del kit y los componentes del kit así como los consumibles del mismo.