

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE OFTALMOLOGIA (SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CATARATAS) PARA LA RAICA

Ruc/código : 20168548916

Fecha de envío : 07/06/2023

Nombre o Razón social : MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.

Hora de envío : 17:03:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La consulta que tenemos es: Poder ingresar al proceso de instrumental oftalmológico (Set de Catarata) con las piezas que tenemos con permiso de comercialización.

En el set hemos podido identificar 3 piezas que no tenemos y dentro del abanico de ítems no contamos con reemplazo.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCION: El comité de selección en coordinación con el área usuaria, no acoge la consulta y precisa que las cantidades a ofertar el postor son las que se indican en el ANEXO N° 1 del cuadro de requerimiento del ítem paquete.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE OFTALMOLOGIA (SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CATARATAS) PARA LA RAICA

Ruc/código :	20502811674	Fecha de envío :	07/06/2023
Nombre o Razón social :	MEDINET S.A.C.	Hora de envío :	18:54:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad requiere que el material del instrumental sea Acero Quirúrgico.
Solicitamos al comité que se pueda ampliar dicho requerimiento para incluir también al instrumental de Titanio, material que posee múltiples ventajas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31ss

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCION: El comité de selección en coordinación con el área usuaria, precisa que las especificaciones técnicas de cada instrumental quirúrgico del SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CATATARATAS, es elaborado por el Instituto de evaluación de Tecnologías de Salud e investigación (IETSI) y las ofertas a presentar los postores deben ser en estricto cumplimiento de las mismas.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null