

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

1. MICROSCOPIO DIGITAL

Tamaño del sensor: 1/25 μ CMOS

Consulta:

Se solicita al honorable Comité aceptar sensores de 1/2.5 μ CMOS, dado que representan una mejora técnica respecto al tamaño solicitado. Un sensor de mayor superficie proporciona mejor captación de luz y calidad de imagen, lo cual mejora el desempeño del microscopio en labores educativas y de documentación sin comprometer su funcionalidad.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

EL TAMAÑO DEL SENSOR DE 1/25" CMOS ES EL MÍNIMO REQUERIDO PUDIENDO EL CONTRATISTA OFERTAR UN SENSOR DE MAYOR PRECISIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Tamaño del sensor: 1/25 μ CMOS como mínimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

1. MICROSCOPIO DIGITAL

Incluye 2 juegos de muestras fijas (10 muestras x juego) para observar células nerviosas, sanguíneas, protozoarios, tejidos e insectos

Consulta:

Se solicita considerar la aceptación del equipo ofertado sin los juegos de muestras incluidos, debido a que estas muestras pueden ser fácilmente adquiridas por la entidad o provistas externamente. Esta omisión no afecta la funcionalidad del equipo ni su uso con fines educativos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA.

SI BIEN ES CIERTO QUE LO SOLICITADO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, EL POSTOR DEBERÁ DE CEÑIRSE A LO SOLICITADO, YA QUE LAS CARACTERISTICAS, Y ACCESORIOS MENCIONADOS CORRESPONDEN AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

2. Microscopio Binocular

Altura del punto de mira ajustable a 2 posiciones

Consulta:

Se solicita considerar aceptable que el equipo cuente con cabezal inclinado 30° y rotación de 360°, aun sin ajuste en dos posiciones de altura del punto de mira, ya que se garantiza la ergonomía y comodidad en el uso prolongado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE.

SE ACEPTARAN EQUIPOS QUE CUENTEN CON CABEZAL INCLINADO 30° Y ROTACIÓN DE 360, YA DE POR SI TIENE AJUSTE DE ALTURA EN DOS POSICIONES, ASI MISMO CUMPLE CON LA ERGONOMIA. NO SE ACEPTA SIN AJUSTE EN DOS POSICIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Tubos: Tubo binocular EC-T-TB, Inclinación: 30 °, Rotación: 360°

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

2. Microscopio Binocular

Recorrido de la platina: 76 mm (X) × 30 mm (Y)

Consulta:

Se solicita aceptar equipos con recorrido 75 mm (X) × 33 mm (Y), dado que se mantiene la funcionalidad requerida e incluso se mejora el desplazamiento en el eje Y, sin afectar la operación ni la observación microscópica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE.

QUE LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR UN RECORRIDO DE LA PLATINA 76mm (X) x 30mm (Y) CON UNA VARIACION DE +-10%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carácterísticas:

Recorrido transversal: 76 (X) x 30 (Y) mm. Con una variación de +- 10%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

2. Microscopio Binocular

Condensador Abbe, NA 1.25, marcas de guía de diafragma, posiciones codificadas por color

Consulta:

Se solicita aceptar condensadores Abbe NA 1.25 con diafragma iris y centrado, aunque no cuenten con codificación por color o marcas guía, dado que estas no son determinantes para el rendimiento óptico ni para el cumplimiento de objetivos pedagógicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

POR TANTO, SI SON DETERMINANTES, EN EL CAMPO PEDAGÓGICO SE DEBE ENSEÑAR CON PRECISIÓN EL USO Y MANEJO DE LA APERTURA NUMÉRICA Y SU FUNCIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS MICROSCOPIOS. LA CODIFICACIÓN ES PRÁCTICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

2. Microscopio Binocular

Enchufe tipo espiga redonda

Consulta:

Se solicita aceptar equipos con adaptadores de corriente tipo europeo o internacional con compatibilidad para espiga redonda mediante adaptador. Esta configuración no compromete la operación eléctrica del equipo ni su seguridad de uso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA.

TIENEN QUE TENER CONEXIÓN A TIERRA PARA EVITAR ENERGIZACIÓN O ELECTROCUCIÓN. EL CABLE DEBE SER ÚNICO DESDE EL EQUIPO CON ENCHUFE DE ESPIGA REDONDA (TIPO PARA TOMACORRIENTE Schuko O TRES EN LINEA) O EN SU DEFECTO DEBERÁ PROPORCIONAR EL ADAPTADOR CORRESPONDIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

2. Microscopio Binocular

Fuente de alimentación: Adaptador CA 100¿240V, 0.48 A, salida 5V CC, 3.0 A

Consulta:

Se solicita considerar como aceptable una fuente de alimentación de 12V 2A, que brinda un funcionamiento seguro y dentro del rango aceptado para la operación del iluminador LED, manteniendo compatibilidad con redes eléctricas nacionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

QUE, LAS TENSIONES DE SALIDA SERÁN ACEPTADAS PARA VALORES IGUALES O MENORES A 24V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Las tensiones de salida serán aceptadas para valores iguales o menores a 24V

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

2. Microscopio Binocular

Consumo de energía: 4 W

Consulta:

Se solicita aceptar equipos con consumo energético de 3.6 W, considerando que esta diferencia es mínima y no representa una reducción significativa en eficiencia ni en desempeño lumínico del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

SE ACEPTAN EQUIPOS CON CONSUMOS ENERGETICOS MENORES O IGUALES A 4W QUE MANTEGAN LAS DEMÁS CARACTERISTICAS REQUERIDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carácterísticas:

Consumo de energía: Menores o iguales a 4 W

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

2. Microscopio Binocular

Peso aproximado: 5.2 kg

Consulta:

Se solicita aceptar equipos con peso dentro del rango de 5 a 8 kg, ya que esta variación responde a configuraciones internas propias del fabricante y no impacta en la estabilidad ni en la facilidad de uso del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE,
SE ACEPTARAN EQUIPOS CON PESO DE 5.2 KG CON UNA VARIACIÓN DE PORCENTAJE DE +-10% DEL PESO SOLICITADO. CON FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PESO DE 5.2 KG CON UNA VARIACIÓN DE PORCENTAJE DE +-10% DEL PESO SOLICITADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

2. Microscopio Binocular

Código QR para acceder a guía de operación del microscopio

Consulta:

Se solicita aceptar como válida la entrega de guías de operación en formato impreso o digital (PDF), aun sin inclusión de un código QR, ya que se mantiene el objetivo de garantizar el acceso del usuario a la información operativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

EL CÓDIGO QR FACILITA LA ENSEÑANZA DEL MANUAL A UN RÁPIDO ACCESO VIRTUAL POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

2. Microscopio Binocular

Incluye 2 juegos de muestras fijas (10 por juego): células nerviosas, sanguíneas, protozoarios, tejidos e insectos

Consulta:

Se solicita considerar la aceptación del equipo ofertado sin muestras fijas incluidas, ya que estas pueden ser adquiridas de forma independiente por la institución y no afectan el funcionamiento del microscopio.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

SI BIEN ES CIERTO QUE LO SOLICITADO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, EL POSTOR DEBERÁ DE CEÑIRSE A LO SOLICITADO, YA QUE LAS CARACTERISTICAS, Y ACCESORIOS MENCIONADOS CORRESPONDEN AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	09:28:23

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

7. Plazo de Entrega

El plazo de entrega del bien será en VEINTE (20) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

OBSERVACIÓN

Se solicita respetuosamente al honorable Comité ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de compra (lo que ocurra primero). Esta ampliación permitiría cumplir adecuadamente con los tiempos de importación, desaduanaje, pruebas de control y distribución, garantizando a la vez pluralidad de postores y la calidad en el cumplimiento del suministro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 5 inciso g, h, i

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIARÁ HASTA 60 DÍAS CALENDARIOS, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, con la finalidad de contar con pluralidad de postores.

Asimismo, en el factor de evaluación se modificará de la siguiente forma:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos

De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos

De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega del bien será en SESENTA (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Asimismo, el factor de evaluación queda de la siguiente:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos

De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos

De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	13:01:18

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita considerar la modificación del requerimiento relacionado con el tamaño de la platina de 125x115 mm con escala Vernier en los ejes X-Y, ya que una platina de mayor tamaño ofrece un espacio más amplio, mejora la estabilidad y facilita el movimiento. Por lo tanto, solicitamos al respetable comité de selección considerar una platina con dimensiones de 150x139 mm, debido a que permitirá trabajar con muestras de diferentes tamaños de manera más eficiente. Esperamos se consideren los argumentos vertidos y así fomentar mayor participación de postores y en consecuencia no vulnerar la ley 32069, art 5 de los principios rectores de la contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE
LA CONSULTA DE QUE LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR UN TAMAÑO DE PLATINA CON UNA DIFERENCIA DE HASTA +-10%, EN ARAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:
Platina de 125 x 115 mm con escala vernier en los ejes X-Y +-10%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	13:01:18

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita considerar la modificación del requerimiento relacionado con el recorrido transversal de 76 (X) x 30 (Y) mm, ya que un recorrido ligeramente menor o mayor sigue siendo adecuado para garantizar una correcta manipulación y ajuste de las muestras, sin afectar la precisión ni el rendimiento general del microscopio. Por lo tanto, se propone utilizar un recorrido de 75 (X) x 33 (Y) mm, lo que permitirá trabajar con muestras de diferentes tamaños de manera eficiente, sin comprometer la calidad ni el rendimiento del microscopio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE.
QUE LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR UN RECORRIDO DE LA PLATINA 76mm (X) x 30mm (Y) CON UNA VARIACIÓN DE +-10%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Recorrido transversal: 76 (X) x 30 (Y) mm. Con una variación de +- 10%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	13:01:18

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita considerar la modificación del requerimiento relacionado con la alimentación de 5,0 V CC, 3,0 A máx, ya que una salida de 6 V CC sigue siendo adecuada para garantizar un funcionamiento correcto, sin afectar la precisión ni el rendimiento general del equipo

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEBERÁN RESPETARSE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	13:01:18

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita considerar la modificación del requerimiento relacionado con el consumo de energía de 4 W, ya que un consumo similar o ligeramente mayor sigue siendo adecuado para garantizar el funcionamiento eficiente del equipo, sin afectar su rendimiento general. Por lo tanto, se propone utilizar un consumo de energía de 6 W, lo que asegurará un rendimiento óptimo sin comprometer la calidad ni la operatividad del microscopio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE
SE ACEPTAN EQUIPOS CON CONSUMOS ENERGETICOS MENORES O IGUALES A 4W QUE MANTEGAN LAS
DEMÁS CARACTERISTICAS REQUERIDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Consumo de energía: Menores o iguales a 4 W

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	13:01:18

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita considerar la modificación del requerimiento relacionado con el peso aproximado de 5,2 kg, ya que una variación ligera en el peso sigue siendo adecuada para garantizar la estabilidad y portabilidad del equipo, sin comprometer su funcionalidad ni el rendimiento general. Por lo tanto, se propone un peso de 6,5 kg, lo que puede ofrecer una mayor robustez y estabilidad, beneficiando así el rendimiento y la durabilidad del equipo a largo plazo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE,
SE ACEPTARAN EQUIPOS CON PESO DE 5.2 KG CON UNA VARIACION DE PORCENTAJE DE +-10% DEL PESO SOLICITADO. CON FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PESO DE 5.2 KG CON UNA VARIACION DE PORCENTAJE DE +-10% DEL PESO SOLICITADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	16:09:03

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En este apartado se menciona altura del punto de mira: ajustable a 2 posiciones. Solicitamos se modifique el requerimiento ¿Altura del punto de mira: ajustable a 2 posiciones¿ por ¿Altura del punto de mira: 1 fija o ajustable con diseño ergonómico¿, que garantizan una postura ergonómica adecuada durante el uso prolongado. La ergonomía no depende únicamente del número de posiciones, sino del diseño del cabezal, la inclinación del tubo y el ajuste interpupilar. Limitar a dos posiciones restringe la participación de modelos técnicamente equivalentes. Por ello, solicitamos su modificación sin afectar la finalidad técnica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE.
SE ACEPTARAN EQUIPOS QUE CUENTEN CON CABEZAL INCLINADO 30° Y ROTACIÓN DE 360°, YA DE POR SI TIENE AJUSTE DE ALTURA EN DOS POSICIONES, ASI MISMO CUMPLE CON LA ERGONOMIA. NO SE ACEPTA SIN AJUSTE EN DOS POSICIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:
Tubos: Tubo binocular EC-T-TB, Inclinación: 30°, Rotación: 360°

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	16:09:03

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos se modifique el requerimiento ¿Mecanismo de enfoque: Enfoque coaxial grueso/fino, guía de rodillos cruzados, carrera de enfoque: grueso: 37,7 mm por rotación¿ por ¿ un recorrido total mínimo de 25 mm¿. La guía de rodillos cruzados no es indispensable para un enfoque estable, y el viaje total de 25 mm permite un desplazamiento óptimo de la platina. Estas características cumplen con la funcionalidad exigida sin restringir la participación de modelos técnicamente equivalentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE
LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR UN VIAJE TOTAL MÍNIMO DE 25mm PERO TODAS DEBEN DE SER CON GUIA DE RODILLOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:
El viaje total será como mínimo de 25mm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20502108043	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	ADRISA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	16:27:15

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Estimado O.C., para Documentos para la admisión de la oferta, sugerimos considerar Carta para COMPROMISO DE SUMINISTROS DE INSUMOS, MATERIALES O REPUESTOS EMITIDO POR EL FABRICANTE PARA UN PLAZO DE 5 AÑOS POR LO MENOS, con la finalidad de que vuestra entidad garantice la compra y stock de repuestos o insumos, en caso fuese necesario y no se pierda la vida útil de los bienes ofertados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.1.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE
LOS POSTORES DEBERÁN DE PRESENTAR UNA CARTA CON EL COMPROMISO DE SUMINISTROS DE INSUMOS, MATERIALES O REPUESTOS EMITIDO POR EL FABRICANTE O REPRESENTANTE DE LA MARCA POR UN PLAZO DE 3 AÑOS COMO MÍNIMO. LA CARTA DEBERÁ DE PRESENTAR DATOS DE CONTACTO PARA VALIDACION O FISCALIZACION POSTERIOR, LA CUAL SERÁ PRESENTADA PARA LA CONFORMIDAD DEL BIEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.LUGAR, FORMA DE ENTREGA Y OTRAS CONDICIONES:
Los postores deberán presentar una carta de compromiso de suministros de insumos, materiales o repuestos emitido por el fabricante o representante de la marca ofertada por un plazo mínimo de 3 años.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20512900896	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:17

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

2.2 FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS

B. PLAZO D ENTREGA

De 01 hasta 10 días calendarios...30 puntos

De 11 hasta 15 días calendarios...15 puntos

De 16 hasta 19 días calendario¿. 5 puntos

CONSULTA.-

Se solicita a los EVALUADORES, el poder ampliar el plazo de entrega de esta importante licitación para promover la mayor libertad de concurrencia, a un periodo mínimo de 60 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIARÁ HASTA 60 DÍAS CALENDARIOS, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, con la finalidad de contar con pluralidad de postores.

Asimismo, en el factor de evaluación se modificará de la siguiente forma:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos

De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos

De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega del bien será en SESENTA (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Asimismo, el factor de evaluación queda de la siguiente:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos

De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos

De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO DIGITAL
SE SOLICITA
Microscopio binocular con Asa de trnasporte
Para un transporte mas seguro de usuarios noveles, el microscopio debe transportarse con ambas manos.

En ese sentido, considerandoq eu lo equipos seran requeridos para educacion, tendra a bien el area usuaria especificar que se necesita un microscopio con asas en el cuerpo para transporte con ambas manos."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
LA ASA SOLICITADA SERÁ DE ACUERDO A CADA FABRICANTE CON ARAS DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO DIGITAL
SE SOLICITA
Platina 125 x 115 mm con escala vernier
Las dimensiones y recorrido de la platina, no aporta en si ningun detalle técnico que mejore la observación del microscopio.
En ese sentido, solicitamos al área encargada acepte un microscopio con tamaño de platina similar de 120 x 132 mm con escalar vernier"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE
LA CONSULTA DE QUE LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR UN TAMAÑO DE PLATINA CON UNA DIFERENCIA DE HASTA +-10%, EN ARAS DE MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:
Platina de 125 x 115 mm con escala vernier en los ejes X-Y +-10%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO DIGITAL
SE SOLICITA
Sistema de enfoque coaxial fino y grueso con recorrido de 0.4 mm
Si bien los microscopios solicitados están destinados a fines educativos, la precisión sigue siendo un factor clave para asegurar que el estudiante obtenga el mejor enfoque posible de la muestra.

En ese sentido, y con el objetivo de garantizar una adecuada calidad de observación, se solicita que el área encargada confirme la necesidad de especificar un microscopio con un recorrido de enfoque de 15 mm y una precisión micrométrica de 2.5 μ"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
PARA PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE ACEPTARAN EQUIPOS CON UN MEJOR RECORRIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:
Sistema de enfoque coaxial grueso y fino. Con recorrido de 0.4 mm o de mejores características.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO DIGITAL
SE SOLICITA
Iluminacion LED potencia 3W con vida util de 65 000 horas

Los microscopios modernos cuentan con sistemas integrados de ahorro energético, los cuales permiten reducir significativamente el consumo eléctrico y, por ende, la potencia requerida para la iluminación.

En ese sentido, y considerando criterios de sostenibilidad ambiental, se solicita que el área usuaria tenga a bien priorizar la adquisición de equipos cuyo consumo energético sea igual o inferior a 2.4 W."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE
SE ACEPTARA EQUIPOS CON CONSUMOS ENERGETICOS MENORES O IGUALES A 3W QUE MANTEGAN LAS DEMÁS CARACTERISTICAS REQUERIDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:
Iluminación tipo LED con potencia menores o iguales que 3W con vida útil mínima de 65000 horas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO DIGITAL
SE SOLICITA
Las especificaciones tecnicas de la camara corresponden a una camara general con prestaciones basicas.

Por tanto con la finalidad de obtener una camara con prestaciones optimas para la educacion, tendra a bien el area usuria aceptar la camara con las siguientes prestaciones:

- de la misma marca del microscopio
 - tamaño de monitor de 12 pulgadas de ancho
 - Resolucion 1920 x 1080 Full HD
 - capacidad de transmitir señal por bluetooth, HDMI, o cable ethernet
 - camara con resolucion de 5 megpíxeles
 - velocidad de 60 FPS en tiempo real
- "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE
LO SOLICITADO, RESTRINGIRIA LA PARTICIPACION DE POSTORES, POR LO QUE DEBERÁ CEÑIRSE A LO SOLICITADO, EN CASO SU EQUIPO CUENTE CON MEJOR RESOLUCIÓN O PANTALLA MAS GRANDE, ESTAS SI SERÁN ACEPTADAS COMO MEJORA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO DIGITAL
SE SOLICITA
02 juegos de muestras fijas (10 muestras por juego)
Tendría a bien el area encargada que las 20 muestras fijas solicitadas en total corresponden al lote de microscopio o debera ser por cada microscopio"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
LAS MUESTRAS SON 20 UNIDADES POR CADA MICROSCOPIO. ES DECIR PARA EL MICROSCOPIO DIGITAL 200 UNIDADES DE MUESTRAS FIJAS Y PARA EL MICROSCOPIO BINOCULAR 100 UNIDADES DE MUESTRAS FIJAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO BINOCULAR
SE SOLICITA
MECANISMO DE ENFOQUE ARRIBA 2 MM ABAJO 13 MM GRUESO 37.7 MM /ROTACION FINO 0.2 MM / ROTACION

Si bien los microscopios solicitados están destinados a fines educacionales, la precisión sigue siendo un factor clave para asegurar que el estudiante obtenga el mejor enfoque posible de la muestra.

En ese sentido, y con el objetivo de garantizar una adecuada calidad de observación, se solicita que el área encargada confirme la necesidad de especificar un microscopio con un recorrido de enfoque de 15 mm y sobre todo una precisión micrométrica de 2.5 μm"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
LOS POSTORES NO PODRÁN PRESENTAR UN PRECISION MICROMETRICA MAYOR A 0.2MM, YA QUE DISMINUYE LA CALIDAD DE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO BINOCULAR
SE SOLICITA

Mecanismo de enfoque

Debe considerarse que los microscopios serán utilizados, en muchos casos, por usuarios noveles que podrían estar teniendo su primera experiencia con un equipo de alta precisión. Por este motivo, los microscopios educacionales están equipados con sistemas de protección que evitan daños tanto en las láminas como en los lentes objetivos, los cuales pueden ser causados por errores operativos comunes en usuarios inexpertos.

En ese sentido, y con el propósito de prolongar al máximo la vida útil del equipo, se solicita que el área usuaria confirme la necesidad de incluir un sistema de seguridad de preenfoque ubicado en la parte superior de la platina, el cual proteja los objetivos y evite daños a las muestras durante su manipulación."

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE PREENFOQUE, SEGÚN CADA FABRICANTE, EL CUAL PROTEJA LOS OBJETIVOS Y EVITE DAÑOS A LAS MUESTRAS DURANTE SU MANIPULACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO BINOCULAR
SE SOLICITA
OBJETIVOX 4X 10X 40X COMO MINIMO

Muchas de las muestras utilizadas en microbiología requieren ser observadas mediante objetivos de inmersión a 100X, los cuales son indispensables para una enseñanza integral y adecuada en el laboratorio.

Por tanto, se recomienda que el área encargada incluya dentro de la batería de objetivos solicitada el objetivo 100X/1.25 de inmersión en aceite, a fin de garantizar la correcta ejecución de las prácticas académicas y/o profesionales"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
LOS POSTORES DEBERÁN DE PRESENTAR UN OBJETIVO DE 100X/1.25

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:
Objetivo: 4X/10X/40X/100X/1.25 como mínimo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO BINOCULAR
SE SOLICITA
CONSUMO DE ENERGIA 4W

Los microscopios modernos cuentan con sistemas integrados de ahorro energético, los cuales permiten reducir significativamente el consumo eléctrico y, por ende, la potencia requerida para la iluminación.

En ese sentido, y considerando criterios de sostenibilidad ambiental, se solicita que el área usuaria tenga a bien priorizar la adquisición de equipos cuyo consumo energético sea igual o inferior a 2.4 W."

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE
SE ACEPTAN EQUIPOS CON CONSUMOS ENERGETICOS MENORES O IGUALES A 4W QUE MANTEGAN LAS DEMÁS CARACTERISTICAS REQUERIDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carácterísticas:

Consumo de energía: Menores o iguales a 4 W

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO BINOCULAR
SE SOLICITA
PESO APROXIMADO 5.2 KG

Cada fabricante diseña sus equipos siguiendo estándares propios, por lo que resulta poco viable que todos los proveedores presenten dimensiones y pesos estandarizados para sus microscopios. Además, el peso no constituye un parámetro determinante de calidad en estos equipos, siendo la calidad óptica ¿particularmente el sistema de objetivos¿ el aspecto fundamental.

En ese sentido, solicitamos que el peso sea considerado como un criterio opcional, y se precise como requisito indispensable que los objetivos requeridos cuenten con corrección óptica al infinito."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE,
SE ACEPTARAN EQUIPOS CON PESO DE 5.2 KG CON UNA VARIACION DE PORCENTAJE DE +-10% DEL PESO SOLICITADO. CON FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PESO DE 5.2 KG CON UNA VARIACION DE PORCENTAJE DE +-10% DEL PESO SOLICITADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO BINOCULAR
SE SOLICITA.

CONDENSADRO CON ABBE 0.1 - 1.25 MARCA DE GUIA DE COLOR CODIFICADA POR COLORES DEL DIAFRAGMA DE APERTURA CORRESPONDIENTE A LOS AUMENTOS DEL OBJETIVO.

Con el objetivo de mejorar el desempeño en el proceso de aprendizaje, los condensadores diseñados para uso educacional suelen incorporar la indicación del objetivo correspondiente para cada nivel de aumento. Este detalle promueve en el estudiante el desarrollo del hábito de regular adecuadamente la iluminación, lo cual facilita la obtención de imágenes óptimas durante la observación.

En ese sentido, se solicita que el área encargada confirme la necesidad de incluir condensadores que cuenten con la indicación del aumento a utilizar, como medida para fortalecer la formación práctica del estudiante."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
LOS POSTORES DEBERAN DE PRESENTAR CONDENSADORES QUE CUENTEN CON LA INDICACION DE AUMENTO A UTILIZAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO BINOCULAR
SE SOLICITA.

DEBERA TENER CODIGO QR CON LA CUAL SE ACCEDA A UNA GUIA PARA SABER COMO SE OPERA EL EQUIPO

Se solicita al area encargada que se pueda sustentar este punto con una declaracion jurada o el codido QR con la información solicitada"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS NO PODRAN SUSTENTARSE MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS A EXCEPCION DE ACCESORIOS QUE NOSE CONTEMPLAN EN LAS FICHAS O CATALOGOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO BINOCULAR
SE SOLICITA
02 juegos de muestras fijas (10 muestras por juego)
Tendría a bien el area encargada que las 20 muestras fijas solicitadas en total corresponden al lote de microscopio o debera ser por cada microscopio"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
LAS MUESTRAS SON 20 UNIDADES POR CADA MICROSCOPIO. ES DECIR PARA EL MICROSCOPIO DIGITAL 200 UNIDADES DE MUESTRAS FIJAS Y PARA EL MICROSCOPIO BINOCULAR 100 UNIDADES DE MUESTRAS FIJAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

"

En la página 31 de las bases solicitan:

De 01 hasta 10 días calendario: 30 puntos
De 11 hasta 15 días calendario: 15 puntos
De 16 hasta 19 días calendario: 5 puntos

Siendo los bienes objeto de la convocatoria requiere una importación previa, desaduanaje y otros controles previos, ya que la gestión de importación se realiza de acuerdo a la configuración de los bienes solicitados, la misma que se gestiona posterior a la recepción de la O/C, por lo expuesto.

solicitamos a vuestro evaluador en consulta con el área usuaria en pos de que no se contravenga los principios que rigen las contrataciones en ACOGER nuestro requerimiento ACEPTANDO y ampliando el PLAZO de entrega a:

De 45 a 50 días calendario - 30 puntos
De 51 a 60 días calendario - 15 puntos
De 61 a 70 días calendario - 05 puntos

De esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE
EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIARÁ HASTA 60 DÍAS CALENDARIOS, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, con la finalidad de contar con pluralidad de postores.
Asimismo, en el factor de evaluación se modificará de la siguiente forma:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos
De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos
De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:
El plazo de entrega del bien será en SESENTA (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.
Asimismo, el factor de evaluación queda de la siguiente:
De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos
De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos
De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:58:57

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

"En la página 24 de las bases solicitan:

7. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega del bien será en VEINTE (20) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Siendo los bienes objeto de la convocatoria requiere una importación previa, desaduanaje y otros controles previos, solicitamos a vuestro evaluador en consulta con el área usuaria en pos de que no se contravenga los principios que rigen las contrataciones en ACOGER nuestro requerimiento ACEPTANDO y ampliando el PLAZO de ejecución a 75 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

De esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores.

"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIARÁ HASTA 60 DÍAS CALENDARIOS, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, con la finalidad de contar con pluralidad de postores.

Asimismo, en el factor de evaluación se modificará de la siguiente forma:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos

De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos

De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega del bien será en SESENTA (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Asimismo, el factor de evaluación queda de la siguiente:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos

De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos

De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20610751505	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION IMPORTADORA DEL PERU BALPROJ S.A.C.	Hora de envío :	17:28:07

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Características Técnicas Ítems Observados:

¿ Ítem 1: Microscopio Digital

¿ Ítem 2: Microscopio Binocular

Con el debido respeto y con el objetivo de fomentar la libre competencia y concurrencia en el presente proceso de selección, presentamos una observación a las especificaciones técnicas de los Ítems 1 (Microscopio Digital) y 2 (Microscopio Binocular).

Hemos analizado detalladamente las características técnicas solicitadas para el Ítem 1: Microscopio Digital, y hemos identificado que la totalidad de sus especificaciones corresponden, de manera exacta y excluyente, al modelo B-190BT de la marca Optika. De forma similar, las especificaciones técnicas del Ítem 2: Microscopio Binocular replican con precisión las características del modelo ECLIPSE Ei de la marca Nikon.

Esta práctica, al detallar características tan específicas que solo un modelo y marca en particular pueden cumplir, vulnera directamente los principios de libre competencia y concurrencia que rigen las contrataciones públicas. Al establecer requerimientos que apuntan a un único producto existente en el mercado, se limita artificialmente la participación de otros fabricantes y proveedores que, aun ofreciendo equipos de igual o superior calidad y desempeño técnico, quedan imposibilitados de presentar sus ofertas.

Las consecuencias de mantener estas especificaciones tal como están son:

¿ Restricción Indevida de Postores: Se excluye a la vasta mayoría de proveedores calificados que representan otras marcas reconocidas en el mercado de microscopía, limitando la pluralidad de ofertas.

¿ Contravención a la Normativa: Este tipo de especificaciones dirigidas a una marca o modelo específico contraviene la normativa de contrataciones del Estado, la cual busca garantizar la máxima participación y la obtención de las mejores condiciones para la entidad.

Solicitud:

En aras de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en la adquisición de los bienes, solicitamos encarecidamente al Comité de Elección que reformule las especificaciones técnicas para el Ítem 1 (Microscopio Digital) y el Ítem 2 (Microscopio Binocular).

Pedimos que se elabore una ficha técnica de especificaciones que sea plural, genérica y funcional, permitiendo la participación de diversas marcas y modelos del mercado que cumplan con el requerimiento técnico esencial de la entidad, sin restringirse a uno solo. Es crucial que se mantenga el nivel técnico y las prestaciones requeridas, pero expresadas de manera que fomente la competencia y la libre concurrencia de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 Ley de Contrataciones Restricción a la Libre Competencia en Especificaciones Técnicas

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS CORRESPONDEN A UN MINIMO DE CARACTERISTICAS QUE SE SOLICITAN, EL POSTOR ES LIBRE DE OFERTAR MEJORARS A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS.

POR OTRO LADO SI LOS POSTORES OFRECEN UN EQUIPO CON MEJORES CARACTERISTICAS ESTAS SERÁN ACEPTADAS, YA SEA EN RESOLUCION, ERGONOMIA, LUMINOSIDAD, VIDA UTIL, TAMAÑO, ETC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20610751505	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION IMPORTADORA DEL PERU BALPROJ S.A.C.	Hora de envío :	17:28:07

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Texto de las Bases: "PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

¿ De 01 hasta 10 días calendario: 30 puntos

¿ De 11 hasta 15 días calendario: 15 puntos

¿ De 16 hasta 19 días calendario: 5 puntos"

Con relación a la metodología de asignación de puntaje para el factor Plazo de Entrega, ubicado en el numeral 2.2, literal B del Capítulo IV, observamos que los rangos establecidos son incompatibles y desproporcionados con la naturaleza de los bienes a adquirir, especialmente considerando que se trata de equipos de importación con características técnicas específicas.

La adquisición de microscopios de configuración particular implica un complejo proceso logístico internacional que incluye fabricación, transporte, nacionalización y despacho aduanero. Un plazo de entrega de 19 días calendario (para obtener 5 puntos) o incluso de 10 días calendario (para obtener 30 puntos) es logísticamente inviable y materialmente imposible de cumplir para la importación y puesta en marcha de estos equipos.

Mantener esta ponderación de plazos no solo desincentiva la participación de proveedores serios y capacitados que manejan procesos de importación reales, sino que también podría inducir a ofertas poco realistas o a la postulación de equipos que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, al priorizar un plazo de entrega inalcanzable sobre la viabilidad de la cadena de suministro. Esto contraviene el principio de eficiencia y la búsqueda de las mejores condiciones para la entidad.

Solicitud y Propuesta de Nueva Ponderación:

Considerando la realidad del mercado y los tiempos necesarios para la importación, entrega, instalación y capacitación de equipos especializados, solicitamos al comité de evaluación que reajuste la metodología de asignación de puntaje para el factor Plazo de Entrega, tomando como base un plazo máximo viable de 60 días calendario.

Proponemos la siguiente nueva ponderación que consideramos justa, realista y que permitirá una competencia adecuada, manteniendo el interés de la entidad en una entrega oportuna:

¿ De 01 hasta 30 días calendario: 30 puntos

¿ De 31 hasta 45 días calendario: 15 puntos

¿ De 46 hasta 60 días calendario: 5 puntos

Esta modificación permitirá que los postores presenten ofertas con plazos de entrega realistas y alcanzables, sin comprometer la calidad de los equipos ni la seriedad de la propuesta, y garantizará que el factor de evaluación cumpla su propósito sin excluir a proveedores que puedan cumplir con el requerimiento técnico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 2.2

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Ley de Contrataciones con el Estado

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIARÁ HASTA 60 DÍAS CALENDARIOS, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, con la finalidad de contar con pluralidad de postores.

Asimismo, en el factor de evaluación se modificará de la siguiente forma:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos

De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos

De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega del bien será en SESENTA (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Asimismo, el factor de evaluación queda de la siguiente:

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos
De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos
De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20610751505	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION IMPORTADORA DEL PERU BALPROJ S.A.C.	Hora de envío :	17:28:07

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

En las bases de la convocatoria para sustentar la experiencia del Postor se está considerando una experiencia en equipos tales como, instrumentos o equipamiento de laboratorios de química o biología o ciencias naturales Limitar la participación a aquellos que no puedan alcanzar lo solicitado, restringe la competencia y podría excluir a proveedores calificados que cumplan con los estándares de calidad.

Al establecer un criterio más accesible, se promovería una mayor participación de empresas ofertantes. Por lo tanto, solicitamos al Comité Especial considerar ampliar este criterio a equipos de imágenes en general tales como microscopios quirúrgico o torres de video laparoscopia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.5.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Ley de Contrataciones del Estado

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

LA EXPERIENCIA INCLUYE MICROSCOPIOS CON FINES ACADÉMICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Instrumentos o equipamiento de laboratorios de química o biología o ciencias naturales o microscopios con fines académicos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20554258094	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOSIX IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIOSIX IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:28:28

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

4.2 Características Técnicas

1. Microscopio Digital

En relación con el requerimiento que indica que el sistema de enfoque coaxial (macrométrico y micrométrico) debe tener un recorrido de 0.4 mm, se precisa que en el mercado existen modelos de reconocida calidad que cuentan con una precisión mínima de 0.34 mm, lo cual representa una mejora técnica respecto al valor solicitado.

Una mayor precisión en el mecanismo de enfoque permite un mayor control, estabilidad y nitidez durante la observación microscópica, especialmente al trabajar con objetivos de gran aumento (40x y 100x), donde el ajuste fino es fundamental.

Por ello, solicitamos respetuosamente al comité de selección que se considere modificar el requerimiento técnico a:"Sistema de enfoque coaxial grueso y fino, Con recorrido entre 0.30 mm y 0.4 mm" , con el fin de promover la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
PARA PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE ACEPTARAN EQUIPOS CON UN MEJOR RECORRIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20554258094	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOSIX IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIOSIX IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:36:33

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

4.2 Características Técnicas

1. Microscopio Digital

En relación con el requerimiento que establece que la iluminación tipo LED debe tener una potencia de 3W, solicitamos amablemente al comité de selección considerar ampliar el rango especificado para incluir equipos que cuenten con sistemas LED de 1W con control de intensidad, los cuales son ampliamente utilizados en microscopía educativa y de laboratorio.

Cabe señalar que la eficiencia de iluminación no depende exclusivamente de la potencia en watts, sino también del diseño óptico del sistema, incluyendo el tipo de condensador, apertura numérica y distribución uniforme de la luz. Los sistemas LED de 1W actuales ofrecen iluminación suficiente, homogénea y de bajo consumo energético, cumpliendo plenamente con las exigencias de observación microscópica.

Por lo tanto, sugerimos modificar el requerimiento a: "Iluminación tipo LED de, con potencia mínima de 1W y control de intensidad", a fin de permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE
SE ACEPTAN EQUIPOS CON CONSUMOS ENERGETICOS MENORES O IGUALES A 4W QUE MANTEGAN LAS DEMÁS CARACTERISTICAS REQUERIDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carácterísticas:

Consumo de energía: Menores o iguales a 4 W

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:09:32

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO DIGITAL

Consulta N°1

A quien corresponda,

se presenta la consulta en referencia a la siguiente EE.TT:

CON AJUSTE DE DIOPTRIAS

Se propone la mejora de la descripción de la especificación, esto con el fin de hacerla más precisa y adaptable a una mayor variedad de diseños de microscopios, lo que amplía las pluralidad de postores. Al permitir que el ajuste de dioptrías se realice en uno o ambos oculares, se incluye un rango más amplio de modelos y configuraciones sin comprometer la funcionalidad del equipo. Por lo cual, nos gustaría solicitar la modificación de la especificación en los siguientes términos:

CON AJUSTE DE DIOPTRIAS EN UNO O AMBOS TUBOS OCULARES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR EQUIPOS CON UN AJUSTE DE DIOPTRÍAS EN UNO O AMBOS TUBO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Con ajuste de dioptrías en uno o ambos tubos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:09:32

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO DIGITAL

se presenta la consulta en referencia a la siguiente EE.TT:

ILUMINACIÓN TIPO LED CON POTENCIA DE 3W CON VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 65000 HORAS

Se propone la ampliación del requerimiento de potencia del led, esto con el objetivo de mejorar la potencia de la iluminación sin afectar la durabilidad del LED, lo que permitiría una mejor visualización durante el uso del equipo. Por lo cual, nos gustaría solicitar la modificación de la especificación en los siguientes términos:

ILUMINACIÓN TIPO LED CON POTENCIA DE 3-4W CON VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 65000 HORAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2.1 **Literal:** 11 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

SE ACEPTAN EQUIPOS CON CONSUMOS ENERGETICOS MENORES O IGUALES A 4W QUE MANTEGAN LAS DEMÁS CARACTERISTICAS REQUERIDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Consumo de energía: Menores o iguales a 4 W

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:09:32

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO DIGITAL

A quien corresponda,
se presenta la consulta en referencia a la siguiente EE.TT:
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA 3.1 MP, RESOLUCIÓN DE IMÁGENES 2048X1536
Se propone el ajuste de la especificación de la resolución de la cámara a un estándar más accesible, manteniendo una resolución de imagen excelente sin comprometer la calidad general del equipo Este ajuste puede ofrecer una mayor flexibilidad para los postores al considerar un rango más amplio de modelos y configuraciones de cámaras, ampliando las opciones disponibles sin sacrificar el rendimiento o la funcionalidad del equipo. Por lo cual, nos gustaría solicitar la modificación de la especificación en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA 3 MP, RESOLUCIÓN DE IMÁGENES 2048X1536

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
LOS POSTORES PODRAN PRESENTAR UN EQUIPO CON MEJOR RESOLUCION MAS NO CON MENOR RESOLUCION. POR LO QUE DEBERÁ DE CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:
Resolución de la cámara 3.1 MP como mínimo, resolución de imagen 2048x1536 píxeles.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:09:32

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO BINOCULAR

Consulta N°1

CARRERA DE ENFOQUE: Grueso: 37,7 mm /rotación, Fino: 0,2 mm/ rotación

Se propone el ajuste de la carrera gruesa de enfoque, esto permitirá incluir una variedad más amplia de microscopios que, aunque pueden tener una carrera gruesa menor, siguen siendo efectivos para un entorno educativo. Por lo que, queremos sugerir el cambio de la especificación en los siguientes términos:

CARRERA DE ENFOQUE: Grueso: 18 mm o más /rotación, Fino: 0,2 mm o más/ rotación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMETE

LA CARRERA DE ENFOQUE ES LO MINIMO SOLICITADO DEBERA DE CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Mecanismo de enfoque: Enfoque coaxial grueso / fino, Guía de rodillos cruzados, Carrera de enfoque: Arriba 2 mm / Abajo 13 mm, Grueso: 37,7 mm / rotación, Fino: 0,2 mm / rotación, estas medidas como mínimo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:09:32

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO BINOCULAR

Revolver porta objetivos: Revólver cuádruple de tipo invertido (dentro del cuerpo principal)

Se propone el cambio de la especificación ya que un microscopio de tipo invertido no va acorde al uso académico de la cual va sujeta esta licitación, además de no corresponder al modelo brindado como imagen referencia. Por lo que, se solicita el cambio de la especificación en los siguientes términos:

Revolver porta objetivos: Revólver cuádruple de tipo estándar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

EL REVOLVER INVERTIDO SE REFIERE A QUE LA PROYECCIÓN DEL MISMO REVOLVER NO ES EXTERNA, SINO INTERNA. DEBERA DE CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:09:32

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO BINOCULAR

Platina: Platina mecánica rectangular (dentro del cuerpo principal), con porta muestras, con calibraciones vernier, Recorrido transversal: 76 (X) x 30(Y)mm o mayor

Se solicita el cambio del requerimiento con el fin de optimizar la especificación sin afectar la funcionalidad ni el rendimiento del equipo. Al reducir ligeramente el valor de 76 mm a 75 mm, esta pequeña modificación en la dimensión del recorrido transversal permite mayor flexibilidad en la selección de modelos de platinas que aún cumplen con los requisitos de calidad y desempeño, sin comprometer la capacidad de movimiento necesario para el uso educativo. Por lo que, se solicita el cambio de la especificación en los siguientes términos:

Platina: Platina mecánica rectangular (dentro del cuerpo principal), con porta muestras, con calibraciones vernier, Recorrido transversal: 75 (X) x 30(Y)mm o mayor

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 9 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE.

QUE LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR UN RECORRIDO DE LA PLATINA 76mm (X) x 30mm (Y) CON UNA VARIACION DE +-10%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Recorrido transversal: 76 (X) x 30 (Y) mm. Con una variación de +- 10%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:09:32

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO BINOCULAR

Peso aproximado: 5.2 Kg

Se solicita el cambio de "Peso aproximado: 5.2 Kg" a "Peso aproximado: 5.2-6 Kg" se justifica debido a que la fabricación de un microscopio con materiales más resistentes y duraderos representa un incremento en su peso. Estos materiales de alta calidad aseguran la robustez y la longevidad del equipo, características fundamentales para un uso educativo, donde los microscopios deben ser capaces de soportar un uso constante y ser transportados con seguridad. Aunque el aumento del rango de peso es de 0.8 Kg, no es excesivo y no compromete la portabilidad del equipo. Por lo cual, se solicita el cambio de la especificación en los siguientes términos:

Peso aproximado: 5.2 - 6 Kg

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 16 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE,
SE ACEPTARAN EQUIPOS CON PESO DE 5.2 KG CON UNA VARIACION DE PORCENTAJE DE +-10% DEL PESO SOLICITADO. CON FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PESO DE 5.2 KG CON UNA VARIACION DE PORCENTAJE DE +-10% DEL PESO SOLICITADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:20:28

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Dice:

7. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega del bien será en VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE:

Dado a la cantidad de equipos solicitados, estos requieren de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado.

El envío del equipo implica una logística considerable, especialmente teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la programación de envío. Un plazo extendido permitirá una planificación más efectiva y evitará posibles retrasos logísticos.

Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE
EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIARÁ HASTA 60 DÍAS CALENDARIOS, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, con la finalidad de contar con pluralidad de postores.
Asimismo, en el factor de evaluación se modificará de la siguiente forma:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos
De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos
De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:
El plazo de entrega del bien será en SESENTA (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Asimismo, el factor de evaluación queda de la siguiente:
De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos
De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos
De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:20:28

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Dice:

B. PLAZO DE ENTREGA

Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en el requerimiento.

- De 01 hasta 10 días calendario: 30 puntos
- De 11 hasta 15 días calendario: 15 puntos
- De 16 hasta 19 días calendario: 5 puntos

SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE:

Dado a la cantidad de equipos solicitados, estos requieren de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado.

El envío del equipo implica una logística considerable, especialmente teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la programación de envío. Un plazo extendido permitirá una planificación más efectiva y evitará posibles retrasos logísticos.

Por ello, se solicita al comité considerar la siguiente evaluación:

- Contemplando así:
- De 01 hasta 90 días calendario: 30 puntos
 - De 91 hasta 95 días calendario: 15 puntos
 - De 96 hasta 99 días calendario: 5 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 2.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIARÁ HASTA 60 DÍAS CALENDARIOS, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, con la finalidad de contar con pluralidad de postores.

Asimismo, en el factor de evaluación se modificará de la siguiente forma:

- De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos
- De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos
- De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega del bien será en SESENTA (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Asimismo, el factor de evaluación queda de la siguiente:

- De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos
- De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos
- De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20554258094	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOSIX IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIOSIX IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	21:13:00

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

4.2 Características Técnicas

1. Microscopio Digital

Respecto a la resolución solicitada para la cámara digital (3.1 MP, 2048 x 1536 píxeles), solicito amablemente al comité de selección si aceptaría una cámara con resolución superior de 4 MP y 2560 x 1440 píxeles, ya que esto representa una mejora en calidad de imagen, sin afectar la funcionalidad requerida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR UN RESOLUCION IGUAL O MAYOR A 3.1MP, EN ARAS DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Características:

Resolución de la cámara 3.1 MP como mínimo,

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20554258094	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOSIX IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIOSIX IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	21:13:00

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

4.2 Características Técnicas

1. Microscopio Digital

Estimados Sres. del comité, en relación con el tamaño de sensor solicitado (1/25¿) CMOS, agradeceré se confirme si es aceptable la propuesta de una cámara con sensor de 1/30¿ CMOS, considerando que esta diferencia no compromete el desempeño del equipo y que se mantienen estándares óptimos de captura y procesamiento de imagen.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

EL TAMAÑO DEL SENSOR DE 1/25" CMOS ES EL MÍNIMO REQUERIDO PUDIENDO EL CONTRATISTA OFERTAR UN SENSOR DE MAYOR PRECISIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Característica:

Tamaño del sensor: 1/25¿ CMOS como mínimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20554258094	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOSIX IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIOSIX IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	21:13:00

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

4.2 Características Técnicas

1. Microscopio Digital

Con respecto al parámetro de sensibilidad del sensor (0.53 V/lux-segundo), solicito amablemente puedan considerar la posibilidad de aceptar una sensibilidad de 1.9 V/lux-segundo, considerando que este valor no afecta negativamente la operatividad del sistema y puede estar dentro del rango de tolerancia funcional según las condiciones de uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

EL RANGO SOLICITADO NO ESTA DENTRO DE LO PERMITIDO, POR LO QUE DEBERÁ DE CEÑIRSE A LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIOS, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	20/06/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:15:35

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

En plazo de entrega indica 20 días calendario.

Solicitamos al comité en selección para una mayor participación de postores y por la cantidad solicitada se necesita ser importada, por lo cual solicitamos que se modifique en un tiempo de 75 días para la entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIARÁ HASTA 60 DÍAS CALENDARIOS, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, con la finalidad de contar con pluralidad de postores.

Asimismo, en el factor de evaluación se modificará de la siguiente forma:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos

De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos

De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega del bien será en SESENTA (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Asimismo, el factor de evaluación queda de la siguiente:

De 01 hasta 35 días calendarios: 30 puntos

De 36 hasta 45 días calendarios: 15 puntos

De 46 hasta 59 días calendarios: 5 puntos