

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código : 20503497728

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION DAMAR S.A.C.

Hora de envío : 17:45:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Solicitamos que se considere:

Estos equipos se fabrican a pedido y requieren de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado. Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 120 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1.- Consulta: ITEM 3
BALANZA ANALITICA DIGITAL
Especificaciones Técnicas
- Capacidad 220 a 320g x 0.0001

Solicitud de Aclaración:

La especificación en detalle la podemos interpretar como si el comité está solicitando una balanza de 320g.
Por otro lado, su especificación también puede entenderse que está necesitando una balanza que cumpla con estar dentro del rango de 220g ¿ 320g. Es decir, de 220g o de 320g.
Se solicita al comité de selección nos pueda aclarar la especificación de capacidad.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 43
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que la capacidad de la balanza analítica digital es de 320 g.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que la capacidad de la balanza analítica digital es de 320 g.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

2.- Consulta: ITEM 3
BALANZA ANALITICA DIGITAL
Especificaciones Técnicas
- Pantalla LCD digital

Solicitud de Aclaración:

Las Balanzas analíticas tienen pantallas TouchScreen o de membrana y en ambos casos cumplen con tener pantalla LCD digital.

Por lo comentado, pedimos al comité de selección nos pueda aclarar qué tipo de Pantalla LCD digital está solicitando. O nos permita ampliar a: Pantalla LCD digital según diseño de fabricante

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 43
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò el tipo de pantalla para la balanza analitica digital es opcionalmente de Touch Screen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò el tipo de pantalla para la balanza analitica digital es opcionalmente de Touch Screen.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.- Consulta: ITEM 3

BALANZA ANALITICA DIGITAL

Especificaciones Técnicas

- Ambiente de Trabajo 10°C-30°C-80% HR

Solicitud

La temperatura y % de humedad depende del diseño de cada fabricante por ello solicitamos al comité de selección, si para una mayor participación de postores, podría ampliar la especificación solicitada a:

- Ambiente de Trabajo 10°C-30°C-80% HR o Rango que lo contenga

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que se ampliara las especificaciones solicitadas tambien para el ambiente de Trabajo 10°C-30°C-75%HR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que se ampliara las especificaciones solicitadas tambien para el ambiente de Trabajo 10°C-30°C-75%HR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

4.- Consulta: ITEM 3

BALANZA ANALITICA DIGITAL

Especificaciones Técnicas

- Con otros accesorios o accesorios completos para su funcionamiento

Las balanzas analíticas, por lo general no requieren de accesorios adicionales para su funcionamiento. Sin embargo, para asegurar que la balanza no se dañe por temas eléctricos después de ser instalada; el comité podría ampliar esta especificación a:

- Con Estabilizador con transformada de aislamiento según requerimiento del diseño de la balanza según su fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que se ampliara la especificacion tecnica de manera opcional a un regulador automático de voltaje (estabilizador) con voltaje de entrada 220Vca 50/60 Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que se ampliara la especificacion tecnica de manera opcional a un regulador automático de voltaje (estabilizador) con voltaje de entrada 220Vca 50/60 Hz.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

5.- Consulta: ITEM 3
BALANZA ANALITICA DIGITAL
Especificaciones Técnicas

Consulta:

Las balanzas con sistema de auto calibración ayudan a los usuarios a tener un mayor control y seguridad en el momento del pesaje, por ello se consulta al comité de selección si desea una balanza con Auto calibración.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ampliara las especificaciones tecnicas de la balanza analitica digital de forma opcional a una balanza con Auto calibración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, ampliara las especificaciones tecnicas de la balanza analitica digital de forma opcional a una balanza con Auto calibración.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

6.- Consulta: ITEM 3

BALANZA DE PRECISIÓN

Especificaciones Técnicas

- Balanza de precisión digital de 4200 a 5200g x 0.01g de lectura

Consulta:

Existen balanzas de rango cercano a lo solicitado por el comité (4200-5200g). Para una mayor participación de postores, consultamos al comité de selección si podrá ampliar la especificación a:

- Balanza de precisión digital de 4200 a 5200g o rango que lo contenga x 0.01g de lectura

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó que la balanza de precisión digital sea de 5200g x 0.01g de lectura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó que la balanza de precisión digital sea de 5200g x 0.01g de lectura.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

7.- Consulta: ITEM 3

BALANZA DE PRECISIÓN

Especificaciones Técnicas

- Capacidad / Alcance máximo (g) 5200

Consulta:

Debido a que existen balanzas de rangos cercanos a lo solicitado, consultamos al comité de selección, si para una mayor participación de postores, el comité podrá ampliar la especificación solicitada a:

- Capacidad / Alcance máximo (g) según rango máximo de la balanza según diseño del fabricante

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó que la capacidad / Alcance máximo (g) es de 5200.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó que la capacidad / Alcance máximo (g) es de 5200.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

8.- Consulta: ITEM 3

BALANZA DE PRECISION

Especificaciones Técnicas

- Ambiente de Trabajo 10°C-30°C-80% HR

Solicitud

La temperatura y % de humedad depende del diseño de cada fabricante por ello solicitamos al comité de selección, si para una mayor participación de postores, podría ampliar la especificación solicitada a:

- Ambiente de Trabajo 10°C-30°C-80% HR o Rango que lo contenga

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que se ampliara las especificaciones solicitadas tambien para el ambiente de Trabajo el ambiente de Trabajo 10°C-30°C - 75%HR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que se ampliara las especificaciones solicitadas tambien para el ambiente de Trabajo el ambiente de Trabajo 10°C-30°C - 75%HR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

9.- Consulta: ITEM 3

BALANZA DE PRECISION

Especificaciones Técnicas

- Con otros accesorios o accesorios completos para su funcionamiento

CONSULTA:

Las balanzas de precisión , por lo general no requieren de accesorios adicionales para su funcionamiento. Sin embargo, para asegurar que la balanza no se dañe por temas eléctricos después de ser instalada; el comité podría ampliar esta especificación a:

- Con Estabilizador con transformada de aislamiento según requerimiento del diseño de la balanza según su fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que se ampliara la especificacion tecnica de manera opcional a un regulador automático de voltaje (estabilizador) con voltaje de entrada 220Vca 50/60 Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que se ampliara la especificacion tecnica de manera opcional a un regulador automático de voltaje (estabilizador) con voltaje de entrada 220Vca 50/60 Hz.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20538630781	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

10.- Consulta: ITEM 3

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes de materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 (sesenta) días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

CONSULTA:

Se consulta al comité de selección si podría ampliar el plazo de entrega a 70 días calendarios, para una mayor participación de postores.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: I **Página: 14**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la balanza analítica, solicitan que el ambiente de trabajo de 10 a 30 °C, por lo expuesto solicitamos que sea aceptado como opcional de (17.5 X 22.5 Temperatura). Para mayor participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** ITEM 3 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado y su reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección NO ACOGE LA OBSERVACION, teniendo en cuenta que la temperatura de trabajo es de 10°C-30°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección NO ACOGE LA OBSERVACION, teniendo en cuenta que la temperatura de trabajo es de 10°C-30°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la balanza analítica, solicitan que la humedad relativa sea 80% por lo expuesto solicitamos que sea la humedad relativa 50 a 75 %. Para mayor participación de postores

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ii **Literal:** ítem 03 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado y su reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, se ampliara tambien a balanzas analíticas en la que la humedad relativa es de 75%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, se ampliara tambien a balanzas analíticas en la que la humedad relativa es de 75%.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Balanza de precisión Solicitan que la capacidad maxima sea 5200g por lo expuesto solicitamos que acepten también como capacidad máxima de 5000g a 5200g; Para mayor participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ii **Literal:** ítem 3 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado y su reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, NO ACOGE LA OBSERVACION, la capacidad máxima es de 5200g.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, NO ACOGE LA OBSERVACION, la capacidad máxima es de 5200g.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Balanza de precision: piden que la temperatura de trabajo sea de 10 °C a 30 °C, por lo expuesto solicitamos que acepten tambien como opcional como temperatura de trabajo de 17.5°C a 22.5 °C ; Para mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ii **Literal:** item 03 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contratación con el Estado y su Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, NO ACOGE LA OBSERVACION, SE determinò que la temperatura del trabajo es de 10 °C a 30 °C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, NO ACOGE LA OBSERVACION, SE determinò que la temperatura del trabajo es de 10 °C a 30 °C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Balanza de precision: solicitan que la humedad relativa sea 80% por lo expuesto solicitamos que sea la humedad relativa sea como opcional de 50 a 75 %. Para mayor participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ii **Literal:** ítem 03 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contratación con el Estado y su Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, se ampliara tambien a balanzas de presicion en la que la humedad relativa es de 75%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, se ampliara tambien a balanzas de presicion en la que la humedad relativa es de 75%.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Potenciometro: Solicitan dos electrodos , se refieren a un electrodo de repuesto o a un electrodo de ph y uno de temperatura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** ITEM 4 **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado y su reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que los dos electrodos solicitados se refiere a un electrodo de pH y un electrodo de temperatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que los dos electrodos solicitados se refiere a un electrodo de pH y un electrodo de temperatura.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Destilador: solicitan el equipo con medidas 80 cm x 410 cm x 540 cm. Solicitamos que las medidas no sean definidas , que sean abiertas o aproximadas segun la marca ofertada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** ITEM 4 **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado y su reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, se determinò que las medidas del destilador es (alto x ancho x fondo) 780 cm x 410 cm x 540 cm aproximado segùn la marca ofertada, la misma que tambien se aceptaran de medidas que superen o mejoren el requerimiento segun la marca ofertada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, se determinò que las medidas del destilador es (alto x ancho x fondo) 780 cm x 410 cm x 540 cm aproximado segùn la marca ofertada, la misma que tambien se aceptaran de medidas que superen o mejoren el requerimiento segun la marca ofertada.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Turbidimetro: Solicitan pilas para el turbidimetro de mesa.Solicitamos que las pilas sean opcionales debido a que los turbidimetros de mesa generalmente solo se conectan a corriente de 220 v.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** ITEM 5 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado y su reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, precisa el Turbidimetro de mesa, no requiere pilas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, precisa el Turbidimetro de mesa, no requiere pilas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Turbidimetro: solicitan rango de 0 a 10 , 0 a 100, 0 a 100, 0 a 4000 NTU. solicitamos considerar como opcional el siguiente rango 0.00 a 9.99 , 10.0 a 99.9 , 100 a 4000 NTU

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** ITEM 5 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado y su reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria,NO ACOGE LA OBSERVACION, el Turbidimetro de mesa el rango es de 0 a 4000 NTU.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria,NO ACOGE LA OBSERVACION, el Turbidimetro de mesa el rango es de 0 a 4000 NTU.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Cabina de bioseguridad: Piden como medidas internas del equipo 1220 mm x 626 mm x 709 mm. solicitamos como opcional la medidas de 1150 mm x 600 mm x 660 mm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** ITEM 6 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado y su reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò aceptar opcionalmente las medidas de 1150 mm x 600 mm x 660 mm,segùn la marca ofertada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò aceptar opcionalmente las medidas de 1150 mm x 600 mm x 660 mm,segùn la marca ofertada.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20601622549	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	CH & S MEDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CH & S MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	14:56:55

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Plancha de calentamiento: Piden para la plataforma las medidas de 60 cm x 30 cm. Solicitamos que las medidas no sean definidas sino abiertas o aproximadas según la marca ofertada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** ITEM 6 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado y su reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, opcionalmente se aceptaran medidas según la marca ofertada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, opcionalmente se aceptaran medidas según la marca ofertada

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	10:57:00

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Item 01: Cabeza Trinocular para cámara con elevación para usuarios bajos y altos girable.

La solicitud de elevación de la cabeza trinocular encarece el equipo, por tanto recomendados solicitar esta especificación de manera opcional ya que no afecta la funcionalidad del equipo.

Cabeza Trinocular para cámara, con elevación para usuarios bajos y altos girable (Opcional).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, aclara que los postores deberán de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas para el microscopio trinocular

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, aclara que los postores deberán de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas para el microscopio trinocular

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	10:57:00

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Item 1: Con adaptador, cámara de buena resolución, software compatible y lámina patrón.

Solicitan cámara de buena resolución, sin embargo no especifican la resolución dejando abierta la posibilidad de que les den una cámara de baja resolución. Solicitamos amablemente al comité especificar la resolución de la cámara de buena resolución, para lo cual sugerimos: Con adaptador, cámara de buena resolución 5MP a más, software compatible y lámina patrón.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, e determinò solicitar con adaptador, cámara de buena resolución 5 MP a más, software compatible y lámina patrón.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, e determinò solicitar con adaptador, cámara de buena resolución 5 MP a más, software compatible y lámina patrón.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 10:57:00

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Balanza de Precisión Item 3:Temperatura de operación o trabajo de 10 a 30°C.

La temperatura de operación dependerá de cada fabricante, solicitamos amablemente al comité aceptar: Temperatura de operación o trabajo de 5-35°C

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que la temperatura de operación o trabajo es de temperatura del trabajo es de 10 °C a 30 °C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que la temperatura de operación o trabajo es de temperatura del trabajo es de 10 °C a 30 °C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	10:57:00

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Balanza Analítica Item 3: Temperatura de operación o trabajo de 10 a 30°C. 80%HR

La temperatura de operación dependerá de cada fabricante, solicitamos amablemente al comité aceptar: Temperatura de operación o trabajo de 5-35°C. 80%HR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò la temperatura de operación o trabajo es de 10°C-30°C 80% HR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò la temperatura de operación o trabajo es de 10°C-30°C 80% HR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	10:57:00

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Balanza Analítica Item 3:En las especificaciones no hacen referencia al Tiempo de respuesta (seg.)y la linealidad, dejando abierta la posibilidad que se incluya las no adecuadas para un buen funcionamiento del equipo

Solicitamos amablemente al comité añadir: Tiempo de respuesta menor igual 4s y Linealidad $\pm 0,0004g$ o menor

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que el tiempo de respuesta es menor igual 4s y Linealidad $\pm 0,0004g$ o menor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que el tiempo de respuesta es menor igual 4s y Linealidad $\pm 0,0004g$ o menor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	10:57:00

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Balanza de precisión Item 3:En las especificaciones no hacen referencia al Tiempo de respuesta (seg.)y la linealidad, dejando abierta la posibilidad que se incluya las no adecuadas para un buen funcionamiento del equipo

Solicitamos amablemente al comité añadir: Tiempo de respuesta menor igual 3s y Linealidad $\pm 0,03g$.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò que el tiempo de respuesta menor igual 3s y Linealidad $\pm 0,03g$.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò que el tiempo de respuesta menor igual 3s y Linealidad $\pm 0,03g$.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	10:57:00

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Balanza Analítica Digital: Item 3: Capacidad 220 a 320g x0.0001g

Agradeceremos confirmar si desean una Balanza analítica digital que este en ese rango de capacidad de pesaje, es decir podemos ofrecer balanzas desde 220g hasta 320g, dentro de ese rango.

Solicitamos al comité confirmar nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó la capacidad de la balanza analítica digital es de 320 g.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó la capacidad de la balanza analítica digital es de 320 g.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:59:53

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

"ITEM1 MICROSCOPIO TRINOCULAR

SE SOLICITA

OCULARES DE 10X A 20X CON CAMPO DE OBSERVACION DE 20 MM

Observamos que se solicita un rango de oculares de 10X y 20X, sin embargo, la mayoría de microscopios de laboratorio e investigación cuentan con oculares de 10X lo cuales aseguran un poder de resolución óptimo para la observación microscópica de muestras sobre todo a mayor aumento.

Por tanto con la finalidad de aclarar el requerimiento, tendría a bien el área usuaria confirmar que se aceptara oculares de 10X con campo de 20 mm

"

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que se aceptará oculares de 10X con campo de 20 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que se aceptará oculares de 10X con campo de 20 mm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:59:53

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

"ITEM1 MICROSCOPIO TRINOCULAR
SE SOLICITA
OBJETIVO 100X OIL DISTANCIA DE TRABAJO 0.23 MM A MAS

Considerando que los objetivos de 100X de inmersión en aceite por su diseño deben contar con una distancia de trabajo mínima para asegurar la parafocalidad con los demás objetivos, por tanto se solicita amablemente al comité acepte objetivos con una distancia de trabajo menor que asegure un enfoque parafocal, rápido y preciso de la muestra.

Por tanto, tendría a bien el área usuaria aceptar objetivo de 100X A.N. 1.25 distancia de trabajo 0.13 mm o superior"

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó aceptar objetivo de 100X A.N. 1.25 distancia de trabajo 0.13 mm o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó aceptar objetivo de 100X A.N. 1.25 distancia de trabajo 0.13 mm o superior.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:59:53

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

"ITEM1 MICROSCOPIO TRINOCULAR

SE SOLICITA

CONDENSADOR DE AA 1.25 ENFOCABLE Y DE MOVIMIENTO PARA ILUMINACION OBLICUA NO FIJO BASICO

Los condensadores basicos son aquellos que solo se limitan a una tecnica de observacion (campo claro), siendo los condensadore universales aquellos que permiten observar muestras en campo claro, campo oscuro, contraste de fase y polarizacion.

Por tanto considerando que se requiere un condensador NO BASICO con el microscopio, tendria a bien el area usuaria actualizar el requerimiento a:

Condensador de 7 posiciones para observacion en campo claro, campo oscuro y consate de fases. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El àrea usuaria,determinò requerir de forma opcional tambien con condensador de 7 posiciones para observacion en campo claro, campo oscuro y contraste de fases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El àrea usuaria,determinò requerir de forma opcional tambien con condensador de 7 posiciones para observacion en campo claro, campo oscuro y contraste de fases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:59:53

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

"ITEM1 MICROSCOPIO TRINOCULAR
SE SOLICITA
PAQUETE DE FILTROS (AMARILLO, VERDE, AZUL)

Los filtros de colores eran necesarios cuando la iluminación del microscopio era mediante focos halogenos (amarillos), sin embargo actualmente la iluminacion del microscopio es de tipo LED la cual desarrolla temperatura de color Blanca/neutral y fria, por lo que el uso de filtros de colores ha quedado obsoleto.

Por tanto, en funcion que los filtros ya no son necesarios con una iluminacion tipo LED, tendria a bien el area usuaria descartar la solicitud de filtros o considerarlos como opcionales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò descartar la solicitud de paquetes de filtros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò descartar la solicitud de paquetes de filtros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:59:53

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

"ITEM1 MICROSCOPIO TRINOCULAR

SE SOLICITA

OTROS ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Considerando que el requerimiento es por un microscopio con camara para microfotografia el mismo que requiere de una pantalla para visualizacion de imágenes microscopicas, solicitamos al area usuaria confirmar si se debe incluir la PC/laptop para visualizacion de imagenes con la oferta del microscopio trinocular"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determinò requerir una PC/laptop para visualizacion de imágenes como una mejora de forma opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria determinò requerir una PC/laptop para visualizacion de imágenes como una mejora de forma opcional

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:59:53

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

"En la página 22 de bases solicitan:

Capacitación y/o entrenamiento

El proveedor deberá contar con personal especializado encargado de la capacitación del equipo

Las horas de capacitación: Mínimo 24 horas de instrucción del equipo, especialistas destinados en la capacitación del equipo (acreditado con carta referencia de la empresa.

Temarios de capacitación: Debe incluir al menos los siguientes temas:

Instalación y configuración del equipo

Solución de problemas y consultas técnica abierta

Teniendo en cuenta que las empresas que comercializamos equipos objeto de la convocatoria contamos con staff de profesionales quienes se encargan de los servicios conexos (instalación, capacitación y mantenimiento preventivo)

Por lo antes expuesto solicitamos aceptar lo siguiente:

Capacitación y/o entrenamiento

El proveedor deberá contar con personal especializado encargado de la capacitación del equipo

Las horas de capacitación: Mínimo 2 horas de instrucción del equipo, especialistas destinados en la capacitación del equipo (acreditado con certificados de trabajo y/o certificado de capacitación.

Temarios de capacitación: Debe incluir al menos los siguientes temas:

Instalación y configuración del equipo

Solución de problemas y consultas técnica abierta

De esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò aceptar lo siguiente:

Capacitación y/o entrenamiento

El proveedor deberá contar con personal especializado encargado de la capacitación del equipo

Las horas de capacitación: Mínimo 4 horas de instrucción del equipo, especialistas destinados en la capacitación del equipo (acreditado con certificados de trabajo y/o certificado de capacitación)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Específico

2

A

22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Temarios de capacitación: Debe incluir al menos los siguientes temas:

Instalación y configuración del equipo

Solución de problemas y consultas técnica abierta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó aceptar lo siguiente:

Capacitación y/o entrenamiento

El proveedor deberá contar con personal especializado encargado de la capacitación del equipo

Las horas de capacitación: Mínimo 4 horas de instrucción del equipo, especialistas destinados en la capacitación del equipo (acreditado con certificados de trabajo y/o certificado de capacitación)

Temarios de capacitación: Debe incluir al menos los siguientes temas:

Instalación y configuración del equipo

Solución de problemas y consultas técnica abierta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	14:29:38

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Objetivo de 100 x oil de distancia de trabajo de 0.23mm a más

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACEPTAR un equipo Microscopio trinocular con distancia de trabajo de 0.13 a más ; ya que la Distancia de trabajo de 0.23mm no es usual y pareciera que fuera un error involuntario de tipeo; con la finalidad de ofertar el equipo más adecuado y exista mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El àrea usuaria, en coordinaciòn con el comité de selecciòn determinò aceptar un equipo Microscopio trinocular con distancia de trabajo de 0.13 a más.

Precisiòn de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El àrea usuaria, en coordinaciòn con el comité de selecciòn determinò aceptar un equipo Microscopio trinocular con distancia de trabajo de 0.13 a más.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	14:29:38

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Diseño ergonómico resistente a la vibración

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACEPTAR un equipo Microscopio trinocular robusto con un peso mínimo de 7 kilos para ser resistente a la vibración; con la finalidad de ofertar el equipo más adecuado y exista mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar de forma opcional un equipo Microscopio trinocular robusto con un peso mínimo de 7 kilos para ser resistente a la vibración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar de forma opcional un equipo Microscopio trinocular robusto con un peso mínimo de 7 kilos para ser resistente a la vibración.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	14:29:38

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Iluminación Oblicua ¿ no fijo - Básico

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACLARAR, a que se refiere con que el equipo Microscopio Trinocular tenga iluminación oblicua no fijo básico, con la finalidad de ofertar el equipo que cumpla con lo solicitado, y exista mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó anular ese punto observado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó anular ese punto observado.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	14:52:40

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Protección anti-hongos sistema eléctrico

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACLARAR, si lo que están solicitando es que el equipo Microscopio Trinocular tenga protección anti-hongos en el sistema óptico, para poder ofertar el equipo más adecuado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aclarar lo que se està solicitando es que el equipo Microscopio Trinocular tenga protección anti-hongos en el sistema óptico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aclarar lo que se està solicitando es que el equipo Microscopio Trinocular tenga protección anti-hongos en el sistema óptico.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	14:52:40

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Item 1 ;Item 2;Item 4

Plazo de entrega: 60 días calendarios

Solicitamos al distinguido comité de selección se sirva ampliar el plazo de entrega a A 90 días calendarios, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que el presente ítem está compuesto por varios tipos de equipos diferentes, los cuales no siempre son del mismo fabricante siendo los tiempos de disponibilidad distintos; aunado a ello actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual . con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	14:52:40

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Item 1 ;Item 2;Item 3 y 4

Capacitación y/o entrenamiento

Las horas de capacitación mínimo 24 horas de instrucción del equipo

Solicitamos al distinguido comité de selección se sirva individualizar la cantidad de horas por equipo, ya que el presente proceso de selección es de bienes , más no de servicios y/o talleres ; así también tomar en cuenta que hacer una capacitación de 24 horas por equipos como microscopios, vortex, , balanza, refrigeradora, entre otros , siendo estos equipos tan rutinarios es desproporcional y no razonable; por ello proponemos que la capacitación sea de 4 horas por equipo , con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó individualizar la capacitación con un tiempo de 4 horas por equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó individualizar la capacitación con un tiempo de 4 horas por equipo.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20416626970	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CIENTIFICAS S.R.L	Hora de envío :	15:54:42

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

EN LAS BASES SOLICITAN: "AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO" CAPACIDAD HASTA 10 LITROS. SE LE CONSULTA AL COMITÉ SI ACEPTA AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO CAPACIDAD HASTA 20 LITROS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó solicitar Agitador magnético con calentamiento de capacidad de 10 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó solicitar Agitador magnético con calentamiento de capacidad de 10 litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20416626970	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CIENTIFICAS S.R.L	Hora de envío :	15:54:42

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

EN LAS BASES SOLICITAN: "AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO" RANGO DE TEMPERATURA DE 40 A 380°C Y DE 40 A 440°C. SE LE CONSULTA AL COMITÉ SI ACEPTA AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO RANGO DE TEMPERATURA: TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 550°C.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó aceptar AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO rango de temperatura opcional: temperatura ambiente hasta 550°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó aceptar AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO rango de temperatura opcional: temperatura ambiente hasta 550°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20416626970	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CIENTIFICAS S.R.L	Hora de envío :	15:54:42

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

EN LAS BASES SOLICITAN: INCUBADORA MICROBIOLOGÍCA DIGITAL CON CAPACIDAD EQUIVALENTE: DE 110 A 130 LITROS. SE CONSULTA AL COMITÉ SI ACEPTA: INCUBADORA MICROBIOLOGÍCA DIGITAL CON CAPACIDAD EQUIVALENTE: DE 108 LITROS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR la propuesta, se solicita capacidad equivalente de 110 a 130 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR la propuesta, se solicita capacidad equivalente de 110 a 130 litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20416626970	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CIENTIFICAS S.R.L	Hora de envío :	15:54:42

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

EN LA BASES SOLICITAN: PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON PLATAFORMA DE ALUMINIO DE 60 X 30 CM. SE CONSULTA AL COMITÉ SI ACEPTA: PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON PLATAFORMA DE ALUMINIO DE 50 X 25 CM.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó NO ACEPTAR la propuesta, se solicita con las medidas de 60 x 30 cm aproximado según la marca ofertada opcionalmente con control digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó NO ACEPTAR la propuesta, se solicita con las medidas de 60 x 30 cm aproximado según la marca ofertada opcionalmente con control digital.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20416626970	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CIENTIFICAS S.R.L	Hora de envío :	15:54:42

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

EN LA BASES SOLICITAN: PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON TEMPERATURA MÁXIMA DE 350°C. SE CONSULTA AL COMITÉ SI ACEPTA: PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON TEMPERATURA MÁXIMA DE 400°C.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó en forma opcional aceptar la plancha de calentamiento con temperatura máxima de 400°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó en forma opcional aceptar la plancha de calentamiento con temperatura máxima de 400°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En la página 75 de bases solicitan:

Capacidad Legal

Habilitación

Copia simple del Documento que acredite que el postor se dedica a la actividad objeto de la contratación.

Teniendo en cuenta que la SUNAT utiliza ciertos códigos (CIU 4.0) cuya descripción es muy general y está orientada si la Empresa es Importador / Exportador.

Por lo antes expuesto solicitamos a vuestro comité de selección aceptar lo siguiente:

Copia simple del Documento que acredite que el postor se dedica a la actividad objeto de la contratación.

Acreditación:

Presentación de la FICHA RUC, donde conste que su estado sea ACTIVO y HABIDO

De esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó aceptar lo siguiente:

Copia simple del Documento que acredite que el postor se dedica a la actividad objeto de la contratación.

Acreditación:

Presentación de la FICHA RUC brindada por la SUNAT, donde conste que su estado sea ACTIVO y HABIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó aceptar lo siguiente:

Copia simple del Documento que acredite que el postor se dedica a la actividad objeto de la contratación.

Acreditación:

Presentación de la FICHA RUC brindada por la SUNAT, donde conste que su estado sea ACTIVO y HABIDO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Estimado Comité de Selección consulto y sugiero la inclusión de las siguientes características técnicas, ofreciendo mejoras tecnológicas hacia el usuario.

Un sistema de guardacable en la parte posterior del microscopio brinda seguridad, ya que el mantener los cables protegidos y ordenados, se reduce el riesgo de accidentes y cortocircuitos debido a cables dañados por el desgaste debido a la fricción y el movimiento

Un asa de Sujeción en la parte posterior, proporciona un punto de agarre cómodo y seguro, lo que facilita el transporte y la manipulación del microscopio. Esto es especialmente útil cuando se requiere trasladar el equipo de un lugar a otro en el laboratorio.

Un Sensor infrarrojo hacia el microscopio permite una gestión más eficiente de la iluminación del microscopio, ya que el sistema detecta automáticamente cuando el usuario no se encuentra presente luego de un determinado tiempo y apaga la iluminación. Esto reduce significativamente el consumo de energía y prolonga la vida útil de las fuentes de luz.

En ese sentido, solicito amablemente al comité de selección incluir las siguientes mejoras técnicas:

- Sistema Guardacable en la parte posterior.
- Asa de sujeción
- Sensor infrarrojo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó de ser el caso de forma opcional incluir las siguientes mejoras técnicas:

- Sistema Guardacable en la parte posterior.
- Asa de sujeción.
- Sensor infrarrojo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó de ser el caso de forma opcional incluir las siguientes mejoras técnicas:

- Sistema Guardacable en la parte posterior.
- Asa de sujeción.
- Sensor infrarrojo.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Al respecto, en las características técnicas solicitan un microscopio trinocular, adicionalmente consultamos al comité de selección para la adquisición hacia la cámara, deseamos destacar la importancia de incluir las especificaciones técnicas de la cámara en el proceso de selección, ya que consideramos esenciales para lograr una visualización óptima hacia las muestras.

- Tipo de sensor: CMOS
- 5 Megapíxeles como mínimo
- Tamaño de píxel de 2,2 µm x 2,2 µm como mínimo
- Interfaz USB 3.0
- Software de comunicación para la cámara.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò incluir opcionalmente las especificaciones técnicas de la cámara en el proceso de selección, ya que consideramos esenciales para lograr una visualización óptima hacia las muestras.

- Tipo de sensor: CMOS 1/ 2,5"
- 5 Megapíxeles como mínimo
- Tamaño de píxel de 2,2 µm x 2,2 µm como mínimo
- Interfaz USB 3.0
- Software de comunicación para la cámara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò incluir opcionalmente las especificaciones técnicas de la cámara en el proceso de selección, ya que consideramos esenciales para lograr una visualización óptima hacia las muestras.

- Tipo de sensor: CMOS 1/ 2,5"
- 5 Megapíxeles como mínimo
- Tamaño de píxel de 2,2 µm x 2,2 µm como mínimo
- Interfaz USB 3.0
- Software de comunicación para la cámara.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

ESTUFA

Estimado Comité de Selección consulto y sugiero la inclusión de las siguientes características técnicas, ofreciendo mejoras tecnológicas hacia el usuario y fomentar la participación de un mayor numero de postores con diferentes marcas y modelos a ofertar.

- PANEL DE CONTROL TACTIL
- NORMATIVA DIN 12880
- AGUJERO DE 0.5 MM PARA INSERCCION DE UN SENSOR EXTERNO
- PUERTO DE DESCARGA DE DATOS POR USB

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente incluir las siguientes características para la estufa: - Panel de control digital

- Normativa DIN 12880
- Agujero de 0.5 mm para insercción de un sensor externo.
- Puerto de descarga de datos por USB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente incluir las siguientes características para la estufa: - Panel de control digital

- Normativa DIN 12880
- Agujero de 0.5 mm para insercción de un sensor externo.
- Puerto de descarga de datos por USB.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

ESTUFA

En las bases solicitan:

- Estufa regulable para convección forzada y natural para esterilización y secado.
- Capacidad aproximada de 240 a 260 litros.
- Potencia consumida en el periodo de calentamiento:2800 a 3600W

Al respecto, solicitamos de manera amable al comité encargado poder revisar estos puntos detallados, ya que se encuentran dirigidos hacia una marca en específico, por lo cual limita la participación libre y activa de proveedores de marcas y modelos a ofertar.

Por lo tanto, se consulta si se podría considerar aceptar lo siguiente:

- Estufa regulable para convección natural para esterilización y secado.
- Capacidad aproximada de 200 a 260 litros.
- Potencia consumida en el periodo de calentamiento:2100 a 3600W

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò no ACEPTAR la propuesta, se solicita: - Estufa regulable para convección forzada y natural para esterilización y secado.

- Capacidad aproximada de 240 a 260 litros.
- Potencia consumida en el periodo de calentamiento:2800 a 3600W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò no ACEPTAR la propuesta, se solicita: - Estufa regulable para convección forzada y natural para esterilización y secado.

- Capacidad aproximada de 240 a 260 litros.
- Potencia consumida en el periodo de calentamiento:2800 a 3600W.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

INCUBADORA

En las bases solicitan:

- Convección natural y de aire forzado
- Temperatura de trabajo entre 20 a 80°C
- Puerta interior de vidrio y puerta exterior en acero inoxidable

Al respecto, solicitamos de manera amable al comité encargado poder revisar estos puntos detallados, ya que se encuentran dirigidos hacia una marca en específico, por lo cual limita la participación libre y activa de proveedores de marcas y modelos a ofertar.

Por lo tanto, se consulta si se podría considerar aceptar lo siguiente:

- Convección natural
- Temperatura de trabajo entre 20 a 70°C
- Puerta interior de vidrio y puerta exterior con Revestimiento en polvo de acero laminado pintado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó no ACEPTAR la propuesta, se solicita: -

- Convección natural y de aire forzado
- Temperatura de trabajo entre 20 a 80°C
- Puerta interior de vidrio y puerta exterior en acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó no ACEPTAR la propuesta, se solicita: -

- Convección natural y de aire forzado
- Temperatura de trabajo entre 20 a 80°C
- Puerta interior de vidrio y puerta exterior en acero inoxidable.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Agitador Vortex

En las bases solicitan:

- Velocidad de 0 a 3600 RPM regulables

Al respecto, solicitamos de manera amable al comité encargado poder revisar este punto detallado, ya que se encuentran dirigido hacia una marca en específico, por lo cual limita la participación libre y activa de proveedores de marcas y modelos a ofertar.

Por lo tanto, se consulta si se podría considerar aceptar lo siguiente:

- Velocidad de 0 a 3000 RPM regulables como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 51**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar el rango de velocidad de 0 a 3000 rpm regulables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar el rango de velocidad de 0 a 3000 rpm regulables.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

AUTOCLAVE

En las bases solicitan:

- Mueble fabricado en acero inoxidable de calidad
- Display de temporizador. Digital LCD

Al respecto, solicitamos de manera amable al comité encargado poder revisar estos puntos detallados, ya que se encuentran dirigidos hacia una marca en específico, por lo cual limita la participación libre y activa de proveedores de marcas y modelos a ofertar.

Por lo tanto, se consulta si se podría considerar aceptar lo siguiente:

- Mueble fabricado con Revestimiento en polvo de acero laminado pintado
- Display de temporizador. Digital LED

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó NO ACEPTAR la propuesta, se solicita mueble fabricado en acero inoxidable de calidad AISI 304 de doble estructura, Display de temporizador: Digital LCD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó NO ACEPTAR la propuesta, se solicita mueble fabricado en acero inoxidable de calidad AISI 304 de doble estructura, Display de temporizador: Digital LCD.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:
CABINA DE BIOSEGURIDAD

Estimado Comité de Selección consulto y sugiero la inclusión de las siguientes características técnicas, ofreciendo mejoras tecnológicas hacia el usuario y fomentar la participación de un mayor número de postores con diferentes marcas y modelos a ofertar.

- Sistema INTELIGENTE DE CAMBIO DE AIRE POR DEBAJO DEL 10%
- DETECCIÓN DE FUGA EN LA CABINA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria,determinò que el plazo estipulado NO SE MODIFICARÀ, las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria,determinò que el plazo estipulado NO SE MODIFICARÀ, las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

- Dimensiones internas aproximadas(W*D*H) 1220*626*709MM
- Filtro Hepa (ingreso y salida de aire) H14
- Ruido menor a 63 dBA

Al respecto, solicitamos de manera amable al comité encargado poder revisar estos puntos detallados, ya que se encuentran dirigidos hacia una marca en específico, por lo cual limita la participación libre y activa de proveedores de marcas y modelos a ofertar.

Por lo tanto, se consulta si se podría considerar aceptar lo siguiente:

- Dimensiones internas aproximadas(W*D*H) 900*600*620MM
- Filtro ULPA (ingreso y salida de aire) 99,9995% de eficiencia a 0,12um
- Ruido menor a 65 dBA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente NO ACEPTAR - Dimensiones internas aproximadas(W*D*H) 900*600*620MM

- Filtro ULPA (ingreso y salida de aire) 99,9995% de eficiencia a 0,12um
- Ruido menor a 65 dBA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente NO ACEPTAR - Dimensiones internas aproximadas(W*D*H) 900*600*620MM

- Filtro ULPA (ingreso y salida de aire) 99,9995% de eficiencia a 0,12um
- Ruido menor a 65 dBA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:46

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

BALANZA ANALÍTICA

En las bases solicitan:

- Capacidad 220 a 320 gr a 0,0001
- Lectura mínima 0,0001g

Al respecto, solicitamos de manera amable al comité encargado poder revisar estos puntos detallados, ya que se encuentran dirigidos hacia una marca en específico, por lo cual limita la participación libre y activa de proveedores de marcas y modelos a ofertar.

Por lo tanto, se consulta si se podría considerar aceptar lo siguiente:

- Capacidad 220 a 320 gr a 0,001 g
- Lectura mínima 0,001g

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 (Sesenta) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, que debido a que existen equipos que requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS; para poder así cumplir con el tiempo requerido de manera correcta.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2 inciso a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Observación: Nro. 59
Consulta/Observación:
MICROSCOPIO TRINOCULAR

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Condensador de AA 175, enfocable y de movimiento para iluminación oblicua ¿ no fijo ¿ básico

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar CONDENSADOR ENFOCABLE ABBE A.N.1.25 , ya que es superior al requerido por el área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria, determinò solicitar opcionalmente condensador ajustable ABBE A.N. 1.25 con diafragma y filtro de iris.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El área usuaria, determinò solicitar opcionalmente condensador ajustable ABBE A.N. 1.25 con diafragma y filtro de iris.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO TRINOCULAR

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objetivo de 100x oil de distancia de trabajo de 0.23 mm a más

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar DISTANCIA DE TRABAJO de 0.13 a 0.23 mm , ya que dicha característica no afecta el uso del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar un equipo Microscopio trinocular con distancia de trabajo de 0.13 a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar un equipo Microscopio trinocular con distancia de trabajo de 0.13 a más.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

AUTOCLAVE

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tanque fabricado en acero inoxidable de calidad
Mueble fabricado en acero inoxidable de calidad

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien indicar la calidad de acero inoxidable que se requiere para el equipo, es decir si se debe emplear calidad 304 o 316 para su fabricación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò emplear la calidad de acero inoxidable tipo AISI 304.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò emplear la calidad de acero inoxidable tipo AISI 304.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:
BALANZA DE PRECISIÓN

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de operación o trabajo de 10 a 30°C

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar TEMPERATURA DE OPERACIÓN O TRABAJO DE 5 A 25°C o más, ya que dicha característica corresponde a una marca en específico.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que la temperatura de operaciòn o Trabajo es de 10 a 30°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que la temperatura de operaciòn o Trabajo es de 10 a 30°C

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:
BALANZA ANALITICA DIGITAL

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de operación o trabajo de 10 a 30°C

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar TEMPERATURA DE OPERACIÓN O TRABAJO DE 5 A 25°C o más, ya que dicha característica corresponde a una marca en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó que la temperatura de operación o Trabajo es de 10°C-30°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó que la temperatura de operación o Trabajo es de 10°C-30°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:
REFRIGERADORA DE LABORATORIO

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de 400 a 500 litros

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar CAPACIDAD HASTA 630 L, ya que esto implica una mejora en el equipo

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria,determinò opcionalmente la capacidad de la refrigeradora de 400 a 630 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria,determinò opcionalmente la capacidad de la refrigeradora de 400 a 630 litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA DE LABORATORIO

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De una puerta

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar UNA O DOS PUERTAS, ya que esto implica una mejora en el equipo.

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que la refrigeradora de laboratorio tenga una puerta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que la refrigeradora de laboratorio tenga una puerta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad ajustable de 80 ¿ 2200 rpm

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar VELOCIDAD AJUSTABLE 0 a 1500 RPM o más, ya que esta característica puede variar de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente solicitar la velocidad ajustable de 0 a 1500 rpm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente solicitar la velocidad ajustable de 0 a 1500 rpm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura de 40 a 380°C

Rango de temperatura: 40 a 440°C

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar RANGO DE TEMPERATURA HASTA 550°C, ya que esto implica una mejora en el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente el rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 550°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente el rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 550°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:
POTENCIOMETRO DE MESA

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura -5.0 a 110.0 °C

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar TEMPERATURA -5.0 a 105°C o más, ya que esta característica puede variar de acuerdo a cada fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó considerar opcionalmente la temperatura desde -5.0 a 105°C o más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó considerar opcionalmente la temperatura desde -5.0 a 105°C o más.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

CENTRÍFUGA DE MESA

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Velocidad: hasta 24999 x g/ 16500 RPM

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar VELOCIDAD: DESDE 19,000 x g/ 16,600 RPM, ya que dicha característica no afecta el uso del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente considerar la velocidad desde 19 000 x g/ 16 600 rpm o màs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente considerar la velocidad desde 19 000 x g/ 16 600 rpm o màs.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

CENTRÍFUGA DE MESA

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de ruido menos de 60 Db

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar NIVEL DE RUIDO ¿ 65 Db, ya que dicha característica no afecta el uso del equipo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente considerar el nivel de ruido hasta de 65 dB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente considerar el nivel de ruido hasta de 65 dB.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad equivalente de 110 a 130 litros

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar CAPACIDAD HASTA 150 L, ya que esto implica una mejora en el equipo.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 41**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó considerar opcionalmente la CAPACIDAD HASTA 150 L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó considerar opcionalmente la CAPACIDAD HASTA 150 L.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de trabajo entre 20 a 80°C

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -5 a 70°C, ya que esta característica puede variar de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò considerar la TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE - 5 a 80°C. opcionalmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò considerar la TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE - 5 a 80°C. opcionalmente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Homogeneidad de temperatura +/- 1°C

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar HOMOGENEIDAD DE TEMPERATURA HASTA +/- 1.5°C , ya que esta característica puede variar de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, eterninò considerar la HOMOGENEIDAD DE TEMPERATURA HASTA +/- 1°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, eterninò considerar la HOMOGENEIDAD DE TEMPERATURA HASTA +/- 1°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parrillas, 2 parrillas ajustables en acero inoxidable

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar 2 O MÁS PARRILLAS AJUSTABLES , ya que esta característica implica una mejora en el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò considerar dos a mas parrillas ajustables en acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò considerar dos a mas parrillas ajustables en acero inoxidable.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones internas: aproximado (W*D*H) 1220 x 626 x 709

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien indicar si permitirían una CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 con dimensiones 1350 x 600 x 650.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente considerar las dimensiones de la cabina de bioseguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente considerar las dimensiones de la cabina de bioseguridad.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Filtro HEPA (ingreso y salida de aire) H14

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar FILTRO HEPA o ULPA ya que esta característica puede variar de acuerdo a cada fabricante.

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò considerar el FILTRO HEPA H14.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò considerar el FILTRO HEPA H14.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ruido menos de 63 Db

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar NIVEL DE RUIDO ¿ 65 Db, ya que dicha característica no afecta el uso del equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente ruido menor a 65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente ruido menor a 65 dB

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

PLANCHA DE CALENTAMIENTO

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de temperatura a través de termocupla tipo ¿J¿ con funda de acero inoxidable

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar dicha característica como OPCIONAL, ya que puede variar de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò considerar dicha característica como OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò considerar dicha característica como OPCIONAL.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

PLANCHA DE CALENTAMIENTO

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencias en alambre Kanthal a 1 de alta temperatura con fibra cerámica importada y mica aislante de alta temperatura

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar dicha característica como OPCIONAL, ya que puede variar de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria,determinò considerar dicha característica como OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria,determinò considerar dicha característica como OPCIONAL.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS Y PLACAS PETRIFILM

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla LED, digital de conteo de 0 a 2000 colonias

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar CONTEO HASTA 9,999; ya que implica una mejora en el equipo.

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò considerar Pantalla LED, digital de conteo de 0 a 2000 colonias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò considerar Pantalla LED, digital de conteo de 0 a 2000 colonias.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS Y PLACAS PETRIFILM

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lupa 2x

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar LUPA 5x y/o 10x; ya que implica una mejora en el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò considerar LUPA 2x.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò considerar LUPA 2x.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:50:09

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

A. CAPACIDAD LEGAL

OBSERVACIÓN

solicitamos que aclaren si el documento es la FICHA RUC del postor, en el cual se puede visualizar el estado del contribuyente, así como sus actividades empresariales.

Por favor, aclarar dicho requerimiento; pues, si es otro documento, estarían limitando la participación de los proveedores del Estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó aclarar lo siguiente:

Copia simple del Documento que acredite que el postor se dedica a la actividad objeto de la contratación.

Acreditación:

Presentación de la FICHA RUC brindada por la SUNAT, donde conste que su estado sea ACTIVO y HABIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó aclarar lo siguiente:

Copia simple del Documento que acredite que el postor se dedica a la actividad objeto de la contratación.

Acreditación:

Presentación de la FICHA RUC brindada por la SUNAT, donde conste que su estado sea ACTIVO y HABIDO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:56:39

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones físicas aproximado 6.9 x 15.7 x 30 cm

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar 6.7 x 17.4 x 4.2 cm aprox, ya que puede variar si el modelo es actualizado.

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente GPS con las dimensiones físicas 6.7 x 17.4 x 4.2 cm aprox,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente GPS con las dimensiones físicas 6.7 x 17.4 x 4.2 cm aprox,

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:56:39

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la pantalla (anchura x altura) de 4.1 x 5.6 cm

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar 3.8 x 6.3 cm aprox, ya que puede variar si el modelo es actualizado.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente considerar el tamaño de pantalla 3.8 x 6.3 cm aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente considerar el tamaño de pantalla 3.8 x 6.3 cm aprox.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:56:39

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resolución de la pantalla (anchura por altura) 180 x 240 píxeles

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar 240 a 400 pixeles, ya que a mayor número de píxeles mejora la calidad y resolución de una imagen brindando una gran mejora en el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria,determinò considerar opcionalmente la resolucion de pantalla 240 a 400 pixeles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria,determinò considerar opcionalmente la resolucion de pantalla 240 a 400 pixeles.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:56:39

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de pantalla LCD con 4 niveles de gris

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar transflectiva color TFT, ya que se podrá diferenciar mejor que a sub tonos de grises otorgando mejores características con una mejora tecnológica en el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria,determinò opcionalmente considerar transflectiva color TFT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria,determinò opcionalmente considerar transflectiva color TFT.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:56:39

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Autonomía de la batería de 16 horas

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar 19 horas, ya que se brinda más tiempo para su uso dando una mejora en el equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, opcionalmente determinò considerar de 19 horas la autonomia de la batería.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, opcionalmente determinò considerar de 19 horas la autonomia de la batería.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:56:39

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Memoria/historial de 24 MB

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar 8GB que son 8000 MB, ya que se podrá almacenar más información otorgando mejores características al equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, opcionalmente determinò considerar 8 GB que son 8000 MB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, opcionalmente determinò considerar 8 GB que son 8000 MB.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección aceptar también otras configuraciones de autoclaves que cumplan con los requerimientos y hasta presenten mejoras técnicas, con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas en el presente procedimiento, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente:

- Capacidad de 50 a 80 litros.
- Tanque fabricado en acero inoxidable de calidad.
- Mueble fabricado en acero inoxidable de calidad o acero electrogalvanizado (EGI), o acero laminado al frío.
- Cámara con aislamiento térmico.
- Empaquetadura en silicona.
- Indicadores visuales, encendido, sistema de calefacción, fin de proceso con alarma o pantalla táctil TFT donde se observe el progreso del programa de autoclavado.
- Controlador de temperatura, sistema de control microprocesador PID digital o sensor de temperatura interno.
- Display de controlador de temperatura, digital, LCD o pantalla táctil TFT.
- Temperatura de trabajo de 121oC a más.
- Homogeneidad de temperatura +/- 1oC ó precisión en pantalla de 0.1oC.
- Manómetro, metálico o anerode.
- Presión de trabajo 15 a mas PSI o su equivalente en otras unidades de presión.
- Precisión de presión, +/- 1 PSI ó 0.1 kPa.
- Display del temporizador, digital, LCD ó pantalla táctil TFT.
- Válvula de seguridad, la válvula se activa por sobrepresión.
- Alarma sonora y visual o mensaje o icono en pantalla al finalizar el autoclavado y por sobretemperatura.
- Válvula automática, cerrado a 100oC y desfogue de vapor al finalizar el proceso de esterilizar es automático o autoclave de operación automática.
- Válvula de purga de aire en el proceso operativo.
- Válvula o sistema de drenaje de agua.
- Seguridad termostato independiente de seguridad por sobre temperatura o sistema o dispositivos de seguridad.
- Alimentación de cable vulcanizado o cable de poder.
- Energía de 220 V - 50 ó 60 Hz, Monofásico.
- Accesorios de canastilla o canastillas resistentes en acero inoxidable.
- Con otros accesorios o accesorios completos para su funcionamiento.
- Certificado de calidad de fabrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El àrea usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò considerar para el autoclave vertical digital automática la capacidad es de 50 litros y mantiene todas las especificaciones tecnicas solicitadas por el comitè de seleccìon.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El àrea usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò considerar para el autoclave vertical digital automática la capacidad es de 50 litros y mantiene todas las especificaciones tecnicas solicitadas por el comitè de seleccìon.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL
-Capacidad equivalente de 110 a 130 litros.

Se solicita al Comité de Selección aceptar un rango de capacidad ligeramente mas amplio, con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, lo cual conlleva también al ofrecimiento de una mejora técnica en beneficio de la entidad, de la siguiente manera:

-Capacidad equivalente de 110 a 160 litros.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó que opcionalmente la capacidad equivalente de 110 a 160 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó que opcionalmente la capacidad equivalente de 110 a 160 litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL
-Convección natural y de aire forzado.

Se solicita al Comité de Selección aceptar incubadoras de "convección natural" o de "aire forzado", puesto que son características técnicas individuales. Las incubadoras son de convección natural o de convección (o aire) forzado, no de ambos tipos de convección, por lo que se deben aceptar cualquiera de estos tipos; con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, de la siguiente manera:

-Convección natural o de aire forzado.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar incubadoras por convección de aire forzado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar incubadoras por convección de aire forzado.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL
-Chasis extremo en interno de acero inoxidable de calidad.

Se solicita al Comité de Selección aceptar también:

-Chasis externo en acero laminado o electrogalvanizado (EGI), e interno en acero inoxidable de calidad.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, y evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente solicitar incubadora con chasis externo e interno de acero inoxidable de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente solicitar incubadora con chasis externo e interno de acero inoxidable de calidad.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL

-Controlador de temperatura, Sistema de control Microprocesador PID Digital.

Se solicita al Comité de Selección aceptar también:

-Controlador de temperatura, Sistema de control Microprocesador PID Digital o Controlador por microcomputadora y método de controlador de temperatura PT100.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, y así evitar direccionamientos.

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó aceptar controlador de temperatura, Sistema de control Microprocesador PID Digital y método de controlador de temperatura PT100.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó aceptar controlador de temperatura, Sistema de control Microprocesador PID Digital y método de controlador de temperatura PT100.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL
-Temperatura de trabajo entre 20 a 80oC.

Se solicita al Comité de Selección aceptar:

-Temperatura de trabajo entre 20 o Temperatura Ambiente +5oC a +85oC.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, y así evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente considerar la temperatura de trabajo será entre 5° C por encima de la temperatura ambiente hasta 80° C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente considerar la temperatura de trabajo será entre 5° C por encima de la temperatura ambiente hasta 80° C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL
-Homogeneidad de Temperatura +/-1oC.

Se solicita al Comité de Selección aceptar:

-Homogeneidad o Uniformidad de Temperatura +/-1oC.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, al ser conceptos similares, y así evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò aceptar Homogeneidad o Uniformidad de Temperatura +/-1°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò aceptar Homogeneidad o Uniformidad de Temperatura +/-1°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL

-Doble puerta: Puerta interior de vidrio y puerta exterior en acero inoxidable.

Se solicita al Comité de Selección aceptar también:

-Doble puerta: Puerta interior de vidrio y puerta exterior en acero inoxidable o acero laminado en frío o electrolgalvanizado (EGI).

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin menoscabo de las prestaciones técnicas y funcionales, y así evitar direccionamientos.

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò solicitar doble puerta y puerta interior de vidrio, puerta exterior en acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò solicitar doble puerta y puerta interior de vidrio, puerta exterior en acero inoxidable.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL

-Seguridad de Termostato independiente de seguridad por sobre temperatura.

Se solicita al Comité de Selección aceptar también:

-Seguridad de Termostato independiente de seguridad por sobre temperatura o sistema independiente de alarmas de limite de temperatura.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin menoscabo de las prestaciones técnicas y funcionales, sino una mejora técnica, y así evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente aceptar seguridad de Termostato independiente de seguridad por sobre temperatura o sistema independiente de alarmas de limite de temperatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente aceptar seguridad de Termostato independiente de seguridad por sobre temperatura o sistema independiente de alarmas de limite de temperatura.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTUFA ESTERILIZADORA DE AIRE FORZADO

-Estufa regulable para convección forzada y natural para esterilización y secado.

Se solicita al Comité de Selección cambiar el termino de referencia por:

Estufa regulable para convección forzada para esterilización o secado.

Con el objeto que el termino de referencia guarde consistencia con el nombre del equipo puesto que lo que se esta requiriendo es una estufa esterilizadora de convección o aire forzado, y no de convección natural, que es una característica técnica diferente a la convección forzada, que disminuye las prestaciones de un equipo de aire forzado para efectos de esterilización y secado de materiales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente aceptar estufa regulable para convección forzada para esterilización o secado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente aceptar estufa regulable para convección forzada para esterilización o secado.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTUFA ESTERILIZADORA DE AIRE FORZADO
-Capacidad aproximada de 240 a 260 litros.

Se solicita al Comité de Selección aceptar:

-Capacidad aproximada de 220 a 280 litros.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin menoscabo de las prestaciones técnicas y funcionales, sino como mejora técnica, y así evitar direccionamientos.

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar Capacidad aproximada de 220 a 280 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar Capacidad aproximada de 220 a 280 litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTUFA ESTERILIZADORA DE AIRE FORZADO
-Estructura de acero inoxidable de calidad.

Se solicita al Comité de Selección aceptar:

-Estructura interior (cámara) de acero inoxidable de calidad.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin menoscabo de las prestaciones técnicas y funcionales, y así evitar direccionamientos.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó solicitar Estructura interior y exterior de acero inoxidable de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó solicitar Estructura interior y exterior de acero inoxidable de calidad.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTUFA ESTERILIZADORA DE AIRE FORZADO

-Rango de temperatura: +20 a 300oC, hasta 99,9oC: 0.1 / a partir de 100oC: 0.5.

Se solicita al Comité de Selección también aceptar:

-Rango de temperatura: +20 a 300oC o RT + 10¿ ~ 300¿, Precisión de temperatura: 0.1oC.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin menoscabo de las prestaciones técnicas y funcionales, sino como mejora técnica, y así evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar opcionalmente la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar opcionalmente la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Observación: Nro. 102

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTUFA ESTERILIZADORA DE AIRE FORZADO
-Numero de max. Bandejas: 9/2 bandejas incluidas.

Se solicita al Comité de Selección también aceptar:

-Numero de max. Bandejas: A partir de 2 bandejas incluidas.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin menoscabo de las prestaciones técnicas y funcionales, sino como mejora técnica, y así evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò opcionalmente aceptar Numero de max. Bandejas: A partir de 2 bandejas incluidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò opcionalmente aceptar Numero de max. Bandejas: A partir de 2 bandejas incluidas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AGITADOR VORTEX

-Velocidad 0 a 3600 rpm regulables.

Se solicita al Comité de Selección también aceptar:

-Velocidad 0 a 3600 rpm o 300 a 4200 rpm regulables.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin menoscabo de las prestaciones técnicas y funcionales, sino como mejora técnica, y así evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó aceptar opcionalmente Velocidad 0 a 3600 rpm o 300 a 4200 rpm regulables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó aceptar opcionalmente Velocidad 0 a 3600 rpm o 300 a 4200 rpm regulables.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Observación: Nro. 104

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AGITADOR VORTEX

-Velocidad 0 a 3600 rpm regulables.

Se solicita al Comité de Selección también aceptar:

-Velocidad 0 a 3600 rpm o 300 a 4200 rpm regulables.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin menoscabo de las prestaciones técnicas y funcionales, sino como mejora técnica, y así evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar opcionalmente Velocidad 0 a 3600 rpm o 300 a 4200 rpm regulables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar opcionalmente Velocidad 0 a 3600 rpm o 300 a 4200 rpm regulables.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Observación: Nro. 105

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AGITADOR VORTEX

-Rango de Temperatura de funcionamiento +4 a +45oC.

Se solicita al Comité de Selección también aceptar, o retirar de los términos de referencia:

-Rango de Temperatura de funcionamiento +4 a +45oC (Opcional).

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores y ofertas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin menoscabo de las prestaciones técnicas y funcionales, ya que es una característica propia de cada fabricante, y así evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò aceptar Rango de Temperatura de funcionamiento +4 a +45°C aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò aceptar Rango de Temperatura de funcionamiento +4 a +45°C aprox.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Observación: Nro. 106

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MICROSCOPIO TRINOCULAR

Se solicita al Comité de Selección remover el requerimiento de la resistencia a la vibración dado a que este requerimiento direcciona el equipo a una marca específica, por lo tanto, para evitar direccionamientos y garantizar la pluralidad de postores de acuerdo a la Ley de Contrataciones, lo que proponemos es lo siguiente:

DICE:

-Diseño ergonómico resistente a la vibración.

DIRÁ:

-Diseño ergonómico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar Diseño ergonómico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar Diseño ergonómico.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Se solicita al Comité de Selección cambiar el requerimiento: "Condensador de A.A. 1.25, enfocable y de movimiento para iluminación oblicua-no fijo- básico". Debido a que este requerimiento solo aplica a los estereoscopios y no se relaciona con la naturaleza del ítem requerido, y que el requerimiento técnico sea el siguiente:

DICE:

-Condensador de A.A. 1.25, enfocable y de movimiento para iluminación oblicua-no fijo- básico.

DIRÁ:

-Condensador de NA 1.25.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar opcionalmente condensador ajustable ABBE A.N. 1.25

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar opcionalmente condensador ajustable ABBE A.N. 1.25

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BALANZA DE PRECISIÓN

-Balanza de precisión digital de 4200 a 5200g x 0.01g de lectura.

Se solicita al Comité de Selección ampliar el requerimiento técnico a "Balanza de precisión digital de 4200 a 6100g x 0.01g de lectura", con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones vigente, así como para el ofrecimiento de una mejora técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que la balanza de precisión digital sea de 5200g x 0.01g de lectura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que la balanza de precisión digital sea de 5200g x 0.01g de lectura.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BALANZA DE PRECISIÓN

-Capacidad / Alcance máximo (g) 5200

Se solicita al Comité de Selección ampliar el requerimiento técnico a "Capacidad / Alcance máximo (g) 6100", con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones vigente, así como para el ofrecimiento de una mejora técnica.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que la capacidad / Alcance máximo (g) es de 5200.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó que la capacidad / Alcance máximo (g) es de 5200.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BALANZA DE PRECISIÓN

-Temperatura de operación o trabajo de 10 a 30oC.

Se solicita al Comité de Selección aceptar también "Temperatura de operación o trabajo de 18 a 30oC.", con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones vigente, estableciéndose la especificación técnica de la siguiente manera:

-Temperatura de operación o trabajo de 10 ó 18 a 30oC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que la temperatura de operación o trabajo opcionalmente es de 5°C a 35°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que la temperatura de operación o trabajo opcionalmente es de 5°C a 35°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALANZA ANALÍTICA DIGITAL

-Rango de tara: Para capacidad por diferencia.

Se solicita al Comité de Selección aceptar también otras definiciones o métodos de tara tales como "sustractiva" o "completa", con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones vigente, evitando direccionamientos, y aceptar otros métodos de tara equivalentes, estableciéndose el requerimiento técnico mínimo de la siguiente manera:

-Rango de tara: Para capacidad por diferencia, sustractiva o completa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar Rango de tara o sustractiva o completa: Para capacidad por diferencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar Rango de tara o sustractiva o completa: Para capacidad por diferencia.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BALANZA ANALÍTICA DIGITAL

-Ambiente de trabajo 10oC - 30oC 80 % HR.

Se solicita al Comité de Selección aceptar también

"Ambiente de trabajo 10oC - 40oC, 80 % HR (opcional)", con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones vigente, evitando direccionamientos y permitiéndose la aceptación de mejoras técnicas, estableciéndose la especificación técnica de la siguiente manera:

-Ambiente de trabajo 10oC - 40oC, 80 % HR (opcional).

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar que el ambiente de Trabajo 10°C-30°C -75%HR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar que el ambiente de Trabajo 10°C-30°C -75%HR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO
-Rango de temperatura de 40 a 380oC.

Se solicita al Comité de Selección retirar el presente requerimiento técnico mínimo, puesto que al mismo tiempo, mas adelante, hay otro requerimiento técnico mínimo equivalente, pero con un rango mayor de temperatura alcanzada por el equipo: "Rango de Temperatura: 40 a 440oC", representando una mejor prestación técnica.

aceptar también
"Ambiente de trabajo 10oC - 40oC, 80 % HR (opcional)", con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones vigente, evitando direccionamientos y permitiéndose la aceptación de mejoras técnicas, estableciéndose la especificación técnica de la siguiente manera:

-Ambiente de trabajo 10oC - 40oC, 80 % HR (opcional).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente el rango de temperatura: temperatura ambiente "Rango de Temperatura: 40 a 440oC"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente el rango de temperatura: temperatura ambiente "Rango de Temperatura: 40 a 440oC"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO
-Velocidad ajustable de 80 - 2200 rpm

Se solicita al Comité de Selección ampliar el presente requerimiento técnico mínimo de la siguiente manera: "Velocidad ajustable de 80 ó 200 - 2200 rpm", con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas según la Ley de Contrataciones vigente, evitando direccionamientos; estableciéndose la especificación técnica de la siguiente manera:

-Velocidad ajustable de 80 ó 200 - 2200 rpm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar la velocidad ajustable de 80 o 200 - 2200 rpm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar la velocidad ajustable de 80 o 200 - 2200 rpm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 115

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO
-Agitación de volúmenes hasta 10 lt

Se solicita al Comité de Selección ampliar la capacidad de agitación de volúmenes a: Agitación de volúmenes hasta 20 lt, con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas según la Ley de Contrataciones vigente, evitando direccionamientos y fomentando la aplicación de mejoras técnicas; estableciéndose la especificación técnica de la siguiente manera:

-Agitación de volúmenes hasta 20 lt

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó solicitar Agitador magnético con calentamiento de capacidad de 10 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó solicitar Agitador magnético con calentamiento de capacidad de 10 litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 116

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO
-Rango de Temperatura: 40 a 440oC

Se solicita al Comité de Selección ampliar el Rango de Temperatura a: 5 a 550oC

la capacidad de agitación de volúmenes a: Agitación de volúmenes hasta 20 lt, con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas según la Ley de Contrataciones vigente, evitando direccionamientos y fomentando la aplicación de mejoras técnicas; estableciéndose la especificación técnica de la siguiente manera:

-Agitación de volúmenes hasta 20 lt

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente aceptar el rango de temperatura: temperatura ambiente de 5 a 550°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente aceptar el rango de temperatura: temperatura ambiente de 5 a 550°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIÓMETRO DE MESA

-Energía de alimentación de 110 a 220V

Se solicita al Comité de Selección eliminar el requerimiento técnico mínimo de 110V, puesto que el suministro eléctrico requerido en el Perú es de 220V, según el Código Eléctrico Nacional (CEN), con el fin de lograr pluralidad de postores y ofertas según la Ley de Contrataciones vigente, evitando direccionamientos; estableciéndose la especificación técnica de la siguiente manera:

-Energía de alimentación de 220V

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó aceptar Energía de alimentación de 220V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó aceptar Energía de alimentación de 220V.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 118

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESTILADOR DE AGUA

-Consumo de agua refrigerante 198 lt/h.

Se solicita al Comité de Selección aceptar un consumo de agua refrigerante menor como mejora técnica, en un rango entre 80 - 100 lt/hora. Además, este nuevo rango de consumo de agua refrigerante es amigable con el medio ambiente, por lo que el requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Consumo de agua refrigerante entre 80 - 100 lt / hora

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 73**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar el consumo de agua refrigerante entre 80 - 100 lt / hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar el consumo de agua refrigerante entre 80 - 100 lt / hora.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Observación: Nro. 119

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESTILADOR DE AGUA

-Dimensiones externas (L x A x Alto) 780 x 410 x 540 mm

Se solicita al Comité de Selección considerar tales dimensiones externas como "según diseño del fabricante", puesto que requerir tales características son un evidente direccionamiento. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Dimensiones externas (L x A x Alto) 780 x 410 x 540 mm o según diseño del fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò aceptar el requerimiento técnico mínimo:

-Dimensiones externas (L x A x Alto) 780 x 410 x 540 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò aceptar el requerimiento técnico mínimo:

-Dimensiones externas (L x A x Alto) 780 x 410 x 540 mm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Observación: Nro. 120

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESTILADOR DE AGUA

-Conexión eléctrica 220 V / 3 Ph / N / PE / 50-60 Hz

Se solicita al Comité de Selección aceptar también un destilador de agua monofásico y eliminar o declarar opcionales las característica "N" y "PE", por tratarse de un evidentemente direccionamiento. La instalación de un equipo monofásico seria de instalación mas sencilla y generalizada. La aceptación de nuestras observaciones implicaría una apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, y suministro de equipamiento con mejoras técnicas. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Conexión eléctrica 220 V / 3 Ph o monofásica / N (opcional) / PE (opcional) / 50-60 Hz

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE LA ,OBSERVACION, determinò aceptar un destilador de agua trifásico y declarar opcionales las característica "N" y "PE" con una frecuencia de 50-60 Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, ACOGE LA ,OBSERVACION, determinò aceptar un destilador de agua trifásico y declarar opcionales las característica "N" y "PE" con una frecuencia de 50-60 Hz.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 121

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TURBIDÍMETRO DE MESA

-Lectura mínima (NTU) 0.01

Se solicita al Comité de Selección aceptar también una "Lectura mínima (NTU) 0.01", como mejora técnica. La aceptación de esta mejora técnica implica una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, y suministro de equipamiento con mejoras técnicas. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Lectura mínima: (NTU) 0.001

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó aceptar también una "Lectura mínima (NTU) 0.001".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó aceptar también una "Lectura mínima (NTU) 0.001".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 122

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CENTRIFUGA DE MESA

-Centrifuga de mesa con frascos y tubos de prueba, máxima capacidad 4x100ml de 200 a 14,000 rpm

Se solicita al Comité de Selección aceptar una velocidad máxima mayor, de <200 rpm a >14,000 rpm, y mayores capacidades a 4 x 100 ml (500 ml), en calidad de mejoras técnicas. La aceptación de estas mejoras técnicas implican una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, y suministro de equipamiento con mejoras técnicas. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Centrifuga de mesa con frascos y tubos de prueba, máxima capacidad mayor a 4x100ml, con velocidad menor de 200 rpm y mayor a 14,000 rpm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente solicitar Centrifuga de mesa con frascos y tubos de prueba, máxima capacidad 4 x 100 ml (500 ml), con velocidad menor de 200 rpm y mayos a 14, 000 rpm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente solicitar Centrifuga de mesa con frascos y tubos de prueba, máxima capacidad 4 x 100 ml (500 ml), con velocidad menor de 200 rpm y mayos a 14, 000 rpm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 123

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CENTRIFUGA DE MESA

-Capacidad: 4 x 100ml.

Se solicita al Comité de Selección aceptar mayores capacidades máximas a 4 x 100 ml (500 ml), en calidad de mejora técnica. La aceptación de esta mejora técnica implica una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, y suministro de equipamiento con mejoras técnicas. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Capacidad: Max. 4 x 100ml o 500ml

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò solicitar máxima capacidad 4 x 100 ml (500 ml).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, ACOGE LA OBSERVACION, determinò solicitar máxima capacidad 4 x 100 ml (500 ml).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CENTRIFUGA DE MESA

-Velocidad, hasta 24,959 xg / 16,500 R.P.M.

Se solicita al Comité de Selección aceptar una velocidad máxima mayor en R.P.M. de hasta 18,000 rpm, en calidad de mejora técnica. La aceptación de esta mejora técnica implica una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, y suministro de equipamiento con mejoras técnicas, evitando direccionamientos. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Velocidad, hasta 24,959 xg / 18,000 R.P.M.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria,determinò opcionalmente aceptar la velocidad de hasta 24,959 xg / 18,000 R.P.M.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria,determinò opcionalmente aceptar la velocidad de hasta 24,959 xg / 18,000 R.P.M.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CENTRIFUGA DE MESA

-Consumo de energía 280 a 300 W

Se solicita al Comité de Selección consumos de energía menores al requerimiento técnico mínimo como mejora técnica, ya que implican un gasto de energía menor y mas amigable con el medio ambiente. La aceptación de esta mejora técnica implica una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, y suministro de equipamiento con mejoras técnicas. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Consumo de energía menor de 230 a 300 W

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria,determinò aceptar el Consumo de energía menor de 230 a 300 W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria,determinò aceptar el Consumo de energía menor de 230 a 300 W.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2
-Lampara fluorescente y lampara UV 254 nm

Se solicita al Comité de Selección aceptar también lampara UV con longitud de onda de 253.7 nm. La aceptación de esta alternativa implica una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, evitando direccionamientos. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Lampara fluorescente y lampara UV 253.7 - 254 nm

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente, aceptar Lampara fluorescente y lampara UV 253.7 - 254 nm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente, aceptar Lampara fluorescente y lampara UV 253.7 - 254 nm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 127

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2
-Voltaje y potencia 220 V y 300 W

Se solicita al Comité de Selección aceptar una potencia mayor a 300 W, ya que se solicita mínimo una cabina de bioseguridad con un ancho nominal de 4 pies, y tal potencia o consumo no es correspondiente a la envergadura del equipo.

La aceptación de esta nueva característica técnica implica una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Voltaje y potencia 220 V y de 300 W a 900 W

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar el voltaje y potencia de 220V y de 300 W a 900 W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar el voltaje y potencia de 220V y de 300 W a 900 W.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 128

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLANCHAS DE CALENTAMIENTO
-Plataforma de aluminio de 60 x 30 cm

Se solicita al Comité de Selección aceptar también en calidad de mejora técnica una plataforma de aluminio de 60 x 40 cm, que tendría una mayor área para el calentamiento de mayor número de muestras. La aceptación de esta nueva característica técnica implica una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, aceptando equipos con mejoras técnicas. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Plataforma de aluminio de 60 x 30 cm ó 40 cm

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar con las medidas de 60 x 30 cm ó 40 cm aproximado según la marca ofertada con control digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar con las medidas de 60 x 30 cm ó 40 cm aproximado según la marca ofertada con control digital.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLANCHA DE CALENTAMIENTO

-Controlador de temperatura digital PID

Se solicita al Comité de Selección aceptar también "Controlador de temperatura digital con sensor PT100" en calidad de mejora técnica. La aceptación de esta nueva característica técnica implica una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, aceptando equipos con mejoras técnicas. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Controlador de temperatura digital PID o con sensor PT100

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar Controlador de temperatura digital PID o con sensor PT100.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar Controlador de temperatura digital PID o con sensor PT100.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLANCHA DE CALENTAMIENTO

-Sensor de temperatura a través de termocupla tipo "j" con funda de acero

Se solicita al Comité de Selección aceptar también "Sensor de temperatura tipo PT100" en calidad de mejora técnica. La aceptación de esta nueva característica técnica implica una mayor apertura a la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente, aceptando equipos con mejoras técnicas y sin direccionamientos. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Sensor de temperatura a través de termocupla tipo "j" con funda de acero o sensor de temperatura tipo PT100

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar opcionalmente Sensor de temperatura a través de termocupla tipo "j" con funda de acero o sensor de temperatura tipo PT100

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar opcionalmente Sensor de temperatura a través de termocupla tipo "j" con funda de acero o sensor de temperatura tipo PT100

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Observación: Nro. 131

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLANCHA DE CALENTAMIENTO

-Resistencias en alambre Kanthal-a-1 de alta temperatura con fibra cerámica importada y mica aislante de alta temperatura

Se solicita al Comité de Selección considerar esta especificación técnica con carácter de opcional, puesto que es demasiado específica, denotando direccionamiento, yendo en contra de la pluralidad de postores y ofertas de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente. El requerimiento técnico mínimo quedaría establecido de la siguiente manera:

-Resistencias en alambre Kanthal-a-1 de alta temperatura con fibra cerámica importada y mica aislante de alta temperatura (OPCIONAL).

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar Resistencias en alambre Kanthal-a-1 de alta temperatura con fibra cerámica importada y mica aislante de alta temperatura (OPCIONAL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar Resistencias en alambre Kanthal-a-1 de alta temperatura con fibra cerámica importada y mica aislante de alta temperatura (OPCIONAL).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MEDIDOR DE GASES EN LA FUENTE (TIPO TESTO 350)

Se solicita al Comité de Selección aceptar según diseño de fabricante el requerimiento "Botones grandes y pantalla de alto contraste facilitan el funcionamiento en condiciones de poca luz". Este requerimiento pertenece al equipo MSA ALTAIR, dada la Ley de Contrataciones del estado se tiene que evitar direccionamiento en los ítems, por lo tanto, para ampliar la pluralidad de equipos el requerimiento técnico debe ser el siguiente "Pantalla gráfica a color con disposición clara con botones para su uso o según fabricante", esto con la finalidad de ampliar la participación de proveedores.

DICE:

"Botones grandes y pantalla de alto contraste facilitan el funcionamiento en condiciones de poca luz"

DIRÁ:

"Pantalla gráfica a color con disposición clara, con botones para su uso o según fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar la corrección que es "Pantalla gráfica a color con disposición clara, con botones para su uso o según fabricante".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar la corrección que es "Pantalla gráfica a color con disposición clara, con botones para su uso o según fabricante".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MEDIDOR DE GASES EN LA FUENTE (TIPO TESTO 350)

Se solicita al comité de selección aceptar el material ABS o similar en la carcasa del dispositivo ya que en el requerimiento ¿Carcasa de goma acanalada proporciona un agarre seguro y una alta durabilidad¿ dado a que es una especificación técnica del equipo MSA ¿ ALTAIR, dada la Ley de Contrataciones del estado se tiene que evitar direccionamiento en los ítems, por lo tanto, para ampliar la pluralidad de equipos el requerimiento técnico debe ser el siguiente ¿Carcasa de goma acanalada proporciona un agarre seguro y una alta durabilidad o ABS o similar¿.

DICE:

¿Carcasa de goma acanalada proporciona un agarre seguro y una alta durabilidad¿

DIRÁ:

¿Carcasa de goma acanalada proporciona un agarre seguro y una alta durabilidad o ABS o similar¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar la corrección "Carcasa de goma acanalada proporciona un agarre seguro y una alta durabilidad o ABS o similar".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar la corrección "Carcasa de goma acanalada proporciona un agarre seguro y una alta durabilidad o ABS o similar".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:37:24

Consulta: Nro. 134

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDOR DE GASES EN LA FUENTE (TIPO TESTO 350)

Se solicita al comité de selección aceptar según diseño de fabricante el requerimiento ¿Advertencia exclusiva de extremo del sensor advierte al usuario cuando el sensor de la unidad necesita ser cambiado¿ este requerimiento es una característica del equipo MSA ¿ ALTAIR, dada la Ley de Contrataciones del estado se tiene que evitar direccionamiento en los ítems, por lo tanto, para ampliar la pluralidad de equipos el requerimiento técnico debe ser el siguiente ¿Advertencia exclusiva de extremo del sensor advierte al usuario cuando el sensor de la unidad necesita ser cambiado O según fabricante¿.

DICE:
¿Advertencia exclusiva de extremo del sensor advierte al usuario cuando el sensor de la unidad necesita ser cambiado¿

DIRÁ:
¿Advertencia exclusiva de extremo del sensor advierte al usuario cuando el sensor de la unidad necesita ser cambiado O según fabricante¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 37
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar la corrección que es "Advertencia exclusiva de extremo del sensor advierte al usuario cuando el sensor de la unidad necesita ser cambiado O según fabricante".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar la corrección que es "Advertencia exclusiva de extremo del sensor advierte al usuario cuando el sensor de la unidad necesita ser cambiado O según fabricante".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 135

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: BALANZA DE PRECISIÓN, solicitan: "Capacidad / Alcance máximo (g) 5200" En tan sentido, se le solicita respetuosamente al comité evaluador, con la idea de permitir una amplitud de postores tenga a bien aceptar: "Capacidad máxima 6100 g"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò que la capacidad / Alcance máximo (g) es de 5200.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò que la capacidad / Alcance máximo (g) es de 5200.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO, solicitan: "Velocidad ajustable de 80-2200 rpm" "Rango de temperatura de 40 a 380°C" Rango de temperatura de 40 a 440°C"

"Agitación de volúmenes hasta 10 litros" En tan sentido, se le solicita respetuosamente al comité evaluador, con la idea de permitir una amplitud de postores tenga a bien aceptar: "Rango de velocidad 200-2000 RPM" "Rango de temperatura 5°C ¿ 400°C"

"Capacidad de carga 20L"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò aceptar AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO: "Rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 550°C" , "Rango de velocidad ajustable de 50 a 2500 rpm" , " Rango de capacidad de carga 20 L".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò aceptar AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO: "Rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 550°C" , "Rango de velocidad ajustable de 50 a 2500 rpm" , " Rango de capacidad de carga 20 L".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: POTENCIOMETRO DE MESA, solicitan:

"Exactitud de ± 0.01 "

"Pantalla LCD"

al comité evaluador, con la idea de permitir una amplitud de postores tenga a bien aceptar las siguientes especificaciones como mejoras:

"Exactitud de ± 0.002 "

"Pantalla TFT"

"pH 0.0 a 14.0"

"Temperatura de -5.0 a 110 °C"

En tan sentido, se le solicita respetuosamente

"Rango de medición pH -2 a 20"

"Rango de temperatura -20 a 120 °C"

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó considerar POTENCIOMETRO DE MESA: "Temperatura desde -5.0 a 105°C o más", "Rango de medición de pH -2 a 20", "Exactitud de ± 0.01 ", "Pantalla TFT"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó considerar POTENCIOMETRO DE MESA: "Temperatura desde -5.0 a 105°C o más", "Rango de medición de pH -2 a 20", "Exactitud de ± 0.01 ", "Pantalla TFT"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 138

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: DESTILADOR DE AGUA, solicitan:
"Consumo de agua refrigerante 198 l/h" "Dimensiones externas (L*A*ALTO) 780*410*540 mm"

En tan sentido, se le solicita respetuosamente al comité evaluador, con la idea de permitir una amplitud de postores
tenga a bien aceptar: "Consumo 135 litros/hora"

"Dimensiones del equipo 740*420*500 mm"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò solicitar opcionalmente "el consumo de agua refrigerante entre 80 - 135 lt / hora" , "
Dimensiones externas (L x A x Alto) 780 x 410 x 540 mm".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò solicitar opcionalmente "el consumo de agua refrigerante entre 80 - 135 lt / hora" , "
Dimensiones externas (L x A x Alto) 780 x 410 x 540 mm".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 139

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL, solicitan:

"Chasis externo e interno en acero inoxidable de calidad".

"Puerta interior de vidrio y puerta exterior en acero inoxidable"

Existen diversos materiales y recubrimientos en la construcción de las incubadoras que protegen de manera óptima su estructura frente a diferentes condiciones de trabajo y ambientes agresivos. Se consulta respetuosamente a la entidad: Tenga a bien aceptar: "Material externo de acero con recubrimiento electrostatico en polvo y cámara de acero inoxidable con toma de corriente interna"

"Puerta interior de vidrio y puerta exterior de acero con recubrimiento electrostático en polvo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò solicitar incubadora con chasis externo e interno de acero inoxidable de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò solicitar incubadora con chasis externo e interno de acero inoxidable de calidad.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 140

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL, solicitan:

"Controlador de temperatura.Sistema de control Microprocesador PID Digital"

"Temperatura de trabajo entre 20 a 80 °C"

"Homogeneidad de temperatura $\pm 1^{\circ}\text{C}$ "

"Seguridad de termostato independiente de seguridad por sobretemperatura"

Con el objetivo de permitir la pluralidad de postores que puedan ofertar equipos similares y de calidad. Se consulta respetuosamente a la entidad: Tenga a bien aceptar:

"Capacidad 130 litros"

"Control por microprocesador con registrador de datos incorporado"

"Rango de temperatura: Ambiente $+5^{\circ}\text{C}$ a 75°C "

"Uniformidad de temperatura $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ "

"Alarma de seguridad por sobretemperatura visual y audible"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente aceptar: "Capacidad hasta 130 litros"

"Controlador de temperatura, Sistema de control Microprocesador PID Digital y método de controlador de temperatura PT100."

"Rango de temperatura: temperatura de trabajo entre 5 a 75°C " ,

"Uniformidad de temperatura $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ "

"Alarma de seguridad por sobretemperatura visual y audible"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente aceptar: "Capacidad hasta 130 litros"

"Controlador de temperatura, Sistema de control Microprocesador PID Digital y método de controlador de temperatura PT100."

"Rango de temperatura: temperatura de trabajo entre 5 a 75°C " ,

"Uniformidad de temperatura $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ "

"Alarma de seguridad por sobretemperatura visual y audible"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 141

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL, solicitan: "Convección natural y de aire forzado". Siendo que los terminos "convección por gravedad" para convección natural y "convección mecánica" para aire forzado, significan exactamente lo mismo. Se solicita al comité permitir dichos terminos como válidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó solicitar "convección de aire forzado o convección mecánica"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó solicitar "convección de aire forzado o convección mecánica"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 142

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: CENTRÍFUGA DE MESA, solicitan: "Centrífuga de mesa con frascos y tubos de prueba, máxima capacidad 4x100ml de 200 a 14,000 rpm" Se desprende que el requerimiento es para 4 tubos de 100 ml, sin embargo podría entenderse que se refiere a solo la máxima capacidad de la centrífuga. Al respecto se solicita respetuosamente al comité de selección, aclarar que rotores y volúmen de tubos desea incluir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò 4 tubos de 100 ml (la máxima capacidad de la centrífuga es 500 ml) con la velocidad opcional desde 19 000 x g/ 16 600 rpm o màs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò 4 tubos de 100 ml (la máxima capacidad de la centrífuga es 500 ml) con la velocidad opcional desde 19 000 x g/ 16 600 rpm o màs.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 143

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: CENTRÍFUGA DE MESA, solicitan: "Velocidad, hasta 24,959 xg/16 500 rpm" Los valores solicitados, pertenecen al rotor de 24 x 1.5/2.0 ml de la centrífuga marca Ortoalresa, modelos Digicen 21/22. Debido a que son valores cercanos de fuerza y velocidad, pedimos al comité evaluador, con el proposito de aperturar la participación de otros postores, tenga a bien aceptar: "Rotor, 24 x 1,5/2,0 ml con tapa hermética (18.624 xg/14.000 rpm)"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente solicitar "Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa hermética (19 000 x g/ 16 600 rpm o más).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente solicitar "Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa hermética (19 000 x g/ 16 600 rpm o más).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 144

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: CENTRÍFUGA DE MESA, solicitan: "Protección ante caída y tapa"

Esta característica es particular de la marca Ortoalresa, sin embargo hay diversas marcas en el mercado que bajo su diseño, aseguran una buena estabilidad y diversos mecanismos de seguridad de la tapa. En tal sentido, le solicitamos al comité evaluador con la intención de promover la libertad de competencia, aceptar también: "Apertura y cierre de tapa electromagnética" "Bloqueo de tapa accionado por motor"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar la observación "Apertura y cierre de tapa electromagnética" o "Bloqueo de tapa accionado por motor".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente aceptar la observación "Apertura y cierre de tapa electromagnética" o "Bloqueo de tapa accionado por motor".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 145

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: CENTRÍFUGA DE MESA, solicitan:
"Nivel de ruido menor a 60 dB" El nivel de ruido no debe
sobrepasar los umbrales de presión sonora que pueden ser perjudiciales para el oído humano. En tal sentido, le
solicitamos respetuosamente al comité evaluador con la intención de promover la libertad de competencia, aceptar
también: "Nivel de
ruido inferior a 63 dBA en el máximo de velocidad"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò considerar opcionalmente "el nivel de ruido menor de 63 dB en el máximo de velocidad"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò considerar opcionalmente "el nivel de ruido menor de 63 dB en el máximo de velocidad"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 146

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2, solicitan:

"Dimensiones internas aproximados (W*D*H) 1220 x 626 x 709 mm"
"Flujo de aire: 70% circulante y 30% de salida" Solciitamos respetuosamente
al comité evaluador con la finalidad de permitir la pluralidad de postores, aceptar también:
"Dimensiones internas aproximadas (W*D*H) 1210 x 600 x 660 mm"
"Flujo de aire: 64% recirculado y 36% salida" "certificado NSF"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò opcionalmente consderar: "Dimensiones internas aproximadas (W*D*H) 1210 x 600 x 660 mm"
"Flujo de aire: 64% recirculado y 36% salida" "certificado NSF"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò opcionalmente consderar: "Dimensiones internas aproximadas (W*D*H) 1210 x 600 x 660 mm"
"Flujo de aire: 64% recirculado y 36% salida" "certificado NSF"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 147

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2, solicitan: "Filtro HEPA i(ngreso y salida de aire) H14"

El filtro HEPA clase H14 hace referencia a un valor de retención de 99.99% @0.3 micrones. En tal sentido se solicita respetuosamente al comité evaluador aceptar también valores que mejoran la capacidad de retención: "Filtro HEPA: 99.999%(Diámetro 0.3µm)"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò considerar el FILTRO HEPA H14 con un valor de retención de 99.99%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò considerar el FILTRO HEPA H14 con un valor de retención de 99.99%.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20606239051	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CREA CIENCIA S.A.C.	Hora de envío :	20:49:46

Consulta: Nro. 148

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, En el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO: INCUBADORA MICROBIOLÓGICA DIGITAL, solicitan:

" C o n v e c c i ó n n a t u r a l y d e a i r e f o r z a d o " . Pocas marcas tienen la alternativa de regular la velocidad el aire forzado, o apagarlo hasta valores de cero para trabajar como convección natural. En ese sentido, solicitamos con el mayor respeto al comité evaluador aceptar también "Ventilación regulable en diferentes etapas"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó aceptar incubadoras por convección de aire forzado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó aceptar incubadoras por convección de aire forzado.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Consulta: Nro. 149

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CENTRIFUGA DE MESA Consumo de energía de 280 a 300 W.

Esta especificación no está relacionada con la tecnología del equipo o la capacidad máxima de revoluciones que son parámetros que sí definen la selección de una centrífuga. La potencia o consumo de energía de una centrífuga está dada por fabricante y variará de acuerdo a la red de voltaje a la que se le conecte, por ello, y por ser una magnitud similar a la requerida, CONSULTAMOS al comité si aceptará 440 W para un voltaje de 220-230 y frecuencia de 50-60 Hz.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR, solicitamos Consumo de energía menor de 280 a 300 W, con un voltaje de 220 - 240 y frecuencia de 50 - 60 Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR, solicitamos Consumo de energía menor de 280 a 300 W, con un voltaje de 220 - 240 y frecuencia de 50 - 60 Hz.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Consulta: Nro. 150

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CENTRIFUGA DE MESA Con otros accesorios completos para su funcionamiento.

Sin embargo, no detallan qué rotor desean que se incluya como accesorio. Si no solicita ninguno en específico, los postores brindaremos el rotor más económico, por la naturaleza de un proceso de licitación. Existen rotores de varias capacidades:

OSCILANTE DE 28 POSICIONES X 15 ML

OSCILANTE DE 4 POSICIONES X 100 ML

ANGULAR 45 GRADOS DE 6 POSICIONES X 50 ML

ETC

También, Cada rotor puede venir con una serie de adaptadores para usar viales de diferente capacidad en el mismo rotor Asimismo, tampoco solicitan los viales, por lo que los postores entendemos que los usuarios ya cuentan con estos materiales, Por ello y en beneficio del área usuaria, CONSULTAMOS al comité qué rotor deberemos incluir los postores en la oferta, qué adaptador y características de los viales que todos los postores deberemos incluir, de ser el caso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò incluir como accesorio el rotor de tipo OSCILANTE DE 4 POSICIONES X 100 ML, 4 adaptadores para un tubo de 30/25 ml y 4 adaptadores para un tubo de 15 ml.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò incluir como accesorio el rotor de tipo OSCILANTE DE 4 POSICIONES X 100 ML, 4 adaptadores para un tubo de 30/25 ml y 4 adaptadores para un tubo de 15 ml.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Observación: Nro. 151

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CENTRIFUGA DE MESA Solicitan: Plazo de entrega de 60 días

Dicho plazo no contempla la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega de 90 días calendario

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 23:08:35

Consulta: Nro. 152

Consulta/Observación:

SOLICITAN: INCUBADORA MICROBIOLOGICA Capacidad equivalente de 110 a 130 litros

CONSULTAMOS al comité si por ser una magnitud similar a la solicitada, aceptará: Capacidad equivalente a 108 litros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR opcionalmente la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR opcionalmente la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Consulta: Nro. 153

Consulta/Observación:

SOLICITAN: INCUBADORA MICROBIOLOGICA Convección natural y de aire forzado. Un mismo equipo no puede tener ambos tipos de convecciones. La de convección natural tiene un tubo de extracción con válvula de estrangulación, regulable electrónicamente mientras que la de convección forzada es ajustable en incrementos del 10 % de la turbina de aire mejorando la homogeneidad de la temperatura al interior de la cámara en comparación con la de convección natural. Por ello, CONSULTAMOS al comité qué tipo de incubadora requiere: convección natural o de aire forzado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que requiere de una incubadora microbiològica por convección de aire forzado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que requiere de una incubadora microbiològica por convección de aire forzado.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Consulta: Nro. 154

Consulta/Observación:

SOLICITAN: INCUBADORA MICROBIOLOGICA Parrillas : 2 parrillas ajustables en acero inoxidable.
Nuestra oferta incluye 2 parrillas en acero inoxidable que se pueden insertar en cualquiera de los 5 soportes dentro de la cámara de la incubadora, CONSULTAMOS al comité si aceptará esta característica como alternativa a lo solicitado: 2 parrillas en acero inoxidable que se pueden insertar en cualquiera de los 5 soportes dentro de la cámara de la incubadora

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que ACEPTA la consulta 2 parrillas en acero inoxidable que se pueden insertar en cualquiera de los 5 soportes dentro de la cámara de la incubadora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que ACEPTA la consulta 2 parrillas en acero inoxidable que se pueden insertar en cualquiera de los 5 soportes dentro de la cámara de la incubadora

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Observación: Nro. 155

Consulta/Observación:

SOLICITAN: INCUBADORA MICROBIOLOGICA Con otros accesorios o accesorios completos para su funcionamiento. El equipo viene con suministros básicos que ya permiten su instalación integral dejando al equipo operativo el día de la capacitación por parte del proveedor, por ello, OBSERVAMOS este requerimiento, y solicitamos amablemente al comité modifique las bases quedando de la siguiente manera: INCUBADORA MICROBIOLOGICA con rejillas como suministro básico completos para su funcionamiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, NO ACOGE LA OBSERVACION, se aceptaran INCUBADORA MICROBIOLOGICA, con otros accesorios o accesorios completos para su funcionamiento según lo solictado en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, NO ACOGE LA OBSERVACION, se aceptaran INCUBADORA MICROBIOLOGICA, con otros accesorios o accesorios completos para su funcionamiento según lo solictado en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Observación: Nro. 156

Consulta/Observación:

SOLICITAN: INCUBADORA MICROBIOLOGICA Solicitan: Plazo de entrega de 60 días

Dicho plazo no contempla la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega de 90 días calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Consulta: Nro. 157

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 Dimensiones internas: aproximado (W*D*H) 1220 x 626 x 709 mm

CONSULTAMOS al comité si por ser similares a lo solicitado, aceptará una cabina con dimensiones internas: (W*D*H) 1260 x 665 x 600 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó opcionalmente ACEPTAR la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó opcionalmente ACEPTAR la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 23:08:35

Observación: Nro. 158

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 Ruido menor de 63 db

Al respecto, según el ANEXO F de la NSF49-2019, F.1. Condiciones previas e intervalos de certificación en campo F.11 Test de nivel de ruido, la aceptación es que no exceda los 70 dba, Asimismo, la exposición al personal de trabajo debe ser menor a 80 dB de ruido laboral y se encuentra sustentada en la NTP 270 (Evaluación al personal de trabajo de la exposición al ruido) y acorde al DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido). Por ello y para no restringir la participación de postores que cumplimos con normativas tanto nacionales como internacionales tales como ANSI, NSF 49, EN 12469, ISO 14644, IEST-G-CC1001, ETL, ETLC, ULC, CSA, OBSERVAMOS esta especificación y solicitamos se modifique quedando de la siguiente manera: Ruido menor de 65 db

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò modificar el nivel de ruido menor de 65 dB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò modificar el nivel de ruido menor de 65 dB.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Observación: Nro. 159

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 Voltaje y potencia 220V y 300 W. Cada fabricante diseña el consumo de sus cabinas de bioseguridad de acuerdo a los requerimiento propios de cada marca, este no tiene relación alguna con la protección que el equipo pueda ofrecer al usuario, ni las normas que se acrediten en su construcción, por ello, y en beneficio del área usuaria, OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos amablemente al comité modifique las bases quedando de la siguiente manera: Voltaje y potencia 220V y 1124 W del motor ventilador

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, NO ACOGE LA OBSERVACION, se aceptaran lo solicitado en las especificaciones tecnicas del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, NO ACOGE LA OBSERVACION, se aceptaran lo solicitado en las especificaciones tecnicas del bien.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Consulta: Nro. 160

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 Con otros accesorios completos para su funcionamiento. Si bien el equipo viene completo para su funcionamiento, existen accesorios que facilitarán el uso del equipo por parte del área usuaria tales como: panel LCD de monitoreo del flujo de aire, una toma eléctrica 220V auxiliar para la conexión de equipos eléctricos que podrían introducir en la cabina para complementar sus trabajos, llave de vacío para filtraciones en cabina, apagado programado de lámpara UV, por ello, CONSULTAMOS al comité si de manera obligatoria los postores deberemos incluir en nuestra oferta alguno de los accesorios a continuación: panel LCD de monitoreo del flujo de aire, una toma eléctrica 220V auxiliar para la conexión de equipos eléctricos que podrían introducir en la cabina para complementar sus trabajos, llave de vacío para filtraciones en cabina, apagado programado de lámpara UV

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV **Página:** 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò que los postores deben incluir como accesorios: panel LCD de monitoreo del flujo de aire, llave de vacío para filtraciones en cabina, apagado programado de lámpara UV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò que los postores deben incluir como accesorios: panel LCD de monitoreo del flujo de aire, llave de vacío para filtraciones en cabina, apagado programado de lámpara UV.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Observación: Nro. 161

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 Solicitan: Plazo de entrega de 60 días
Dicho plazo no contempla la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega de 120 días calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 23:08:35

Consulta: Nro. 162

Consulta/Observación:

SOLICITAN: PLANCHA DE CALENTAMIENTO Plataforma de aluminio de 60 x 30 cm.

Nuestra oferta incluye una plancha de calentamiento y agitadora MEJORA TECNOLÓGICA que tiene una capacidad de hasta 18 litros de solución MEJORA TECNOLÓGICA, con unas dimensiones menores a las solicitadas de 25 x 25 cm. Sin embargo, estos equipos son específicos para una solución, no se recomienda poner varias soluciones en una plancha de calentamiento porque estas dejarían de estar centradas y la distribución de la temperatura puede ser no homogénea, por ello, y en beneficio del área usuaria de contar con un equipo que cumple con : CE, RCM, UKCA,TÜV SÜD, RAEE, CONSULTAMOS al comité si modificará las bases quedando de la siguiente manera: Plataforma de aluminio de 25 x 25 cm con capacidad de 18 litros MEJORA TECNOLÓGICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR la propuesta, se solicita con las medidas de 60 x 30 cm según la marca ofertada con control digital y en beneficio del área usuaria debe contar con un equipo que cumpla con uno o mas estándares internacionales: CE, RCM, UKCA,TÜV SÜD, RAEE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinò NO ACEPTAR la propuesta, se solicita con las medidas de 60 x 30 cm según la marca ofertada con control digital y en beneficio del área usuaria debe contar con un equipo que cumpla con uno o mas estándares internacionales: CE, RCM, UKCA,TÜV SÜD, RAEE.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Consulta: Nro. 163

Consulta/Observación:

SOLICITAN: PLANCHA DE CALENTAMIENTO Con otros accesorios o accesorios completos para su funcionamiento El sensor de temperatura solicitado con funda de acero inoxidable se recomienda que se sujete en un soporte universal con un clamp para su correcta ubicación a una altura adecuada en la solución a medir, dado que el equipo ya viene completo para su funcionamiento, pero la adición de ciertos accesorios puede facilitar el manejo del equipo por los usuarios, CONSULTAMOS al comité si los usuarios cuentan con soportes universales, clampings y varillas de soporte para el sensor de temperatura o si de manera obligatoria los postores deberemos incluirlos en la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò que los postores deben incluir como accesorios de manera obligatoria: "soportes universales" o "clampings y varillas de soporte".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinò que los postores deben incluir como accesorios de manera obligatoria: "soportes universales" o "clampings y varillas de soporte".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Observación: Nro. 164

Consulta/Observación:

SOLICITAN: PLANCHA DE CALENTAMIENTO Solicitan: Plazo de entrega de 60 días

Dicho plazo no contempla la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega de 90 días calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:08:35

Consulta: Nro. 165

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS Y PLACAS PETRIFILM

De acero inoxidable ¿ célula de neopreno.

Visualizador digital para contar las bacterias que crecen en placas Petri

Pantalla LED, digital de conteo de 0 a 2000 colonias

Iluminación de LED blanca ajustable

Señal sonora indicando conteo de colonias

Lupa 2x

Conteo de colonias en placas Petri hasta 15 mm de diámetro y también en placas petrifilm

Alimentación eléctrica de 220V y potencia de 40 W

Incluye 01 Caja de 50 paquetes de Petrifilm (25 unidades x paquete) con medio de cultivo específico para enterobacterias

Incluye 01 Caja de 50 paquetes de Petrifilm (25 unidades x paquete) con medio de cultivo específico para E. Coli y coliformes

Con otros accesorios o accesorios completos para su funcionamiento

CONSULTAMOS al comité si por ser un equipo alternativa al solicitado aceptará las siguientes especificaciones:

ColonyStar automático completo con escáner y ordenador de mesa de serie.

El dispositivo puede funcionar en modo de disparo único, semiautomático o totalmente automático.

¿ El modo de disparo único significa la evaluación individual de la placa de Petri con la opción de zoom de la imagen.

¿ En el modo semiautomático (modo de asistencia), después de marcar una colonia, se marcan automáticamente otras colonias no marcadas del mismo tipo en cuanto a tamaño, forma, color, contraste, brillo.

¿ Si el aparato ya está entrenado (si existen los correspondientes perfiles guardados) puede funcionar en modo totalmente automático. En el modo totalmente automático, el dispositivo es capaz de contar las placas de Petri de forma totalmente automática en segundos sin intervención manual.

Voltaje de entrada (Fuente de alimentación del escáner ColonyStar) 100 - 240 VAC

Frecuencia (Fuente de alimentación Escáner ColonyStar) 50 - 60 Hz

Potencia máx. (Fuente de alimentación Escáner ColonyStar) 24 W máx.

Voltaje de salida (Fuente de alimentación Escáner ColonyStar) 24 VCC

Voltaje de entrada (Fuente de alimentación Tableta) 100 - 240 VAC

Frecuencia (Fuente de alimentación Tableta) 50 - 60 Hz

Potencia máx. (Fuente de alimentación para tableta) 10 W

Tensión de salida (Fuente de alimentación Tableta) 5 VDC

Pantalla de tableta de 10¿ (254 mm)

Software de sistemas (tableta) Android

Protección II

Tipo de protección IP20

Temperatura de funcionamiento 5 °C - + 40 °C

Temperatura de almacenamiento -10 °C - + 60 °C

Dimensiones (escáner ColonyStar) (largo x ancho x alto) 186 x 155 x 197 mm

Peso (escáner ColonyStar + tableta) 1665 g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, determinó NO ACEPTAR porque se solicita según las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, determinó NO ACEPTAR porque se solicita según las especificaciones técnicas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 23:08:35

Observación: Nro. 166

Consulta/Observación:

SOLICITAN: CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS Y PLACAS PETRIFILM Solicitan: Plazo de entrega de 60 días Dicho plazo no contempla la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega de 90 días calendario

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en coordinacion con el comité de seleccion, precisa que el pazo de entrega es producto de la indagacion de mercado, por lo tanto se aclara que el plazo de entrega es 60 dias calendarios luego de recibida la orden de compra correspondiente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

Ruc/código :	20556676080	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	RANDOZA S.A.C.	Hora de envío :	23:56:34

Consulta: Nro. 167

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas de la balanza analítica.-

La temperatura de trabajo dice: 10-30 grados centígrados.

Señores es rango de trabajo corresponde a una marca en particular, para permitir la pluralidad de postores se puede ofrecer equipos cuya temperatura de trabajo sea: 17,5 º ~ 22,5 º, rango de fluctuación <1 º/h.

Con respecto a las capacidades se puede ofrecer equipos cuya capacidad vaya de 10 mg hasta 300g??

Con respecto a la balanza de precisión a que se refieren cuando se menciona capacidad de almacenamiento 5200g?? favor precisar al respecto

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II CAPT. **Literal:** 3.1 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó solicitar: "En la balanza analítica debe tener una temperatura de trabajo de 10°C a 30°C, cuya capacidad es de 320 g" , "En la balanza de precisión debe tener una capacidad de máxima 5200 g".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en coordinación con el comité de selección determinó solicitar: "En la balanza analítica debe tener una temperatura de trabajo de 10°C a 30°C, cuya capacidad es de 320 g" , "En la balanza de precisión debe tener una capacidad de máxima 5200 g".