

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura :	AS-SM-71-2024-DIRSAPOL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UN YAG LASER PARA EL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL PNP AUGUSTO B. LEGUIA - CUI N°2499252

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	16:29:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

B08. TASA DE REPETICION EN PULSO SIMPLE 3Hz O MENOR
AI SOLICITAR UN EQUIPO QUE TENGA UNA TASA DE REPETICION EN PULSO SIMPLE 3Hz o MENOR, SOLICITAN UN EQUIPO QUE SEA MAS LENTA SU FUNCIONABILIDAD.
LA TECNOLOGIA HA IDO EVOLUCIONANDO YA QUE MAS ALTO Hz, MENOR SERA EL TIEMPO DE EXPOSICION EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALICE EN LOS PACIENTES, HACIENDO MAS EFECTIVOS LOS PROCEDIMIENTO.
SOLICITAMOS ACLARAR LO REQUERIDO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: AN 1CAPIII Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE literal a) b) c) d) y f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ES CORRECTA SU APRECIACION EN REFERENCIA AL PUNTO B08 LA TASA DE REPETICION EN PULSO SIMPLE 3 HZ O MENOR, ES LO REQUERIDO POR EL AREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-71-2024-DIRSAPOL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN YAG LASER PARA EL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL PNP AUGUSTO B. LEGUIA - CUI N°2499252

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	16:29:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B09. TASA DE REPETICION EN RAFAGA (BURST) 1,5 Hz o MENOR
SE CONSULTA AL COMITÉ LO SIGUIENTE : AL INDICAR 1,5 Hz O MENOR, MENOR EN NUMEROS DE Hz? ¿O MENOR EN TIEMPO DE REPETICIONES? DEBIDO A QUE MAYOR Hz, MAYOR SERA LA TASA DE REPETICIONES; SEÑORES DEL COMITÉ PRECISAR SI REQUIEREN UN EQUIPO QUE TENGA MENOR HZ, ADQUIRIRAN UN EQUIPO DE INFERIOR TECNOLOGIA, YA QUE UN EQUIPO CON MAYOR TASA DE REPETICIONES ES MAYOR LA FRECUENCIA Hz, LO QUE SIGNIFICARIA UN EQUIPO DE SUPERIOR CALIDAD).

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAPIII

Literal: 3.1

Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE a)b)c)d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN EL PUNTO B09 TASA DE REPETICION EN RAFAGA (BURST) 1,5 HZ O MENOR, HACE REFERENCIA A LOS HERZ.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-DIRSAPOL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN YAG LASER PARA EL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL PNP AUGUSTO B. LEGUIA - CUI N°2499252

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	16:29:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

B25. MESA PORTAEQUIPO DE ALTURA VARIABLE ELECTRICAMENTE O ELECTROHIDRAULICA CON CAPACIDAD DE CONTENER ADECUAMENTE EL GENERADOR LASER Y LA LAMPARA DE HENDIDURA

SEÑORES DEL COMITÉ, INDICAR SI LA MESA QUE CONTENDRA EL EQUIPO DEBERA SER RECOMENDADO POR EL FABRICANTE O DE FABRICA Y QUE PERMITA EL ACCESO A SILLA DE RUEDAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAPIII Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE literal a),b),c),d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, ESTE COLEGIADO DETERMINA LA MESA PORTAEQUIPO DEBERA SER ADECUADA PARA CONTENER A LOS EQUIPOS ESTA PODRA SER RECOMENDADA POR EL FABRICANTE, EL ACCESO A LA SILLA DE RUEDAS SERA DE MANERA OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null