


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)											
1. DATOS GENERALES											
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO										
1.2	ÁREA USUARIA POLICLINICOS DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA										
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE TEST DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO PARA LOS POLICLINICOS CATEGORÍA I-3, DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA										
1.4	<div> <div> ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN </div> <div> Plan Estratégico Institucional 2020-2024: Objetivo Estratégico: Oe 2 - Brindar a los asegurados acceso oportuno a prestaciones integrales y de calidad, acorde a sus necesidades. Acción Estratégica: 2.4 Servicios disponibles para brindar atenciones con oportunidad y calidad a los asegurados. </div> </div> <div> PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA DE LA RPA <table border="1"> <tr> <td>ACTIVIDAD</td> <td>METAS 2023</td> </tr> <tr> <td>ANÁLISIS BIOQUÍMICOS</td> <td>3.63.000</td> </tr> </table> </div>							ACTIVIDAD	METAS 2023	ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	3.63.000
ACTIVIDAD	METAS 2023										
ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	3.63.000										



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	27	-	-	-	27	Memorando N° 2720-GSPN I II-GRPA-ESSALUD-2023	31/07/2023
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	<ul style="list-style-type: none"> * Se actualizo el modelo de equipo en cesion, Modular Automatizado Pequeño p/Cromatografía Liquida en lugar de AnalizadorAutomatizado p/Dosaje de Hemoglobina Glicosilada. * En el anexo 4 adicionalmente a los controles de calidad requeridos inicialmente, se aceptara controles de calidad realizados por otros que cumplan con las normas internacionales ISO/IEC 17043. * Se ha considerado aceptar Fuente de poder de emergencia (UPS) con bareria suficiente para efectuar el apagado de los analizadores y Equipos de aire acondicionado, si el manual del equipo ofertado lo indica. * Se suprimio el numeral 6 y 7 de la pag. 47 detallado en el requerimiento inicial. * Se actualizo el plazo de entrega para las entregas sucesivas de 3 a 5 dias. * Se actualizo lo referente a Controles de calidad interno a controles de calidad interno de tercera opinion. * Como parte del control de calidad interno, se aceptara hasta 2 lotes de control en todo el periodo de compra, en lugar de 1. * Respecto al Logotipo, se aceptara que se realice unicamente en el envase mediato. 						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/06/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/08/2023	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI		NO		X	
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE		SI		NO		X	
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4							
<p style="text-align: center;">  Q.F. RONNIE ESPEJO IBÁÑEZ Funcionario Competente del Órgano Encargado de las Contrataciones Control Patronal RED PRESTACIONAL ALMENARA ESSALUD </p>							

