

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20556510190

Nombre o Razón social : INSUMET S.A.C.

Fecha de envío : 20/11/2023

Hora de envío : 12:15:43

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

OBSERVAMOS. En las bases dentro de la sección de documentos de presentación obligatoria están solicitando m) METODOLOGÍA DE ANALISIS Este documento es usado por las empresas que fabrican o distribuyen medicinas para la verificación de calidad. siendo el fin del presente proceso la compra de instrumental quirúrgico (dispositivo de clase I). Solicitamos al comité de selección tenga a bien retirar este documento o dejarlo como documento de presentación facultativa. O en su caso solicitar presentación del ISO 13485 dado que toda empresa que fabrica instrumental cuenta con este ISO por que sirven para la aplicación de gestión de calidad de los productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: M Página: 18

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 la ley N° 30225 Ley de contrataciones del estado Libertad de concurrencia. Las Entidades

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, ACOGER PARCIALMENTE, se podrá recibir también ISO 13485

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, ACOGER PARCIALMENTE, se podrá recibir también ISO 13485

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20603515707

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : QUIRURGICOS PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 16:49:58

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En la presente bases administrativas solicitan dentro del capitulo II M) METODOLOGÍA DE ANALISIS, documento que es usado para la verificación de calidad de productos como medicinas.

En la presente convocatoria, el bien solicitado es de dispositivos de clase I que implica instrumental quirúrgico y contenedores de esterilización, por lo cual se solicita respetuosamente al comité tenga a bien retirar el documento solicitado, esto con el fin de no limitar a proveedores a la participación en la presente convocatoria.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** M    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, NO ACOGER, los documentos de presentación obligatoria, son necesarios para la adecuada verificación de las características técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20603515707

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : QUIRURGICOS PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 16:49:58

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En las presentes bases administrativas se menciona que el bien solicitado deberá ser entregado en la Unidad de Almacén Especializado del Departamento de Farmacia del Hospital Cayetano Heredia.

Solicitamos respetuosamente al comité de selección, tenga a bien aclarar si la afirmación anterior es correcta, dado que, el bien (contenedores de esterilización) a adquirir son para el servicio de central de esterilización y como tal, por el tipo de producto que es, debería ser entregado en el Almacén General del Hospital Cayetano Heredia y la conformidad deberá ser asumida por central de esterilización.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 12    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que el almacén para el internamiento de dicho producto será el ALMACEN GENERAL DEL HNCH, así mismo la conformidad será otorgada por CENTRAL DE ESTERILIZACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que el almacén para el internamiento de dicho producto será el ALMACEN GENERAL DEL HNCH, así mismo la conformidad será otorgada por CENTRAL DE ESTERILIZACION

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 18:44:33

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

FORMATO N°01

FORMATO DE REQUERIMIENTO Y ENTREGA

SUB ITEM 1.1

LAS BASES SOLICITAN CONTENEDOR DE ALUMINIO ANODIZADO 11.2 X 28.5X30 cm

Se solicita al comité ampliar el rango de la medida de +/- 0.5% a fin de fomentar mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** III

**Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que se aceptaran solamente un variación de mas (+) 5%, ya que medidas menores a las solicitadas, no satisfacen la necesidad de área usuaria considerando las medidas de los materiales a esterilizar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que se aceptaran solamente un variación de mas (+) 5%, ya que medidas menores a las solicitadas, no satisfacen la necesidad de área usuaria considerando las medidas de los materiales a esterilizar.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 18:44:33

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

FORMATO N°01

FORMATO DE REQUERIMIENTO Y ENTREGA

SUB ITEM 1.2

LAS BASES SOLICITAN CONTENEDOR DE ALUMINIO ANODIZADO 30 X 30 x 15 cm

Se solicita al comité ampliar el rango de la medida de +/- 0.5% a fin de fomentar mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** III

**Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que se aceptara rango de +/- 5%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que se aceptara rango de +/- 5%

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 18:44:33

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

FORMATO N°01

FORMATO DE REQUERIMIENTO Y ENTREGA

SUB ITEM 1.3

LAS BASES SOLICITAN CONTENEDOR DE ALUMINIO ANODIZADO 46 X 28 X15 cm

Se solicita al comité ampliar el rango de la medida de +/- 0.5% a fin de fomentar mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** III

**Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que se aceptara rango de +/- 5%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que se aceptara rango de +/- 5%

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

FORMATO N°02

CARACTERÍSTICAS O FICHAS TÉCNICAS

MATERIAL

Las bases solicitan bandeja fabricada en aluminio con un espesor mínimo de 2.2 mm

Se solicita al comité ampliar el rango de la medida de 2mm a 2.2mm a fin de fomentar mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: III Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que la medida solicitada garantiza la resistencia a la manipulación y almacenamiento, por lo que no se acepta medidas menores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 18:44:33

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

FORMATO N°02

CARACTERÍSTICAS O FICHAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Las bases filtro tipo barrera microbiana reusable fabricado en polisulfón( ppsu) y/ofiltros desechables con indicador de proceso integrado

Las especificaciones solicitadas son características propias de un producto lo que limita la participación de más postores , se solicita al comité incluir filtros desechables de politetrafluoretileno (PEFE)

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** III

**Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que se aceptara filtro desechable con indicador de proceso integrado 10,000 unidades.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 18:44:33

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

FORMATO N°02

CARACTERÍSTICAS O FICHAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

La tapa debe contar con una empaquetadura de material altamente resistente que garantice un cierre hermético desmontable para limpieza y desinfección

La empaquetadura garantiza el cierre hermético del contenedor el cual al ser desmontable ante los procesos de esterilización podría perder la completa hermeticidad del producto por tal motivo solicitamos al comité aceptar empaquetadura no desmontable la cual mantiene la hermeticidad del contenedor

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** III

**Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que la empaquetadura deberá ser desmontable, ya que el producto es desarmado para su adecuada limpieza.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 18:44:33

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

CARACTERÍSTICAS O FICHAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Las bases solicitan asas abatibles a 90° de rápido enfriamiento fabricado en polímero (peek)

Las especificaciones solicitadas son características propias de un producto lo que limita la participación de más postores , se solicita al comité incluir asas de acero inoxidable.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico**

**Numeral: I**

**Literal: III**

**Página: 38**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que se mantiene lo solicitado, ya que este polímero garantiza la durabilidad ante los insumos corrosivos utilizados en sala de operaciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 18:49:10

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

FORMATO N°02

CARACTERÍSTICAS O FICHAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Las bases filtro tipo barrera microbiana reusable fabricado en polisulfón( ppsu) y/ofiltros desechables con indicador de proceso integrado

las especificaciones solicitadas son características propias de uuna marca especifica lo que limita la particiación de más postores , se solicita al comité incluir filtros desechables de politetrafluoretileno (PEFE)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** III

**Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, precisar que se aceptara filtro desechable con indicador de proceso integrado 10,000 unidades.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null