

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	2310L00171			DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA															RESULTADO
		PERIODO	POSTORES	RUC	Obligatorios															
					DD. J.U. de datos del postor (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	DD. J.U. de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	DD. J.U. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 Capítulo III de las Bases (Anexo N° 3)	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT)	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto	DD. J.U. de Plazo de Entrega (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)			
1	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DEL GRUPO ABO Y RH LIGADO A EQUIPO EN CESIÓN EN USO	12 MESES	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	20155695901	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE (1)	SI	NO APLICA	SI	NO ADMITIDA
		12 MESES	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	20470358484	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDA
		12 MESES	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE (2)	SI	NO APLICA	SI

(1) La oferta presentada por el postor SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. para acreditar el Manual de Instrucciones de Uso o Inserto NO SE ENCUENTRA REFRENDA POR EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA POSTORA; tal como se ha solicitado en las Bases Integradas Definitivas del presente Procedimiento de Selección, donde se indica que: "El Manual de Instrucciones de Uso o Inserto, por ser un documento técnico, debe ser refrendado (nombre, firma y sello) por el Director Técnico de la empresa postora, siempre en cuando esta empresa sea un establecimiento farmacéutico"; por lo que, el Comité de Selección ha determinado como NO ADMITIDA la oferta presentada.

(2) La oferta presentada por el postor DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. para acreditar el Manual de Instrucciones de Uso o Inserto NO SE ENCUENTRA REFRENDA POR EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA POSTORA; tal como se ha solicitado en las Bases Integradas Definitivas del presente Procedimiento de Selección, donde se indica que: "El Manual de Instrucciones de Uso o Inserto, por ser un documento técnico, debe ser refrendado (nombre, firma y sello) por el Director Técnico de la empresa postora, siempre en cuando esta empresa sea un establecimiento farmacéutico"; por lo que, el Comité de Selección ha determinado como NO ADMITIDA la oferta presentada.



LIC. MONICA PATRICIA FERNANDEZ SALLARRIAGA
PRESIDENTE (TITULAR)


LIC. EDGARDO FABIAN GARRASCO LLATAS
PRIMER MIEMBRO (TITULAR)

ING. LILIANA ELIZABETH ROMERO SILVA
SEGUNDO MIEMBRO (TITULAR)


Fecha: 03/03/2024

CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

PROCESO DE SELECCIÓN		2310L00171		LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2023-ESSALUD/RPL-1 (2310L00171) ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DEL GRUPO ABO Y RH LIGADO A EQUIPO EN CESIÓN EN USO - SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE HNAAA - PAC 2941-2023								
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	POSTORES	Resultado		EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN	CALIFICACIÓN			RESULTADO
				ADMITIDA	1,132,560.00	100	1		SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DEL GRUPO ABO Y RH LIGADO A EQUIPO EN CESIÓN EN USO	12 MESES	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	ADMITIDA	1,132,560.00	100	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICADO	



LIC. MONICA PATRICIA FERNANDEZ SALDARRIAGA
PRESIDENTE (TITULAR)



LIC. EDGARDO FABIAN CARRASCO LLATAS
PRIMER MIEMBRO (TITULAR)



ING. LILIANA ELIZABETH ROMERO SILVA
SEGUNDO MIEMBRO (TITULAR)

Fecha: 03/03/2024