

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20482547134	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:16:47

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Solicitamos al Comite indicar el material de los recipientes de molienda.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los materiales de los recipientes tienen que ser apropiados para usar bolas de agata

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: Debe incluir set de molienda y bolas de agata

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

---

Ruc/código :	20482547134	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:16:47

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

**EXPERIENCIA DEL POSTOR**

A fin de propiciar la participación de más empresas, solicitamos al comite aceptar como experiencia equipos para preparación de muestras en general: molinos, cortadoras, prensas, pulidoras, tamizadoras.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.2      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE. Respecto a "equipos para preparación de muestras en general: molinos, cortadoras, prensas, pulidoras, tamizadoras.", salvo los molinos, el resto no podría considerarse como bien similar ya que resulta un término muy amplio abarcando equipos que no pertenecen a la naturaleza del equipo solicitado, lo cual no garantizaría la experiencia del postor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código : 20600970951

Nombre o Razón social : BD INSTRUMENTS S.A.C.

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 10:31:01

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

DICE:

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de la entrega sera de cuarenta y cinco (45) días calendario. la fecha de inicio se contara desde el día siguiente de suscrito el contrato

SOLICITAMOS:

Solicitamos al distinguido comité evaluador pueda ampliar el tiempo de entrega a 60 días ya que por la temporada alta de importaciones en Diciembre, aduanas suele tardar mas de lo acostumbrado para la nacionalización de equipos. Esto con la finalidad de no incurrir en retrasos y pueda existir mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 09    **Literal:** 09    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta, dado que lo indicado por el postor es comun a finales de año.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ UN PLAZO DE SESENTA DÍAS CALENDARIO EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:11:11

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

PLAZO DE ENTREGA

45 (CUARENTA Y CINCO) días calendario

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 60 DÍAS; para poder así cumplir con el tiempo requerido de manera correcta.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE art. 2 inciso a, b, c

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS EL PLAZO DE SESENTA DÍAS CALENDARIO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:11:11

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR.

Se consideran bienes similares: Venta de Trituradoras, Pulverizadores y Molinos de laboratorio ejecutado en entidades públicas o privadas.

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar como bienes similares EQUIPOS DE LABORATORIO EN INGENIERÍA EN GENERAL, ya que los bienes requeridos como congeladores y cámaras frigoríficas pertenecen a equipos de industrias de alimentos.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A,B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE. EL ÁREA QUE FORMULA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSIDERA QUE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS SON LAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO CORRECTO DE LA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:11:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

4.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Volumen de recipiente de molienda 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, Volumen de recipiente de molienda 100 ml ~ 500 ml, ya que esta característica puede variar de acuerdo a la marca

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta, dado que lo propuesto por el postor se encuentra dentro de lo solicitado cumpliendo la finalidad del requerimiento. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder: Dice:" Volumen de recipiente de molienda 12ml, 25ml, 50ml,80ml,125ml,250ml, 500ml," Debe decir: " Volumen de recipiente de molienda 12 ml, 25ml,50ml, 80 ml, 125 ml, 500 ml o segun fabricante."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: " Volumen de recipiente de molienda 12 ml, 25ml, 50 ml, 80 ml, 125 ml, 250ml, 500ml o según fabricante"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código : 20605876774

Nombre o Razón social : A.S. ALLENDE S.A.C.

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 17:16:42

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**  
PLAZO DE ENTREGA

SE OBSERVA

De acuerdo al Objeto de Convocatoria se pide al comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales a menos una empresa lo tenga en stock, se podría considerar ampliar el plazo de entrega a 70 DÍAS CALENDARIOS, ya que los productos solicitados requieren procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE. EN ATENCIÓN A OTRA OBSERVACIÓN SE HA AMPLIADO EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS CALENDARIO Y ELLO QUEDARÁ ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código : 20605876774

Nombre o Razón social : A.S. ALLENDE S.A.C.

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 17:16:42

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**  
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

SE CONSULTA

De acuerdo al Objeto de Convocatoria se pide al comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales se considere "el volumen del recipiente molienda de acuerdo a cada fabricante", ya que las medidas solicitadas pertenecen a la marca RETSCH que tiene solo un representante en el nuestro país.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** 4.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta, dado que lo propuesto por el postor se encuentra dentro de lo solicitado cumpliendo la finalidad del requerimiento. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder: Dice: " Volumen de recipiente de molienda 12ml, 25ml, 50ml,80ml,125ml,250ml, 500ml," Debe decir: " Volumen de recipiente de molienda 12 ml, 25ml,50ml, 80 ml, 125 ml, 500 ml o segun fabricante."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: " Volumen de recipiente de molienda 12 ml, 25ml, 50 ml, 80 ml, 125 ml, 250ml, 500ml o según fabricante"



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 19:00:24

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Solicitan: El plazo de entrega será de cuarenta y cinco (45) días calendario. La fecha de inicio se contará desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Al respecto, dada la situación actual en gran parte de Europa y que viene afectando las cadenas de suministro y transporte de lo fabricantes, OBSERVAMOS y solicitamos amablemente al comité poder ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, quedando las bases de la siguiente manera:

El plazo de entrega será de noventa (90) días calendario. La fecha de inicio se contará desde el día siguiente de suscrito el contrato.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 9    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A OTRA OBSERVACIÓN YA SE HA CONSIDERADO AMPLIAR EL PLAZO, SIENDO ESTE DE 60 DÍAS CALENDARIO, POR LO QUE NO SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

---

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 19:00:24

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Solicitan: Volumen de recipiente de molienda 12ml / 25ml/ 50ml/ 80ml/ 125ml/ 250ml/ 500ml.

Al respecto, CONSULTAMOS al comité si todos estos recipientes deben ser incluidos en la entrega o si solo el equipo debe ser capaz de trabajar con estos tamaños de recipientes. De ser lo segundo, solicitamos que puedan especificar los tamaños (y cantidades) de los recipientes que requieren.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que los volúmenes indicados son los que puede contener el molino, el set de molienda debe ser de 500ml y bolas deben ser del material de Agata

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: " Se debe incluir 1 set de agata de 500ml y 1 set de agata de 250 ml"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

---

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 19:00:24

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

CONSULTAMOS al comité, poder confirmar que el material de los recipientes de molienda que sean requeridos, sean de acero inoxidable. Si se tratase de otro material, solicitamos amablemente al comité que lo puedan especificar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el material del set de molienda sera de Agata

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: Incluir: Set de molienda y bolas de Agata

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

---

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 19:00:24

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

CONSULTAMOS amablemente al comité, siendo que estos molinos planetarios necesitan bolas de molienda para poder trabajar, nos puedan especificar tanto la cantidad de bolas requeridas, el tamaño de las bolas (diámetro) y confirmar que el material de las bolas sea de acero inoxidable.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE REALIZA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: Las bolas seran de Agata, " 8 unidades de bolas de 30 mm y 100 bolas de 10 mm"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan:

"Volumen de recipiente de molienda 12ml, 25ml, 50ml, 80ml, 125ml, 250ml, 500ml"

En las bases especifican este dato, todos los equipos son patentados con distinto modelos y capacidades de molienda dependiendo de la marca el cual no influye en los resultados de molienda, a fin de permitir y promover una mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, solicitamos amablemente al Comité de Selección considerar de la siguiente manera:

¿Volumen de recipiente de molienda 12ml, 25ml, 50ml, 80ml, 125ml, 250ml, 500ml o según fabricante.¿

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3

**Literal:** 3.1

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: " Volumen de recipiente de molienda 12 ml, 25ml, 50 ml, 80 ml, 125 ml, 250ml, 500ml o según fabricante"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

En las bases no especifican este dato, solicitamos amablemente al Comité de Selección aclarar el material del set de molienda para el molino, en el mercado los principales materiales para preparación de muestras las siguientes:

Agata, resistencia a la abrasión buena, Muestras suaves a semiduras

Oxido de circonio, resistencia a la abrasión muy buena, Muestras fibrosas, abrasivas

Carburo de tungsteno, resistencia a la abrasión muy buena, Muestras duras, abrasivas

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE REALIZAN LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: el material del set de molienda es Agata. Incluir: Set de molienda y bolas de Agata

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

---

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

En las bases no especifican el dato del volumen del recipiente de molienda, tamaño de bolas y cantidad, solicitamos amablemente al Comité de Selección aclarar el volumen del recipiente o recipientes de molienda, la cantidad y el tamaño de las bolas

**Acápito de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE REALIZARÁN LAS ACLARACIONES EN LAS BASES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: " debe decir incluir 1 set de agata de 500 ml y 1 set de agata de 250 ml", "8 unidades de bolas de 30mm y 100 bolas de 10mm"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

En las bases no especifican el tipo de sujeción segura del recipiente de molienda en el molino, solicitamos amablemente al Comité de Selección añadida esta información como sigue:

¿El recipiente debe tener el tipo de sujeción segura Safe-Lock system con llave de torque que permite sujetar los recipientes de molienda de forma sencilla y segura, absolutamente sin riesgos.¿

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta, debido a las normas de seguridad que debemos de seguir en laboratorio necesitamos equipos que no ocasionen riesgos de fuga o de sujeción.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: El recipiente debe tener el tipo de sujeción segura Safe-Lock system con llave de torque que permita sujetar los recipientes de molienda de forma sencilla y segura, absolutamente fuera de riesgos.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOLINO PLANETARIO PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

---

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

En las bases no especifican el tipo de certificaciones de evaluaciones y seguridad debe tener el molino, solicitamos amablemente al Comité de Selección añada esta información como sigue:

¿El equipo debe tener la Marcación CE (conformidad europea) de seguridad certificada¿

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

en atención a la consulta debido a las normas de seguridad que debemos de seguir en el laboratorio necesitamos equipos que tengan certificaciones de conformidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE EN LAS BASES INTEGRADAS: "El equipo debe tener la Marcación CE ( conformidad europea) de seguridad certificadad".