

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código : 20608974173

Nombre o Razón social : TEBA MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 18:03:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM 3 INSTRUMENTAL DE SUTURAS

C06 UN (01) CONTENEDOR METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZACIÓN DE 30 X 30 X 10 CM APROX. CON PERFORACIONES EN BASE Y TAPA

Los contenedores solicitado de acero inoxidable no es apropiado para el proceso de esterilizacion, los contenedores con tecnologia actual, son fabricados en aluminio logrando un menor peso y una mejor manipulacion, manteniendo la robustez y estabilidad de los mismos, ademas son apropiados para los procesos de esterilizacion ya que cuenta con filtros reusables para asegurar una correcta esterilizacion del instrumental. Amparandonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al comite acepte :

C06 UN (01) CONTENEDOR METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZACIÓN DE 30 X 30 X 10 CM APROX. CON PERFORACIONES EN BASE Y TAPA o UN (01)CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL Y CESTA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código : 20608974173

Nombre o Razón social : TEBA MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 18:03:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 4 SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES

C06 UN (01) CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE 15 X 10 X 5 CM CON PERFORACIONES Y TAPA

Los contenedores solicitado de acero inoxidable no es apropiado para el proceso de esterilizacion, los contenedores con tecnologia actual, son fabricados en aluminio logrando un menor peso y una mejor manipulacion, manteniendo la robustez y estabilidad de los mismos, ademas son apropiados para los procesos de esterilizacion ya que cuenta con filtros reusables para asegurar una correcta esterilizacion del instrumental. Amparandonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al comite acepte :

C06 UN (01) CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE 15 X 10 X 5 CM CON PERFORACIONES Y TAPA o UN (01)CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL Y CESTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20608974173	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	TEBA MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:03:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 5 SET INSTRUMENTAL DE PARTO
C10 UNA (01) CUBETA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 30CM X
15CM X 5CM - (CUBETA DE 30 X 20 X 5CM)

Los contenedores solicitado de acero inoxidable no es apropiado para el proceso de esterilizacion, los contenedores con tecnologia actual, son fabricados en aluminio logrando un menor peso y una mejor manipulacion, manteniendo la robustez y estabilidad de los mismos, ademas son apropiados para los procesos de esterilizacion ya que cuenta con filtros reusables para asegurar una correcta esterilizacion del instrumental. Amparandonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al comite acepte :
C10 UNA (01) CUBETA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 30CM X
15CM X 5CM - (CUBETA DE 30 X 20 X 5CM) o UN (01)CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL Y CESTA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20608974173	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	TEBA MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:03:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM 6 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA DENTAL

El set solicitado no cuenta en su especificacion tecnica con contenedor con lo cual no facilitaria su almacenaje, traslado o esterilizacion. Amparandonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al comite acepte agregar :

C21 UN (01) CONTENEDOR METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZACIÓN DE 30 X 30 X 10 CM APROX. CON PERFORACIONES EN BASE Y TAPA o UN (01)CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL Y CESTA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20608974173	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	TEBA MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:03:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 7 SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL
C08 UN (01) ESTUCHE ACERO INOXIDABLE 200 X 100 X 60 MM

Los contenedores solicitado de acero inoxidable no es apropiado para el proceso de esterilizacion, los contenedores con tecnologia actual, son fabricados en aluminio logrando un menor peso y una mejor manipulacion, manteniendo la robustez y estabilidad de los mismos, ademas son apropiados para los procesos de esterilizacion ya que cuenta con filtros reusables para asegurar una correcta esterilizacion del instrumental. Amparandonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al comite acepte :

C08 UN (01) ESTUCHE ACERO INOXIDABLE 200 X 100 X 60 MM o UN (01)CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL Y CESTA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20608974173	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	TEBA MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:03:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 8 SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO
C16 UN (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS APROPIADO PARA EL SET.

Los contenedores solicitado de acero inoxidable no es apropiado para el proceso de esterilizacion, los contenedores con tecnologia actual, son fabricados en aluminio logrando un menor peso y una mejor manipulacion, manteniendo la robustez y estabilidad de los mismos, ademas son apropiados para los procesos de esterilizacion ya que cuenta con filtros reusables para asegurar una correcta esterilizacion del instrumental. Amparandonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al comite acepte :

C16 UN (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS APROPIADO PARA EL SET. o UN (01)CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL Y CESTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20608974173	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	TEBA MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:03:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 9 SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA

C14 UNA (01) CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL CON TAPA Y ASAS CON PERFORACIONES EN BASE Y TAPA DE 30 X 20 X 10 CM.

Los contenedores solicitado de acero inoxidable no es apropiado para el proceso de esterilizacion, los contenedores con tecnologia actual, son fabricados en aluminio logrando un menor peso y una mejor manipulacion, manteniendo la robustez y estabilidad de los mismos, ademas son apropiados para los procesos de esterilizacion ya que cuenta con filtros reusables para asegurar una correcta esterilizacion del instrumental. Amparandonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al comite acepte :

C14 UNA (01) CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL CON TAPA Y ASAS CON PERFORACIONES EN BASE Y TAPA DE 30 X 20 X 10 CM.. o UN (01)CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL Y CESTA

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20608974173	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	TEBA MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:03:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 12 SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
C21 UN (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL.

Los contenedores solicitado de acero inoxidable no es apropiado para el proceso de esterilizacion, los contenedores con tecnologia actual, son fabricados en aluminio logrando un menor peso y una mejor manipulacion, manteniendo la robustez y estabilidad de los mismos, ademas son apropiados para los procesos de esterilizacion ya que cuenta con filtros reusables para asegurar una correcta esterilizacion del instrumental. Amparandonos en los principios de libre competencia, libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al comite acepte :

C21 UN (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL o UN (01)CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL Y CESTA

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20545804795	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Hora de envío :	18:54:06

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Observamos las presentes bases, que no se está considerando como Requisito obligatorio, un documento importante para todo rubro de negocio, más aún para empresas del rubro médico, como es la Licencia de Funcionamiento, la cual permite realizar actividades económicas, legalmente, y acredita la formalidad de un negocio. Así mismo debido a que el objeto de la convocatoria es Dispositivos Médicos, sería necesario y muy importante.

Por lo antes expuesto, solicitamos al Comité Especial considerar y agregar en las bases en los Requisitos obligatorios lo siguiente:

Licencia de Funcionamiento emitida por autoridad competente en la actividad económica Venta de Dispositivos Médicos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 2.2.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, se incorpora en el punto 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, lo siguiente:

i) Copia de la Autorización Municipal de Funcionamiento emitido por la municipalidad otorgado al postor como almacén y/o distribuidora y/o productor y/o distribuidor mayorista y/o fabricante y/o elaboración y/o procesamiento. Este requisito es necesario para productos nacionales e importados, en la venta de dispositivos médicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:32:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO

B02 - FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO SEGÚN NORMA ISO 7153 Y NORMAS DIN

las NORMAS DIN son normas internacionales , que sirven para asegurar los estandares de calidad del producto., según característica solicitada se visualiza que solicitan que este producto sea importado y por lo tanto que cumpla con NORMAS DIN , es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta del postor, se debe aclarar que el instrumental SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO, debe ser fabricado en acero inoxidable según NORMA ISO 7153 y NORMA DIN, las cuales son internacionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	10401304059	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	CASTRO LOAYZA ELVIO	Hora de envío :	22:35:30

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

DICE: DECLARACION JURADA presentando un PLAN DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE LOS PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS, y el mantenimiento será cada seis (6) durante los tres (3) años de garantía solicitada.
Solicitamos al Comite Especial Suprimir dicho requerimiento, ya que el Plan de mantenimiento o cronograma de mantenimiento sera entregado despues de la conformidad, indicando modelo y serie de equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 2 Literal: 2.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la solicitud del postor, se debe aclarar que, en el punto 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NO se requiere declaración jurada de plan de mantenimiento que incluye los protocolos de operatividad, mantenimiento preventivo y correctivo por un plazo de tres (03) años, y el mantenimiento será cada seis (06) durante los tres (03) años de garantía solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	10401304059	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	CASTRO LOAYZA ELVIO	Hora de envío :	22:45:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

k.- CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, FIRMADO Y LEGALIZADO, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor

Solicitamos al Comité especial suprimir dicho requerimiento ya que esta documentación es parte de la propuesta técnica del Postor y además que no es necesario que este legalizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 2 **Literal:** 2.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la solicitud del postor, el punto k) de los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO Y A LA ENTREGA DEL BIEN indicará lo siguiente:

k) CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código : 10401304059

Nombre o Razón social : CASTRO LOAYZA ELVIO

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 22:47:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CERTIFICADO DE GARANTIA DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO Y LEGALIZADO POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS, contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal en el centro asistencial de destino. La garantía de cada equipo tendrá una vigencia contada a partir de concluida la conformidad del mismo, justamente en salvaguarda intereses del estado, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor.

Solicitamos al Comité especial suprimir dicho requerimiento ya que esta documentación será entregada con la recepción de los Equipos Biomedicos asi como con sus modelos y numeros de series de cada equipo y no necesita estar como requisito para el perfeccionamiento de contrato

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 2 **Literal:** 2.4 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la solicitud del postor, el punto I) de los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR indicará lo siguiente:

I) CERTIFICADO DE GARANTIA DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO POR EL POSTOR POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS, contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal en el centro asistencial de destino. La garantía de cada equipo tendrá una vigencia contada a partir de concluida la conformidad del mismo, justamente en salvaguarda intereses del estado, y A LA ENTREGA DEL BIEN FIRMADO Y LEGALIZODO, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	10401304059	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	CASTRO LOAYZA ELVIO	Hora de envío :	22:50:08

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se Solicita: CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO Y LEGALIZADO, de un plan de mantenimiento que incluye los protocolo de operatividad, mantenimiento preventivo y correctivo por un periodo de TRES (3) años, y el mantenimiento será cada seis (6) durante los tres (3) años de garantía solicitada, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor.

Solicitamos con todo respeto al Comité especial suprimir dicho requerimiento ya que esta documentación será entregada a la conformidad de la instalación de los Equipos Biomedicos y no es como Certificado de mantenimiento si no como Cronograma de Mantenimiento preventivo tal como se pide en el TDR ítem 6 hoja 37 y no se necesita legalizar dicha documentación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 2 **Literal:** 2.4 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la solicitud del postor, se debe aclarar que, en el punto 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, NO se requiere CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO Y LEGALIZADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	10401304059	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	CASTRO LOAYZA ELVIO	Hora de envío :	23:00:03

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Dice:

C10 DETECCION DE HASTA DIESCISEIS (16) TIPOS DE ARRITMIAS Ó MAS.

Solicitamos al Comite Especial aclarar que despues del termino Detección de: falta un valor, y pudiendo quedar dela siguiente manera:

C10 DETECCION DE 08 HASTA DIESCISEIS (16) TIPOS DE ARRITMIAS Ó MAS.

esto para que exista mayor pluralidad de participantes

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1. **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la solicitud del postor, se debe aclarar que, en la pagina 31 de las presentes bases, NO existe el punto C10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20605936092	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SOLUCIONES J PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:32:14

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por DIGEMID o institución competente vigente, a nombre del postor, indicando la autorización para Dispositivos Médicos Clase I, Clase II, Clase II y Clase IV

Pedimos al Comité especial Solicitar BPA copia simple expedido por la Digemid sin indicar las clases de dispositivos medicos, con la finalidad de dar mayor amplitud de postores a dicho proceso, quedando de la siguiente manera:

Copia del Certificado de Buenas Practicas de almacenamiento expedido por la Digemid

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.2. **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta del postor, el requisito de la capacidad legal indicará lo siguiente:

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID O institución competente vigente, a nombre del postor.

Y se acreditará con el siguiente documento:

Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por DIGEMID o institución competente vigente a nombre del postor, indicando la autorización para Dispositivos Médicos Clase I o Clase II o Clase III o Clase IV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20605936092	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SOLUCIONES J PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:37:42

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, FIRMADO Y LEGALIZADO, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor.

Solicitamos al Comite suprimir dicho requerimiento ya que esto forma parte de la propuesta tecnica del Postor, y no necesita estar legalizado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 2 Literal: 2.4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la solicitud del postor, el punto k) de los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO indicará lo siguiente:
k) CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION FIRMADO POR EL POSTOR, Y A LA ENTREGA DEL BIEN FIRMADO Y LEGALIZADO, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SETs DE INSTRUMENTOS MEDICOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruc/código :	20605936092	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SOLUCIONES J PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:39:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CERTIFICADO DE GARANTIA DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO Y LEGALIZADO POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS

solicitamos al comite suprimir dicho requerimiento, ya que el certificado de garantia se entrega despues de la conformidad de los equipos, conjuntamente con el modelo y series de los Equipos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 2 **Literal:** 2.4 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la solicitud del postor, el punto i) de los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO indicará lo siguiente:

i) CERTIFICADO DE GARANTIA DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO POR EL POSTOR POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS, contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal en el centro asistencial de destino. La garantía de cada equipo tendrá una vigencia contada a partir de concluida la conformidad del mismo, justamente en salvaguarda intereses del estado, Y PRESENTAR EL CERTIFICADO DE GARANTIA FIRMADO Y LEGALIZADO A LA ENTREGA DEL BIEN, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null