

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases estándar no hacen referencia al tiempo de contratación por lo cual muy amablemente consultamos al área usuaria aclarar: ¿Por cuánto tiempo será el periodo de contratación, en virtud de que el cronograma de entrega está hasta 150 días calendarios, consultamos amablemente si la compra de estos bienes es para abastecer a la entidad para un año?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** x **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que al señalar tiempo de contratación se refiere al periodo de uso de los reactivos de hemogramas y el equipo en cesión de uso, que se ha proyectado para dar cobertura aproximadamente por 7 a 8 meses, aclarando que este periodo puede variar en función de la deman

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consultamos amablemente al comité evaluador nos indique cuales son las características técnicas del reactivo y equipo cesión de uso que se deben acreditar con folletería, manual, carta del fabricante y otros documentos del fabricante. Entendiendo que el restante de las características técnicas del reactivo y equipo cesión de uso se acreditan con el anexo 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que ademas de presentar el anexo 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS los postores deberan acreditar con documentos sustentatorios (catálogos ilustrativos, folletos, manuales de operación y servicio data sheets o brochures de los fabricantes o dueños de la marca también se aceptaran certificados, instructivos, insertos, catálogos, cartas del fabricante) serán las características comprendidas en los títulos de: REACTIVO: Presentacion, Metodologia, accesorios (controles de calidad internos y externos) y muestras. EQUIPO: Tipo, Metodologia, performance, características, muestras, personal profesional, modo de operacion y antigüedad del equipo (descritas en la páginas 21, 22, 23, 24 y 25 de las Bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso solicitan constancia de funcionamiento en hospitales como Essalud o Minsa, etc. localizando el nivel de 3283 msnm o superior o acreditar presentando folletería original del fabricante o carta del fabricante que indique el excelente desempeño con una presión atmosférica de hasta 106.0 kpa. Al respecto señalamos que, en virtud de que los equipos de coagulación no tienen un barómetro como en caso de los equipos de gaseometría, no existe riesgo de fallas en el equipo con problemas de altura. Por lo cual solicitamos amablemente considerar como opcional dicho requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, se aclara que la solicitud del buen desempeño a más de 3283 msnm y presente una constancia de funcionamiento en hospitales como ESSALUD o MINSA localizados a más de 3283 msnm. o en su defecto carta del fabricante que indique el excelente desempeño con una presión atmosférica de hasta 106.0 kpa. Busca garantizar que los bienes comprados puedan ser usados de manera adecuada para las condiciones de altitud y presión atmosférica en las cuales se encuentra el hospital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La detección temprana de malaria es esencial para un manejo adecuado, ya que puede presentar síntomas similares a otras patologías y su diagnóstico rápido reduce el riesgo de complicaciones graves. Se estima que el diagnóstico temprano de malaria reduce la mortalidad en un 20-40%, mejorando los resultados clínicos. En el mercado peruano hay múltiples marcas que realizan screening de malaria. Por lo tanto, sugerimos amablemente al área usuaria que considere como requerimiento la capacidad de realizar screening de malaria en el equipo hematológico solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, se aclara que pese a ser un instituto oncologico es consciente de la importancia de la determinación temprana de malaria. Pero considera que el exigir esta característica en los analizadores hematologicos podria limitar la participación de postores dado que no todos los equipos que hay en el mercado cuentan con esta capacidad. Por lo que no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Analizador hematológico diferencial de 5 estirpes, solicitan: Capacidad de almacenamiento: 100,000 resultados incluyendo información gráfica y numérica. Consultamos amablemente al comité que se acepte Almacenamiento de 100,000 resultados en computadora accesoría

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta con el fin de promover la participacion de postores se considera que la capacidad de almacenamiento de resultados sea en el equipo o en una computadora accesoría siempre y cuando la tramision de resultados sea interfaseado directamente con el equipo. Se considera: literal III pagina 22. Capacidad de almacenamiento: 100,000 resultados incluyendo información gráfica y numérica o más. También se aceptará que el almacenamiento pueda realizarse mediante una interface directa a una computadora accesoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
En las Especificaciones Técnicas del Analizador, solicitan: linealidad de leucocitos no menor a 400 x 109/L a más o superior. Solicitamos amablemente para permitir mayor pluralidad de postores permita la siguiente característica: linealidad de leucocitos de 0 a 120 x 109/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, se aclara que la solicitud de linealidad de leucocitos no menor de 400x 109 responde a la necesidad ya que al ser un hospital oncologico frecuentemente se reciben pacientes con valores de leucocitos mayores a 120 x 109/L,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
En las Especificaciones Técnicas del Analizador, solicitan: linealidad de Hemoglobina no menor a 260g/L. Solicitamos amablemente para permitir mayor pluralidad de postores permita la siguiente característica: linealidad de hemoglobina 0 a 240 g/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta, se aclara que con el fin de promover la pluralidad de postores se aceptaran linealidad de hemoglobina de 0 a 240 g/L Se considera: literal III pagina 22.- Linealidad de hemoglobina: No menor de 240g/L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
En las Especificaciones Técnicas del Analizador, solicitan: linealidad de plaquetas no menor de 4000 x 109/L. Solicitamos amablemente para permitir mayor pluralidad de postores permita la siguiente característica: linealidad de plaquetas 0 a 1900 x 109/L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, se aclara que al ser un hospital oncologico se atiende pacientes con valores plaquetarios bajos razon por la cual se solicito linealidad de plaquetas no menor de 4000 x 109/L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el requerimiento del Hemograma, solicitan: Contar con sistema de control de calidad interlaboratorial y control de calidad externo. En virtud del alto costo de estos programas y con el fin de reducir costos para la entidad, consultamos amablemente al área usuaria si permitiría contar con sistema de control de calidad externo o control interlaboratorial.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, se aclara que dada la importancia que tiene los resultados hematológicos para la toma de decisiones en los pacientes oncológicos se requiere que se evalúe de manera, as exigente calidad analítica de los resultados, razón por la cual se solicitó ambas características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
En las especificaciones técnicas del reactivo solicitan muestra: Sangre Total Anticoagulada con EDTA y fluidos corporales. Solicitamos amablemente que se considere como opcional fluidos corporales para dar paso a la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, se aclara que esta característica busca atender la demanda constante de solicitudes para recuentos celulares en líquidos biológicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRJ-IREN-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
En las especificaciones tecnicas del equipo en cesion de uso solicitan procesamiento de liquidos corporales, solicitamos amablemente que se considere como opcional para dar pase a la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, se aclara que esta característica busca atender la demanda constante de solicitudes para recuentos celulares en liquidos biologicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null