

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-CS/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 64 CORTES DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE PASCO, PARA DOCE MESES

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:04:03

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Solicitan:

Deberá acreditar 36 meses de experiencia en el mantenimiento de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, los cuales son considerados a continuación (indistintamente de la marca):

Tomógrafos computarizados de 04 cortes como mínimo.

Equipos de rayos X estacionario.

Equipos de fluoroscopia en general.

Considerando que el mantenimiento solicitado es para un equipo de alta gama, donde se requiere de mayor conocimiento de parte del personal clave para que garantice la correcta funcionalidad del tomógrafo, consideramos que la acreditación de 36 meses de experiencia es muy poco, teniendo en cuenta que otras licitaciones como por ejemplo en la LP-SM-6-2024-ESSALUD-RPA-1 solicitaron una experiencia de 5 años.

Solicitamos amablemente al comité considere una experiencia de 5 años para asegurar un correcto mantenimiento especializado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha evaluado la observación respecto a los años de experiencia y por tratarse de un equipo de alta complejidad, se acoge a la observación donde se considera como experiencia mínima del personal clave 60 meses de experiencia en el mantenimiento de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, los cuales son considerados a continuación (indistintamente de la marca): Tomógrafos computarizados de 04 cortes como mínimo. Equipos de rayos X estacionario. Equipos de fluoroscopia en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera como experiencia mínima del personal clave 60 meses de experiencia en el mantenimiento de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, los cuales son considerados a continuación (indistintamente de la marca): Tomógrafos computarizados de 04 cortes como mínimo. Equipos de rayos X estacionario. Equipos de fluoroscopia en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-CS/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 64 CORTES DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE PASCO, PARA DOCE MESES

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:04:03

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Deberá acreditar 36 meses de experiencia en el mantenimiento de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, los cuales son considerados a continuación (indistintamente de la marca):

Tomógrafos computarizados de 04 cortes como mínimo.

Equipos de rayos X estacionario.

Equipos de fluoroscopia en general.

Solicitamos amablemente al comité debido a que el objeto del proceso es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 64 CORTES DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE PASCO, PARA DOCE MESES, puedan modificar "los equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, los cuales son considerados a continuación" de la siguiente manera:

Tomógrafos computarizados de 64 cortes como mínimo.

Equipos de rayos X estacionario.

Equipos de fluoroscopia en general.

Para acreditar la experiencia en relación al objeto de convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria consideran que en vista que la experiencia del personal clave no puede limitarse a una especificación técnica del equipo dado que en el mercado existen equipos tomógrafos de 4 cortes a más con el objetivo de darle pluralidad al proceso de licitación, por lo que No se acoge a la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-CS/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 64 CORTES DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE PASCO, PARA DOCE MESES

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:04:03

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPREVISTO DE EQUIPOS

Solicitan:

7 días calendario como máximo, si el repuesto (o parte) no requiere importación.

Debido a que estos repuestos son más sensibles a diferencia de los de otros equipos biomédicos, requieren de una logística más especializada, por lo que solicitamos amablemente al comité puedan considerar 10 DIAS CALENDARIOS COMO MÁXIMO, SI EL REPUESTO (O PARTE) NO QUIERE IMPORTACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria No acoge la observación en vista que al disponer de repuestos que no requiere importación, 07 días es más que suficiente para gestionar el mantenimiento correctivo, y más a sabiendas que el equipo al ser considerado estratégico no puede paralizarse por demasiado tiempo, en vista de la necesidad del mismo hacia la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null