

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL "GERMAN CONTRERAS JARA"

Ruc/código :	20602491707	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	M & S MEDICAL IMPORTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	21:48:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SOBRE LOS ITEM : REACTIVOS; LOS EQUIPOS QUE FUNCIONAN CON REACTIOS QUE CUENTA EL LABORATORIO SON CON SISTEMA ABIERTO O SISTEMA CERRADO, PUES ESTO DETERMINARÁ PARA LA ENTREGA DE ESTOS REACTIVOS, PUES SI FUERAN SISTEMA CERRADO, SE TENDRIA QUE PONER LA PROCEDENCIA QUE TRABAJA LOS EQUIPOS, ES DETERMIANTE Y VITAL EN EL RESPECTIVO PROCEDIMEINTO ACLARAR ESTA CONSULTA CON RESPECTO A LOS REACTIVOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 5.1.1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 02 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA , COMPETENCIA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA COSULTA SE MENCIONA- QUE LOS EQUIPOS QUE FUNCIONAN CON REACTIVO QUE CUENTA EL LABORATORIO DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL SON REACTIVOS DE SISTEMA ABIERTO PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO

CABE MENCIONAR QUE LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SUS ESTANDAR O FACTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null