

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código : 20600537556

Fecha de envío : 28/06/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA E INGENIERIA CLINICA S.A.C.

Hora de envío : 02:20:28

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

##### VI DESCRIPCION DEL EQUIPO

##### 6.1 Características del Equipo

##### INDICAN:

A01 UNIDAD PORTÁTIL EN UNA ESTRUCTURA COMPACTA E INTEGRADA (TIPO LAPTOP) CON MANIJA DE TRANSPORTE.

SE SOLICITA al comité de selección con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores y no segmentar a una parte del mercado considerando solo ECÓGRAFOS PORTÁTILES TIPO LAPTOP, considerar la siguiente especificación:

A01 Unidad Portátil en una estructura Compacta e integrada con manija de transporte.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III

Literal: 6.1

Página: 21

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2 literal a), b), c) y e) de la LCE

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección determina acoger parcialmente su observacion, se aceptara tipo Laptop de manera opcional

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01 UNIDAD PORTATIL EN UNA ESTRUCTURA COMPACTA E INTEGRADA (TIPO LAPTOP - opcional), CON MANIJA DE TRANSPORTE CON CAPACIDAD DE GENERAR IMÁGENES EN 4D A FUTURO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	17:39:48

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**  
ECOGRAFO PORTATIL  
A01 UNIDAD PORTATIL CON UNA ESTRUCTURA COMPACTA E INTEGRADA (TIPO LAPTOP) CON MANIJA DE TRANSPORTE

CARACTERISTICAS GENERALES

COMO MEJORA TECNOLOGICA OFRECEMOS UN EQUIPO COMPLATIBLE CON EL TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO QUE PERMITE REALIZAR IMÁGENES EN 3D MOVIMIENTO EN TIEMPO REAL, DE MANERA QUE PODEMOS VISUALIZAR EL EXTERIOR DEL FETO MOVIÉNDOSE. POR LO ANTES EXPUESTO Y PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR:

A01 UNIDAD PORTATIL CON UNA ESTRUCTURA COMPACTA E INTEGRADA (TIPO LAPTOP) CON MANIJA DE TRANSPORTE, CON CAPACIDAD DE GENERAR IMÁGENES EN 4D A FUTURO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.1    **Literal:** A01    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina acoger su observacion, por lo tanto se añadira en la bases integradas la característica final del numeral A01.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A01 UNIDAD PORTATIL EN UNA ESTRUCTURA COMPACTA E INTEGRADA (TIPO LAPTOP - opcional), CON MANIJA DE TRANSPORTE CON CAPACIDAD DE GENERAR IMÁGENES EN 4D A FUTURO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	17:39:48

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**  
ECOGRAFO PORTATIL CARACTERISTICAS GENERALES  
A25 SOFTWARE PARA APLICACIONES OBSTÉTRICAS Y GINECOLÓGICAS

COMO MEJORA TECNOLOGICA OFRECEMOS SMART 3D EN TODOS LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS, LO CUAL PERMITIRA TRABAJAR IMÁGENES EN VOLUMETRIA CON EL TRANSDUCTOR CONVEXO Y ENDOCAVITARIO PARA UNA MEJOR EVALUACION. POR LO ANTES EXPUESTO Y PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR:

A25 SOFTWARE PARA APLICACIONES OBSTÉTRICAS Y GINECOLÓGICAS CON CAPACIDAD DE GENERAR IMÁGENES EN 3D ESTATICO EN TODOS LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.1    **Literal:** A25    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección, en coordinacion el area usuaria, determina acoger la observacion, debido a que permitra obtener un mejor diagnostico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A25 SOFTWARE PARA APLICACIONES OBSTETRICAS Y GINECOLOGICAS CON CAPACIDAD DE GENERAR IMÁGENES EN 3D ESTATICO EN TODOS LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20600537556	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA E INGENIERIA CLINICA S.A.C.	Hora de envío :	19:16:02

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

El plazo de entrega del equipo es de 30 días calendario incluye instalación , puesta en funcionamiento y capacitación, por favor aclarar

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección, aclara que es precisa su consulta, el plazo de entrega es de 30 días, incluyendo la instalación , puesta en funcionamiento y capacitación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

**1.9. PLAZO DE ENTREGA**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendarios (incluye la instalación del equipo, puesta en funcionamiento y capacitación respectiva), contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y la notificación de la orden de compra respectiva, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20600537556	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA E INGENIERIA CLINICA S.A.C.	Hora de envío :	19:16:02

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En el literal e) Hoja de presentación el bien ofertado, según el modelo del (Anexo N° 11) incluyendo catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando (en español o con su respectiva traducción al español), para acreditar las Especificaciones técnicas (Características Técnicas).

Indican "u otros documentos técnicos del fabricante ", por favor aclarar el presente término.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: e      **Página: 17**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección, determina retirar el termino "u otros documentos técnicos del fabricante", a fin de no generar confusión, por lo tanto la acreditación las especificaciones técnicas será a través del anexo 11, debiéndose adjuntar catálogos y/o manuales y/o folletos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

e) Hoja de presentación el bien ofertado, según el modelo del (Anexo N° 11) incluyendo catálogos, manuales, folletos del equipo que se está ofertando (en español o con su respectiva traducción al español), para acreditar las Especificaciones técnicas (Características Técnicas). Los postores deberán precisar el número de folio que coincida con los catálogos, fichas técnicas u otra información técnica emitida por el fabricante, que demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas del bien ofertado. El presente anexo se dará por no presentada si no cuenta con toda la información solicitada a detalle.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	19:44:10

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

LOS EQUIPOS ACTUALMENTE TIENEN LA REVISION CINEMATOGRAFICA SE MIDE EN MB ES POR ELLO QUE PARA QUE NOS PERMITAN PARTICIPAR Y EN PRINCIPIO DE LA PLURARIDAD DE POSTORES Y DE MARCAS SOLICITAMOS QUE ACEPTEN: A27 REVISIÓN CINEMATOGRÁFICA NO MENOR A 200 CUADROS (EN ALGÚN MODO) "O" CINE NO MENOR A 380MB

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** A27    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina acoger su observacion, se realizara la modificacion en las Bases Integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A27 REVISION CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 200 CUADROS (EN ALGUN MODO) "O" CINE NO MENOR A 380MB

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	19:44:10

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

No siendo una característica que afecte en el diagnostico del paciente y para mayor pluralidad de postores y de marcas solicitamos acepten: C02 COCHE RODABLE PARA EL EQUIPO E IMPRESORA TERMICA,ORIGINAL DEL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO CON/ O SIN ADAPTADOR O EXTENSION O INTEGRADO EN EL MISMO EQUIPO PARA DOS O MAS PUERTOS DE TRANSDUCTORES (OPCIONAL) ,COCHE INCLUYE SOPORTES PARA TRANSDUCTORES

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** C02    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina NO acoger su observacion, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	19:44:10

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

No siendo una característica que afecte en el diagnostico del paciente y para mayor pluralidad de postores y de marcas solicitamos acepten: D02 BATERÍA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMÍA MÍNIMA DE 50 MINUTOS.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** D02      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina acoger su observacion, se modificara en las Bases Integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

D02 BATERIA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA MINIMA DE UNA 50 MINUTOS



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	19:44:10

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

e) Hoja de presentación el bien ofertado, según el modelo del (Anexo N° 11) incluyendo catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando (en español o con su respectiva traducción al español), para acreditar las Especificaciones técnicas (Características Técnicas). Los postores deberán precisar el número de folio que coincida con los catálogos, fichas técnicas u otra información técnica emitida por el fabricante, que demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas del bien ofertado. El presente anexo se dará por no presentada si no cuenta con toda la información solicitada a detalle. Solicitamos : Considerar para el sustento tecnico cartas de fabricante para poder acreditar las especificaciones tecnicas .

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** e)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina NO acoger su observacion, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	19:44:10

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

g) Registro Sanitario o Certificado del Registro Sanitario del producto ofertado, vigente, expedido por la (DIGEMID), según legislación y normatividad vigente.

Solicitamos al comité especial : Registro Sanitario o Certificado del Registro Sanitario del producto ofertado, vigente, A nombre de la empresa POSTORA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** g)    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina NO acoger su observacion, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	22:20:15

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

CONSULTA N°01 Página: 17 numeral: 2.2.1

Literal: 2.2.1.1

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA

CONSIDERAR:

CARTA DE REPUE STOS DEL FABRICANTE

Se solicita al comité de selección indicar en Documentación de presentación obligatoria,

m) Carta de Repuestos del Fabricante por los próximos 05 años.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección NO acoge su Consulta, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	22:20:15

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

CONSULTA N°02 Página: 15  
CAPITULO 1 ¿ GENERALIDADES  
1.9 PLAZO DE ENTREGA  
SOLICITAN

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un plazo de treinta 30 días calendarios a partir de día siguiente de la suscripción del Contrato en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

Solo las empresas que cuentan con equipos en stock podrán cumplir con el tiempo de entrega establecido, estos equipos fabricados desde hace tiempo pudieran afectar negativamente el cliente final. Lo razonable es, teniéndose la confirmación de un pedido, iniciar la fabricación del equipo para contar así con plena vigencia tecnológica y garantía por parte del fabricante. Se le solicita al comité de selección si aceptase modificar el plazo de entrega a CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS incluyendo la instalación y puesta en funcionamiento, quedando reformulado de la siguiente manera.

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS calendarios a partir de día siguiente de la suscripción del Contrato en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1      **Literal:** 2.2.1.1      **Página:** 15  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina NO acoger su Consulta, debido a la necesidad del servicio por la alta demanda de pacientes, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	22:20:15

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

CONSULTA N°03 Página: 32  
CAPITULO IV ¿ FACTORES DE EVALUACION  
B.- PLAZO DE ENTREGA  
SOLICITAN

Evaluación:

Se evaluará en función del plazo de entrega ofertado el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas

De 01 hasta 20 días calendarios: 10 puntos

De 21 hasta 29 días calendarios: 10 puntos

Se solicita al comité de selección si aceptaría este cambio en el plazo de entrega quedando reformulado de la siguiente manera:

Evaluación:

Se evaluará en función del plazo de entrega ofertado el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas

De 01 hasta 45 días calendarios: 10 puntos

De 45 hasta 60 días calendarios: 05 puntos

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.2    **Página:** 32  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina NO acoger su Consulta, debido a la necesidad del servicio por la alta demanda de pacientes, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código : 20543075354

Nombre o Razón social : BIODIZ S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 22:38:16

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Consulta N°01 Página: 15  
Capítulo 1 ¿ Generalidades  
1.9 Plazo de Entrega

Se solicita al comité si aceptaría extender el plazo de entrega CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS quedando propuesto de la siguiente manera

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS calendarios a partir de día siguiente de la suscripción

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1      **Literal:** 1.9      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina NO acoger su Consulta, debido a la necesidad del servicio por la alta demanda de pacientes, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código : 20543075354

Nombre o Razón social : BIODIZ S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 22:38:16

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Consulta N°02 Página: 32

Capítulo IV ¿ FACTORES DE EVALUACION

B.- Plazo de entrega

Se solicita al comité de selección si aceptaría el siguiente cambio en el plazo de entrega propuesto:

Evaluación:

Se evaluará en función del plazo de entrega ofertado el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas

De 01 hasta 45 días calendarios: 10 puntos

De 45 hasta 60 días calendarios: 05 puntos

**Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina NO acoger su Consulta, debido a la necesidad del servicio por la alta demanda de pacientes, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:53:06

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Consulta N°01 Página: 21

Capítulo III ¿ Requerimientos

3.1 Especificaciones Técnicas

SOLICITAN

A05: Seis (06) o mas controles de compensación de ganancia de profundidad (TGC)

Se solicita al comité de selección si aceptaría el siguiente cambio en la EETT

A05: Ocho (08) o más controles de compensación de ganancia de profundidad (TGC)

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección NO acoge su Consulta, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL POR REPOSICION

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:53:06

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Consulta N°02

Página: 32

Capítulo IV

FACTORES DE EVALUACION

B.- PLAZO DE ENTREGA

Se solicita al comité de selección si aceptaría el siguiente cambio en el plazo de entrega para mayor pluralidad y participación de postores.

Evaluación:

Se evaluará en función del plazo de entrega ofertado el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas

De 01 hasta 45 días calendarios: 10 puntos

De 45 hasta 60 días calendarios: 05 puntos

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.2      **Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección determina NO acoger su observación, debido a la necesidad del servicio por la alta demanda de pacientes, por lo que debe ceñir a las Bases del procedimiento de Selección

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null